



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.10.2015.

БРОЈ: 1736

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет
страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:




1. Да ли приложена скица одговара захтеву у генерално
А/ један зглоб на 30 цм са закретањем 60 степени и учвршћењем

Б/ доња заштита 90 x70 цм (са преклопима завесица по скици)

Ц/ преклоп на зглобу // 30 цм са мах

Д/ кацење адаптивно на сто који корисник накнадно одреди

Е/ горња заштита изнад равни стола 25x60 (није прозирна)
фихна под углом који се не мења око 75 степени



ОДГОВОР:

1. Понуђене шеме одговарају задатој спецификацији. Понуђач је у обавези да завесице монтира на пацијент сто уређаја који је предмет партије бр. 1.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ