



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 24.07.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Импланти у ортопедији – протезе кука и колена
Број јавне набавке: 280А/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Импланти у ортопедији – протезе кука и колена, бр. 280А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.07.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Молимо Вас за додатно појашњење конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке - Импланти у ортопедији – протезе кука и колена, за ЈН 280А/2015, за наручиоца Клинички центар Србије, у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН:

Партија бр. 1

Да ли може бити прихваћена као одговарајућа понуда за партију број 1 – за Капу, која има распон величина спољашњег дијаметра од 41 до 57 mm, са растућим дијаметром од 1 mm?

Предложене измене су у циљу проширења техничких карактеристика конкурсне документације, ради омогућавања равноправног учествовања свих понуђача, при чему се не умањује квалитет имплантата који би били уграђивани.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће прихватити у партији број 1 понуде за капу распона величина од 41 до 57 mm и растућим дијаметром од 1 mm. У складу са наведеним, наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
