



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.03.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Импланти у ортопедији - протезе кука и колена

Број јавне набавке: 51A/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Импланти у ортопедији - протезе кука и колена бр. 51A/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 27.02.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

У техничкој спецификацији предметне набавке дефинисали сте **Партију 13 Биартикуларне протезе кука (трокомпонентне са закључавањем) тип 2** на следећи начин:

1. Феморална компонента
 - Израђена од стандардних биокомпатибилних метала или легура
 - Предвиђена за цементну фиксацију
 - Минимално 7 (седам) величина
 - Конус врата 12/14
2. Глава
 - биполарна 28 mm
 - конус 12/14
 - минимално 2 (две) дужине врата
3. Капа
 - Распон величина од 44-72 mm, са растућим дијаметром од 1 или 2 mm

Питање бр. 1

Да ли ћете прихватити понуду потенцијалног понуђача који понуди биартикуларну главу распона величина 42-62 mm?

Питање бр. 2

У Партији 5 и 6 – Цементне протезе кука тип 1 и 2 дефинисан је стем са могућношћу дисталне централизације и ацетабулум израђен од UHMWPE highly cross-linked.

У смислу проширења конкуренције према члану 10. ЗЈН, да ли је прихватљива понуда у којој понуђач понуди феморални стем са проксималном централизацијом и ацетабулум израђен од UHMWPE?

ОДГОВОРИ:

Одговор бр. 1

За партију бр. 13 – БИАРТИКУЛАРНА ПРОТЕЗА КУКА (ТРОКОМПОНЕНТНА СА ЗАКЉУЧАВАЊЕМ) тип 2, наручилац ће прихватити понуде са понуђеним распоним од 42 до 62 mm.

Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити измену конкурсне документације.

Одговор бр. 2

За партије бр. 5 и 6 – ЦЕМЕНТНА ЕНДОПРОТЕЗА КУКА тип 1 и тип 2, наручилац неће прихватити понуде са понуђеним феморалним стемом са проксималном централизацијом и ацетабулумом израђеним од UHMWPE.

Наручилац неће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ