



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД,
Пастерова 2
СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА: МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ДИСКОВИ И КЕСЕ
Број јавне набавке: 43АМ/2013**

Предмет: Додатно објашњење у поступку јавне набавке

ПИТАЊЕ бр. 1: Да ли ће за наручиоца бити прихватљиве понуде понуђача за добра чији је „механизам закључавања“ другачији или се налази на диску?

У складу са чланом 63. ст. 3 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/2012) , наручилац у поступку јавне набавке 43АМ/2013 – **МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ДИСКОВИ И КЕСЕ** даје следећа објашњења:

ОДГОВОР бр. 1: Понуђач мора у свему да поступи према захтевима наручиоца из конкурсне документације. Механизам закључавања стома помагала јесте битан и за функционалност и квалитет стома помагала. Сам механизам на кеси је битан за херметичност система, ако и за лако апликовање стома кесе. Уз то, овакав механизам омогућава лаки и ефикасну обуку како за стома терапеута тако и за самог пацијента. Са друге стране овакав механизам закључавања омогућава лако апликовање стома кесе на диск без јаког притиска што је веома битно код непосредно оперисаних пацијената, имајући у виду да је притисак и већа манипулација стома помагалам потенцијално веома болна тј. некомфорна.

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Јавне набавке**

Душан Давидовић, дипл. правник