



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ - 1

Број јавне набавке 239К/2018

(За партију бр.1: Дигитални рендген апарат са опцијом стапања слике)

Наручилац уговор о јавној набавци додељује на следећи начин:

Понуђачу „ALPHA IMAGING“ д.о.о. Београд за партију бр. 1 - Дигитални рендген апарат са опцијом стапања слике у укупном износу од 9.570.000,00 динара без ПДВ-а, односно 11.484.000,00 динара са ПДВ-ом, чија је понуда оцењена благовременом, одговарајућом и прихватљивом.

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Количина (комед)	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-а)	
			„ALPHA IMAGING“ д.о.о. Београд, ПОГШ-208/18-1 од 01.08.2018.	Јед.цена динара без пдв-а
1	Дигитални рендген апарат са опцијом стапања слике	1	9.570.000,00	9.570.000,00
Укупна вредност без ПДВ-а за Партију бр. 1:			9.570.000,00	9.570.000,00
ПДВ :			1.914.000,00	1.914.000,00
Укупна вредност са ПДВ-ом за Партију бр. 1:			11.484.000,00	11.484.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 29.06.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 7880, у отвореном поступку, ЈН број 239К/2018, за набавку - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 1, ознака из општег речника набавке – 33100000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 86, средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији конто – 5125.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 12.325.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија.

Процењена вредност по партијама, у табели која следи:

Р.бр. партије	Добра	Конто	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Дигитални рендген апарат са опцијом стапања слике	5125	9.583.333,33
2	Мобилна операциона лампа	5125	1.000.000,00
3	Бифазични, мануелни дефибрилатор	5125	491.666,66
4	Инфузионе шприц пумпе	5125	1.000.000,00
5	Ноћни ормарићи за кревете интензивне неге	5125	250.000,00

Поступак отварања понуда спроведен је дана 06.07.2018. године.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке, за Партију бр.1, учешће су узела 2 (два) понуђача, и то:

Заводни број понуде	Датум достављања понуде	ПОНУЂАЧ
9547	03.08.2018.	ALPHA IMAGING д.о.о. Београд
9597	06.08.2018.	VISARIS д.о.о. Београд

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача „VISARIS“ д.о.о. Београд, бр. понуде 19-18-169 од 17.07.2018, сходно члану 107. став 1. ЗЈН а у вези са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 1 - Дигитални рендген апарат са опцијом стапања слике, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро које не испуњава конкурсном документацијом захтеване техничке спецификације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7, дефинисане су минималне техничке карактеристике које понуђени рендген апарат мора да задовољи. Између осталог, у тачки 2 која се односи на плафонски носач РТГ цеви, подтачком 2.4 предвиђено је да ротација РТГ цеви по вертикалној оси буде $\pm 180^\circ$, док је у тачки 5. која се односи на вертикални буки, подтачком 5.3 предвиђено да моторизовано и мануелно вертикално померање кућишта детектора (Тилт) буде у распону од -30° до $+90^\circ$.

Увидом у понуду понуђача „VISARIS“ д.о.о. Београд, утврђено је да је за партију бр. 1 понуђен рендген апарат произвођача „VISARIS“ д.о.о. Београд, модел VISION C.

За понуђено добро понуђач је приложио решење Агенције за лекове и медицинска средства, бр. 515-02-02676-17-001 од 05.12.2017. године.

Ради правилне оцено понуде понуђача „VISARIS“ д.о.о. Београд, наручилац се дана 17.08.2018. године, путем захтева да додатним објашњењем обратио Агенцији за лекове и медицинска средства, са молбом за достављање копије дела са техничким спецификацијама упутства за употребу дигиталног рендген апарата модел VISION C, произвођача „VISARIS“ д.о.о. Београд, које је, као део документације, предат АЛИМС-у ради регистрације.

Поступајући по захтеву наручиоца, Агенција за лекове и медицинска средства доставила је фотокопију упутства за руковање за рендген апарат VISION C, произвођача „VISARIS“ д.о.о. Београд.

У Упутству за руковање са ознаком VT-VT24.1, у Анексу 2, на страни 137, став 6. техничке спецификације наведено је следеће: „Ручна/моторизована ротација рендгенске цеви са колиматором око вертикалне осе $+180^\circ/-150^\circ$ са механичком индексацијом на сваких 90° “.

У истом делу Упутства, на страни 138, став 8. техничке спецификације наведено је следеће: „Могућност нагиба детектора/РТГ-ЦР касете ручно/моторизовано ($90^\circ/-20^\circ$)“.

Чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН дефинисано је да је одговарајућа понуда она понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације, док се према одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН прихватљивом понудом сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1 ЗЈН предвиђено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Наручилац је конкурсном документацијом јасно дефинисао техничке карактеристике дигиталног рендген апарата са опцијом стапања слике, и то техничке захтеве који се тичу генератора, плафонског носача РТГ цеви, РТГ цеви, пацијент стола, вертикалног букија, бежичног флет панел детектора и аквизиционе станице за флет панел детектор.

Сходно напред цитираним одредбама ЗЈН да би понуда оцењена као одговарајућа неопходно је да понуђено добро испуњава сваку од дефинисаних техничких спецификација.

У фази стручне оцено понуда наручилац је неспорно утврдио да понуђено добро понуђача „VISARIS“ д.о.о. Београд не испуњава техничке захтеве дефинисане у подтачкама 2.4 и 5.3 Прилога бр. 7, јер је понуђен дигитални рендген апарат VISION C чији је плафонски носач РТГ цеви са колиматором око вертикалне осе $+180^\circ/-150^\circ$ са механичком индексацијом на сваких 90° , док је конкурсном документацијом захтевано да ротација РТГ цеви по вертикалној оси буде $\pm 180^\circ$.

Такође, понуђени рендген апарат VISION C, уместо конкурсном документацијом дефинисаног техничког захтева - да моторизовано и мануелно вертикално померање кућишта детектора (Тилт) буде у распону од -30° до $+90^\circ$ понудио рендген апарат коме је могућност нагиба детектора/РТГ-ЦР касете ручно/моторизовано ($90^\circ/-20^\circ$).

Из напред утврђеног чињеничног стања неспорно произилази да понуђено добро не испуњава техничке захтеве конкурсне документације због чега се понуда, сходно члану 107. став 1. ЗЈН а у вези са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН за партију бр. 1 одбија као неприхватљива.

Понуђена цена понуде која је одбијена износи 6.780.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за оцену понуда у предметном поступку јавне набавке је: „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са унапред утврђеним условима у конкурсној документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф.др Милика Ашанин

