



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН БРОЈ 520К/2017
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Наручилац уговор о јавној набавци додељује на следећи начин:

За партију бр. 1 - Кревети за ЈИН, понуђачу „MEDICOLINE“ д.о.о. Ниш, у укупном износу од 687.000,00 динара без ПДВ-а, односно 755.700,00 динара са ПДВ-ом, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Редн и број парти је	НАЗИВ ДОБРА	Количина (комад)	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-) „MEDICOLINE“ д.о.о. Ниш, 18-18 од 12.01.2018.	
			Јед.цена динара без пдв-а	Вредност без пдв-а
1	Кревети за ЈИН	3	229.000,00	687.000,00
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр. 1:				687.000,00
ПДВ 10% :				68.700,00
Укупна вредност са ПДВ-ом за партију бр. 1:				755.700,00

За партију бр. 2 - Ноћни ормарић са таблом за сервирање obroка, понуђачу „MEDICOLINE“ д.о.о. Ниш, у укупном износу од 392.000,00 динара без ПДВ-а, односно 470.400,00 динара са ПДВ-ом, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Редн и број парти је	НАЗИВ ДОБРА	Количина (комад)	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-) „MEDICOLINE“ д.о.о. Ниш, 19-18 од 12.01.2018.	
			Јед.цена динара без пдв-а	Вредност без пдв-а
2	Ноћни ормарић са таблом за сервиље obroка	8	49.000,00	392.000,00
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр. 2:				392.000,00
ПДВ 20% :				78.400,00
Укупна вредност са ПДВ-ом за партију бр. 2:				470.400,00

За партију бр. 3 - Пацијент монитор, понуђачу „TRIVAX VV“ д.о.о. Београд, у укупном износу од 5.218.968,00 динара без ПДВ-а, односно 6.262.761,60 динара са ПДВ-ом, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Редн и број парти је	НАЗИВ ДОБРА	Количина (комад)	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-) „TRIVAX VV“ д.о.о. Београд, 038/18 од 16.01.2018.	
			Јед.цена динара без пдв-а	Вредност без пдв-а
3	Пацијент монитор	8	652.371,00	5.218.968,00
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр. 3:				5.218.968,00
ПДВ 20%:				1.043.793,60
Укупна вредност са ПДВ-ом за партију бр. 3:				6.262.761,60

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 15.12.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 15498, у отвореном поступку, ЈН број **520K/2017**, за набавку - **МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**, ознака из општег речника набавке – **33100000** и **33192000**.

Подаци из Плана набавки: Редни број 114, средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији конто – 5125.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи **7.038.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а

Јавна набавка је обликована у 4 (четири) партије.

Процењена вредност по партијама, у табели која следи:

Р.бр. партије	Добра	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Кревети за ЈИИ	750.000,00
2	Ноћни ормарић са таблом за сервирање оброка	400.000,00
3	Пацијент монитор	5.600.000,00
4	Сет за терапију кисеоником	288.000,00

Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.01.2018. године.

Основни подаци о понуђачима: У предметном поступку јавне набавке понуду је поднело 5 (пет) понуђача и то:

Редни број понуде	ПОНУЂАЧ	Заводни број понуде	Датум достављања понуде
1	DRAGER TEHNIKA д.о.о. Београд	396	17.01.2018.
2	MEDICINSKA TEHNIKA д.о.о. Београд	403	17.01.2018.
3	BEOPANON MEDICAL д.о.о. Београд	409	17.01.2018.
4	TRIVAX VV д.о.о. Београд	412	17.01.2018.
5	MEDICOLINE д.о.о. Ниш	413	17.01.2018.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача **“MEDICINSKA TEHNIKA” д.о.о. Београд**, бр. 2-2018 од 12.01.2018, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН **одбија се** као неприхватљива за партију бр. 4 - **Сет за терапију кисеоником**, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике не одговарају техничким спецификацијама конкурсне документације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 за партију бр. 4, тачком 4.3., између осталог, предвиђено је да протокомери морају бити тестирани да издрже притиске до 80 бара, чиме се обезбеђује безбедност медицинског особља и пацијената, док је тачком 4.4. предвиђено да кућиште протокомера буде израђено од алуминијума, а индикатор протока од стакла.

Увидом у понуду понуђача **“MEDICINSKA TEHNIKA” д.о.о. Београд**, утврђено је да за партију бр. 4 понудио сет за терапију кисеоником произвођача „MEDICOP“ из Словеније, модел „FLOWMETER FOR OXIGEN“, каталошког броја 1042001.

Даљим прегледом понуде, и то достављених каталога, утврђено је да понуђено добро не испуњава техничке захтеве конкурсне документације, будући да је протокомер тестиран до притиска од 10 бар-а (конкурсном документацијом захтевано је да протокомери морају бити тестирани да издрже притиске до 80 бара).

Прегледом каталога такође је утврђено да је кућиште протокомера израђено од месинга (конкурсном документацијом захтевано је да буде израђено од алуминијума), а индикатор протока од поликарбоната (конкурсном документацијом захтевано је да буде израђено од стакла).

Све напред наведене карактеристике понуђених добара учинио је неспорним и сам понуђач својим документом насловљеним као „Додатно објашњење“ - „Објашњење за ставку 4.3“ и „Објашњење за ставку 4.4“.

Како из свега напред наведеног неспорно произилази да понуђено добро не испуњава техничке спецификације конкурсне документације због чега се исто, сходно члану 3. став 1. тачка 32. ЗЈН не може сматрати одговарајућим, то се понуда овог понуђача за партију бр. 4, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Понуђена цена понуде која је одбијена износи 174.400,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

❖ Понуда понуђача **„DRAGER TEHNIKA” д.о.о. Београд**, бр.ПП18-0035 од 15.01.2018. године, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН **одбија се** као неприхватљива за партију бр. 4 - **Сет за терапију кисеоником**, из разлога што иста садржи битан недостатак понуде.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 4, тачком 4., као обавезан услов за учешће у поступку предвиђено је поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, те да су понуђачи као доказ за испуњеност овог услова дужни да доставе, између осталог, и Решење о дозволи за обављање промета на велико медицинских средстава издато од стране

Министарства здравља РС (члан 193. и 194. Закона о лековима и медицинским средствима „Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 107/12).

Прегледом понуде понуђача „**DRAGER ТЕХНИКА**“ д.о.о. Београд несумњиво је утврђено да у оквиру исте није достављено захтевано Решење Министарства здравља Републике Србије, чиме понуђач није доказао да испуњава обавезан услов за учешће у поступку.

Како напред наведено представља битан недостатак понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 1. ЗЈН, то се иста, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Понуђена цена понуде која је одбијена износи 276.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

❖ Понуда понуђача „**БЕОPANON MEDICAL**“ д.о.о. Београд, бр. 009/2018 од 15.01.2018. године, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 2 - Ноћни ормарић са таблом за сервирање obroка, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике не одговарају техничким спецификацијама конкурсне документације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 за партију бр. 2, тачком 2.2 предвиђено је да дно ормарића буде са отворима за вентилацију те да исто мора имати могућност скидања ради чишћења.

Увидом у понуду понуђача „БЕОPANON MEDICAL“ д.о.о. Београд утврђено је да за партију бр. 2 понудио ноћни ормарић са таблом за сервирање obroка произвођача „LINET“, Чешка Република, модел „ELEGANZA CLASSIC“, каталошког броја: 4SEC101-w1+T2.

Даљим прегледом понуде, и то фотокопије каталога и карактеристика које је сам понуђач унео у део Б Прилога бр. 7, утврђено је да понуђено добро не испуњава техничке захтеве конкурсне документације, будући да је дно ормарића од фиксног поцинкованог обојеног лима иако је конкурсном документацијом јасно захтевано да исто има могућност скидања ради чишћења. Такође је утврђено да дно ормарића не поседује отворе за вентилацију, што је такође био јасан технички захтев конкурсне документације.

Како из напред наведеног неспорно произилази да понуђено добро не испуњава техничке спецификације конкурсне документације због чега се исто, сходно члану 3. став 1. тачка 32. ЗЈН не може сматрати одговарајућим, то се понуда овог понуђача за партију бр. 2, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Понуђена цена понуде која је одбијена износи 374.440,00 динара без обрачунатог ПДВ.

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за оцену понуда у предметном поступку јавне набавке је: „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са унапред утврђеним условима у конкурсној документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.


В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц.др Милика Ашанин 

