



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког Центра Србије, доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Број јавне набавке 67KM/2017
ДОБРА – Потрошни материјал за крио банку

Наручилац уговор о јавној набавци додељује следећим понуђачима:

1. „Alfatrade enterprise“ д.о.о., Рачкога 1а, Београд, број понуде 563/17, од дана 08.08.2017. године, у укупној вредности од 392.901,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 471.481,20 динара са обрачунатим ПДВ-ом:

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ/БРОЈ ПОНУДЕ	
				„Alfatrade enterprise“ д.о.о., Рачкога 1а, Београд, број понуде 563/17, од дана 08.08.2017. године	
				Цена по јединици мере без обрачунаог ПДВ-а	Укупна вредност
1	Рек на 4 нивоа за чување сламки	комад	7	42.883,00	300.181,00
2	Рек на 12 нивоа за чување туба	комад	4	23.180,00	92.720,00
УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а					392.901,00
ПДВ 20 %					78.580,20
УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ом					471.481,20

2. „Elta 90 Medical science“ Светог Климента 26, Београд, број понуде 430-17, од дана 08.08.2017. године, у укупној вредности од 66.500,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 79.800,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом:

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ/БРОЈ ПОНУДЕ	
				„Elta 90 Medical science“ Светог Климента 26, Београд, број понуде 430-17, од дана 08.08.2017. године	
				Цена по јединици мере без обрачунаог ПДВ-а	Укупна вредност
3	Кутија 76x76x51 (25 места), сет 8 комада	сет	7	9.500,00	66.500,00
УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а					66.500,00
ПДВ 20 %					13.300,00
УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ом					79.800,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 02.08.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 10308 за набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности 67KM/2017 ДОБРА – Потрошни материјал за крио банку, ознаке из општег речника јавних набавки 33140000.

Подаци из Плана набавки:

ДОБРА – Потрошни материјал за крио банку

Редни број из Плана јавних набавки: 106

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији: konto 4269.

Процењена вредност јавне набавке: 1.160.220,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија.

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Процењена вредност партија без обрачунаог ПДВ-а
1	Рек на 4 нивоа за чување сламки	315.980,00
2	Рек на 12 нивоа за чување туба	92.720,00
3	Кутија 76x76x51 (25 места), сет 8 комада	68.320,00
4	Округле пластичне висотубе пречника сса13mm, сет 100 комада	292.800,00
5	Округле пластичне висотубе пречника сса7-10mm, сет 100 комада	390.400,00
Укупно за све партије:		1.160.220,00

Основни подаци о понуђачима и датум отварања понуда:

- За предметну јавну набавку учешће су узела 3 (три) понуђача, и то:

Ред. број	Заводни број понуде	Датум достављања понуде	Понуђач
1.	10750	15.08.2017.	„Alfatrade enterprise“ д.о.о., Рачкога 1а, Београд
2.	10754	15.08.2017.	„Superlab“ д.о.о., Милутина Миланковића 25, Нови Београд
3.	10755	15.08.2017.	„Elta 90 Medical science“ Светог Климента 26, Београд

- Поступак отварања понуда вођен је дана 15.08.2017. године, са почетком у 10.15 часова.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- Одбија се понуда понуђача **„Elta 90 Medical science“ Светог Климента 26, Београд**, за партије број **4 и 5** као неприхватљива, из разлога што иста садржи битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, јер наручилац не може да утврди стварну садржину понуде, тако да се не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Партија број 4 – Прилогом број 7, конкурсне документације, у делу Остали обавезни услови – за партију број 4, захтеване су Округле пластичне „visiotube“ пречника сса12-13mm, сет 100 комада: Округле, пластичне крио – отпорне висiotубе, уклопиве у преграде из добара у партији број 1, пречника сса13mm, тип CRYOPAL или одговарајући, у свим доступним бојама по потреби. Понуђач у оквиру своје понуде није доставио каталог произвођача иако је наручилац конкурсном документацијом тај доказ изричито тражио, већ фотографију која приказује 2 кесице са visiotube-ама, каталошких ознака ACC-boxtube-3 и ACC- boxtube-4, а уз назнаку у прилогу број 7 да се каталошки број ACC-boxtube-3, односи на предметну партију, како из приложене фотографије наручилац не може недвосмислено да утврди да ли понуђено добро одговара траженим техничким карактеристикама, односно наручилац не може да утврди стварну садржину понуде, наведена понуда се не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 4 износи 134.400 динара без обрачунатог ПДВ-а.

- **Партија број 5** – Прилогом број 7, конкурсне документације, у делу Остали обавезни услови – за партију број 5, захтеване су Округле пластичне „visiotube“ пречника сса7-10mm, сет 100 комада: Округле, пластичне крио – отпорне висiotубе, уклопиве у преграде из добара у партији број 1, пречника сса7-10mm, тип CRYOPAL или одговарајући, у свим доступним бојама по потреби. Понуђач у оквиру своје понуде није доставио каталог произвођача иако је наручилац конкурсном документацијом тај доказ изричито тражио, већ фотографију која приказује 2 кесице са visiotube-ама, каталошких ознака ACC-boxtube-3 и ACC- boxtube-4, а уз назнаку у прилогу број 7 да се каталошки број ACC-boxtube-3, односи на предметну партију, како из приложене фотографије наручилац не може недвосмислено да утврди да ли понуђено добро одговара траженим техничким карактеристикама, односно наручилац не може да утврди стварну садржину понуде, наведена понуда се не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 4 износи 134.400 динара без обрачунатог ПДВ-а.

- Одбија се понуда понуђача **„Superlab“ д.о.о., Милутина Миланковића 25, Нови Београд**, за партије број **1, 2, и 3** као неприхватљива из разлога што понуђена добра не одговарају техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом.

Партија број 1 - Прилогом број 7, конкурсне документације, у делу Остали обавезни услови – за партију број 1, захтеване су крио - стубови са 4 поднивоа за држање сламки, димензије 140x140 милиметара, висине 580 милиметара, са уграђеном поделом на 9x9 смештајних места, као и да стубови имају посебно осигурање од испадања кутија са сламкама, тип CRYOPAL или одговарајући. Увидом у достављени каталог произвођача Aviaтах, утврђено је да понуђено добро не одговара димензијама захтеваним конкурсном документацијом, димензије понуђеног добра су 139x143 милиметара, висине 580 милиметара, као и да не поседују посебно осигурање од испадања кутија са сламкама, те се наведена понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 1 износи 171.290,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Партија број 2 - Прилогом број 7, конкурсне документације, у делу Остали обавезни услови – за партију број 2, захтевани су крио – стубови са 12 поднивоа, за држање 2 ml вијала, димензије 84x84 милиметара, висине 689 милиметара, као и да стубови имају посебно осигурање од испадања кутија са вијалима, тип CRYOPAL или одговарајући. Увидом у достављени каталог произвођача Aviaтах, утврђено је да понуђено добро не одговара димензијама захтеваним конкурсном документацијом, димензије понуђеног добра су 82x86 милиметара, висине 689 милиметара, као и да не поседују посебно осигурање од испадања кутија са сламкама, те се наведена понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 2 износи 37.440,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Партија број 3 - Прилогом број 7, конкурсне документације, у делу Остали обавезни услови – за партију број 3, захтеване су крио – кутије за температуре од минус 196°С, преграђене на 5x5 означених смештајних поља, мере (ШxДxВ) 76x76x51 милиметара, тип CRYOPAL или одговарајући, у свим доступним бојама по потреби. Увидом у достављени каталог произвођача Aviaтах, утврђено је да понуђено добро не одговара димензијама захтеваним конкурсном документацијом, димензије понуђеног добра су (ШxДxВ) 76x76x53,5 милиметара, те се наведена понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 3 износи 33.950,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача „Elta 90 Medical science“ Светог Климента 26, Београд, за партије број 1 и 2, као неприхватљива из разлога што понуђена добра не одговарају техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом.

Партија број 1 - Прилогом број 7, конкурсне документације, у делу Остали обавезни услови – за партију број 1, захтевани су крио - стубови са 4 поднивоа за држање сламки, димензија 140x140 милиметара, висине 580 милиметара, са уграђеном поделом на 9x9 смештајних места, као и да стубови имају посебно осигурање од испадања кутија са сламкама, тип CRYOPAL или одговарајући. Увидом у достављени каталог произвођача Сгуорал, утврђено је да је понуђен сет ACC-RACK-196, за криобанку типа ESPACE151, који не одговара траженим техничким карактеристикама. Понуђач у оквиру своје понуде није доставио додатне прилоге на основу којих би наручилац недвосмислено могао утврдити из којих је делова сет сачињен, димензије сета, као и остале карактеристике сета. Наручилац је конкурсном документацијом захтевао 7 појединачних комада рекова, који ће се користити појединачно, по потреби, док је понуђач понудио сет од 7 рекова, те се наведена понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 1 износи 287.490,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Партија број 2 - Прилогом број 7, конкурсне документације, у делу Остали обавезни услови – за партију број 2, захтевани су крио – стубови са 12 поднивоа, за држање 2 ml вијала, димензије 84x84 милиметара, висине 689 милиметара, као и да стубови имају посебно осигурање од испадања кутија са вијалима, тип CRYOPAL или одговарајући. Увидом у достављени каталог произвођача Сгуорал, утврђено је да понуђени крио – стубови имају 13 поднивоа, као и да су његове димензије 84x84 милиметара, висине 744 милиметара, те се наведена понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 2 износи 72.560,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

- Одбија се понуда понуђача „Alfatrade enterprise“ д.о.о., Рачкога 1а, Београд, за партију број 5 као неприхватљива из разлога што понуђена добра не одговарају техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом. Прилогом број 7, конкурсне документације, у делу Остали обавезни услови – за партију број 5 захтеване су Округле пластичне „visiotube“ пречника сса7-10mm, сет 100 комада: Округле, пластичне крио – отпорне висiotубе, уклопиве у преграде из добара у партији број 1, пречника сса7-10mm, тип CRYOPAL или одговарајући, у свим доступним бојама по потреби. Увидом у достављени каталог произвођача Сгуорал, утврђено је да су понуђене крио – отпорне висiotубе само једног промера (9,2 милиметара) као и да су расположиве само у једној боји (зеленој), те се наведена понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 5 износи 320.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

- Одбија се понуда понуђача „Alfatrade enterprise“ д.о.о., Рачкога 1а, Београд, за партију број 4 као неприхватљива из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведене партије, те се ова понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.

Понуђена вредност понуде која је одбијена за партију број 4 износи 509.472,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин - жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са унапред утврђеним условима у конкурсној документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове Одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке се може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева за заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.



В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин