



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ХИРУРШКИХ
ИНСТРУМЕНАТА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР
редни број јавне набавке за текућу годину
151K/2014

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12 од 29.12.2012.), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13 и 108/13), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Миљко Ристић**Интернет страница наручиоца: www.kcs.ac.rsВрста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **151K/2014**

Предмет набавке (добра):

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ХИРУРШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАРПоступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт : **Мишко Мишовић, дипл. инг.**Електронска адреса: misko.misovic@kcs.ac.rsТелефон: **011/2656-473**, Факс: **011/2685-597****2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**Медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар
јавна набавка је обликована у 25 партија:**3. ОПИС ПАРТИЈА:**

Редни број партије	Назив добра	Ознака из општег речника јавних набавки
1	ДИГИТАЛНИ РТГ АПАРАТ ЗА РАДИОГРАФИЈУ	33111600
2	ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА	33111600
3	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ	33112200
4	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ	33112310
5	АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ	33172100
6	РЕСПИРАТОР	33172200
7	ЛАРИНГОСКОП Mc Coy	33171000
8	ВИДЕОЛАРИНГОСКОП	33171000
9	АПАРАТ ЗА ТОРАКАЛНУ ДРЕНАЖУ	33171000
10	ШПРИЦ ПУМПА	33194110
11	ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОРИ	33162100
12	ДЕФИБРИЛАТОР	33162100
13	ХОЛТЕР ЕКГ	33123210
14	ХОЛТЕР ПРИТИСКА	33123210
15	ШЕСТОКАНАЛНИ ЕКГ АПАРАТ	33123200
16	АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА	33123100
17	ЕКСПРЕСНИ СТЕРИЛИЗАТОР	33191100
18	СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР	33191100
19	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕОСИСТЕМОМ	33167000
20	ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ	33162100
21	ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА МИКРОХИРУРГИЈУ	33162100
22	ТУРНИКЕ ДВОКАНАЛНИ	33162100
23	ДОДАТНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА САЛУ НЕУРОХИРУРГИЈЕ	33162100
24	ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ	33169000
25	КОНТЕЈНЕРИ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ И МЕТАЛНЕ ШОЉЕ	33191100

4. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– **Прилог бр. 5**
5. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –**Прилог бр. 7**
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– **Прилог бр. 8**
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.**
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА - **Прилог бр.11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на образцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

Прилогбр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилогбр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилогбр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилогбр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилогбр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

Прилог бр.6– Модел уговора о јавној набавци –Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА –**Понуђач попуњава**

Прилогбр.7 – Техничке карактеристике –**Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и ненајављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсnoj документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одредиконкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци

о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику;

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
- 4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критерију утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).

- ❖ Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно удружење.
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- ❖ У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
- ❖ могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- а) ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понудена износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а,

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.

- 23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:
- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
 - ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.
- 23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:
- ❖ банкарске гаранције од стране банке, са роком важења 30 календарских дана од дана јавног отварања понуда; или
 - ❖ соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа код пословне банке, **картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке у преко које је меница регистрована и то после дана објављивања позива за подношење понуда.**
- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

- 23.3. Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци у вредности преко 5.000.000,00 дин без обрачунатог ПДВ-а, на основу Одлуке о додели уговора, у моменту потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСKE ГAРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а са роком важења: 365 дана од закључења уговора, јер се ради о уговору са сукцесивним испорукама.
- 23.3.1 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
- 23.3.2 Понуђач којем Одлуком о додели уговора буде додељен уговор у висини до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а је дужан да приликом потписивања уговора уместо банкарске гаранције за добро извршење посла наручиоцу достави меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора у ту сврху бити регистрована код НБС и меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа. Менично овлашћење које прати меницу за добро извршење посла мора да садржи клаузулу да исто важи до коначног испуњења уговорних обавеза од стране Продавца.
- 23.3.3. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца,
 - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писаним путем обавестити све понуђаче.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личнош доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова 2
са назнаком:**

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 151К/2014

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР –не отварају

- ❖ **На коверти мора бити наведено да ли се понуда односи на целокупну набавку или на поједине партије. Навести бројеве партија за које се даје понуда.**

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: _____

Датум: ____/____/____/

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА

Редни број партије	Назив производа	Количина (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
			Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (без ПДВ-а) (3x4)
1	2	3	4	5
1	ДИГИТАЛНИ РТГ АПАРАТ ЗА РАДИОГРАФИЈУ	1		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 1 СА ПДВ-ом	
2	ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА	1		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 2 СА ПДВ-ом	
3	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ	2		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 3 СА ПДВ-ом	
4	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ	1		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 4 СА ПДВ-ом	
5	АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ	2		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 5 СА ПДВ-ом	
6	РЕСПИРАТОР	7		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 6 СА ПДВ-ом	
7	ЛАРИНГОСКОП Mc Coy	1		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 7 СА ПДВ-ом	
8	ВИДЕОЛАРИНГОСКОП	1		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 8 СА ПДВ-ом	

9	АПАРАТ ЗА ТОРАКАЛНУ ДРЕНАЖУ	40		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 9 СА ПДВ-ом				
10	ШПРИЦ ПУМПА	30		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 10 СА ПДВ-ом				
11	ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОРИ			
11.1	МОБИЛНИ ХИРУРШКИ АСПИРАТОР	5		
11.2	ПОРТАБИЛНИ АСПИРАТОР ВЕЋЕГ ПРОТОКА	1		
11.3	ПОРТАБИЛНИ АСПИРАТОР МАЊЕГ ПРОТОКА	39		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 11 СА ПДВ-ом				
12	ДЕФИБРИЛАТОР	10		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 12 СА ПДВ-ом				
13	ХОЛТЕР ЕКГ	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 13 СА ПДВ-ом				
14	ХОЛТЕР ПРИТИСКА	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 14 СА ПДВ-ом				
15	ШЕСТОКАНАЛНИ ЕКГ АПАРАТ	6		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 15 СА ПДВ-ом				
16	АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА	70		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 16 СА ПДВ-ом				
17	ЕКСПРЕСНИ СТЕРИЛИЗАТОР	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 17 СА ПДВ-ом				
18	СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР	6		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 18 СА ПДВ-ом				
19	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕОСИСТЕМОМ	2		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 19 СА ПДВ-ом				

20	ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ		1		
ПДВ: %					
СВЕГА ПАРТИЈА 20 СА ПДВ-ом					
21	ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА МИКРОХИРУРГИЈУ		1		
ПДВ: %					
СВЕГА ПАРТИЈА 21 СА ПДВ-ом					
22	ТУРНИКЕ ДВОКАНАЛНИ		1		
ПДВ: %					
СВЕГА ПАРТИЈА 22 СА ПДВ-ом					
23	ДОДАТНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА САЛУ НЕУРОХИРУРГИЈЕ				
23.1	Држач главе (хидраулично померање)	Кат.бр.Maquet или одговарајући 1130.64C0	1		
23.2	Држач ногу раздвојив	1133.54BC	1		
23.3	Даљински управљач са конекцијом за сто	1131.90A0	1		
23.4	Ослонац за руку са фиксатором	10.016.000	1		
23.5	Каиш за везивање тела	1001.56B0	1		
23.6	Лира	1002.57A0	1		
23.7	Екстензиони део	1131.31B0	1		
23.8	Радиални фиксатор	1003.23C0	2		
23.9	Адаптери за држач главе	1002.65A0	1		
23.10	Конекциони држач	1130.54B0	1		
23.11	Држач главе потковичасти, дводелни	1002.72A0	1		
23.12	Држач инфузије	40.093.000	1		
23.13	Носач бочног држача	1002.40A0	1		
23.14	Бочни држач	1002.40A0	1		
СВЕГА ПАРТИЈА 23 БЕЗ ПДВ-а					
ПДВ: %					
СВЕГА ПАРТИЈА 23 СА ПДВ-ом					
24	ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ				
24.1	Хватаљке	Кат.бр.La wton или одговарај ући 52-0540	4		
24.2	Кљешта	48-0494	4		
24.3	Секач за жицу	48-1496	3		
24.4	Листон	45-0491	4		
24.5	Лир	45-0500	2		
24.6	Лир	45-0505	2		
24.7	Аутоматски костодржач	45-0205	2		

24.8	Аутоматски костодржач	45-0202	2		
24.9	Чекић	47-0127	2		
24.10	Пинцета анатомска средња	09-0136	7		
24.11	Пинцета тач	09-1136	7		
24.12	Паркс елеватор	90-0116	1		
24.13	Скалпелодржач	04-1055	7		
24.14	Пеан	06-0261	20		
24.15	Москито пеан	06-0730	15		
24.16	Москито пеан	06-0241	15		
24.17	Маказе средње препарир	05-2003	7		
24.18	Маказе фине препарир	05-2001	8		
24.19	Маказе metzenbaun	05-1631	7		
24.20	Маказе дуге препарир	05-2062	7		
24.21	Иглодржач јак кратак	08-0210	7		
24.22	Иглодржач фин кратак	08-0186	7		
24.23	Пинцета хируршка	09-0168	15		
24.24	Пинцета анатомска мала	09-0128	7		
24.25	Маказе за гипс са кљуном	05-0975	3		
24.26	Crutchfield држач	52-0525	3		
24.27	Маказе фине	51481	3		
24.28	Маказе перо	05-0099	3		
24.29	Пинцета микрохируршка	09-3066	2		
24.30	Пинцета микрохируршка	09-3054	2		
24.31	Пинцета микрохируршка	09-3056	2		
24.32	Ретрактор за затварање рана	21-0400	1		
24.33	Микро маказе	25-0478	2		
24.34	Иглодржач	08-1028	2		
24.35	Иглодржач	08-1026	2		
24.36	Биполарни форцепс са бајонет врхом	59-0316	3		
СВЕГА ПАРТИЈА 24 БЕЗ ПДВ-а					
ПДВ: %					
СВЕГА ПАРТИЈА 24 СА ПДВ-ом					
25	КОНТЕЈНЕРИ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ И МЕТАЛНЕ ШОЉЕ				
25.1	Контејнер за инструменте 580x280x150 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	Кат.бр. Lawton или одговарај ући 07-3226	2		
25.2	Контејнер за инструменте 580x280x135 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	07-3227	2		

25.3	Контејнер за инструменте 580x280x100 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	07-3206	1		
25.4	Метална шоља, од 14 лит.	07-1021	2		
25.5	Метална шоља, од 12 лит.	07-1020	1		
СВЕГА ПАРТИЈА 25 БЕЗ ПДВ-а					
ПДВ: %					
СВЕГА ПАРТИЈА 25 СА ПДВ-ом					
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ:					
ПДВ..... %					
УКУПНО СА ПДВ-ом ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ:					

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

а) самостално,

б) са подизвођачем:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Понуђена цена обухвата:		ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
а.	Испоруку предмета набавке у оригиналној амбалажи произвођача	
б.	Стручну монтажу и пуштање у рад	
ц.	Обуку особља	
д.	Бесплатне превентивне сервисне прегледе за све време трајања гарантног периода, а по препоруци произвођача (обавезна је достава изјаве произвођача о динамици превентивних прегледа)	
ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:		
РОК ИСПОРУКЕ: (подразумева рок испоруке од момента потписивања уговора) Наручилац захтева од понуђача да понуђени рок испоруке буде исказан у данима.		
РОК ПЛАЋАЊА: (Наручилац ће плаћање извршити вирмански по извршеној испоруци добара у року до 30 (тридесет) дана. Понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете у разматрање). Наручилац захтева од понуђача да понуђени рок плаћања буде исказан у данима.		
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од 60 дана од дана отварања)		
ПОПУСТИ И ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:		

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ ПОДИСПОРУЧИОЦУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	%	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- **Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.**

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75, став 1 тачка 1 Закона) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75 став 1 тачка 2 Закона) Докази за правно лице: 1. Уверење надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

- Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75 став 1 тачка 3 Закона) Доказ за правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ за предузетника: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Потврда АПР-а се не односи само на делатност која је предмет јавне набавке, већ је потребно да ниједна забрана није на снази.				
4.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75 став 1 тачка 4 Закона) Докази: 1. Уверења Пореске управе Министарства				

	финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже потврду Агенције за приватизацију да е налази у поступку приватизације.					
5.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75 став 1 тачка 5 Закона) Доказ: Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико.					
6.	Услов: 1) Најмање два стално запослена, сертифицирана сервисера, обучена за сервисирање предметне опреме код произвођача исте. 2) Ауторизовани сервис за сервисирање опреме. Доказ: 1) Фотокопије сертификата, радне књижице потвре послодавца да је наведени сервисер у сталном радном односу у ауторизованом сервису. 2) Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме. Напомена: Уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сервиса					
7.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75 став 2 Закона). Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације) Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!					
Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)						

8.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача.					
9.	За учествовање у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са <u>произвођачем</u> или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издате од стране <u>произвођача</u> .					

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама осим уколико је конкурсном документацијом назначено да морају бити у оригиналу.

2. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

3. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4).

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

4. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл. 75, ст.1, тач.1-4) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач. 1)- 4) и услов из чл.75, став 2, док остале услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, **као законски заступник** понуђача

..... ,
(назив понуђача)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да именовани понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

Напомене:

1. Изјаву обавезно потписати. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ:

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ХИРУРШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд2014. године

1.....
.....
.....
(Навести назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму)

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун:

Тел/факс

(у даљем тексту овог уговора: Продавац)

и

2. Клинички центар Србије - Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа директор, проф. др Миљко Ристић,

Шифра делатности: 85110;

Регистарски број: 01607089503;

Матични број: 07089503;

ПИБ:100118429;

Текући рачун: 840-667667-80;

Тел/факс:011/2656-473, 011/2685-579

(у даљем тексту овог уговора: Купац)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ХИРУРШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет уговора је купопродаја добара како следи:

Редни број партије	Назив производа	Количина (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
			Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (без ПДВ-а) (3x4)
1	2	3	4	5
1	ДИГИТАЛНИ РТГ АПАРАТ ЗА РАДИОГРАФИЈУ	1		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 1 СА ПДВ-ом	
2	ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА	1		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 2 СА ПДВ-ом	
3	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ	2		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 3 СА ПДВ-ом	
4	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ	1		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 4 СА ПДВ-ом	
5	АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ	2		
			ПДВ: %	
			СВЕГА ПАРТИЈА 5 СА ПДВ-ом	

6	РЕСПИРАТОР	7		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 6 СА ПДВ-ом				
7	ЛАРИНГОСКОП Mc Coy	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 7 СА ПДВ-ом				
8	ВИДЕОЛАРИНГОСКОП	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 8 СА ПДВ-ом				
9	АПАРАТ ЗА ТОРАКАЛНУ ДРЕНАЖУ	40		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 9 СА ПДВ-ом				
10	ШПРИЦ ПУМПА	30		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 10 СА ПДВ-ом				
11	ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОРИ			
11.1	МОБИЛНИ ХИРУРШКИ АСПИРАТОР	5		
11.2	ПОРТАБИЛНИ АСПИРАТОР ВЕЋЕГ ПРОТОКА	1		
11.3	ПОРТАБИЛНИ АСПИРАТОР МАЊЕГ ПРОТОКА	39		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 11 СА ПДВ-ом				
12	ДЕФИБРИЛАТОР	10		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 12 СА ПДВ-ом				
13	ХОЛТЕР ЕКГ	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 13 СА ПДВ-ом				
14	ХОЛТЕР ПРИТИСКА	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 14 СА ПДВ-ом				
15	ШЕСТОКАНАЛНИ ЕКГ АПАРАТ	6		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 15 СА ПДВ-ом				
16	АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА	70		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 16 СА ПДВ-ом				
17	ЕКСПРЕСНИ СТЕРИЛИЗАТОР	1		

ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 17 СА ПДВ-ом				
18	СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР	6		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 18 СА ПДВ-ом				
19	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕОСИСТЕМОМ	2		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 19 СА ПДВ-ом				
20	ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 20 СА ПДВ-ом				
21	ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА МИКРОХИРУРГИЈУ	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 21 СА ПДВ-ом				
22	ТУРНИКЕ ДВОКАНАЛНИ	1		
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 22 СА ПДВ-ом				
23	ДОДАТНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА САЛУ НЕУРОХИРУРГИЈЕ			
23.1	Држач главе (хидраулично померање)	Кат.бр.Maquet или одговарајући 1130.64C0	1	
23.2	Држач ногу раздвојив	1133.54BC	1	
23.3	Даљински управљач са конекцијом за сто	1131.90A0	1	
23.4	Ослонац за руку са фиксатором	10.016.000	1	
23.5	Каиш за везивање тела	1001.56B0	1	
23.6	Лира	1002.57A0	1	
23.7	Екстензиони део	1131.31B0	1	
23.8	Радиални фиксатор	1003.23C0	2	
23.9	Адаптери за држач главе	1002.65A0	1	
23.10	Конекциони држач	1130.54B0	1	
23.11	Држач главе потковичасти, дводелни	1002.72A0	1	
23.12	Држач инфузије	40.093.000	1	
23.13	Носач бочног држача	1002.40A0	1	
23.14	Бочни држач	1002.40A0	1	
СВЕГА ПАРТИЈА 23 БЕЗ ПДВ-а				
ПДВ: %				
СВЕГА ПАРТИЈА 23 СА ПДВ-ом				
24	ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ			

24.1	Хватаљке	Кат.бр.La wton или одговарај ући 52- 0540	4		
24.2	Кљешта	48-0494	4		
24.3	Секач за жицу	48-1496	3		
24.4	Листон	45-0491	4		
24.5	Лир	45-0500	2		
24.6	Лир	45-0505	2		
24.7	Аутоматски костодржач	45-0205	2		
24.8	Аутоматски костодржач	45-0202	2		
24.9	Чекић	47-0127	2		
24.10	Пинцета анатомска средња	09-0136	7		
24.11	Пинцета тач	09-1136	7		
24.12	Паркс елеватор	90-0116	1		
24.13	Скалпелодржач	04-1055	7		
24.14	Пеан	06-0261	20		
24.15	Москито пеан	06-0730	15		
24.16	Москито пеан	06-0241	15		
24.17	Маказе средње препарир	05-2003	7		
24.18	Маказе фине препарир	05-2001	8		
24.19	Маказе metzenbaun	05-1631	7		
24.20	Маказе дуге препарир	05-2062	7		
24.21	Иглодржач јак кратак	08-0210	7		
24.22	Иглодржач фин кратак	08-0186	7		
24.23	Пинцета хируршка	09-0168	15		
24.24	Пинцета анатомска мала	09-0128	7		
24.25	Маказе за гипс са кљуном	05-0975	3		
24.26	Crutchfield држач	52-0525	3		
24.27	Маказе фине	51481	3		
24.28	Маказе перо	05-0099	3		
24.29	Пинцета микрохируршка	09-3066	2		
24.30	Пинцета микрохируршка	09-3054	2		
24.31	Пинцета микрохируршка	09-3056	2		
24.32	Ретрактор за затварање рана	21-0400	1		
24.33	Микро маказе	25-0478	2		
24.34	Иглодржач	08-1028	2		
24.35	Иглодржач	08-1026	2		
24.36	Биполарни форцепс са бајонет врхом	59-0316	3		
СВЕГА ПАРТИЈА 24 БЕЗ ПДВ-а					
ПДВ: %					
СВЕГА ПАРТИЈА 24 СА ПДВ-ом					

25	КОНТЕЈНЕРИ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ И МЕТАЛНЕ ШОЉЕ				
25.1	Контејнер за инструменте 580x280x150 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	Кат.бр. Lawton или одговарај ући 07-3226	2		
25.2	Контејнер за инструменте 580x280x135 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	07-3227	2		
25.3	Контејнер за инструменте 580x280x100 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	07-3206	1		
25.4	Метална шоља, од 14 лит.	07-1021	2		
25.5	Метална шоља, од 12 лит.	07-1020	1		
СВЕГА ПАРТИЈА 25 БЕЗ ПДВ-а					
ПДВ: %					
СВЕГА ПАРТИЈА 25 СА ПДВ-ом					
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ:					
ПДВ..... %					
УКУПНО СА ПДВ-ом ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ:					

1.2. Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број..... од2014. године која је достављена по позиву и прихваћена од стране стручне комисије КУПЦА.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1. Укупна вредност робе из Члана 1. овог Уговора, чија је купопродаја предмет овог Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи

3. РОК ИНАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од:

.....
(навести начин и рок плаћања у складу са понудом Продавца)

4. РОК ИСПОРУКЕ

4.1. Роба која је предмет овог уговора испоручује се на паритету ДАП магацин купца.

4.2. Роба се испоручује сукцесивно, према захтеву купца, у року од дана од дана добијања наруџбенице.

4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

4.4. Пријем и квантитативну контролу добара, врши овлашћено лице Купца и исте оверава својим потписом.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

5.1. Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања Уговора преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду банкарске гаранције (уколико је вредност додељеног уговора већа од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а) односно регистроване менице са припадајућим меничним овлашћењем (уколико је вредност уговора до 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а) у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а уз меницу и менично овлашћење Продавац мора да достави и картон депонованих потписа оверен од стране банке након објављивања позива за подношење понуда. Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи до потпуног испуњења уговорних обавеза Продавца.

5.2. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца,
 - у другим случајевима неиспуњења уговорених обавеза који могу да доведу до угрожавања живота и здравља пацијената, рада купца као и да нанесу штету купцу.
- 5.3. Уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама достављена банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити са роком важења од 365 дана од дана закључења уговора.
- 5.4. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

- 6.1. Добро које је предмет овог уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту робе,
 - уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције
- 6.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и/или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
- 6.3. У случају када сам наручилац или независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета уговора, трошкови анализе и повлачења неисправне робе као и превоз неисправне робе падају на терет продавца.
- 6.4. Квантитавни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству ПРОДАВЦА. Евентуална рекламација од стране КУПЦА на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 /двадесетчетири/ часа.
- 6.5. Уколико било која испорука не задовољи уговорени квалитет, ПРОДАВАЦ је у обавези да у року од 3 (три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси ПРОДАВАЦ.

7. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

- 7.1. Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту робе и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

8. ВИША СИЛА

- 8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговореностране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.
- 8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

9. СПОРОВИ

- 9.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду уз примену права Републике Србије.

10. РАСКИД УГОВОРА

- 10.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- 10.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор ће се раскинути.
- 10.3. Плаћање по овом уговору у 2014. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2014. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2015. години наручилац ће извршити плаћање испоручиоцу добара по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2015. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца

11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

11.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су по свим основама које предвиђа Закон о облигационим односима Републике Србији и Опште узансе за промет робом. Измене и допуне се врши искључиво у форми анекса.

12. СТУПАЊЕНА СНАГУ УГОВОРА

12.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

12.2. Продавац је дужан да приликом потписивања уговора достави купцу финансијске гаранције члана 5. овог уговора.

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику ,од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.

13.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 – Понуда бр. од2014.

Прилог бр.2 - Финансијска гаранција Продавца

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КУПАЦ
Директор
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

ПРОДАВАЦ

Проф. др Миљко Ристић

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.1: ДИГИТАЛНИ РТГ АПАРАТ ЗА РАДИОГРАФИЈУ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.	Fiksni pacijent sto		
1.1.	Sto sa ravnom plivajućom površinom		
1.2.	Dužina ploče stola: min. 215 cm		
1.3.	Širina ploče stola: min. 80cm		
1.4.	Nosivost pacijent stola: min. 250kg		
1.5.	Longitudinarno pomeranje ploče stola: min. 80cm		
1.6.	Transverzalno pomeranje ploče stola: min. 25cm		
1.7.	Vertikalno pomeranje površine stola: motorizovano, minimalna visina od poda 55cm ili niže.		
1.8.	AEC, min. tri polja		
1.9.	Rešetka za sprečavanje rasejanog zračenja, uklonjiva od strane operatora		
1.10.	Lateralni držač detektora koji omogućava postavljanje detektora prilikom lateralnih projekcija na stolu		
2.	Vertikalni stativ		
2.1.	Manuelno ili motorizovano vertikalno pomeranje bukija, sa minimalnim hodom od 140cm		
2.2.	Minimalno rastojanje od poda do centra ležišta za detektor: ne više od 55cm		
2.3.	Mogućnost nagnjanja („tilt“) bucky-ja iz vertikalnog u horizontalni položaj: min. opseg -15/+90 stepeni ili šire		
2.4.	Rešetka za sprečavanje rasejanog zračenja u stativu, uklonjiva		
2.5.	5.5 AEC, min. tri polja		
3.	Plafonski nosač RTG cevi		
3.1.	Longitudinarno, transverzalno i vertikalno pomeranje nosača cevi, motorizovano vertikalno pomeranje cevi kojiautomatski prati kretanje stola po visini i Buck-ija na zidnom stativu, održavajući SID konstantnim.		
3.2.	Longitudinalno pomeranje cevi, min. 300 cm		
3.3.	Transverzalno pomeranje cevi min. 200 cm		
3.4.	Rotacija cevi oko horizontalne ose, relativno u odnosu na položaj kada je kolimator usmeren na dole: min. +135/-180 stepeni ili više.		
3.5.	Rotacija cevi oko vertikalne ose: min. min. +150/-180 stepeni ili više.		
3.6.	Opseg vertikalnog pomeranja cevi: min. 160 cm		
3.7.	LCD kolor ekran osetljiv na dodir integrisan pored cevi (na plafonskom nosaču) bez dodatnih kablova, sa mogućnošću promene parametara kV, mAs i selekciju AEC sa ovog mesta, kao i prikaz SID kada je detektor u stolu i vertikalnom stativu. Izbor pregleda (organa/projekcije), radnog mesta detektora (bucky-ja).		
3.8.	Automatski kolimator sa kompenzacijom SID i sa automatskom motorizovanom filtracijom (min. tri filtera koji se postavljaju u zavisnosti od tipa projekcije tj. organa koji se snima), sa mogućnošću manuelne korekcije		
4.	Generator		

4.1.	Snaga generatora: min. 80kW		
4.2.	Opseg promene kV: minimalni opseg 40-150kV (ili širi)		
4.3.	Opseg mA: minimalni opseg 25-800mA		
4.4.	Opseg mAs: minimalni opseg 1-800mAs ili šire		
5.	RTG cev		
5.1.	Brzo rotirajuća anoda – min. 8000 obrtaja u minuti		
5.2.	Fokalne tačke: maksimalno 0.6/1.2 mm		
5.3.	Toplotni kapacitet anode: min. 400kHu		
6.	Digitalni flat panel detektor		
	/naziv modela i proizvođača detektora/ 1 komad		
6.1.	Bežični prenosni flat-panel detektor (bežična veza između detektora i akvizicionog računara u cilju komunikacije i transfera slike)		
6.2.	Aktivna površina prvog detektora min. 34x42cm		
6.3.	Kvalitet detektora izražen preko DQE: min. 30% pri 0 ciklusa/mm		
6.4.	Veličina piksela: maksimalno 145 µm		
6.5.	A/D konverzija detektora (skala nivoa sive): min. 14 bita		
6.6.	Punjač za baterije na kome mogu da se pune bar dve baterije istovremeno		
7.	Akviziona radna stanica (PC računar) sa kontrolom generatora		
7.1.	Jedna integrisana radna stanica (računar) sa komunikacijom prema generatoru koja omogućuje kontrolu (podešavanje) svih parametara ekspozicije, prihvatanje slike sa detektora i obradu		
7.2.	Unos podataka o pacijentu preko tastature i miša		
7.3.	Postojanje predprogramiranih parametara ekspozicije i filtracije kolimatora prema tipu pregleda (organa), uz mogućnost menjanja i dodavanja		
7.4.	Ethernet veza (LAN) stanice sa mrežnim okruženjem		
7.5.	DVD-RW uređaj		
7.6.	LCD/TFT ekran (monitor) kolor, min. 19", rezolucije min. 1280x1024 piksela		
7.7.	Tastatura, miš		
7.8.	Prikaz slike na monitoru posle ekspozicije ("preview") za maksimalno 5 sekundi		
7.9.	Broj snimaka koji mogu da se uskladište na HDD akvizicionu stanicu: min. 5000		
7.10.	Multifrekvencijsko procesiranje snimka koje omogućava vizualizaciju tvrdih i mekih tkiva na istom snimku (harmonizacija tkiva), tako da organi (projekcije) imaju predefinisane parametre procesiranja koji se mogu menjati i pohranjivati		
7.11.	Zumiranje, rotiranje, zaokretanje ("flip"), dodavanje markera na snimak, podešavanje kontrasta i osvetljaja snimka		
7.12.	Merenje rastojanja i uglova na snimku		
7.13.	Dicom 3.0, min. Print, Store Send i dicom modality worklist.		
7.14.	Mogućnost mozaične štampe više snimaka jednog pacijenta na filmu (podela filma)		
7.15.	Mogućnost narezivanja slika jednog pacijenta na CD/DVD u DICOM formatu sa programom za pregled snimaka		

7.16.	DicomConfirmanceStatement izdat od strane proizvođača digitalnog RTG aparata za radiografiju		
7.17.	Softver sa pratećim hardverom za snimanje 3 ili 4 uzastopne slike i spajanje u jednu sliku koja prikazuje celu anatomsku strukturu. Softver treba da omogući automatsko spajanje više slika (3 ili 4) u jednu bez gubitaka dijagnostičkih informacija (bez preklapanja)		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u>
	а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме:
	· да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.2: ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.	Dijagnostička radna stanica		
1.1.	Računar sa sledećim karakteristikama (min. Windows platforma, 8GB RAM, RIAD konfiguracija, 1TB prostora za skladištenje slika, grafička karta koja podržava monitore visoke rezolucije)		
1.2.	Monitor visoke rezolucije ,monohromatski, veličine min. 21 inča, min. 3 MP, osvetljava min. 1000 cd/m2, kontrast minimum 1200:1 sa integrisanim senzorom za merenje osvetljava i softverom za automatsku kalibraciju.”		
1.3.	Jedan monitor za administraciju pacijenata		
1.4.	Web baziran sistem “ili odgovarajući”		
1.5.	Mogućnost dodavanja zabeleški u okviru studije		
1.6.	Podrška za prikaz i uvoz podataka koji nisu u skladu sa DICOM standardom (jpeg, avi, pdf, doc,... datoteka).		
1.7.	Mogućnost prosleđivanja podataka o pacijentu (snimci, izveštaji,...) na specifične radne stanice da bi se uskladištili lokalno na radnoj stanici i bili dostupni odmah za dijagnostiku		
1.8.	Dicom Confirmation Statement izdat od strane proizvođača ponuđene dijagnostičke radne stanice.		
1.9.	Skalabilnost sistema – mogućnost integracije novih softverskih paketa kao i mogućnost proširenja arhivskog prostora		
1.10.	Postojanje podrške za kompresiju snimaka, bez gubitaka i sa gubicima		
1.11.	Podesiv korisnički interfejs (GUI) prema preferenciji korisnika		
1.12.	Postojanje predefinisanoг seta kao i mogućnost kreiranja „Display protokola“ za prikazivanje snimaka i podataka na monitorima		
1.13.	Mogućnost pretrage baze podataka (pacijenata) po više kriterijuma		
1.14.	Mogućnost eksporta studija u ne DICOM формате (jpeg, bmp, tiff, PPT, AVI), kao i u DICOMDIR		
2.	Obrada i rad sa snimcima		
2.1.	Interaktivno podešavanje kontrasta i osvetljava snimaka korišćenjem miša		
2.2.	Invertovanje sivih nivoa na snimku		
2.3.	Ineraktivno zumiranje, kao i rotiranje i zaokretanje snimaka		
2.4.	Prikaz u vidu automatskog smenjivanja slika sa podešavanjem broja slika u sekundi (Cine mod)		
2.5.	Alat koji omogućava uvećanje snimka („lupa“)		
2.6.	Podrška za različite tipove merenja, uključujući različite oblike regiona od interesa (ROI) i različita ortopedska merenja		
2.7.	Mogućnost dodavanja tekstualnih anotacija		
2.8.	Anonimizacija podataka		

2.9.	Mogućnost označavanja ključnih slika sa parametrima, merenjima i ROI		
2.10.	Označavanje kičme		
2.11.	Ortopedska merenja		
2.12.	Mogućnost obrade snimaka nastalih na različitim DICOM modalitetima (CT, MR, CR, DR, US, XA itd...)MIP i MinIP podrška u MPR-u		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.3: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.	Ultrazvučni sistem sa digitalnim beam formerom		
2.	4 aktivna konektora za sonde ne računajući „pencil“ konektor		
3.	Kolor monitor 19“ LCD visoke rezolucije		
4.	Integrisani Touch panel 7“		
5.	Intergrisani HDD (250 GB) i DVD-R/W		
6.	Maksimalna dubina prikaza minimalno 33 cm		
7.	Težina aparata do 100kg		
8.	Širina aparata max 500 mm; dubina max 650 mm (prostor u ambulantama ograničavajući faktor)		
9.	Sistem podržava sledeće sonde:		
9.1.	Konvekse sonde		
9.2.	Mikrokonveksne sonde		
9.3.	Linearne sonde		
9.4.	Sektorske sonde		
10.	Modovi rada:		
10.1.	B - Mode		
10.2.	M - Mode		
10.3.	Color Flow Mode (CFM)		
10.4.	Power Doppler Imaging (PDI)		
10.5.	PW Doppler with High PRF		
10.6.	M – Color Flow Mode		
10.7.	Anatomical M - Mode		
11.	Dinamički opseg sistema 260 dB		
12.	Maksimalni broj frejmova u sekundi u B Modu minimalno 2000f/s		
13.	8 fokusnih tačaka		
14.	8 TGC podešivača		
15.	Speckle Reduction Imaging (SRI – HD) ili odgovarajuće		
16.	Prostorno komponovanje slike radi smanjenja šuma u realnom vremenu: Real time sono CT, CrossXBeam, SieClear ili odgovarajuće		
17.	Post – procesiranje slika i video klipova na način koji omogućava promenu Gain – a u Doppler Mode – ovima (PW, CW, PDI, CFM), B Mode – u, M Mode – u, podešavanje Doppler ugla, promenu dinamičkog opsega kod PW i CW doplera, pruža mogućnost automatske optimizacije slike u B – Mode – u, korišćenje Speckle reduction tehnike kao i vršenje automatskih merenja u PW i CW dopleru		
18.	Mogućnost nadogradnje softvera za napredno praćenje hemodinamske aktivnosti u sivoj skali koji se zasniva na dopler tehnikama akvizicije, B – Flow ili odgovarajuće		

Конкурсна документација за јавну набавку –

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ХИРУРШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

број: 151K/2014

страна 52 од 211

19.	Tehnika automatske optimizacije slike u B modu jednim pritiskom na dugme: TEQ, Iscan, ATO ili odgovarajuće		
20.	Coded Harmonic Imaging ili odgovarajuće		
21.	Cine memorija minimum 360 MB		
22.	Potpuna DICOM 3.0 kompatibilnost		
23.	Eksport podataka u JPEG; MPEG i AVI formatu		
24.	Sonde:		
	Linearna 2D sonda frekvencije 3.0 MHz – 10.0 MHz (± 1.0 MHz)		
	Konveksna 2D sonda frekvencije 1.5 – 5 MHz (± 1.0 MHz)		
	Mikrokonveksna 2D sonda frekvencije 3.0 – 10 MHz (± 1.0 MHz)		
25.	Termički crno / beli printer		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	<u>Обавезе испоручиоца опреме:</u> · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.4: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.	Portabilni ultrazvučni aparat sa digitalnim beam former - om		
2.	1 aktivni port na samom aparatu		
3.	15"LCD monitor visoke rezolucije		
4.	HDD 500GB i USB konektor		
5.	1024 digitalnih procesnih kanala		
6.	2D Image frame Rate 1800 Hz		
7.	Maksimalna dubina prikaza minimalno 30cm		
8.	Dinamički opseg sistema 170 dB		
9.	Korisnički interface sa trackball – om		
10.	Sistem podržava sledeće sonde		
10.1.	Konveksne		
10.2.	Linearne		
10.3.	Sektorske		
10.4.	Intra operativne Ti I tipa		
10.5.	Visoko frekventnu „hockey stick“ linearnu sondu frekvencije do 18 MHz		
10.6.	TEE 2D sonde		
11.	Modovi rada		
11.1.	2D (B-Mode)		
11.2.	Color Flow Mode		
11.3.	PWD		
11.4.	PDI		
11.5.	CW Doppler		
11.6.	M i M Color Mode		
11.7.	AMM		
11.8.	Tissue Doppler Imaging		
11.9.	Tissue Harmonic Imaging dostupan na svim „imaging“ sondama		
12.	8 fokusnih tačaka		
13.	6 TGC podešivača		
14.	Automatska optimizacija (Tissue, Spectrum, Color)		
15.	Prostorno komponovanje slike radi smanjenja šuma u realnom vremenu: Real time sono CT, CrossXBeam, SieClear ili odgovarajuće		
16.	Post procesiranje slika i video klipova na način koji omogućava promenu Gain-a u Doppler Mode-ovima (PW, CW, PDI, CFM), B Mode-u, M Mode-u, podešavanje Doppler ugla, promenu dinamičkog opsega kod PW i CW doplera, pruža mogućnost automatske optimizacije slike u B-Mode-u, korišćenje Speckle reduction tehnike kao i vršenje automatskih merenja u PW i CW dopleru		

17.	Speckle Reduction Imaging (SRI) ili odgovarajuće		
18.	Softver za poboljšanje vizualizacije igle prilikom izvođenja intervencija. B – Steer ili odgovarajuće		
19.	Sva neophodna merenja i kalkulacije		
20.	Čine memorija minimum 64 MB		
21.	Potpuna DICOM 3.0 kompatibilnost		
22.	Eksport podataka u JPEG i AVI formatu		
23.	Linearna 2D sonda frekventnog opsega 5.0 – 13.0 MHz (± 1.0 MHz)		
24.	Linearna sonda sa malim „footprint-om“ veličine 11x35 mm (± 2.0 mm) i frekventnim opsegom 7.0-18.0 MHz (± 0.5 MHz)		
25.	Konveksna 2D sonda frekventnog opsega 2.0-6.0 MHz (± 1.0 MHz)		
26.	Sektorska 2D sonda frekventnog opsega 1.5-4.0 MHz (± 0.5 MHz)		
27.	Kolica za ultrazvučni aparat sa tri porta i zvučnicima		
28.	Termički crno/beli printer		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.5: АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Компактан апарат на мобилној конзоли максималне ширине 80cm, са могућношћу кочења точкова		
1.2.	Конзола апарата мора да има средњи пулт намењен за писање и горњи пулт за додатну анестезиолошку опрему и прибор		
1.3.	Минимум једна фиока у конзоли, висине најмање 15cm		
1.4.	Струјно батеријско напајање апарата, интерне батерије за рад до 90 минута у одсутству струјног напајања. Апарат мора имати додатне струјне утичнице на полеђини апарата за напајање пратеће опреме		
1.5.	Прикључци на полеђини апарата за гасно напајање са O ₂ , N ₂ O и ваздухом из централног система		
1.6.	Фабрички предвиђене позиције на полеђини апарата за смештај 2 цилиндра од 10 литара за резервно гасно напајање (O ₂ и N ₂ O) који се испоручују уз апарат		
1.7.	Електронски контролисан вентилатор, пнеуматски или електрично погоњен		
1.8.	Модови вентилације: Волуменом контролисана, притиском контролисана и SIMV		
1.9.	2 вапоризерска места, севофлурански вапоризер испоручити уз систем		
1.10.	Интегрисана електронска заштита од хипоксије		
1.11.	Интегрисан помоћни довод кисеоника за регионалну анестезију		
1.12.	Интегрисан модул за гасну анализу са приказом мерења на дисплеју апарата		
1.13.	Интегрисан систем за одвод отпадних гасова из апарата		
1.14.	Минимални опсежи вентилационих подешавања: -Дисајни volume: 20-1400ml, -Фреквенца 4-80 bpm -Pinsp 5-60cmH ₂ O -PEEP 4-20 cmH ₂ O -Insp време 0,2-5 s		
1.15.	Колор дисплеј величине минимално 12"		
1.16.	Апарат има дигитално корисничко подешавање гасне смесе. За приступ менијима, одабир и потврду при подешавању вентилационих параметара користе се директни тастери и главна ротирајућа команда дисплеја		
1.17.	Вентилациони мониторинг: -Истовремени приказ на екрану 3 кривуље (притисак, volume/проток, CO ₂ или анестетик) и приказ кривуље респираторне механике, приказ мерених вредности притиска у дисајном путу (mean, peak, PEEP), -Фреквенце, дисајног волумена, минутног волумена, -Континуирано мерење конц. O ₂ , CO ₂ , N ₂ O у уздаху и издаху,		

	-Идентификација и мерења конц. Анестетика у удаху и издаху, -Приказ израчунате MAC вредности, -Дигитални приказ на екрану притиска гасова из централног довода или цилиндара		
1.18.	Дисајни систем компактан и интегрисан у конзолу (не заузима околни простор) укупне запремине мање од 3 литре		
1.19.	Подржане технике рада при ниском и минималном протоку		
1.20.	Подесиви вентил за регулацију граничног притиска у мануелном режиму рада		
1.21.	Вишекратни, аутоклавабилни CO2 apsorbercanister		
1.22.	Апарат поседује аудио-визуелне аларме са подесивим границама		
1.23.	Стандардни прибор потребан за рад и упутство за рад на српском језику		
1.24.	Пратећи пацијент монитор са активним хемодинамским параметрима: -EKG, HR, SpO2, NIBP, -Температуре, -Респирација, -Инвазивни притисак x 2 -Дубина анестезије, -Cardiacoutput, (Одговарајућа опрема за све наведене параметре обавезно се испоручује уз монитор)		
1.25.	Колор дисплеј величине минимум 12"		
1.26.	Приказ минимално 6 кривуља		
1.27.	Тренд 24Н са високом резолуцијом узорковања у ОР сали у опсегу од 2-30 секунди		
1.28.	Струјно батеријско напајање, са батеријом која омогућава рад монитора до 2h у одсутству струјног напајања		
1.29.	Стандардни прибор потребан за рад монитора и упутство за употребу		
1.30.	Апарат мора имати интегрисан аспиратор са боцама за секрет као и одвод вишка наркозних гасова		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

--

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

--

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

--

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

--

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

--

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања кvara у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.6: РЕСПИРАТОР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Респиратор - намењен инвазивној и неинвазивној вентилацији одраслих пацијената и деце		
1.2.	Компактан уређај на мобилној конзоли са кочницама на предњим точковима		
1.3.	Струјно и интерно батеријско напајање		
1.4.	Интегрисана резервна батерија која омогућава рад 120 минута без струје		
1.5.	Прикључци за централно гасно напајање са кисеоником и медицинским ваздухом		
1.6.	Активни модови вентилације, волуменом контролисана вентилација, притиском контролисана вентилација са испоруком гарантованог волумена		
1.7.	Bi-PAP (или Bi-level) вентилација, SIMV, CPAP са притиском подржаном вентилацијом		
1.8.	Подржана NIV вентилација		
1.9.	Минимални опсежи подешавања: Дисајни волумен 20-2000 ml, Дисајна фреквенца 4-90 bpm, Pinsp 1-80 cmH2O, PEEP до 40 cmH2O, Trause 0-10 s		
1.10.	Тригероване подесиво и притиском и протоком у инвазивним и неинвазивним модовима вентилације		
1.11.	Компензација за Trigger, за отпорност према типу тубуса и за цурење		
1.12.	Респиратор – има активну опцију мерења EtCO2 i FiCO2		
1.13.	Колор дисплеј величине минимум 12" са могућношћу ротације и подешавања висине и нагиба		
1.14.	Прикази на дисплеју: Истовремени приказ 3 кривуље дисања (притисак, проток, CO2), Вредности притиска (peak, mean, PEEP), Дисајни volume, Минутни volume, FiO2, EtCO2, FiCO2, Комплијанса, Отпорност, Респираторна механика		
1.15.	Аутоматска детекција конекције пацијента уз аудио-визуелни аларм		
1.16.	Има потпуно аутоматизовану рутину извођења сукције која по активирању започиње 100% преоксигенацијом, затим суспендује аларм током диконекције ради сукције и завршава 100% оксигенацијом по реконекцији		
1.17.	Има засебне функције за краткотрајно задржавање инспиријума и за задржавање експиријума		
1.18.	Процедура за мерење интринзичког PEEP-а и		

	PEEPволумена		
1.19.	Мерење/обрачун параметара процене: PO1, RSBI, NIF, витални капацитет		
1.20.	Респиратор мора да има програмабилну рутину предвиђену за проверу способности спонтаног дисања са обавезних резервним вентилационим модом у циљу процене способности одвикавања или слично		
1.21.	Респиратор – поседује in-line nebulizer чији се рад директно електронски контролише и програмира са респиратора		
1.22.	Тренд података на респиратору 7 или више дана за пацијенте који су у дужем периоду на вентилационој потпори		
1.23.	Аудио-визуелни алармни систем са више нивоа приоритета аларма, могућношћу аутоматског подешавања лимита		
1.24.	Упутство на српском језику		
1.25.	Стандардни прибор неопходан за рад		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	<u>Обавезе испоручиоца опреме:</u> · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања кvara у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.7: ЛАРИНГОСКОП Mc Coy

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1	MACINTOSH Ларингоскопска спатула, фибер оптички светлосни проводник инкорпориран, величина 5, хладно светло1 ком.		
1.2	MACINTOSH Ларингоскопска спатула, фибер оптички светлосни проводник инкорпориран, величина 4, хладно светло 1 ком.		
1.3	MACINTOSH Ларингоскопска спатула, фибер оптички светлосни проводник инкорпориран, величина 3, хладно светло 1 ком.		
1.4	MACINTOSH Ларингоскопска спатула, фибер оптички светлосни проводник инкорпориран, величина 2, хладно светло1 ком.		
1.5	MACINTOSH Ларингоскопска спатула, фибер оптички светлосни проводник инкорпориран, величина 1, хладно светло 1 ком.		
1.6	MACINTOSH Ларингоскопска спатула, фибер оптички светлосни проводник инкорпориран, величина 0, хладно светло 1 ком.		
1.7	Ручка за ларингоскопе, за хладно светло, дужине 12cm, аутоклавабилна, за коришћење са батеријским улошком ... 2 ком.		
1.8	Батеријски уложак, пуњиви, дужине 12cm, са High-Power-LED осветљењем, 50 Lumen/>100Klux, литијум-јонска батерија, време рада са 100% осветљењем 240 мин, пуни се индукцијом ... 2 ком.		
1.9	Индукцијски пуњач, за два LED батеријска улошка, са фиксираним интегрисаним каблом за напајање и адаптерима за EU, 110V-240VAC, 50/60Hz, погодан за спољну дезинфекцију1 ком.		
1.10	Држач за пуњач 1 ком.		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.8: ВИДЕОЛАРИНГОСКОП

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	KolorLCD monitor		
1.2.	Mobilni stativ sa točkovima		
1.3.	Mehanizam protiv zamagljivanja. Treba da omogućava upotrebu i u slučaju traume disajnog puta – krv, povraćanje, sekrecije		
1.4.	Veličina špatulezavišekratnu upotrebuzapacijenteod 40 kgdomorbidno gojaznih		
1.5.	Špatulazavišekratnu upotrebu treba da prevodi vizuelizacijullli IV klaseul illklasupremaCormack-Lehane oceni težine disajnog puta. Treba da omogući: endotrahealne intubacije sa položajem glave pacijenta u neutralnom položaju prilikom kojih je imobilizovan vratni deo kičme, nazalne intubacije, intubacije dvolumenskih tubusa, intubacije u budnom stanju, izmene tubusa		
1.6.	Špatulazavišekratnu upotrebutreba da budeodvojivaod video kabla i monitora radi dezinfekcije visokog nivoa		
1.7.	Špatulazavišekratnu upotrebukoja se ucelostimože potopitusredstvo za dezinfekcijuvisokognivoa		
1.8.	Punjiva baterija koja omogućava autonomiju neprekidnog rada minimum 90 minuta		
1.9.	Poseduje rigidni vodič tubusa		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**Партија бр.9: АПАРАТ ЗА ТОРАКАЛНУ ДРЕНАЖУ**

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Kontinuirana trajna drenaža koja se sastoji od vakumskog regulatora i vodenog stuba		
1.2.	Vakumski regulator je integrisan sa vodenim stubom i treba da se kači na standardnu medicinsku šinu		
1.3.	Kontinuirana drenaža treba da poseduje bocu za sekret kapaciteta 700 ml (graduisanosti 10 ml)		
1.4.	Boca za sekret je polisufionska (autoklavabilna) i treba da se kači na standardnu medicinsku šinu		
1.5.	Vodeni stub treba da ima graduaciju u kPa i mbar		
1.6.	Maksimalni vakum kontinuirane trajne drenaže – 5 kPa (-50 mbar)		
1.7.	Minimalni protok kontinuirane trajne drenaže 15 l/min		
1.8.	Maksimalna buka kontinuirane trajne drenaže 50 dB		
1.9.	Kontinuirana trajna drenaža treba da se postigne pomoću centralno razvedenog vakuma (dužina creva minimum 1,5 metara)		
1.10.	Maksimalna težina vakumskog regulatora sa vodenim stubom 1,1 kg		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	<u>Обавезе испоручиоца опреме:</u> · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања кvara у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.10: ШПРИЦ ПУМПА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Brzina protoka od 0,01-1000 ml/h sa povećanjima od 0,1 ml/h		
1.2.	Mogućnost automatskog bolusa kao i programiranja bolusa		
1.3.	Automatsko prepoznavanje i selekcija šprica: - Mogućnost rada sa špricima od 10 ml – 50/60 ml - Automatska selekcija proizvođača šprica sa prikazom na panelu, bez potrebe unošenja koda. Mogućnost prepoznavanja više različitih brendova špriceva - Mogućnost uklanjanja šprica sa pumpe u bilo koje vreme bez obzira na to da li pumpa radi ili je ugašena - Špric i njegov klip moraju biti zaštićeni od pomeranja i vidljivi sa najmanje 3 metra udaljenosti		
1.4.	Mogućnost rada pumpe na struju i bateriju		
1.5.	Integrirani sistem za fiksaciju na stub ili šinski sistem		
1.6.	Integrirana "Anti free flow" zaštita		
1.7.	Mogućnost rada: strujna i baterijska		
1.8.	Alarmi i bezbednosne odlike: - Alarm okluzije i diskonekcije - Mogućnost upozorenja porasta pritiska i pri malom protoku - Mogućnost upozorenja pada pritiska pri svim limitima pritiska - Alarm mora biti praćen zvučnim i svetlosnim signalom - Mogućnost podešavanja jačine zvučnog signala		
1.9.	Kontinuirani prikaz infuzionog volumena na displeju		
1.10.	Pumpe moraju imati mogućnost korišćenja potrošnog materijala (špriceva) više proizvođača		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања кvara у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.11: ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОРИ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.	Električni mobilni, hirurški aspirator		
1.1.	Minimalni nominalni kapacitet sukcije 40 litara u minuti sa kontinuiranim radom		
1.2.	Vakum od 0-90 kPa sa regulacijom		
1.3.	Mobilni nosač sa 4 točka (dva sa sistemom zaključavanja)		
1.4.	Nivo buke maksimalno 40 decibela		
1.5.	Napajanje 230V /50-60Hz		
1.6.	Posuda za sukciju 4 litara sa poklopcem (2 komada) i držačem boca		
1.7.	Sigurnosna posuda od prelivanja		
1.8.	Mikrobiološki filter (2 komada)		
1.9.	Maksimalna težina 21kg		
2.	Portabilni aspirator većeg protoka		
2.1.	Minimalni nominalni kapacitet sukcije 40 litara u minuti sa kontinuiranim radom		
2.2.	Vakum od 0-90 kPa sa regulacijom		
2.3.	Nivo buke maksimalno 40 decibela		
2.4.	Napajanje 230V /50-60 Hz		
2.5.	Posuda za sukciju 2 litara sa poklopcem (1 komad) i držačem boce		
2.6.	Sigurnosna posuda od prelivanja		
2.7.	Mikrobiološki filter (2 komada)		
2.8.	Maksimalna težina 12 kg		
3.	Portabilni aspirator manjeg protoka		
3.1.	Minimalni nominalni kapacitet sukcije 20 litara u minuti		
3.2.	Vakum od 0-80 kPa sa regulacijom		
3.3.	Napajanje 230V /50-60 Hz		
3.4.	Posuda za sukciju 1 litara sa poklopcem (1 komad) i držačem boce		
3.5.	Mikrobiološki filter (2 komada)		
3.6.	Maksimalna težina 4,5 kg		

4.	Specifikacija za obaveznu dodatnu opremu:		
4.1.	Za Mobilni hirurški aspirator (stavka 1.) 1 rezervna posuda sa poklopcem		
4.2.	Za Portabilni aspirator većeg protoka (stavka 2.) 1 rezervna boca od 2 litre sa poklopcem		
4.3.	Za Portabilni aspirator manjeg protoka (stavka 3.) 3 komada poklopaca boce od 1 litra po aparatu		
4.4.	20 komada mikrobioloških filtera po aparatu		
4.5.	100 m silikonskog creva promera 8h14 mm		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања кvara у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.12: ДЕФИБРИЛАТОР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED		
1.2.	TFT LCD displej u koloru 5,7" sa mogućnošću prikaza minimum 3 krive i 7 numeričkih parametara		
1.3.	Aparat mora biti opremljen sa dve velike papučice za eksternu defibrilaciju: za decu i za odrasle		
1.4.	Papučice na sebi moraju imati ugrađen prekidač za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u bar tri nivoa indikacije		
1.5.	Aparat mora posedovati akumulatorsku bateriju sa kapacitetom za minimum 100 šokova sa maksimalnom energijom defibrilacije, ili za minimum 2,5 sata kontinuiranog monitoringa		
1.6.	Vreme punjenja prazne baterije: maksimalno 3 sata		
1.7.	Mogućnost izbora nivoa energije defibrilacije: do 270 Jbifazično		
1.8.	Brzina punjenja od 0 do 270 J, sa mrežnim napajanjem: maksimum 5 sekundi		
1.9.	Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije sa svetlosnim indikatorima na papučicama		
1.10.	Brz oporovak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije		
1.11.	Automatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda		
1.12.	Ugrađen program za merenje kapaciteta i ispravnosti baterije i visokonaponskog kondezatora		
1.13.	Podešavanje EKG amplitude i podešavanje granice alarma svih merenih parametara		
1.14.	Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima		
1.15.	Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO2, PR, EtCO2, RR i apnea vreme		
1.16.	Automatska detekcija signala pejsinga		
1.17.	Automatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije		
1.18.	Integrisani 2-kanalni termički printer		
1.19.	Trend 24 satno memorisanje aritmija, numeričkih vrednosti izabranih događaja i štampanje odgovarajućih izveštaja		
1.20.	Automatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, memorisanje i naknadno štampanje		
2.	Specifikacija za obaveznu dodatnu opremu:		
2.1.	Akumulatorsku bateriju – 1 komad		
2.2.	EKG kabl sa 3 voda – 1 komad		
2.3.	Papir za termički printer - 10 komada		
2.4.	Kolica za defibrilator sa korpom za pribor – 1 komad		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	<u>Обавезе испоручиоца опреме:</u> · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.13: ХОЛТЕР ЕКГ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Softver za analizu dobijenog EKG snimka		
1.2.	Prebacivanje kompletnog snimka (full disclosure)svih kanala na računar		
1.3.	Brza pretraga po različitim parametrima		
1.4.	Kriterijumi skeniranja se mogu definisati od strane korisnika		
1.5.	Funkcija automatskog skeniranja snimaka, zbog pregleda, analize i editovanja		
1.6.	Poseban algoritam za bolju detekciju otkucaja i analizu aritmija		
1.7.	Prospektivno skeniranje u Page modu i Superimpose modu sa automatskim zaustavljanjem na određenom prethodno zadatom događaju		
1.8.	Mogućnost ponovnog skeniranja snimaka koristeći različite odvode za analizu		
1.9.	Mogućnost postavljanja markera na ekranu zbog lakšeg merenja parametara signala		
1.10.	Automatsko označavanje različitih vrsta EKG signala različitim bojama		
1.11.	Prikazivanje trendova i histograma		
1.12.	Analiza ST segmenta u svim snimljenim odvodima		
1.13.	Izračunavanje i kvantifikacija varjabilnosti R-R		
1.14.	Identifikacija tahikardija i bradikardija		
1.15.	Automatska detekcija fibrilacije pretkomore		
1.16.	Automatska detekcija pejsmejkera		
1.17.	QT/QTc Bazett, fridericija ili linearna analiza		
1.18.	Mogućnost pisanja izveštaja		
1.19.	Holter EKG jedinica		
1.20.	Digitalni trokanalni EKG rekorder		
1.21.	A/D konverzija 12-bitna		
1.22.	Ugrađen LCD ekran za prikaz EKG signala		
1.23.	Mogućnost simultane akvizicije 2 ili 3 kanala		
1.24.	Kanali koji mogu da se snimaju: I, II i V ili bipolarni kanali 1 i 2		
1.25.	Digitalna frekvencija uzorkovanja minimalno 180 sekundi po kanalu za standardno snimanje		
1.26.	Detekcija pejsmejkera		
1.27.	Težina manja od 50 grama		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.14: ХОЛТЕР ПРИТИСКА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Metoda merenja – oscilometrijska sa linearnim izduvavanjem vazduha iz manžetne		
1.2.	<u>Opseg merenja:</u> -Sistolni pritisak 60 do 280 mmHg -Dijastolni pritisak 30 do 160 mmHg -Puls 30 do 180 otkucaja u minuti		
1.3.	<u>Tačnost merenja:</u> -Krvnog pritiska +/- 3 mmHg (+/- 8 mmHg standardna devijacija) -Pulsa +/- 3 otkucaja u minuti		
1.4.	<u>Merni intervali:</u> -Četiri podesiva intervala tokom 24 sata, svaki može da se konfiguriše da meri od 10 do 120 minuta; -Moguće merenje u dužem periodu, tipično 24 sata, maksimalno 2 dana		
1.5.	Memorija – fleš tehnologija, dovoljna za 2.700 merenja krvnog pritiska tokom 7 dana		
1.6.	Prenos podataka na PC računar USB kablom		
1.7.	Napajanje baterijsko – 2,4 V iz dve punjive NiMH baterije po 1,2 V dovoljne za min 100 merenja		
1.8.	Veličine manžetne – mala, srednja ili velika		
1.9.	Dimenzije ne veće od 120 x 70 x 40 mm		
1.10.	Težina ne veća od 300 grama sa baterijama		
2.	Obavezna dodatna oprema		
2.1.	PC računar		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.15: ШЕСТОКАНАЛНИ ЕКГ АПАРАТ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.	Akvizicija EKG signala		
1.1.	Simultana akvizicija (snimanje) svih 12 EKG kanala		
1.2.	Full disclosure snimanje i prikaz signala u trajanju od najmanje jednog minta		
1.3.	Automatsko snimanje i prikaz najmanje 10 sekundi najkvalitetnijeg dela ukupno snimljenog signala		
1.4.	Frekvencija uzorkovanja minimum 40.000 uzoraka/sekundi/kanalu za detekciju signala pejsmejкера i minimum 1.000 uzoraka/sekundi/kanalu za snimanje i analizu		
1.5.	Analogno-digitalna konverzija minimum 20-bitna		
1.6.	Frekventni opseg minimum 0.1 – 300 Hz		
1.7.	Obavezna mogućnost rada sa bežičnom akvizicionom jedinicom kao i sa kablom		
1.8.	Bežična kontrola preko EKG jedinice (modula), prikaz EKG snimaka, provera statusa baterije, provera veze elektroda		
2.	Prikaz		
2.1.	LCD ekran u boji, minimum rezolucije 320 x 240 VGA sa pozadinskim osvetljenjem		
2.2.	Prikaz svih 12 EKG kanala istovremeno		
2.3.	Automatsko imenovanje kanala sa detekcijom i prikazom pogrešno postavljenih i odspojenih elektroda		
2.4.	Promena prikaza – broja kanala, amplitude, filtera i brzine EKG talasnih oblika, sa mogućnošću izmene i u analizi, nezavisno od formata snimanja		
2.5.	Izbor prikaza pejsmejker markera		
2.6.	Prikaz sledećih vrednosti – puls, brzina prikaza, amplituda, stanje baterije		
2.7.	Prikaz EKG signala u realnom vremenu ili najmanje poslednjih 5 sekundi „real time“ snimanih podataka		
3.	Štampanje		
3.1.	Formati štampanja minimum standardni i Cabrera, 3+1 3+3 6x2, 12x1		
3.2.	Amplituda prikaza min 5, 10, 20 mm/mV		
3.3.	Brzina prikaza (brzina papira) minimum 5, 10, 25, 50 mm/s		
3.4.	Rezolucija termalnog štampača minimum 40 tačaka/mm horizontalno i minimum 8 tačaka/mm vertikalno, pri brzini papira od 25 mm/s		
3.5.	Mogućnost korišćenja minimum 250 stranica termalnog papira		
3.6.	Širina termalnog papira 210 mm (A4 format)		
4.	Analiza i arhiviranje		
4.1.	Ugrađen algoritam za istovremenu analizu svih 12 EKG kanala		
4.2.	Vrste analiza – za odrasle i pedijatrijska/neonatalna		

4.3.	Analiza prema starosti i polu za akutni MI (infarkt miokarda) i STEMI sa prikazom poruke o mogućem STEMI nalazu		
4.4.	Osetljivost od najmanje 250 Hz za snimanje i analizu signala kod pedijatrijskih pacijenata		
4.5.	Unos podataka o pacijentu – ime, prezime, identifikacioni broj, datum rođenja		
4.6.	Unos podataka preko tastature otporne na vodu i funkcionalnih tastera		
4.7.	Memorija – minimum 20 EKG snimaka, sa mogućnošću prebacivanja na eksternu USB fleš memoriju		
4.8.	Prenos podataka – talasni oblici i tekstualni izveštaji		
4.9.	Automatsko brisanje snimaka koji su prebačeni na eksternu memoriju		
5.	Napajanje i dimenzije		
5.1.	Mrežno napajanje 220-230 V, 50-60Hz		
5.2.	Ugrađena punjiva baterija		
5.3.	Vreme trajanja baterije minimum 3 sata		
5.4.	Vreme punjenja baterije do 4 sata		
5.5.	Masa do 3kg (uključujući bateriju, bez papira)		
6.	Obavezna dodatna oprema		
6.1.	Kolica za smeštaj aparata i pribora		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**Партија бр.16: АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА**

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Aparat mora biti napravljen od metala sa aluminijumskim kućištem		
1.2.	Skala manometra prečnika minimum 60 mm		
1.3.	Baza ventila i vazdušni kanal sa preciznim metalnim ventilom		
1.4.	Nezaštićen ispusni ventil sa finim podešavanjem		
1.5.	Mora posedovati mikrofilter koji štiti ispusni ventil i merni sistem		
1.6.	Specijalno ojačana Cu-Be membrana otporna na starenje		
1.7.	Manžetna i pumpica izrađene od materijala koji ne sadrže latex i mogu se prati i dezinfikovati		
1.8.	Opseg merenja od 0 do 300 mmHg		
1.9.	Aparat mora da izdrži pritisak i do 500 mmHg		
1.10.	Dozvoljena maksimalna greška ± 2 mmHg		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	<u>Обавезе испоручиоца опреме:</u> · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.17: ЕКСПРЕСНИ ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Osnovna namena ekspresnog parnog sterilizatora jeste brza (ekspresna) parna sterilizacija male količine nezapakovanih instrumenata. Uređaj mora da poseduje mogućnost parne sterilizacije širokog dijapazona medicinskih predmeta (instrumenti, tekstil, posude i sl.) na temperaturama u opsegu 105-135°C		
1.2.	Sterilizator je u obliku portabl uređaja predviđenog za postavljanje na bilo koju radnu površinu Materijal kućišta: Nerđajući čelik AISI 304, ili bolji Vrata: Vrata su manuelno pokretana		
1.3.	Komora za sterilizaciju: -Zapremina: min. 15 lit. -Materijal: Nerđajući čelik AISI 316L, AISI 316Ti, ili bolji -Oblik: horizontalna komora, četvrtastog poprečnog preseka za optimalno iskorišćenje radne zapremine, prostora i potrošnje energenata -Zagrevanje komore: Uređaj mora da poseduje zagrevanje komore preko električnog omotača (grejači) postavljenog oko komore		
1.4.	Napajanje vodom: -Napojna voda: prečišćena voda tipa demineralizovane, RO i sl. -Osnovno napajanje vodom: Sterilizator mora da poseduje integrisani rezervoar za prečišćenu vodu. Zapremina tanka vode je najmanje 5 litara. Tank je izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304, ili bolje. Voda se jednostavno doliva u integrisani tank. -Alternativno napajanje vodom: Sterilizator mora da poseduje mogućnost priključenja na eksterni dovod prečišćene vode za napajanje generatora pare.		
1.5.	Uređaj mora da poseduje integrisani generator pare, sa grejačima koji nisu potopljeni, to jest nikada nisu u kontaktu sa vodom, čime se postiže njihova maksimalna dugotrajnost		
1.6.	Uređaj mora da poseduje integrisani efikasni vakuumski sistem za ostvarivanje dubokog pre-vakuuma i post-vakuumskog sušenja		
1.7.	Električni priključak: 200-230V, 50 Hz, ukupna instaisana snaga uređaja: max. 2500 W		
1.8.	-Uređaj mora da poseduje sopstveni kontrolni sistem za upravljanje svim radnim funkcijama, nadgledanje radnih funkcija, alarmiranje u slučaju nepravilnosti i sl. -Upravljački panel se mora nalaziti na prednjem delu aparata i sastojati se od displeja i tastera. -Upavljački sistem mora posedovati port za povezivanje sa računarom i eksternim printerom		
1.9.	Uređaj mora biti opremljen alarmima koji se aktiviraju u slučajevima: - Greške senzora temperature i pritiska - Prekoračenja vremena faze ciklusa - Vrata nisu zatvorena - Greška električnog napajanja Uređaj mora imati mogućnost upozoravanja korisnika o:		

	- Vremenu za redovan servis - Nivou vode u integrisanom tanku - Provodljivosti vode za sterilizaciju i potrebi za zamenom vode u tanku		
1.10.	Sterilizator mora da poseduje senzore za merenje: - Pritisaka i temperature u komori za sterilizaciju - Temperature generatora pare - Provodljivosti vode u tanku		
1.11.	Uređaj mora da poseduje mehanizam za električno zaključavanje (električna brava) vrata komore, koji onemogućuje otvaranje vrata u toku ciklusa		
1.12.	Ciklusi sterilizacije: Sterilizator mora imati programskou kombinacijou koja uključuje: - Program sterilizacije za zapakovane medicinske predmete sa frakcionim predvakuomom i vakuumskim sušenjem na 121 i 134°C – B-ciklusi - Program sterilizacije za porozne medicinske elemente (tekstil) sa frakcionim predvakuomom i vakuumskim sušenjem na 134°C – B-ciklus - Ekspresni (brzi) ciklus sterilizacije za pojedinačne nezapakovane čvrste medicinske elemente na 134°C – N-ciklus - „Bowie & Dick“ test ciklus na 134°C - Test puštanja (curenja) za proveru zaptivenosti komore za sterilizaciju - Mogućnost modifikacije vremena sušenja prema potrebama korisnika kod svih ciklusa, osim u test ciklusima.		
1.13.	Prateća oprema: Uz sterilizator je obavezno isporučiti i: - Unutrašnji nosač za komoru za sterilizaciju, za smeštaj najmanje 5 tacni za instrumente - Najmanje 5 perforiranih tacni za instrumente koje odgovaraju unutrašnjem nosaču, širine min. 180 mm, dužine min. 280 mm		
1.14.	Standardi proizvođača i uređaja: - Standardi u proizvodnji: ISO 9001, ISO 13485 - Evropska direktiva medicinskih uređaja: MDD 93/42/EC - Evropska norma za opremu pod pritiskom: EN 13445 (u skladu sa evropskom direktivom za sudove pod pritiskom PED 97/23/EC) - Evropska norma za male sterilizatore: EN 13060		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	<u>Обавезе испоручиоца опреме:</u> · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**Партија бр.18: СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР**

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Zapremina komore 120 litara		
1.2.	Prirodna cirkulacija		
1.3.	Temperaturni opseg 5 °C iznad ambijentalne do 200 °C		
1.4.	Sigurnosna zaštita od pregrevanja		
1.5.	Proizvođački sertifikat na 105°C		
1.6.	Mogućnost podešavanje vremena sušenja		
1.7.	Materijal komore: Nerđajući čelik AISI 316L, AISI 316Ti, ili bolji		
1.8.	Mikroprocesorska kontrola temperatura i vremena sa eksternim LCD displejem		
1.9.	Eksterne dimenzije oko : 650x845x650 mm (širinax visina x dubina)		
1.10.	Interne dimenzije oko: 460 x 540x 450mm (širinax visina x dubina)		
1.11.	Električni priključak: 200-230V, 50 Hz, ukupna instaisana snaga uređaja: max. 2400 W		
1.12.	Broj polica: 2, broj mesta za police: minimum 5		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.19: ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕОСИСТЕМОМ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.	Glavno svetlo:		
1.1.	Centralna osvetljenost na udaljenosti 1m – 150.000 luxili više		
1.2.	Podešavanje prečnika osvetljenog polja 220-290mm ili veći raspon		
1.3.	Temperatura svetla – fiksna 4.500 K ili više		
1.4.	Colour rendering index Ra – 93 ili više		
1.5.	Dubina osvetljenosti L1+L2 – 1100mm ili više		
1.6.	Centralno postavljena izmenljiva sterilišuća ručka		
1.7.	Podešavanje prečnika osvetljenog polja posredstvom sterilne ručke		
1.8.	Podešavanje nivoa osvetljenosti 45%-100% (donja granica može biti manja od 45%)		
1.9.	Kontrola podešavanja nivoa osvetljenosti preko panela na zgloбу		
1.10.	Radius obrtanja 360°		
1.11.	Prečnik glave operacionog svetla uključujući rukohvate na obodu – max. 800mm		
1.12.	Težina glave operacionog svetla maksimum 21kg		
1.13.	Ulazni napon do trafoa 200-240V		
1.14.	Maksimalna snaga svetla maksimum 210VA		
1.15.	Tip izvora svetla – LED		
1.16.	Radni vek izvora svetla – minimum 28.000h		
1.17.	Moguća izmena pojedinih reflektora na svetlosnom elementu		
1.18.	Endo svetlo – Fiksnog nivoa osvetljenosti u rasponu od 2.500 do 3.500 luxa		
2.	Satelit:		
2.1.	Centralna osvetljenost na udaljenosti 1m – 150.000 luxili više		
2.2.	Podešavanje prečnika osvetljenog polja – 220-290mm ili veći raspon		
2.3.	Temperatura svetla – fiksna 4.500 K ili više		
2.4.	Colour rendering index Ra – 93 ili više		
2.5.	Dubina osvetljenosti L1+L2 – 1100mm ili više		
2.6.	Centralno postavljena izmenljiva sterilišuća ručka		
2.7.	Podešavanje prečnika osvetljenog polja posredstvom sterilne ručke		
2.8.	Podešavanje nivoa osvetljenosti – 45%-100% (donja granica može biti manja od 45%)		
2.9.	Kontrola podešavanja nivoa osvetljenosti preko panela na zgloбу		
2.10.	Radius obrtanja – 360°		
2.11.	Prečnik glave operacionog svetla uključujući rukohvate na obodu – max. 800mm		
2.12.	Težina glave operacionog svetla maksimum 21kg		

2.13.	Ulazni napon do trafoa 200-240V		
2.14.	Maksimalna snaga svetla maksimum 210VA		
2.15.	Tip izvora svetla – LED		
2.16.	Radni vek izvora svetla – minimum 28.000h		
2.17.	Moguća izmena pojedinih reflektora na svetlosnom elementu		
2.18.	Endo svetlo – Fiksnog nivoa osvetljenosti u rasponu od 2.500 do 3.500 luxa		
3.	HD kamera		
3.1.	Ugradnja u glavu satelita		
3.2.	Rezolucija kamere – FullHD, 1920 x 1080 pix ili više		
3.3.	Optički zoom – 10xili više		
3.4.	Digitalni zoom – 12x ili više		
3.5.	Automatski balans belog		
3.6.	Zamrzavanje slike		
3.7.	Automatski fokus		
3.8.	Izmenljiva sterilna ručka		
3.9.	Težina kamere – maksimum 2.8kg		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	<u>Обавезе испоручиоца опреме:</u> · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр. 20: ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Apohromatski korigovana optika		
1.2.	Zoom odnos 1:6		
1.3.	Radni opseg minimalno 300mm bez promene objektiva		
1.4.	Stativ sa „Overhead” mogućnošću i minimalnim dohvatom od 1600mm i mogućnošću rotacije oko ose za minimalno 360°		
1.5.	Mogućnost titlovanja mikroskopa od minimum 125° unazad i minimalno 60° unapred		
1.6.	Tubus za glavnog hirurga 0-180°, sa dodatnim uveličanjem od 50%		
1.7.	Kompletno integrisani (nevidljivi) svi kablovi		
1.8.	Stereocoobservation tubus		
1.9.	180WXenon osvetljenje sa identičnom rezervnom Xenon lampom i mogućnošću regulacije osvetljenja preko ručke		
1.10.	Ručne komande sa dodatnim funkcijama i mogućnošću da se rotiraju za asistenta		
1.11.	Lako pomeranje stativa sa centralnim blokiranjem u radnoj poziciji		
1.12.	Magnetne kočnice		
1.13.	Kompletno integrisana 3CCDkamera u glavi mikroskopa (nevidljiva), uređaj za snimanje kompletno integrisan u stativu i sa istim userinterface-omkao mikroskop (bez vidljivih kablova)		
1.14.	Automatska kontrola dijafragme osvetljenja u zavisnosti od uveličanja		
1.15.	Autodrape funkcija		
1.16.	Kompletno automatsko balansiranje stativa i mikroskopa		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија бр.21: ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА МИКРОХИРУРГИЈУ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Mobilni hirurški mikroskop za mikrohirurške operacije		
1.2.	Zoom odnos 1:6		
1.3.	Mogućnost pomeranja mikroskopa bočno od minimum po 45° na svaku stranu		
1.4.	Mogućnost titlovanja mikroskopa od minimum 125° unazad i minimalno 60° unapred		
1.5.	Tubus za glavnog hirurga 0-180°, sa dodatnim uveličanjem od 50% i sa mogućnošću rotacije oko svoje ose u toku rada		
1.6.	„Facetoface” dodatak sa simetričnim položajem za oba operatera i dodatnim portom za eventualno lateralnog asistenta. Tubus identičan kao za glavnog hirurga		
1.7.	XY pomeranje od minimum 50mmu svakom pravcu		
1.8.	Integrisana kamera i monitor		
1.9.	Transportna visina do 2000mm, opseg dometa pokretnog dela od minimum 1500mm		
1.10.	Mogućnost pomeranja po visini, opseg preko 700mm		
1.11.	Radna distanca od 200mm do 500mm		
1.12.	Mogućnost fokusiranja (manuelno ili automatski)		
1.13.	Osvetljenje – dve ksenonske lampe (glavna i rezervna) od po minimum 180W		
1.14.	Kontrola intenziteta osvetljenja		
1.15.	Uveličanje od 1,2 puta do minimum 10 puta		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања кvara у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**
(Члан 30. став 3. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**Партија бр.22: ЕЛЕКТРОНСКИ, ПНЕУМАТСКИ, ДВОКАНАЛНИ ТУРНИКЕ СИСТЕМ**

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
1.1.	Korišćenje ambijentalnog vazduha		
1.2.	Elektronska kontrola pritiska do 600 mmHg		
1.3.	Dualport, dualcuffsistem. Mogućnost istovremenog korišćenja turnikea odvojeno za dva ekstremiteta		
1.4.	Rezervni baterijski sistem		
1.5.	Alarm		
1.6.	Automatska kalibracija		
1.7.	Minimum 4 manžetne različite veličine		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2	Понуђач мора да поседује Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство од Агенције за лекове и медицинска средства.
3	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6	<u>Обавезе испоручиоца опреме:</u> · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 8.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неисправном.	

ОБЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА (уписати број и приложити копију Решења)	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена: У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

--

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

--

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

--

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

--

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

--

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

Клинички Центар Србије

Пастерова бр. 2

Партија бр.23: ДОДАТНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА САЛУ НЕУРОХИРУРГИЈЕ

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Р. бр. ставке	ВРСТА РОБЕ	"MAQUET" каталошки број или одговарајуће	Колич ина	Јед. мере (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
					Каталошки број	Број решења (дозволе) за стављање у промет АЛИМС-а	Произвођач/ Земља порекла	Коментар
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.1	Држач главе (хидраулично померање)	1130.64C0	1	комад				
23.2	Држач ногу раздвојив	1133.54BC	1	комад				
23.3	Даљински управљач са конекцијом за сто	1131.90A0	1	комад				
23.4	Ослонац за руку са фиксатором	10.016.000	1	комад				
23.5	Каиш за везивање тела	1001.56B0	1	комад				
23.6	Лира	1002.57A0	1	комад				
23.7	Екстензиони део	1131.31B0	1	комад				
23.8	Радиални фиксатор	1003.23C0	2	комад				
23.9	Адаптери за држач главе	1002.65A0	1	комад				
23.10	Конекциони држач	1130.54B0	1	комад				
23.11	Држач главе потковичасти, дводелни	1002.72A0	1	комад				
23.12	Држач инфузије	40.093.000	1	комад				
23.13	Носач бочног држача	1002.40A0	1	комад				
23.14	Бочни држач	1002.40A0	1	комад				

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Клинички Центар Србије

Пастерова бр. 2

Партија бр. 24: ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Р. бр. ставке	ВРСТА РОБЕ	„Lawton“ каталожки број или одговарајући	Колич ина	Јед. мере (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
					Каталожки број	Број решења (дозволе) за стављање у промет АЛИМС-а	Произвођач/ Земља порекла	Коментар
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.1	Хватаљке	52-0540	4	комад				
24.2	Кљешта	48-0494	4	комад				
24.3	Секач за жицу	48-1496	3	комад				
24.4	Листон	45-0491	4	комад				
24.5	Лир	45-0500	2	комад				
24.6	Лир	45-0505	2	комад				
24.7	Аутоматски костодржач	45-0205	2	комад				
24.8	Аутоматски костодржач	45-0202	2	комад				
24.9	Чекић	47-0127	2	комад				
24.10	Пинцета анатомска средња	09-0136	7	комад				
24.11	Пинцета тач	09-1136	7	комад				
24.12	Паркс елеватор	90-0116	1	комад				
24.13	Скалпелдржач	04-1055	7	комад				
24.14	Пеан	06-0261	20	комад				
24.15	Москито пеан	06-0730	15	комад				
24.16	Москито пеан	06-0241	15	комад				
24.17	Маказе средње препарир	05-2003	7	комад				
24.18	Маказе фине препарир	05-2001	8	комад				
24.19	Маказе metzenbaum	05-1631	7	комад				
24.20	Маказе дуге препарир	05-2062	7	комад				
24.21	Иглодржач јак кратак	08-0210	7	комад				

24.22	Иглодржач фин кратак	08-0186	7	комад				
24.23	Пинцета хируршка	09-0168	15	комад				
24.24	Пинцета анатомска мала	09-0128	7	комад				
24.25	Маказе за гипс са кљуном	05-0975	3	комад				
24.26	Crutchfield држач	52-0525	3	комад				
24.27	Маказе фине	51481	3	комад				
24.28	Маказе перо	05-0099	3	комад				
24.29	Пинцета микрохируршка	09-3066	2	комад				
24.30	Пинцета микрохируршка	09-3054	2	комад				
24.31	Пинцета микрохируршка	09-3056	2	комад				
24.32	Ретрактор за затварање рана	21-0400	1	комад				
24.33	Микро маказе	25-0478	2	комад				
24.34	Иглодржач	08-1028	2	комад				
24.35	Иглодржач	08-1026	2	комад				
24.36	Биполарни форцепс са бајонет врхом	59-0316	3	комад				

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Клинички Центар Србије

Пастерова бр. 2

Партија бр. 25: КОНТЕЈНЕРИ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ И МЕТАЛНЕ ШОЉЕ

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Р. бр. ставке	ВРСТА РОБЕ	„Lawton“ каталошки број или одговарајући	Колич ина	Јед. мере (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
					Каталошки број	Број решења (дозволе) за стављање у промет АЛИМС-а	Произвођач/ Земља порекла	Коментар
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.1	Контејнер за инструменте 580x280x150 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	07-3226	2	комад				
25.2	Контејнер за инструменте 580x280x135 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	07-3227	2	комад				
25.3	Контејнер за инструменте 580x280x100 са зеленим поклопцем садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада	07-3206	1	комад				
25.4	Метална шоља, од 14 лит.	07-1021	2	комад				
25.5	Метална шоља, од 12 лит.	07-1020	1	комад				

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог бр. 8

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ХИРУРШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

Редни број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без пдв-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа пдв-а	Износ пдв-а на јединичну цену	Укупна цена (без пдв-а)	Износ пдв-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДИГИТАЛНИ РТГ АПАРАТ ЗА РАДИОГРАФИЈУ							
2	ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА							
3	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ							
4	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ							
5	АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ							
6	РЕСПИРАТОР							
7	ЛАРИНГОСКОП Mc Coy							
8	ВИДЕОЛАРИНГОСКОП							
9	АПАРАТ ЗА ТОРАКАЛНУ ДРЕНАЖУ							
10	ШПРИЦ ПУМПА							
11	ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОРИ							
11.1	МОБИЛНИ ХИРУРШКИ АСПИРАТОР							
11.2	ПОРТАБИЛНИ АСПИРАТОР ВЕЋЕГ ПРОТОКА							
11.3	ПОРТАБИЛНИ АСПИРАТОР МАЊЕГ ПРОТОКА							
12	ДЕФИБРИЛАТОР							
13	ХОЛТЕР ЕКГ							

14	ХОЛТЕР ПРИТИСКА							
15	ШЕСТОКАНАЛНИ ЕКГ АПАРАТ							
16	АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА							
17	ЕКСПРЕСНИ СТЕРИЛИЗАТОР							
18	СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР							
19	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕОСИСТЕМОМ							
20	ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ							
21	ОПЕРАЦИОНИ МИКРОСКОП ЗА МИКРОХИРУРГИЈУ							
22	ТУРНИКЕ ДВОКАНАЛНИ							
23	ДОДАТНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПЕРАЦИОНИ СТО ЗА САЛУ НЕУРОХИРУРГИЈЕ							
23.1	Држач главе (хидраулично померање)							
23.2	Држач ногу раздвојив							
23.3	Даљински управљач са конекцијом за сто							
23.4	Ослонац за руку са фиксатором							
23.5	Каиш за везивање тела							
23.6	Лира							
23.7	Екстензиони део							
23.8	Радиални фиксатор							
23.9	Адаптери за држач главе							
23.10	Конекциони држач							
23.11	Држач главе потковичасти, дводелни							
23.12	Држач инфузије							
23.13	Носач бочног држача							
23.14	Бочни држач							
24	ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ							
24.1	Хватаљке							
24.2	Кљешта							

24.3	Секач за жицу							
24.4	Листон							
24.5	Лир							
24.6	Лир							
24.7	Аутоматски костодржач							
24.8	Аутоматски костодржач							
24.9	Чекић							
24.10	Пинцета анатомска средња							
24.11	Пинцета тач							
24.12	Паркс елеватор							
24.13	Скалпелодржач							
24.14	Пеан							
24.15	Москито пеан							
24.16	Москито пеан							
24.17	Маказе средње препарир							
24.18	Маказе фине препарир							
24.19	Маказе metzenbaun							
24.20	Маказе дуге препарир							
24.21	Иглодржач јак кратак							
24.22	Иглодржач фин кратак							
24.23	Пинцета хируршка							
24.24	Пинцета анатомска мала							
24.25	Маказе за гипс са кљуном							
24.26	Crutchfield држач							
24.27	Маказе фине							
24.28	Маказе перо							
24.29	Пинцета микрохируршка							
24.30	Пинцета микрохируршка							
24.31	Пинцета микрохируршка							

24.32	Ретрактор за затварање рана							
24.33	Микро маказе							
24.34	Иглодржач							
24.35	Иглодржач							
24.36	Биполарни форцепс са бајонет врхом							
25	КОНТЕЈНЕРИ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ И МЕТАЛНЕ ШОЉЕ							
25.1	Контејнер за инструменте 580x280x150 са зеленим поклопцем, садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада							
25.2	Контејнер за инструменте 580x280x135 са зеленим поклопцем, садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада							
25.3	Контејнер за инструменте 580x280x100 са зеленим поклопцем, садржи и: 07-0639 1комад и 07-0833 2комада							
25.4	Метална шоља, од 14 лит.							
25.5	Метална шоља, од 12 лит.							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 142 од 29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ХИРУРШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду, и то:

1. Банкарске гаранције (уколико је вредност уговора већа од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а)

или

2. Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа (уколико је вредност уговора до 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а).

или

3. _____

У 2014. године

П О Н У Ћ А Ч

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

___ / ___ / ; ☐☐☐☐☐☐☐☐ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНАТИ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ , пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.

Место и датум:
и овера понуђача

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: Гаранција

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту Понуђач)
(назив ПОНУЂАЧА)

доставио дана _____ своју понуду за испоруку _____
(назив УСЛУГЕ) _____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)
са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту Банка),
(адреса банке)

Или наши правни следбеници **извршити плаћање износа**
од _____ РСД,

Словима : _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**, на текући рачун бр. **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару за ПОНУДУ; или
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према. Закона о јавним набавкама
МИ преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог захтјева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтијева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.
Ова гаранција важи 365 дана од дана потписивања уговора.

Потпис Банке _____

На основу:

- члана 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА
за додели уговора у поступку јавне набавке

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ХИРУРШКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР

Број јавне набавке: 151K/2014

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок за понуђено добро.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе Одлуку о додели уговора предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.