



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
**Услуге одржавања и поправки за медицинску
опрему, произвођача Drager**

редни број јавне набавке за текућу годину
353 T/2015

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Отворени поступак**

Број јавне набавке: **353Т/2015**

Предмет набавке (добра, услуге, радови): **услуге**

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**

Служба: **Јавне набавке**

Лице за контакт : **Бранислава Бањевић**

Електронска адреса: **brana.banjevic@kcs.ac.rs**

Телефон/факс: **011/3615-745; 3615-746**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача Drager
50421000 – Услуге поправке и одржавања медицинске опреме
Процењена вредност: 18.000.000,00 динара без ПДВ-а

Јавна набавка није обликована по партијама

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– **Прилог бр. 5**
5. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –**Прилог бр. 7**
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– **Прилог бр. 8**
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10**+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - **Прилог бр.11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

Прилог бр.6– Модел уговора о јавној набавци –Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА –**Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност искаже и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а (вредност се налази у моделу Уговора) , са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 6 – МОДЕЛ УГОВОРА.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
 - ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.
- 23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:
- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива **или**
 - ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
 - ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**
- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

- 23.3.1. Изабрани понуђач је дужан да, уколико му буде додељен уговор у висини преко 5.000.000,00 (или тачно 5.000.000,00) дин без ПДВ-а, као финансијску гаранцију за добро извршење посла преда наручиоцу банкарску гаранцију која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Изабрани понуђач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, достави наручиоцу финансијску гаранцију за добро извршење посла са роком важења 10 календарских дана дуже од дана истека уговореног рока за извршење услуге.
- 23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.
- 23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.
- 23.3.4. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
 - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

- 23.4.1 Понуђач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ, и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване соло менице.**
- 23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника. (прилог бр.10)
- **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,**
 - **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.**

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- ❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:**

„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 353 Т/2015

Услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача Drager – не отварати”

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Ponuđač: _____
 Datum: _____
 Broj: _____
 (popunjava ponuđač)

Predmet: Usluge održavanja i popravki za medicinsku opremu, proizvođača DRÄGER

1. usluge tekućeg održavanja i popravki (po pozivu)

- cena servisnog sata

	u redovnom radnom vremenu	van redovnog radnog vremena
Aparati za anesteziju		
Monitori		
Inkubatori i reanimacioni stolovi		
Respiratori		
Aspiratori		
OP lampe		
UKUPNO:		

Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti, montažu, probu i puštanje u rad.

2. Broj radnih sati predviđen za sledeće servisne intervencije:

Redni broj	Vrsta intervencije	Broj radnih sati	Cena (din.) broj radnih sati x cena servisnog sata u redovnom radnom vremenu (1.1.)
1	2	3	4
	Aparati za anesteziju		
1	Provera zaptivenosti kružnog sistema		
2	Zamena displeja		
3	Zamena APL ventila		
4	Zamena redukcionih ventila		
5	Servis izduvnih jedinica		
6	Zamena ploča aktuatora		
7	Zamena ploča kontrolera		
8	Softverska podešavanja		

9	Zamena kablovske grupe senzora protoka		
10	Ispitivanje ventila niskog pritiska		
11	Zamena PEEP ventila		
12	Zamena seta dihtunga		
	Monitori		
1	Zamena ECG modula		
2	Zamena Displeja		
3	Zamena pozadinskog svetla		
4	Zamena rotirajućeg preklopnika		
5	Zamena matične ploče		
6	Zamena prednjeg panela		
7	Ispitivanje pumpe		
8	Zamena filtera vazduha		
9	Ispitivanje interfejsnih ploča		
10	Zamena ILCA senzora		
11	Zamena PATO senzora		
12	Zamena O-ring zaptivača		
13	Zamena filtera		
14	Zamena baterijskog seta		
	Inkubatori		
1	Zamena motora		
2	Zamena aktuatora		
3	ispitivanje i zamena interfejsnih ploča		
4	Zamena displeja		
5	Zamena kita sa proverom ventilske grupe		
6	Pregled ovlaživača		
7	Zamena prednjeg panela		
8	Zamena krila haube		
	Stolovi za reanimaciju		
1	Zamena regulatora pritiska		
2	Zamena prednjeg panela		
3	Zamena grejnih elemenata		
	Respiratori		
1	Zamena PEEP ventila		
2	Zamena matične ploče		
3	Zamena kontrolne ploče pneumat.ventila		
4	Zamena grafičkog kontrolera		
5	Zamena displeja		
6	Zamena O-ring zaptivača		
7	Ispitivanje zaptivanja pneumatskog sistema		
8	Zamena TSL senzora		
9	Zamena filtarske grupe		
10	Zamena internih baterija		
11	Zamena kiseonickog senzora		
	Operacione lampe		
1	Podešavanje fokusne grupe		
2	Zamena centralne jedinice napajanja		
3	Zamena operativnog panela		
4	Zamena prekidača		
5	Zamena trafoa		
		Ukupno 2:	

Uputstvo:

U cenu servisne intervencije je uključen samo rad.

3. Cene rezervnih delova:

(kompletan izvod iz cenovnika za rezervne delove koji mogu doći u obzir za zamenu treba da bude priložen u elektronskom obliku pre potpisivanja ugovora)

Red. br.	Kat. br.	Naziv proizvoda	Model aparata	Jed. mere	Cena po jedinici mere din. bez PDV-a	Garantni rok	Obavezan lager
1	2	3	4	5	6	7	8
Aparati za anesteziju							
1	8601261	PCB merna ploča 2	Julian	kom			
2	8600981	PCB front 4	Julian	kom			
3	8601051	PCB CIO	Julian	kom			
4	8601369	Napojni kabal	Julian	kom			
5	8601081	Glavna ploča	Julian	kom			
6	6870663	A-GAS modul	Julian	kom			
7	6870680	Glava sensora /IRIA 2/	Julian	kom			
8	6870815	Pumpa sa kućištem	Julian	kom			
9	8201911	PCB štampana ploča	Julian	kom			
10	8350277	PCB ventdos aktuator	Julian	kom			
11	1831887	Senzor pritiska 100 mbar	Julian	kom			
12	1832700	Električni prekidač	Julian	kom			
13	8601079	Glavni prekidač	Julian	kom			
14	8601857	Displej	Julian	kom			
15	8601111	PCB frontalni adapter	Julian	kom			
16	8305622	Konekcioni kabl –Spirolog senzor	Julian	kom			
17	8301795	Kabl za spirolog	Julian	kom			
18	8601618	DC-konvertor	Julian	kom			
19	8601765	Mrežno napajanje	Julian	kom			
20	MX08020	Kapa-poklopac	Julian	kom			
21	8604084	Linearni kabl sa adapterom	Julian	kom			
22	8603361	Štampana ploča	Julian	kom			
23	8601803	Električni ventilator	Julian	kom			
24	8601764	Baterija	Julian	kom			
25	8601169	Filter	Julian	kom			
26	M23154	Dihtung	Julian	kom			
27	M33765	Dijafragma	Julian	kom			
28	2600140	Ekspiracioni ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
29	2600150	Uložak ventila	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
30	2600374	Displej	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
31	2600399	Kabl sa prekidačem	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
32	2600457	APL ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
33	2600562	Kabl ASM	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
34	2600564	Pumpa	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
35	2600570	Ventil podpritiska	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
36	2600573	Peep ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
37	2600650	Membrana	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
38	2600670	Sigurnosni ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
39	2600680	Sigurnosni ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
40	2600713	Sklop pumpe	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			

41	2600909	Softwer 04.00	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
42	2600911	Štampana ploča	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
43	6850720	Kućište senzora za O ₂	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
44	7278090	Manometar	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
45	8201951	Štampana ploča	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
46	8201961	Best.lp steuerung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
47	8201971	Štampana ploča za napajanje	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
48	8202081	Štampana ploča	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
49	8402745	Regulator pritiska	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
50	8402868	Bakterijski filter	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
51	8410929	Crevo za merenje protoka/2 kom	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	pak			
52	8603695	Sigurnosni kontrolni ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
53	8604228	Motor sa osovinom	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
54	8604344	Metalni prsten	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
55	8604607	Modul mreznog pretvaraca	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
56	8606055	Kućište O ₂ senzora	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
57	8606268	Sensor pritiska PAW za Fabius	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
58	8606491	Štampana ploča	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
59	2M85034	Prigušivač zvuka	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
60	2M50039	Konektor	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
61	M09230	Kapa ekspiracionog ventila	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
62	M21482	CAP	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
63	M21683	Sigurnosni ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
64	M25073	Pištaljka	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
65	M30946	Ugaona konekcija	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
66	M32773	Sigurnosni ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
67	M32940	Blok za regulaciju protoka gasa	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
68	M09361	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
69	M19241	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
70	MK00625	APL ventil	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
71	2607003	CCFL-Lamp service kit Fabius C	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
72	2603360	Kabl sa prekidačem	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
73	8603780	Membrana	Fabius	kom			

			CE/Tiro/GS/Plus				
74	8410181	Membrana	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
75	8407979	Podloska	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
76	8603781	Sajbna za dihtovanje	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
77	8604105	Ventil pločica	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
78	M27010	Kontrolni ventil za O2	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
79	8607055	Peep crevo	Fabius Tiro	kom			1
80	8403004	Membrana PEEP ventila	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
81	M34751	Regulator pritiska mixera	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
82	8604753	Kabl ASM za flow senzor	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
83	2600370	Plastična tastatura aparata za anesteziju	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			1
84	2600569	Nosač pumpe	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
85	2600656	Optički prekidač	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
86	2600771	Prozor	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
87	2600391	Kabl sa prekidacem	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
88	D04742	Zaptivni prsten-DIV	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
89	D18238	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
90	M03214	Zaptivni prsten-N2O	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
91	8607054	Crevo Asm PEEP-Pmax-APL Byp RH	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
92	M19238	Uložak ventila-sito	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
93	U04314	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
94	2600477	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
95	M09231	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
96	M30455	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
97	8418462	Adapter za crevo za disanje	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
98	M23225	Ventil pločice	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
99	M31188	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
100*	M33296	AGSS – crevo, 1,5m	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
101 *	M33298	AGSS – crevo, 3m	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
102 *	2600741	Kružni sistem za disanje	Fabius CE/Tiro/GS/Plus	kom			
103	8607211	Motor za ventilaciju	Primus	kom			
104	8605314	Senzor pritiska PAW	Primus	kom			
105	8605885	Senzor pritiska 100 mbar	Primus	kom			
106	8603695	Sigurnosni kontrolni ventil	Primus	kom			
107	8605038	Mrežni deo za napajanje	Primus	kom			
108	6871000	PATO O2 senzor	Primus	kom			
109	6870840	Glava senzora ILCA2	Primus	kom			

110	8603868	Ugaoni nastavak za creva	Primus	kom			
111	8605025	Plasticni poklopac sa ventilom	Primus	kom			
112	2M08777	Dihtung	Primus	kom			
113	8603857	Ploca sa grejacem	Primus	kom			
114	M20622	Dihtung	Primus	kom			
115	R52382	O-RING SEAL	Primus	kom			
Monitori							
1	2866726	Filter	Infinity	kom			2
2	3379943	Spojnica za bateriju	Infinity	kom			
3	4311622	Prekidac	Infinity	kom			
4	5594499	Pumpa za invazivno merenje krvi	Infinity	kom			
5	5732354	Baterija Li-Ion	Infinity	kom			1
6	5947697	Baterija	Infinity	kom			1
7	5950782	Pumpa	Infinity	kom			
8	7869329	Ploča monitora	Infinity	kom			
9	7869444	Pozadinsko svetlo 8 in	Infinity	kom			
10	7870780	Ekran monitora 8,4 in	Infinity	kom			
11	MS13758	Zaštitna maska displeja	Infinity	kom			1
12	MS13765	Rotirajuće dugme	Infinity	kom			
13	MS13799	Displej LCD	Infinity	kom			
14	MS13802	Plastično kućište	Infinity	kom			
15	MS13806	Prednja štampana ploča	Infinity	kom			
16	MS14350	Štampana ploča A 104	Infinity	kom			
17	MS14980	Štampana ploča A200	Infinity	kom			
18	MS16211	Štampana ploča	Infinity	kom			
19	MS17217	E/M Spr Cbl A103/4 Frnt	Infinity	kom			
20	MS22139	E/M Spr Li-ion baterija	Infinity	kom			
21	MS22780	Zvučnik za monitor	Infinity	kom			
22	MS13809	Tastatura za monitor Delta EN	Infinity	kom			
23	MS27327	Ploča monitora SC6802XL za pozadinsko osvetljenje	Infinity	kom			1
24	MK30601	Hard Disk Drive Ass. C700/C700IT	Infinity	kom			1
25*	MS18284	Uredjaj za napajanje	Infinity	kom			
26	M35493	Crevo za N2O 3m NIST i DIN	Infinity	kom			
27	M36017	Crevo 3m AIR/O2	Infinity	kom			
28	MS20749	SHP ACC, 120W napajanje	Infinity	kom			
29	7901570	Priključni konektori za test u	Infinity	kom			
30*	MS20749	Napajanje 120W	Infinity	kom			2
31	2606260	Osigurac	Vista 120	kom			
32	2606229	Punjiva baterija	Vista 120	kom			
33	2601176	Tastatura	Vista 120	kom			
34	2601167	Tastatura PCBA	Vista 120	kom			
35	2601177	Spoljna maska	Vista 120	kom			
36	2601178	Zadnja maska	Vista 120	kom			
37	2601171	15" ekran osetljiv na dodir	Vista 120	kom			
38	2601173	EPRT-48mm Stampac	Vista 120	kom			
39	2601172	15" LCD Displej	Vista 120	kom			
40	2601170	LCD Pozadinsko osvetljenje	Vista 120	kom			
41	2601164	Interfejs ploca za V1	Vista 120	kom			
42	2601162	Interfejs ploca RS232za V1	Vista 120	kom			
43	2601161	PS900Q modul napajanja	Vista 120	kom			
44	2601154	9263 Glvna ploca	Vista 120	kom			
45	2601159	ECG Modul	Vista 120	kom			
46	2601157	V6 NIBP Modul	Vista 120	kom			
47	2601175	Ploca napajanja	Vista 120	kom			
48	2601179	Zvucnik	Vista 120	kom			
49	2601180	Ventilator	Vista 120	kom			
50	2601181	Obrtni taster	Vista 120	kom			
51	2601165	IBP i CO Modul	Vista 120	kom			
52	2601156	A8 SpO2 Modul	Vista 120	kom			
53	2601166	CO2 Izolaciona ploca PCBA	Vista 120	kom			
54	2601169	Alarm Indikator ploca	Vista 120	kom			

55	2601174	Konekciona ploca za bateriju	Vista 120	kom			
56	2601168	Ploca obrtnog tastera	Vista 120	kom			
57	2601187	CO2 Konektor	Vista 120	kom			
58	2601185	SpO2 Konektor	Vista 120	kom			
59	2607140	Prednja maska sa displejom	Vista 120	kom			
60	MS25646	E/M Spr hard disk SAS	Centrala	kom			
61	MS26395	E/M SPR MPU ventilator ICS GEN 3	Centrala	kom			
62	MS25683	Filter	Centrala	kom			
63	6870885	LP	Vamos	kom			1
64	6870657	Ispravljač za napajanje monitora	Vamos	kom			
65	6870635	Pneumatski blok	Vamos	kom			
66	6870600	Glava sensora ILCA	Vamos	kom			
67	6870605	LP AMO Flow ILCA	Vamos	kom			
68	6870911	Ventilator	Vamos	kom			
69	8603898	Stampana ploca	Vamos	kom			
70	6871321	Kabl	Vamos	kom			
71	6870779	Viseprovodnicki kabl	Vamos	kom			
72	6870800	Konektor	Vamos	kom			
73	6870782	Prekidac	Vamos	kom			
74	6870846	Filiter	Vamos	kom			
75	MX08834	Filter /37mm/	Scio	kom			
76	8601238	Crevo sa konektorima 150 LG	Scio	kom			
77	6872528	Drzac casice za vlagu	Scio/Vamos	kom			
78	M32692	Set creva	Scio/Vamos	kom			
79	MP01442	Senzor za kiseonik	MX 300	kom			

Neonatalni inkubatori i respiratori

1	1828142	Pametna kartica 16K	BabylogVN500	kom			
2	8305624	Prijemni senzor pritiska	Babylog 8000/8000 plus	kom			
3	8403080	Crevo za ventilaciju 100 cm	Babylog 8000/8000 plus	kom			
4	8403962	O-RING zaptivka	Babylog 8000/8000 plus	kom			
5	8407265	Mikroprekidač	Babylog 8000/8000 plus	kom			
6	8408204	Dihtung	Babylog 8000/8000 plus	kom			
7	8408208	Filter	Babylog 8000/8000 plus	kom			1
8	8409184	Membrana	Babylog 8000/8000 plus	kom			
9	8410185	Neonatalni Y nastavak sa senz.	Babylog 8000/8000 plus	kom			
10	8415165	Sigurnosni ventil	Babylog VN500	kom			
11	8415213	Kalibracija jedinica	Babylog VN500	kom			
12	8415223	Solenoidni ventil	Babylog VN500	kom			
13	8415209	Senzor pritiska	Babylog VN500	kom			
14	8415011	PBA PI	Babylog VN500	kom			
15	8416761	PBA syscon	Babylog VN500	kom			
16	8415041	PBA PI-Napajanje	Babylog VN500	kom			
17	8415329	Ventilatorska jedinica	Babylog VN500	kom			
18	8415249	Mesac gasa i dozator	Babylog VN500	kom			
19	MK03411	PBA M4.1	Babylog VN500	kom			
20	6871530	M12.4 PATO SA	Babylog VN500	kom			
21	8416850	Odbojnik	Babylog VN500	kom			
22	1875744	CF-kartica 256MB FAT RoHS	Babylog VN500	kom			
23	8415328	Energetska jedinica (M7.3)	Babylog VN500	kom			
24	8415290	Baterija M7 NM2.5	Babylog VN500	kom			
25	8421479	Filter vazduha	Babylog VN500	kom			
26	8415127	Filter cestica	Babylog VN500	kom			
27	6737545	Mikrofilter	Babylog VN500	kom			

28	8419758	Filter postolje	Babylog VN500	kom			
29	8420664	Set baterija PS500 (service)24Ah	Babylog VN500	kom			
30	8402745	Regulator pritiska	Inkubator 8000NC	kom			
31	8402926	Filter	Inkubator 8000NC	kom			1
32	2M18810	O2-razdelnik sa nosačem	Inkubator 8000NC	kom			
33	2M19250	O2 hauba za inkubator	Inkubator 8000NC	kom			
34	2M19511	Vođica-uvodnik u crevo	Inkubator 8000NC	kom			
35	2M20205	Ventilator	Inkubator 8000NC	kom			
36	2M20277	Temp. senzor	Inkubator 8000NC	kom			
37	2M20350	Motor, kpl.	Inkubator 8000NC	kom			
38	2M20434	Izolaciona cevčica	Inkubator 8000NC	kom			
39	2M20644	E-SET WASSERBEHAELTER	Inkubator 8000NC	kom			
40	2M20670	Gumena konekcija	Inkubator 8000NC	kom			
41	2M20736	Kabl za senzor	Inkubator 8000NC	kom			
42	2M20907	Dušek	Inkubator 8000NC	kom			
43	2M30114	Infra crveni grejač 230 V	Inkubator 8000NC	kom			
44	8402926	Filter	Inkubator 8000NC	kom			
45	8411097	Kabl sa adapterom za grejač MR 730	Ovlaživač (Aquapor) F&P	kom			
46	MU13223	Senzor za O2 /za inkubator/	Inkubator C2000	kom			
47	MU01958	Filter disc	Inkubator C2000	kom			
48	MU03664	Ventil,solenoid,12VDC,70PSI, O2	Inkubator C2000	kom			
49	MU06679	Dijafagma	Inkubator C2000	kom			
50	MU07138	Izolator za inkubator	Inkubator C2000	kom			
51	MU08534	Bravica za vrata	Inkubator C2000	kom			
52	MU21085	Nosač posude za vodu	Inkubator C2000	kom			
53	MU12287	Senzorski modul	Inkubator C2000	kom			
54	MU12301	Sklop modula senzora	Inkubator C2000	kom			
55	MU12389	Napajanje	Inkubator C2000	kom			
56	MU12409	Motor ventilatora	Inkubator C2000	kom			
57	MU12681	Drzac vrata za inkubator	Inkubator C2000	kom			
58	MU12732	Zamenski pristupni panel ASSY,HI,prednji	Inkubator C2000	kom			
59	MU13058	Kablovi grupisani	Inkubator C2000	kom			
60	MU13249	Regulator pritiska,40 PSI	Inkubator C2000	kom			
61	MU13477	Kit za zamenu motora,C2000	Inkubator C2000	kom			
62	MU17992	PCB interfejsna ploča	Inkubator C2000	kom			
63	MU18057	Displej,320 X 240,KYOCERA	Inkubator C2000	kom			
64	MU18296	Prednji Panel pomoćni, LCD C	Inkubator C2000	kom			
65	MU07138	Izolator,VIB,.44OD .44LG 4LB	Inkubator C2000	kom			
66	MU12409	AS kontroler	Inkubator C2000	kom			
67	2M50360	Velika kruzna vrata	Caleo inkubator	kom			
68	2M50410	Mala kruzna vrata	Caleo inkubator	kom			
69	2M50621	Stampana ploca sa senzorima	Caleo inkubator	kom			
70	2M50641	Stampana ploca	Caleo inkubator	kom			
71	2M50850	Elektro motor za inkubator	Caleo inkubator	kom			
72	2M50999	Kapa plovka	Caleo inkubator	kom			
73	2M51049	Kontroler PCB LCD	Caleo inkubator	kom			
74	2M51083	Pneumat. O2- Cotroller	Caleo inkubator	kom			
75	2M51315	2/2 Wege-Magnetventil	Caleo inkubator	kom			
76	2M51325	Prekidač nivoa	Caleo inkubator	kom			
77	2M51327	Poklopac posude za plovak ovlaživača	Caleo inkubator	kom			
78*	MX17015	Filter za Caleo (20kom)	Caleo inkubator	pak			
79	MU03690	Lampa,INCAND,QTZ-Halogen12V 50W	RW 82	kom			
80	MU11222	Grejač ASSY,Kvarcni,120V	RW 82	kom			
81	MU11253	Vent./Transdjuser set	RW 82	kom			
82	MU11311	Testirana štam. ploča	RW 82	kom			
83	MU11414	Merač, za pritiske,0-4000 PSI,HPO2	RW 82	kom			
84	MU11520	REGULATOR,65PSI/relej	RW 82	kom			

		pritishta,HPO2					
85	MU11703	Zamenski kit,ELEC FR PNL,RW,EN	RW 82	kom			
86	MU16896	Crevo za vazduh	RW 82	kom			
87	MU16921	Crevo za kiseonik,OXY,SCHR M,DISS F,GRN	RW 82	kom			
88	MU19193	Pwr ulazni modul & prekidač	RW 82	kom			
89	MU19344	Actuator_120V_Teleskopski	RW 82	kom			
90	MU21157	Nožna pedala	RW 82	kom			
91	MU22411	Prednja drška	RW 82	kom			
92	MU22416	Ugaoni blok RW	RW 82	kom			
93	MU22503	Balans ručica	RW 82	kom			
94	MU22795	Banc, prednji panel set	RW 82	kom			
95	MU11572	Mikroblender	RW 82	kom			
96	MU11360	Modul bez AD1	RW 82	kom			
97	MU11366	Modul bez AD2	RW 82	kom			
98	MU11370	Modul za isporuku gasa	RW 82	kom			
99	MU11272	Modul sa AD2	RW 82	kom			
100	MU11374	Modul sa AD3	RW 82	kom			
101	MU21720	Modul bez AD3	RW 82	kom			
Respiratori							
1	8410717	PEEP Ventil	Evita	kom			
2	8412993	Magnetni ventil	Evita	kom			
3	1865870	Senzor pritiska 120mbar	Evita	kom			
4	8408205	Prekidač	Evita	kom			
5	8412209	Mikro elektroventil	Evita	kom			
6	8414178	Gumena membrana	Evita	kom			
7	M20622	Dihtung	Evita	kom			
8	8407265	Mikroprekidac	Evita	kom			
9	8412126	Ventil O2	Evita	kom			
10	8412128	Ventil AIR	Evita	kom			
11	8306248	Senzor	Evita	kom			4
12	8416804	Grejač ekspiracionog ventila	Evita	kom			
13	8415290	Baterija M7 NM2.5	Evita	kom			1
14*	8418112	Filter vazduha	Evita	kom			
15	8419758	Filter	Evita	kom			
16	8415127	Filter	Evita	kom			
17	8306591	Štampana ploča 68332	Evita	kom			
18	8306520	AC-modul za napajanje	Evita	kom			
19	8306601	Štampana ploča za kontrolu pne	Evita	kom			
20	8306561	Štampana ploča	Evita	kom			
21	8306565	Rotirajući električni taster	Evita	kom			
22	8306641	Štampana ploča /Evita 4/	Evita	kom			
23	8306560	Ventilator	Evita	kom			
24	8415709	Kabal spirolog sensor	Evita	kom			
25*	1835343	Litijum baterija 3V/1400	Evita	kom			
26	8412384	Filter	Evita	kom			
27	8415978	Filter	Evita	kom			
28	8410383	Plastična ručica za stezanje	Evita/Savina	kom			
29	1865889	Senzor pritiska 120mbar	Savina	kom			
30	2600573	Peep ventil	Savina	kom			1
31	2600713	Pumpa	Savina	kom			
32	8201961	BEST.LP STEUERUNG	Savina	kom			
33	8201971	Štampana ploča za napajanje	Savina	kom			
34	8202081	Štampana ploča	Savina	kom			
35	8350471	Štampana ploča	Savina	kom			
36	8350841	Pametna kartica	Savina	kom			
37	8351201	PCB O2 membrana	Savina	kom			
38	8405371	Temperaturni sensor	Savina	kom			

39*	8410181	Membrana	Savina	kom			1
40	8413579	TSl-senzor	Savina	kom			1
41	8413622	Cable O2-Measure Modul	Savina	kom			
42	8413625	Radijalni ventilator	Savina	kom			
43	8413643	Motor	Savina	kom			
44	8413650	Inspiracioni blok	Savina	kom			
45	8414028	Kabl Spirolog senzora	Savina	kom			
46	8414132	Ispravljački stepen	Savina	kom			
47	8417082	Plastična folija	Savina	kom			
48	8419935	Kolor displej	Savina	kom			1
49	8604228	Motor sa osovinom	Savina	kom			
50	MX01049	Senzor VE	Savina	kom			2
51	8413603	Ventil za regulaciju isporuke kiseonika	Savina	kom			
52	8413609	Glavni prekidač	Savina	kom			
53	8414080	Flowsensor izvod sa mrežicom	Savina	kom			
54	M33729	Prstenovi za dihtovanje	Savina	kom			
55	6737545	Mikrofilter	Savina	kom			
56	8413643	Motor	Savina 300	kom			
57	8413610	Ventil aktuator	Savina 300	kom			
58	MX44498	Ekspiracioni ventil	Savina 300	kom			
59	8417806	Kontrolna jedinica	Savina 300	kom			
60	8413579	TSl-senzor	Savina 300	kom			
61	8417820	Ventilska jedinica	Savina 300	kom			
62	8415643	Senzor pritiska 140mbar Savina	Savina 300	kom			
63	8412993	Elektroventil	Savina 300	kom			
64	8421230	Napajanje	Savina 300	kom			
65	8417905	Ploca CCB II	Savina 300	kom			
66	1845586	Eeprom 256X8 DIP8 I2C RoHS	Savina 300	kom			
67	8350151	PCB Kontrol sistem	Oxilog	kom			
68	8350391	PCB Kontrol	Oxilog	kom			
69	2M86494	PCB Sensor	Oxilog	kom			
70	8402745	Regulator pritiska	Oxilog	kom			
71	8412080	Nepovratni ventil	Oxilog	kom			
72	8412085	Nepovratni ventil	Oxilog	kom			
73	M31444	Rasteretni ventil	Oxilog	kom			
74	M24594	Gumeni adapter za crevo	Oxilog	kom			
75	8414673	Napojni kabal	Ovlaživač (Aquapor) / F&P	kom			
76	8404741	Dihtung	Ovlaživač (Aquapor) / F&P	kom			
77	8414699	Grejač vode u Aquaporu	Ovlaživač (Aquapor) r / F&P	kom			
78	5703341	Držač boca	Oxylog	kom			
79	8412074	Punjač 230V	Oxylog	kom			
80	8409841	Plastični držač za creva	/	kom			
81	5703153	Interna baterija NiMH 12V 2,5A	Carina	kom			1
82	5704077	Matična ploča	Carina	kom			
83	5705288	Kabl	Carina	kom			
84	5704748	Kabl	Carina	kom			
85	5704350	Ventilator	Carina	kom			
86	G93072	Nosač respiratora	Carina	kom			
87	G93245	Mehanizam za zaključavanje	Carina	kom			
Aspiratori i O2 terapije							
1	2M85019	Aspiracioni ejektor	Aspirator	kom			
2	7278090	Manometar	Aspirator	kom			
3 *	2M85034	Prigušivač zvuka	Aspirator	kom			
4	2M85609	Prekidač	Aspirator	kom			
5	M26008	Gumeni dihtung	Aspirator	kom			
6	M27351	Usisna pumpa	Aspirator	kom			
7	A-0779	Usisna pumpa	Aspirator	kom			

8	2312577	Dihtung N2O 3/8	aspirator	kom			
9	D19080	Dihtung	O2 ovlaživač	kom			
10	M26007	Plovak	aspirator	kom			
11	M26008	Gumeni dihtung	aspirator	kom			
12	M32493	Adapter O2 /NIST/DIN/	aspirator	kom			
OP lampe							
1	1851683	Glavno napajanje	SOLA	kom			
2	1851713	Glavni kabl GB, 3m, 10A	SOLA	kom			
3	G18363	Držač sijalice	SOLA	kom			
4	G19055	Napajanje za Eye-Q monitor	SOLA	kom			
5	G18720	Elektro sklop za lampu	SOLA	kom			
6	G93778	Štampana ploča	SOLA	kom			
7	G18693	Folija-tastatura	SOLA	kom			
8	G18988	O-RING zaptivka 16X3 EPDM	SOLA	kom			
9	G18700	Napajanje 230V	SOLA	kom			1
10	G18625	Među ploča	SOLA	kom			
11 *	G18362-05	Grlo sijalice	SOLA	kom			5
Laringoskopi							
1 *	MX03301	Drška Adu.2,5V,28mm Diam.	/	kom			
2 *	MX03314	Drška .2,5V,19mm Diam.	/	kom			
3 *	MX03327	Baterija 2,5V	/	kom			
4 *	MX03315	Baterija 2,5V	/	kom			
5 *	MX03318	Rucka laringoskopa FO 2,5v	/	kom			
6 *	MX50028	Baterijski punjac	/	kom			
7 *	MX03302	Špatula veličina 0 (Mac),80x13	/	kom			
8 *	MX03303	Špatula veličina 1 (Mac), 92x18	/	kom			
9 *	MX03304	Špatula veličina 2 (Mac), 112x20	/	kom			
10 *	MX03305	Špatula veličina 3 (Mac), 133x21	/	kom			
11 *	MX03306	Spatula, velicina 4	/	kom			
12 *	MX03307	Špatula, veličina 0 (Miller),79x10	/	kom			
13 *	MX03308	Špatula, veličina 1 (Miller),103x10	/	kom			
14 *	MX03309	Špatula, veličina 2 (Miller),157x12	/	kom			
Etilometar (Alko-test)							
1	6810345	Jedinica za uzorkovanje		kom			
2	6810510	O-RING 60x1.5		kom			
3	6810360	Senzor alcotest 18		kom			
4	1892265	Displej za alcotest		kom			
5	8319715	USB kabl		kom			
6	6810696	O-RING		kom			
7	1892066	Osigurac za alcotest		kom			
Setovi za preventivne servise							
1	MX08013	Jednogodišnji set	Julian	kom			1
2	MX08194	Dvogodišnji set	Julian	kom			
3	MX08195	Šestogodišnji set	Julian	kom			
4	MX08015	Jednogodišnji set	Fabius CE	kom			5
5	MX08196	Dvogodišnji set	Fabius CE	kom			10
6	MX08197	Trogodišnji set	Fabius CE	kom			
7	MX08152	Jednogodišnji set	Fabius GS/Tiro/MRI	kom			
8	MX08153	Trogodišnji set	Fabius GS/Tiro/MRI	kom			
9	MX08832	Dvogodišnji set	Fabius GS/Tiro/MRI	kom			
10	MX08220	Jednogodisnji set	Evita 2	kom			5

			Dura/XL/X4				
11	MX08225	Dvogodišnji set	Evita 2 Dura/XL/X4	kom			5
12	MX08226	Dvogodišnji set	Evita 2 Dura/XL/X4	kom			
13	MX08227	Šestogodišnji set	Evita 2 Dura/XL/X4	kom			
14	MX08228	Šestogodišnji set	Evita 2 Dura/XL/X4	kom			
15	MX08241	Jednogodišnji set	Primus	kom			
16	MX08467	Dvogodišnji set	Primus	kom			
17	MX08468	Trogodišnji set	Primus	kom			
18	MX08995	Sestogodisnji set	Primus	kom			
19	MX08283	Jednogodišnji set	Savina	kom			
20	MX08659	Dvogodišnji set	Savina	kom			
21	MX08284	Šestogodisnji set	Savina	kom			
22	MX08859	Jednogodišnji set	Savina 300	kom			
23	MX08860	Dvogodišnji set	Savina 300	kom			
24	MX08861	Sestogodisnji set	Savina 300	kom			
25	MX08198	Godišnji set	Cato	kom			
26	MX08199	Dvogodišnji set	Cato	kom			
27	MX08200	Trogodisnji set	Cato	kom			
28	MX08201	Šestogodišni set	Cato	kom			
29	MX08752	Dvogodišnji set	Oxylog 2000	kom			
30	MX08753	Šestogodišnji set	Oxylog 2000	kom			
31	MX18002	Jednogodišnji set	Babylog 8000	kom			
32	MX08207	Dvogodišnji set	Babylog 8000	kom			
33	MX08229	Jednogodišnji set	Inkubator 8000NC	kom			
34	MX08232	Šestogodišnji set	Inkubator 8000NC	kom			
35	MX08883	Dvogodišnji set	Caleo inkubator	kom			

UKUPNO 3:

U ponudi (prilog br. 3) se prikazuju jedinične cene rezervnih delova. Zamena će se vršiti do ukupne vrednosti ugovora i ne podrazumeva sve navedene rezervne delove već delove za kojima će se ukazati potreba u toku važenja ugovora.

Za pozicije obeležene * ugradnja će se vršiti besplatno.

Kataloški brojevi su preuzeti iz kataloga proizvođača *Dräger Medical GmbH*

Napomene:

- U tabeli se prikazuju samo jedinične cene, a nabavka će se vršiti po ukazanoj potrebi, do ukupne vrednosti Ugovora.
- Ponuđač je dužan da vrši popravke isključivo ugradnjom originalnih rezervnih delova i u skladu s tim ponuđene cene se odnose isključivo na nove, originalne rezervne delove.
- Obavezan lager sa navedenim minimalnim količinama PONUĐAČ mora da poseduje u trenutku davanja ponude. Dokazuje se izjavom ponuđača. Moguća provera od strane komisije.
- Minimalni garantni rok za ugrađene delove je 6 meseci.

▪ rok odaziva po pozivu naručioca za:

- hitne servisne intervencije _____ časova (maksimalno 4 časa)
- ostale servisne intervencije _____ časova (maksimalno 24 časa)
- ukoliko je poziv upućen do 10.00 časova, izlazak na teren istog dana

- rok izvršenja usluga za:
 - vreme za izvršenje defektaže _____ časova (maksimalno 8 časova)
 - servisiranje manjeg obima i hitne servisne intervencije _____ časova (maksimalno 24 časa)
 - servisiranje većeg obima (ukoliko izvršilac ne poseduje potrebne delove na servisnom lageru) _____ dana (maksimalno 15 dana)
 - rok za isporuku rezervnih delova _____ dana (maksimalno 14 dana)
- garantni rok za:
 - izvršene usluge _____ meseci (minimalno 6 meseci)

Uputstvo: Rok izvršenja usluge podrazumeva period od prijave kvara do predaje ispravnog aparata korisniku.

4. Usluge preventivnog održavanja

Redni broj	Vrsta intervencije	Cena
1	2	3
	Aparati za anesteziju	
1	Fabius CE	
2	Fabius Tiro	
3	Fabius GS	
4	Fabius Plus	
5	Julian	
6	Primus	
	Delovi sistema aparata za anesteziju	
1	Cosy	
2	Primus pacijent sistem	
3	K sistem 9	
4	Scio	
5	Vamos	
6	Vapor 2000 Sevo	
7	Vapor 2000 Iso	
8	Bronhijalni aspirator	
	Monitori	
1	Gamma	
2	Gamma XL	
3	Delta XL	
4	Delta Infinity	
5	Vista XL	
6	Vista	
7	Vista 120	
8	Omega	
9	Centralna jedinica	
	Respiratori	
1	Evita 4	
2	Evita 2	
3	Evita 2 Dura	
4	Evita XL	
5	Savina	
6	Savina 300	
7	Carina	
8	Oxilog 2000	
9	Babylog 8000	
10	Babylog 8000 Plus	

11	Babylog VN500	
	Delovi sistema za respiratore	
1	Ovlaživač (Aquapor) EL	
2	Ovlaživač (Aquapor) F & P MR 850	
3	Ovlaživač (Aquapor) F & P MR 730	
	Operacione lampe	
1	Sola 700	
2	Sola 700 / 500	
3	Sola 700 / 500 / 500	
	Neonatalni inkubatori	
1	8000 NC	
2	Caleo	
3	C 2000	
4	Sto za reanimaciju RW 82	
	Inhalette	
	UKUPNO 4:	

Prilog 3a sadrži pregled dinamike preventivnih servisa i potrebne setove (i rezervne delove) za preventivne servise definisne od strane proizvođača i primenjivaće se tokom trajanja ugovora.

U cenu preventivnog održavanja je uključen samo rad.

Prilog 3a

PLAN PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA

Naziv uređaja	Period inspekcije preporučen od strane proizvođača	Preporučena ugradnja servisnih setova iz godine u godinu u šestogodišnjem ciklusu održavanja. Nakon navršene šeste godine održavanja, ciklus počinje od početka. Kataloški brojevi setova:					
		1y	2y	3y	4y	5y	6y
Fabius CE	6 meseci	MX08015	MX08196	MX08197	MX08196	MX08015	MX08197 8402745 *3 MX08196
Fabius Tiro/MRI	6 meseci	MX08152	MX08832	MX08153	MX08832	MX08152	MX08153 MX08832
Fabius GS	6 meseci	MX08152	MX08832	MX08153	MX08832	MX08152	MX08153 MX08832
Fabius Plus	12 meseci	MX08152	MX08832	MX08153	MX08832	MX08152	MX08153 MX08832
Julian	6 meseci	MX08013	MX08194	MX08013	MX08194	MX08013	MX08195
Primus	6 meseci	MX08241	MX08467	MX08468	MX08467	MX08241	MX08995
Cosy	6 meseci		8407979 M23225*2 8410181 M31188		8407979 M23225*2 8410181 M31188		8407979 M23225*2 8410181 M31188
Kružni sistem 9	6 meseci		8407979 M23225*2 8410181 M31188		8407979 M23225*2 8410181 M31188		8407979 M23225*2 8410181 M31188
Scio	6 meseci	6871276 8601238	6871276 8601238 MX08834	6871276 8601238	6871276 8601238 MX08834	6871276 8601238	6871276 8601238 MX08834
Vamos	6 meseci	6870846	6870846	6870846	6870846	6870846	6870846
S Vapor 2000	12 meseci						
I Vapor 2000	12 meseci						
Bronhialni aspirator Vakuum	6 meseci						
Bronhialni aspirator Vazduh	6 meseci						
Gamma / GammaXL/Vis ta monitori	12 meseci		5732354 2866726		5732354 2866726		5732354 2866726
Delta/DeltaXL / Kappa monitori	12 meseci		5732354 2866726		5732354 2866726		5732354 2866726
VistaXL / GammaXXL monitori	12 meseci		5732354 2866726		5732354 2866726		5732354 2866726
Vista 120	12 meseci						
Omega / OmegaS / KappaXLT monitori	12 meseci						
Infinity centralna stanica sa mrežom	12 meseci						
Evita XL / 4	6 meseci	MX08220	MX08225 ili MX08226	MX08220	MX08225 ili MX08226	MX08220	MX08227 ili MX08228
Evita 2	6 meseci	MX08220	MX08225 ili MX08226	MX08220	MX08225 ili MX08226	MX08220	MX08227 ili MX08228
Evita 2 Dura	6 meseci	MX08220	MX08225 ili MX08226	MX08220	MX08225 ili MX08226	MX08220	MX08227 ili MX08228
Evita V500/V300	12 meseci	8419758, 6737545	8418112, 8415290, 8420664, 8419758, 6737545	8419758, 6737545	8418112, 8415290, 8420664, 8419758, 6737545	8419758, 6737545	8415127, 8418112, 8415290, 8420664, 8419758, 6737545

Savina	12 meseci	MX08283	MX08659	MX08283	MX08659	MX08283	MX08284
Savina 300	12 meseci	MX08859	MX08860	MX08859	MX08860	MX08859	MX08861
Carina	12 meseci			5703153			5703153
Oxylog 2000+	24 meseci		MX08752		MX08752		MX08753
Babylog 8000/8000 +	6 meseci	MX18002	MX08207	MX18002	MX08207 1828142	MX18002	MX08208
Babylog VN500	12 meseci	8419758, 6737545	8418112, 8415290, 8420664, 8419758, 6737545	8419758, 6737545	8418112, 8415290, 8420664, 8419758, 6737545	8419758, 6737545	8415127, 8418112, 8415290, 8420664, 8419758, 6737545
Ovlažicač EL	6 meseci						
Ovlaživač F&P	6 meseci						
OP lampe SOLA	24 meseci						
Inkubator 8000 NC	6 meseci	MX08229	MX08229	MX08229	MX08229	MX08229	MX08232
Caleo	6 meseci	MX17015	MX08883, MX17015, 1835343	MX17015	MX08883, MX17015, 1835343	MX17015	MX08883, MX17015, 1835343
Inkubator C-2000	12 meseci	MU13223	MU13223, MU12681, MU03664,	MU13223 MU13477 MU07138 MU12409 MU06679 MU01958	MU13223	MU13223, MU12681, MU03664,	2Y+3Y + MU13249
Sto za reanimaciju RW82	12 meseci		MU11572		MU11572		MU11572

- rok plaćanja: **90 dana**
Napomena: Ponude koje sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u razmatranje i biće odbijene kao neprihvatljive.
- način plaćanja: _____
Napomena: Naručilac će izvršiti plaćanje virmanski na osnovu ispostavljene fakture.
- rok važenja ponude _____
Napomena: Naručilac neće razmatrati ponude čiji je rok važenja kraći od 60 dana. od dana otvaranja ponude
- ostale pogodnosti i popusti koje nudi ponuđač _____
Napomena: cassa sconto, naturalni rabat i sl.

Napomena: Sve pozicije u ponudi moraju da budu ponuđene, u suprotnom ponuda će se smatrati neprihvatljivom, i kao takva biti odbijena.

OVERAVA PONUĐAČ

Прилог број 3/1

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	%	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески индентификациони број подизвођача		
Услуге које ће извршити		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона) Докази за правно лице: 1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. Доказ за законског заступника/е: - Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

- Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за

кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона Докази: 1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u>					
4.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона). Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације) Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!					

Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)

5.	услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом минимално 3 (три) запослена радника са важећим сертификатима произвођача. Од тога минимум 1 сертифицирани сервисер за сваки модел из прилога 4/а, осим за апарате за анестезију серије Фабиус, респираторе серије Евита и мониторе серије Инфинити, за које је неопходно минимално 1 сертифицирани сервисер. Преглед тражених сертификата је специфициран у прилогу 4/а. доказ: а) - копије радних књижица и образац М1 којим се доказује да сервисер ради у фирми која је понуђач или					
----	--	--	--	--	--	--

	копије радних књижица и М2 и М3А образаца или - уговор о пословно техничкој сарадњи уколико није запослен у фирми која је понуђач. б) копије сертификата произвођача					
6.	финансијски капацитет Услов: Референтна листа Понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца остварио промет у предметној јавној набавци са здравственим установама у Републици Србији у укупном износу не мањем од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а: Доказ: - потврде установа о промету у којима су вршене услуге које су предмет јавне набавке а које садрже бројеве рачуна и - фотокопије рачуна Потребно је да се исказе сума свих извршених услуга					
7.	Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако поседује следећу еталонирану мерну опрему: за мерење : - притиска - протока - концентрације (кисеоника, азотоксида и анестетика), - струје цурења - осветљаја - температуре - влаге - сигнала пацијент монитора Доказ: Уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије, према препоруци произвођача инструмената којима се врше мерења					
8.	Услов: Обавезан лагер са наведеним минималним количинама (наведене у прилогу бр. 3) ПОНУЂАЧ мора да поседује у тренутку давања понуде Доказ: Оверена Изјава Понуђача					

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН** и услов из чл.75, став 2 **ЗЈН**, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Spisak aparata proizvođača Drager za koje je potrebno dostaviti sertifikate servisera o izvršenoj obuci

Aparati za anesteziju:

- model **Fabius CE**
- model **Fabius GS**
- model **Fabius MRI**
- model **Fabius Tiro**
- model **Fabius Plus**
- model **Julian**
- model **Primus**
- model **Cato**

Respiratori:

- model **Evita 2 dura**
- model **Evita 2**
- model **Evita 4**
- model **Evita XL**
- model **Savina**
- model **Savina 300**
- model **Carina**
- model **Babylog 8000**
- model **Babylog VN500**
- model **Oxylog 2000**
- **Ovlaživač (Aquapor) F&P MR 730**
- **Ovlaživač (Aquapor) F&P MR 850**
- **Ovlaživač (Aquapor) EL**

Monitori anestezioloških gasova:

- model **Scio**
- model **Vamos**

Monitori vitalnih funkcija Infinity serije:

- model **Gamma**
- model **Gamma XL**
- model **Delta XL**
- model **Delta**
- model **Vista XL**
- model **Vista**
- model **Vista 120**
- model **Omega**
- **Centralna stanica / MVWS**

Neonatalni inkubatori:

- model **8000 NC**
- model **C 2000**
- model **Caleo**

Operacione lampe

- model **Sola 500**
- model **Sola 700**

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – **Услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача Drager ЈН бр. 353Т/2015**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

Датум _____

М.П.

- потпис понуђача-

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд2015. године

Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, Београд кога заступа в.д. директора, Доц. др Милика Ашанин

(у даљем тексту овог уговора: Наручилац услуга)

Шифра делатности 85110
Регистарски број 01607089503
Матични број 7089503
ПИБ 100118429
Текући рачун: 840 – 667667 - 80
Тел/Факс: 011 – 3615 - 745

и

_____, кога заступа директор _____

(у даљем тексту уговора: Извршилац услуга)

Шифра делатности _____
Регистарски број _____
Матични број _____
ПИБ _____
Текући рачун: _____
Тел/Фах _____

Закључили су:

У Г О В О Р

за услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача DRÄGER

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог Уговора су услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача DRÄGER према понуди Извршиоца услуга број: _____ од _____ године.

Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

Члан 2.

ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

2.1. Вредност Уговора износи: до **18.000.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са финансијским Планом Наручиоца.

Извршилац услуга ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама Наручиоца услуга.

2.2. Цене радног сата и резервних делова су прецизиране понудом Извршиоца бр. _____ од _____ године.

За извођење дела услуга и то _____
Извршилац ће ангажовати подизвођача/подизвођаче _____.

Члан 3. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

За услуге дефинисане у чл. 1. овог Уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:

- 3.1.** За редовно, текуће и превентивно одржавање као и за поправке већег обима није предвиђено авансно плаћање, а рок плаћања је **90** дана од дана испостављања докумената везаних за исплату сходно понуди бр. _____ од _____ године.
- 3.2.** По извршеним услугама поправки и одржавања из чл. 3.1. Извршилац услуга ће у законском року доставити на исплату Наручиоцу услуга сва документа везана за исплату (фактура, радни налог који мора да садржи: назначени објекат и врсту опреме која је сервисирана, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену сервисера - ако је има, а оверен од стране Извршиоца услуга, корисника и овлашћеног представника Службе за техничке и друге послове). Извршилац услуга је у обавези да наведену документацију достави Служби за техничке и друге послове у 2 (два) примерка од којих ће оригинална документација бити достављена Служби за финансијске послове.

Члан 4. УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

4.1. Сервисирања по позиву:

Услуге из чл. 1. овог Уговора обављаће се по позиву Наручиоца услуга. Позивом се сматра сваки позив у писаној форми (факс, допис и сл.) или усмени позив (телефон у случајевима хитних интервенција, у пеироду после 16 часова, викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Службе за техничке и друге послове КЦС-е. Позив, у било којој форми, мора да садржи назнаку места (Клинике, Центри) , врсту опреме, опис квара и ознаку хитности за потребну сервисну интервенцију. Уколико је сервисни позив био усменим путем, првог наредног радног дана мора бити послат и у форми писменог захтева, ради ажурне документационе евиденције

- 4.2.** По приспелом позиву упућени сервисер Извршиоца услуга обавиће дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада корисника. Ако је квар већег обима сервисер ће, писмено или усмено, надлежном лицу Наручиоца услуга предложити интервенцију у сервису извршиоца услуга или на лицу места, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица Наручиоца услуга приступиће се поправци.

- 4.3.** Рок за одазив Извршиоца услуга по позиву наручиоца услуга је:

- за хитне сервисне интервенције _____ **часова**,
- за остале сервисне интервенције _____ **часа**,
- уколико је позив упућен до 10:00 часова, излазак на терен истог дана.

- 4.4.** Рокови извршења услуга за:

- време за извршење дефектаже _____ **час**,
- сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције _____ **часова**
- сервисирање већег обима (уколико Извршилац не поседује потребне делове на сервисном лагеру) _____ **дана**,
- рок за испоруку резервних делова _____ **дана**.

Члан 5.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

- 5.1.** Место извршења услуге су сви објекти КЦС-е на којима је инсталирана опрема из предмета овог Уговора, а у изузетним случајевима, када је због врсте и обима поправке то немогуће, поправка се врши у сервису Извршиоца услуга. У том случају одношење и враћање опреме организује Извршилац услуга.
- 5.2.** Сервисне услуге обављају се у редовном радном времену, а у изузетним случајевима (када су у питању већи кварови ургентног типа или они који онемогућавају обављање основне делатности корисника), поправка се обавља и ван радног времена. О ангажовању сервисера у наведеном случају одлучује директор или шеф сервиса Извршиоца услуга уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца услуга.

Члан 6.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА

- 6.1.** Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке. Такође је обавезан да уграђује искључиво оригиналне резервне делове. Замењени резервни делови обавезно се остављају Наручиоцу услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.
- 6.2.** У случају некавалитетно извршеног сервиса Извршилац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 24 часа, без права накнаде. Наручилац услуга је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана предаје поправљеног уређаја Кориснику.

Члан 7.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 7.1.** Извршилац услуга се обавезује да достави Наручиоцу услуга финансијске гаранције у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора и то:
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а и роком важења 365 дана;
 - Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока.

Члан 8.

ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

- 8.1.** За извршене услуге одржавања и поправки Извршилац услуга даје гаранцију **за уграђене делове** према понуди бр. _____ од _____ године.
- 8.2.** За извршене услуге одржавања и поправки већег обима Извршилац услуга даје гаранцију од _____ месеци **за извршено сервисирање** од дана пријема и пуштања у рад поправљене опреме, а што се констатује на радном налогу.

Члан 9. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

На позив Наручиоца услуга Извршилац услуга је у обавези да достави у писаној форми:

- детаљну дефектажу за евентуалне поправке опреме која је предмет овог Уговора.
- предрачун за испоруку резервних делова који су уговорени, у сврху поправке апарата чије је одржавање и поправка предмет овог уговора а нису прецизирани у понуди бр. _____ од _____. године која је саставни део овог Уговора. Извршилац је у обавези да докаже да је понуђена цена у складу са тржишном.
- одговарајуће предлоге за благовремено одржавање и поправке опреме или предлоге за отпис опреме чије је одржавање нерационално или немогуће, а у циљу планирања набавке тј. обнављања предметне опреме.

Члан 10. РАСКИД УГОВОРА

- 10.1.** Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- 10.2.** Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.
- 10.3.** Разлози за раскид Уговора:
- Уколико Извршилац услуга 2 пута узастопно не извршава обавезе из члана 4. и 6. Уговора, а Наручилац му то рекламира у писаној форми.
- 10.4.** Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2015. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2016. години наручилац ће извршити плаћање извршиоцу услуга по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2016. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.
- У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Члан 11. СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 1 (једну) годину. Извршилац ће бити ангажован у складу са понудом тј. приоритетима и потребама Наручиоца.

Члан 13.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

13.2. Саставни део овог Уговора су његови прилози како следи:

- Прилог бр. 1 – Понуда бр. _____ од _____. год.
- Прилог бр. 2 – Финансијске гаранције

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
Клинички центар Србије
В.Д. Директора

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА:
Директор

Доц. др Милика Ашанин

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

Spisak instalirane opreme

Klinika za digestivnu hirurgiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Primus Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta XL	ASCB-0328 ARWD-0356 6003431371	2011
2	Aparat za anesteziju Julian Vapor S 2000	ARNH-0096 ARZM-1853	2001
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Vapor I 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUB-0014 ARUL-0575 ARUD-0624 ARUA-0066 ARUB-0090 12085	2004
4	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0008 ARWJ-0758 ARUA-0066 12068	2004
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARSB-0004 ASCC-1164 ARSE-0025 ARUB-0080 100352	2002
6	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	URPD-0003 ARWD-0356 ARNC-0162 27442	2003
7	Meh.ventilator pluća Savina	ARTB-0080	2003
8	Transp.ventilator Oxylog 2000	ARRJ-0127	2001
Klinika za ORL i MFH			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	URNB-0015 ARWJ-0997 ARND-0086 092021	2002.
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Scio Four Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSM-0015 ARUF-1047 6004648456 ASCH-0011 ARSK-0032 106911	1999.

3	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSM-0043 ARTJ-0134 5396986055 ARTN-0024 106157	2002.
4	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUB-0009 ARUF-0744 ARTN-0077 ARUB-0084 12077	2004.
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUB-0013 ARWJ-0756 5396061866 ARSJ-0225 ARUB-0089 12081	2004.
Klinika za pulmologiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398179655	2006.
2	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398180457	2006.
3	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398197448	2006.
4	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398198349	2006.
5	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTB-0073 ASBH-0084	2003.
Klinika za grudnu hirurgiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUB-0039 ARUB-0159 5398197350 ARUA-0085 ARUB-0104 11988	2004.
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUB-0047 ARZC-1089 5398199348 ARUA-0079 ARUB-0092 11989	2004.
3	Meh.ventilator pluća Evita 2 dura Aquapor EL	ARPN-0095 ARPN-0085	2000.
Klinika za očne bolesti			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUB-0012 ARTJ-0135 5396976948 ARTN-0070 ARUB-0079 12085	2004.

2	Pac.monitor Infinity Vista XL Scio Four	6004645459 ASDC-0218	2012.
3	Pac.monitor Infinity Vista XL Scio Four	6004647858 ASDC-0219	2012.
Klinika za ortopedijsku hirurgiju i traumatologiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Primus Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta XL Primus pacijent sistem Bronhijalni aspirator	ASBD-0043 ASBC-2057 6002578366 ASBC-0406 ARBB-1957	2010.
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Scio four Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUB-0011 ARUB-0107 6004649161 ASDC-0216 ARUA-0080 ARUB-0085 11984	2004.
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUB-0007 ARWJ-0993 ARUA-0072 ARUB-0086 12045	2004.
4	Aparat za anesteziju Fabius GS Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Scio four Bronhijalni aspirator	ASBD-0013 ASBC-2055 6002680469 ASBE-0071 ARBB-1968	2010.
5	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTN-0121 ARTN-0096	2004.
Klinika za infektivne i tropske bolesti			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARSA-0171 ARSF-0017	2003
2	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARSA-0172 ARSF-0016	2003
3	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTN-0070 ARSF-0014	2004
4	Meh.ventilator pluća Evita 2 Aquapor EL	ARHL-0007 ARHK-0263	1995
5	Meh.ventilator pluća Evita 2 Aquapor EL	ARHL-0028 ARHK-0296	1995
Klinika za kardiohirurgiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Primus Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta XL Infinity C700 for IT Bronhijalni aspirator	ASBM-0326 ASBK-0120 6001447465 TPAA230871 ARBL-4053	2010
2	Aparat za anesteziju Julian Vapor S 2000	ARMF-0050 ARZC-1085	1998

3	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta XL Scio four Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0042 ARWJ-0994 6001442274 ASAL-0009 ARTN-0004 12069	2004
4	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta XL Infinity C700 for IT Scio four Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSM-0028 ARWM-0825 6001452976 TPAA230901 ASAL-0008 ARSK-0024 106917	2002
5	Aparat za anesteziju ZEUS IE (aparatus pod garancijom)	ASFR-0017	2014
6	Pac.monitor Infinity Kappa (aparatus pod garancijom)	5495125459	2014.
7	Pac.monitor Infinity Omega (aparatus pod garancijom)	6006424774	2014.
8	Meh.ventilator pluća Savina	ARTB-0092	2003
9	Meh.ventilator pluća Evita Infinity V500 (aparatus pod garancijom)	ASFR-0126	2014
10	Pac.monitor Infinity Delta	6004794360	2009
11	Pac.monitor Infinity Omega	6001614775	2009
12	Pac.monitor Infinity Omega	6001619672	2009
13	Pac.monitor Infinity Omega	6001619966	2009
14	Pac.monitor Infinity Omega	6001620777	2009
15	Pac.monitor Infinity Omega	6001621179	2009
16	Pac.monitor Infinity Omega	6001621473	2009
17	Pac.monitor Infinity Omega	6001622374	2009
18	Pac.monitor Infinity Omega	6001632176	2009
19	Pac.monitor Infinity Omega	6001634869	2009
20	Pac.monitor Infinity Omega	6001636466	2009
21	Pac.monitor Infinity Omega	6001640078	2009
22	Pac.monitor Infinity Omega	6001640577	2009
23	Pac.monitor Infinity Omega	6001640675	2009
24	Monitor Extended Delta XL	DL4B0937927376	2009
25	Monitor Extended Delta XL	DL4B0937927387	2009
26	Monitor Extended Delta XL	DL4B0937927388	2009
27	Infinity centralna stanica	11097M00041	2009
28	OP lampa Sola 700/500/500	ARZC0270, ARZC0271, ARZC0272	2008
Klinika za vaskularnu hirurgiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Pac.monitor Infinity Omega	6001633371	2009
2	Pac.monitor Infinity Omega	6001633469	2009
3	Pac.monitor Infinity Omega	6001621874	2009
4	Pac.monitor Infinity Omega	6001539669	2009
5	Pac.monitor Infinity Omega	6001622276	2009
6	Pac.monitor Infinity Omega	6001619075	2009
7	Pac.monitor Infinity Omega	6001620082	2009
8	Pac.monitor Infinity Omega	6001613473	2009
9	Pac.monitor Infinity Delta XL	6001461476	2009
10	Infinity centralna stanica	11097M00157	2009

11	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta XL Kružni sistem Cosy Scio four	ARUA-0099 ARWM-0821 6001360977 ARUA-0082 ASAL-0016	2004
12	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta XL Kružni sistem Cosy Scio four	ARUA-0100 ARUN-0068 6001381277 ARUA-0083 ASAL-0014	2004
Klinika za endokrinu hirurgiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Fabius Plus Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta XL Scio four Bronhijalni aspirator	ARZB-0029 ARZC-1094 5398580355 ARZA-0149 ARZA-0710	2010
Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUA-0070 ARTJ-0138 ARUA-0020 ARUB-0049 11931	2004.
2	Aparat za anesteziju Fabius Tiro Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Scio four Bronhijalni aspirator	ASAE-0029 ARUB-0132 6004673170 ASDC-0217 ARAB-1525	2009.
3	Meh.ventilator pluća Savina Ovlaživač F&P MR 850		2003.
Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Primus Infinity Pacijent monitor Infinity Delta XL (aparatus pod garancijom)	ASFA-0178 6006198768	2014.
2	Aparat za anesteziju Primus Infinity Pacijent monitor Infinity Delta XL (aparatus pod garancijom)	ASHA-0097	2014.
3	Aparat za anesteziju Primus Infinity Pacijent monitor Infinity Delta XL (aparatus pod garancijom)	ASHA-0095	2014.
4	Aparat za anesteziju Primus Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta Primus pacijent sistem	ASAL-0271 ARWJ-0966 6001490578 ASAL-0054	2009.
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	ARUA-0103 ARUB-0134 ARUA-0054 ARUB-0097	2004.

6	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	ARSL-0118 ARTJ-0139 ARSK-0030 ARUB-0094	2002.
7	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	ARUA-0126 ARWJ-0995 ARUA-0064 ARUB-0098	2004.
8	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	ARUA-0123 ASAK-0893 ARSK-0030 ARUA-0044 ARUB-0099	2004.
9	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Vista XL Scio Four Kružni sistem Cosy	ARUA-0125 ARTJ-0139 6004648358 URYK-0339	2004.
10	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	ARUA-0104 ARUB-0139 ARUA-0063 ARUB-0103	2004.
11	Pac.monitor Infinity Vista	5515751680	ŠOK 2010.
12	Pac.monitor Infinity Vista	5515752082	ŠOK 2010.
13	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5513884763	ŠOK 2010.
14	Pac.monitor Infinity Gamma XL		ŠOK 2010.
15	Pac.monitor Infinity Delta	6006210880	ŠOK 2014.
16	Pac.monitor Infinity Delta	6006220183	ŠOK 2014.
17	Pac.monitor Infinity Vista 120	V1SEH0120	Opšta intenzivna nega 2014.
18	Pac.monitor Infinity Vista	5515753776	Hirurgija I 2010.
19	Pac.monitor Infinity Vista	5515752581	Hirurgija I 2010.
20	Pac.monitor Infinity Vista	5515742173	Hirurgija I 2010.
21	Pac.monitor Infinity Vista	5515753277	Hirurgija I 2010.
22	Pac.monitor Infinity Vista	5515762480	Neurologija IN 2010.
23	Pac.monitor Infinity Vista	5515762374	Neurologija IN 2010.
24	Pac.monitor Infinity Vista	5515750681	Neurologija IN 2010.
25	Pac.monitor Infinity Vista XL	6002748361	Neurologija IN 2010.
26	Pac.monitor Infinity Vista	5515746169	Neurologija IN 2010.
27	Pac.monitor Infinity Vista	5515749861	Neurologija IN 2010.
28	Pac.monitor Infinity Vista	5515749567	Neurologija IN 2010.

29	Pac.monitor Infinity Vista	5515751974	Neurologija IN 2010.
30	Pac.monitor Infinity Delta	6006099572	Odeljenje za transplantaciju organa 2014.
31	Pac.monitor Infinity Delta	6006211478	Odeljenje za transplantaciju organa 2014.
32	Meh.ventilator pluća Savina	ARTB-0086	Neurologija IN 2003.
33	Meh.ventilator pluća Carina	ASCA-0024	Koronarna 2011.
34	Meh.ventilator pluća Carina	ASDB-0101	Šok 2012.
35	Meh.ventilator pluća Carina	ASDB-0100	Šok 2012.
36	Meh.ventilator pluća Carina	ASDB-0099	Šok 2012.
37	Meh.ventilator pluća Carina	ASDB-0098	Šok 2012.
38	Meh.ventilator pluća Carina	ASDB-0097	Šok 2012.
39	Meh.ventilator pluća Carina	ASDB-0096	Šok 2012.
40	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTN-0098 ARTN-0027	2003.
41	Meh.ventilator pluća Savina 300 (aparatus pod garancijom)	ASEC-0061	2014.
42	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARSA-0173 ASBB-0117	2003.
43	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTN-0080 ASAF-0112	2003.
44	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTB-0082 ARTN-0028	2003.
45	Meh.ventilator pluća Savina	ASBB-0033	Šok A i B 2015.
46	Meh.ventilator pluća Savina	ASBJ-0067	Šok A i B 2015.
47	Meh.ventilator pluća Savina	ASBJ-0068	Šok A i B 2015.
48	Transp.ventilator Oxylog 2000	ARPC-0030	2000.
49	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0364 ARYM-0363	2007.
50	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0359 ARYM-0359	2007.
51	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0366 ARYM-0358	2007.
52	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0362 ARYM-0357	2007.
53	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0358 ARYM-0365	2007.
54	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0361 ARYM-0366	2007.
55	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0365 ARYM-0360	2007.
56	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0357 ARYM-0361	2007.

57	Meh.ventilator pluća Evita XL Aquapor EL	ARYN-0360 ARYM-0362	2007.
58	Meh.ventilator pluća Evita V300 (aparatus pod garancijom)	ASHA 0024	Šok A i B 2015.
59	Meh.ventilator pluća Evita V300 (aparatus pod garancijom)	ASHA 0026	Šok A i B 2015.
60	Meh.ventilator pluća Evita V300 (aparatus pod garancijom)	ASHA 0025	koronarna jedinica 2015.
61	Meh.ventilator pluća Evita V300 (aparatus pod garancijom)	ASHA 0023	koronarna jedinica 2015.
62	Meh.ventilator pluća Evita V300 (aparatus pod garancijom)	ASHA 0027	Šok A i B 2015.
63	Meh.ventilator pluća Evita V300 (aparatus pod garancijom)	ASHA 0022	Šok A i B 2015.
64	Meh.ventilator pluća Evita V300 (aparatus pod garancijom)	ASHA 0021	Šok A i B 2015.
65	Meh.ventilator pluća Evita 4 (aparatus pod garancijom)	ASCM-0231	Šok A i B 2015.
66	Transp.ventilator Oxylog 2000+ (aparatus pod garancijom)	ACHA-0007	Anestezija 2015.
67	Transp.ventilator Oxylog 2000+	SSBA-0005	OP blok 2015.
68	Operaciona lampa Polaris 700/560 (aparatus pod garancijom)	ASFL-0964	2014.
69	Operaciona lampa Polaris 700/560 (aparatus pod garancijom)	ASEC-0313	2014.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God. proizvodnje
1	Aparatus za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Gamma Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUA-0105 ARUF-1042 5513066470 ARUA-0061 ARUB-0093 12035	2004.
2	Aparatus za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos Bronhijalni aspirator	ARUA-0106 ARWM-0824 ARUA-0093 ARUB-0095 119023	2004.
3	Aparatus za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta Scio Four Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSM-0049 ARYN-0198 6003499957 ASCN-0104 ARSK-0108 106285	2004.
4	Aparatus za anesteziju Fabius GS Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Gamma XL Scio Four Bronhijalni aspirator	ARXN-0023 ARYL-1002 5514596564 ARYM-0062 ARXN-0023	2007.
5	Aparatus za anesteziju Fabius Tiro Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Gamma XL Scio Four Bronhijalni aspirator	ARYN-0017 ARWJ-0992 5514721866 ARYM-0182 ARWJ-00589	2007.

6	Aparat za anesteziju Fabius Tiro Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Gamma XL Scio Four Bronhijalni aspirator	ARZM-0121 ARZM-1092 5515223475 ARZM-0070 ARZK-0976	2009.
7	Aparat za anesteziju Fabius Tiro Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Gamma XL Scio Four Bronhijalni aspirator	ARZM-0122 ARWJ-0967 5515160284 ARZM-0068 ARZK-0978	2009.
8	Aparat za anesteziju Julian Vapor S 2000	ARNJ-0067 ARUF-1042	1999.
9	Neonatalni ventilator Babylog 8000 + Ovlaživač F&P MR 850	ASAK-0040 90603051592	2009.
10	Neonatalni ventilator Babylog 8000 + Ovlaživač F&P MR 850	ARRK-0103 10709013761	2001.
11	Neonatalni ventilator Babylog VN500 (aparatus pod garancijom sa uključenim preventivnim servisima)	ASBE0013	2014
12	Meh.ventilator pluća Evita 4 Aquapor EL	ARXM-0185 ARXM-0049	2006.
13	Meh.ventilator pluća Evita 2 dura Aquapor EL	ARLC-0018 ARJC-0098	1999.
14	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5514596564	2010.
15	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5514721866	2010.
16	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5515160284	2010.
17	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5515223475	2010.
18	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5515753179	2010.
19	Pac.monitor Infinity Vista XL	5396041959	2009.
20	Pac.monitor Infinity Vista XL	5396226261	2009.
21	Neonatalni inkubator Caleo	ASDB-0060	2012.
22	Neonatalni inkubator Caleo	ASDB-0021	2012.
23	Neonatalni inkubator Caleo	ASDB-0012	2012.
24	Neonatalni inkubator Caleo	ASCL-0035	2011.
25	Neonatalni inkubator C2000	BB26655	2012.
26	Neonatalni inkubator C2000	NB26259	2012.
27	Neonatalni inkubator C2000	HG 24368	2011.
28	Neonatalni inkubator C2000	HG 25369	2011.
29	Neonatalni inkubator 8000 NC	ARPM-0050	2000.
30	Sto za reanimaciju RW 82	JB07331	2012.
31	Sto za reanimaciju RW 82	JB07332	2011.
32	OP lampa Sola 700	ARZD-0227	2008.
33	OP lampa Sola 700	ARZD-0231	2008.
34	OP lampa Sola 700	ARZD-0224	2008.
35	OP lampa Sola 700	ARZD-0228	2008.
36	OP lampa Sola 700	ARZD-0230	2008.
37	OP lampa Sola 700	ARZD-0225	2008.
38	OP lampa Sola 700	ARZD-0229	2008.
39	OP lampa Sola 700	ARZD-0232	2008.

40	OP lampa Sola 700	ARZD-0226	2008.
41	Bilirubinometar JM103		2009.
Klinika za neurohirurgiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God.proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0045 ARYE-0432 ARUA-0019 ARUB-0102	2004.
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0046 ARUA-0092 ARUB-0101	2004.
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy	ARUB-0043 ARUB-0157 ARUA-0073	2004.
4	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0044 ARUL-0571 ARUA-0062 ARUB-0105	2004.
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Monitor nark.gasova Vamos	12221 ARRH-0081 ARUB-0100	
6	Meh.ventilator pluća Evita 2 dura Aquapor EL	ARLB-0002 ARKA-0068	1997.
7	Meh.ventilator pluća Evita 2 dura Aquapor EL	ARLC-0008 ARTN-0099	1997.
8	Meh.ventilator pluća Evita 2 dura Aquapor EL	ARLL-0197 ARLK-0123	1997.
9	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTN-0101 ARTN-0050	2004.
10	Meh.ventilator pluća Savina Ovlaživač F&P MR 730	ARTN-0096 21217017608	2004.
11	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTB-0067 ARJK-0104	2003.
12	Pac.monitor Infinity Vista XL	5396985252	2005.
13	Pac.monitor Infinity Vista XL	5396994946	2005.
14	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398191062	2005.
15	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398195557	2005.
16	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398194656	2005.
17	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5307189361	2013.
Klinika za urologiju			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God.proizvodnje
1	Aparat za anesteziju Primus Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Delta Bronhijalni aspirator	ASBD-0044 ASBC-2056 6002576671 ARBB-1964	2009.
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy Aspirator	ARUB-0048 ASBC-2056 ARTN-0075 12072	2004.
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000	ARUA-0101 ARUF-1086	2004.

	Kružni sistem Cosy Aspirator	ARUA-0091 12080	
4	Aparat za anesteziju Fabius CE Vapor S 2000 Kružni sistem Cosy	ARSM-0048 ARWM-0915 ARTN-0075	2002.
5	Aparat za anesteziju Fabius GS Vapor S 2000 Pac.monitor Infinity Gamma XL Monitor nark.gasova Vamos	ASAE-0028 ARYJ-1590 5515317775 ARUB-0091	2009.
6	Meh.ventilator pluća Savina Aquapor EL	ARTN-0076 ARTN-0059	2004.
Služba za tehničke i druge poslove			
Red. br.	Vrsta i tip aparata	Serijski broj	God.proizvodnje
1	Alko test 6810	ARBC0391	2011.

SPISAK INSTALIRANE OPREME - ASPIRATORI I O2 TERAPIJE NA KLINIKAMA I CENTRIMA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE		
Red.br.	Vrsta i tip aparata	količina
1	Inhalette S	30 kom.
2	O2-protokomer	85 kom.
3	Bronhijalni aspirator	22 kom.
4	Trajna drenaža sa stubom	45 kom.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

Предмет: Образац структуре цена за Услуга одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача Drager

Ред. број	НАЗИВ	Попуњава понуђач						
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине укупну цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	укупна цена без ПДВ-а	износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЦЕНА СЕРВИСНОГ РАДНОГ САТА У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ (Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опreme, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности монтажу, пробу и пуштање у рад)							
2	ЦЕНА СЕРВИСНОГ РАДНОГ САТА ВАН РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА (Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опreme, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности монтажу, пробу и пуштање у рад)							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:**

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ :

			ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
Р. бр.	ОПИС	Каталошки број	Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине укупну цену (царина, превоз и друге увозне дажбине)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичн у цену	укупна цена без ПДВ-а	износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aparati za anesteziju								
1	PCB merna ploča 2	8601261							
2	PCB front 4	8600981							
3	PCB CIO	8601051							
4	Napojni kabal	8601369							
5	Glavna ploča	8601081							
6	A-GAS modul	6870663							
7	Glava sensora /IRIA 2/	6870680							
8	Pumpa sa kućištem	6870815							
9	PCB štampana ploča	8201911							
10	PCB ventdos aktuator	8350277							
11	Senzor pritiska 100 mbar	1831887							
12	Električni prekidač	1832700							
13	Glavni prekidač	8601079							
14	Displej	8601857							
15	PCB frontalni adapter	8601111							
16	Konekcioni kabl –Spirolog senzor	8305622							
17	Kabl za spirolog	8301795							
18	DC-konvertor	8601618							
19	Mrežno napajanje	8601765							
20	Kapa-poklopac	MX08020							
21	Linearni kabl sa adapterom	8604084							
22	Štampana ploča	8603361							
23	Električni ventilator	8601803							
24	Baterija	8601764							

25	Filter	8601169							
26	Dihtung	M23154							
27	Dijafragma	M33765							
28	Ekspiracioni ventil	2600140							
29	Uložak ventila	2600150							
30	Displej	2600374							
31	Kabl sa prekidačem	2600399							
32	APL ventil	2600457							
33	Kabl ASM	2600562							
34	Pumpa	2600564							
35	Ventil podpritiska	2600570							
36	Peep ventil	2600573							
37	Membrana	2600650							
38	Sigurnosni ventil	2600670							
39	Sigurnosni ventil	2600680							
40	Sklop pumpe	2600713							
41	Softwer 04.00	2600909							
42	Štampana ploča	2600911							
43	Kućište senzora za O ₂	6850720							
44	Manometar	7278090							
45	Štampana ploča	8201951							
46	Best.lp steuerung	8201961							
47	Štampana ploča za napajanje	8201971							
48	Štampana ploča	8202081							
49	Regulator pritiska	8402745							
50	Bakterijski filter	8402868							
51	Crevo za merenje protoka/2 kom	8410929							
52	Sigurnosni kontrolni ventil	8603695							
53	Motor sa osovinom	8604228							
54	Metalni prsten	8604344							
55	Modul mreznog pretvaraca	8604607							
56	Kućište O ₂ senzora	8606055							
57	Sensor pritiska PAW za Fabius	8606268							
58	Štampana ploča	8606491							
59	Prigušivač zvuka	2M85034							
60	Konektor	2M50039							
61	Kapa ekspiracionog ventila	M09230							
62	CAP	M21482							
63	Sigurnosni ventil	M21683							
64	Pištaljka	M25073							
65	Ugaona konekcija	M30946							
66	Sigurnosni ventil	M32773							

67	Blok za regulaciju protoka gasa	M32940							
68	Dihlung	M09361							
69	Dihlung	M19241							
70	APL ventil	MK00625							
71	CCFL-Lamp service kit Fabius C	2607003							
72	Kabl sa prekidačem	2603360							
73	Membrana	8603780							
74	Membrana	8410181							
75	Podloska	8407979							
76	Sajbna za dihtovanje	8603781							
77	Ventil pločica	8604105							
78	Kontrolni ventil za O2	M27010							
79	Peep crevo	8607055							
80	Membrana PEEP ventila	8403004							
81	Regulator pritiska mixera	M34751							
82	Kabl ASM za flow senzor	8604753							
83	Plastična tastatura aparata za anesteziju	2600370							
84	Nosač pumpe	2600569							
85	Optički prekidač	2600656							
86	Prozor	2600771							
87	Kabl sa prekidacem	2600391							
88	Zaptivni prsten-DIV	D04742							
89	Dihlung	D18238							
90	Zaptivni prsten-N2O	M03214							
91	Crevo Asm PEEP-Pmax-APL Byp RH	8607054							
92	Uložak ventila-sito	M19238							
93	Dihlung	U04314							
94	Dihlung	2600477							
95	Dihlung	M09231							
96	Dihlung	M30455							
97	Adapter za crevo za disanje	8418462							
98	Ventil pločice	M23225							
99	Dihlung	M31188							
100*	AGSS – crevo, 1,5m	M33296							
101 *	AGSS – crevo, 3m	M33298							
102 *	Kružni sistem za disanje	2600741							
103	Motor za ventilaciju	8607211							
104	Senzor pritiska PAW	8605314							

105	Senzor pritiska 100 mbar	8605885							
106	Sigurnosni kontrolni ventil	8603695							
107	Mrežni deo za napajanje	8605038							
108	PATO O2 senzor	6871000							
109	Glava senzora ILCA2	6870840							
110	Ugaoni nastavak za creva	8603868							
111	Plasticni poklopac sa ventilom	8605025							
112	Dihtung	2M08777							
113	Ploca sa grejacem	8603857							
114	Dihtung	M20622							
115	O-RING SEAL	R52382							
	Monitori								
1	Filter	2866726							
2	Spojnica za bateriju	3379943							
3	Prekidac	4311622							
4	Pumpa za invazivno merenje krvi	5594499							
5	Baterija Li-Ion	5732354							
6	Baterija	5947697							
7	Pumpa	5950782							
8	Ploča monitora	7869329							
9	Pozadinsko svetlo 8 in	7869444							
10	Ekran monitora 8,4 in	7870780							
11	Zaštitna maska displeja	MS13758							
12	Rotirajuće dugme	MS13765							
13	Displej LCD	MS13799							
14	Plastično kućište	MS13802							
15	Prednja štampana ploča	MS13806							
16	Štampana ploča A 104	MS14350							
17	Štampana ploča A200	MS14980							
18	Štampana ploča	MS16211							
19	E/M Spr Cbl A103/4 Frnt	MS17217							
20	E/M Spr Li-ion baterija	MS22139							
21	Zvučnik za monitor	MS22780							
22	Tastatura za monitor Delta EN	MS13809							
23	Ploča monitora SC6802XL za pozadinsko osvetljenje	MS27327							
24	Hard Disk Drive Ass. C700/C700IT	MK30601							
25*	Uredjaj za napajanje	MS18284							
26	Crevo za N2O 3m NIST i DIN	M35493							
27	Crevo 3m AIR/O2	M36017							
28	SHP ACC, 120W napajanje	MS20749							

29	Priključni konektori za test u	7901570							
30*	Napajanje 120W	MS20749							
31	Osigurac	2606260							
32	Punjiva baterija	2606229							
33	Tastatura	2601176							
34	Tastatura PCBA	2601167							
35	Spoljna maska	2601177							
36	Zadnja maska	2601178							
37	15" ekran osetljiv na dodir	2601171							
38	EPRT-48mm Stampac	2601173							
39	15" LCD Displej	2601172							
40	LCD Pozadinsko osvetljenje	2601170							
41	Interfejs ploca za V1	2601164							
42	Interfejs ploca RS232za V1	2601162							
43	PS900Q modul napajanja	2601161							
44	9263 Glvna ploca	2601154							
45	ECG Modul	2601159							
46	V6 NIBP Modul	2601157							
47	Ploca napajanja	2601175							
48	Zvucnik	2601179							
49	Ventilator	2601180							
50	Obrtni taster	2601181							
51	IBP i CO Modul	2601165							
52	A8 SpO2 Modul	2601156							
53	CO2 Izolaciona ploca PCBA	2601166							
54	Alarm Indikator ploca	2601169							
55	Konekciona ploca za bateriju	2601174							
56	Ploca obrtnog tastera	2601168							
57	CO2 Konektor	2601187							
58	SpO2 Konektor	2601185							
59	Prednja maska sa displejom	2607140							
60	E/M Spr hard disk SAS	MS25646							
61	E/M SPR MPU ventilator ICS GEN 3	MS26395							
62	Filter	MS25683							
63	LP	6870885							
64	Ispravljač za napajanje monitora	6870657							
65	Pneumatski blok	6870635							
66	Glava sensora ILCA	6870600							
67	LP AMO Flow ILCA	6870605							
68	Ventilator	6870911							
69	Stampana ploca	8603898							

70	Kabl	6871321							
71	Viseprovodnicki kabl	6870779							
72	Konektor	6870800							
73	Prekidac	6870782							
74	Filter	6870846							
75	Filter /37mm/	MX08834							
76	Crevo sa konektorima 150 LG	8601238							
77	Drzac casice za vlagu	6872528							
78	Set creva	M32692							
79	Senzor za kiseonik	MP01442							
	Neonatalni inkubatori i respiratori								
1	Pametna kartica 16K	1828142							
2	Prijemni senzor pritiska	8305624							
3	Crevo za ventilaciju 100 cm	8403080							
4	O-RING zaptivka	8403962							
5	Mikroprekidač	8407265							
6	Dihtung	8408204							
7	Filter	8408208							
8	Membrana	8409184							
9	Neonatalni Y nastavak sa senz.	8410185							
10	Sigurnosni ventil	8415165							
11	Kalibracina jedinica	8415213							
12	Solenoidni ventil	8415223							
13	Senzor pritiska	8415209							
14	PBA PI	8415011							
15	PBA syscon	8416761							
16	PBA PI-Napajanje	8415041							
17	Ventilatorska jedinica	8415329							
18	Mesac gasa i dozator	8415249							
19	PBA M4.1	MK03411							
20	M12.4 PATO SA	6871530							
21	Odbojnik	8416850							
22	CF-kartica 256MB FAT RoHS	1875744							
23	Energetska jedinica (M7.3)	8415328							
24	Baterija M7 NM2.5	8415290							
25	Filter vazduha	8421479							
26	Filter cestica	8415127							
27	Mikrofilter	6737545							
28	Filter postolje	8419758							

29	Set baterija PS500 (service)24Ah	8420664							
30	Regulator pritiska	8402745							
31	Filter	8402926							
32	O2-razdelnik sa nosačem	2M18810							
33	O2 hauba za inkubator	2M19250							
34	Vođica-uvodnik u crevo	2M19511							
35	Ventilator	2M20205							
36	Temp. senzor	2M20277							
37	Motor, kpl.	2M20350							
38	Izolaciona cevčica	2M20434							
39	E-SET WASSERBEHAELTER	2M20644							
40	Gumena konekcija	2M20670							
41	Kabl za senzor	2M20736							
42	Dušek	2M20907							
43	Infra crveni grejač 230 V	2M30114							
44	Filter	8402926							
45	Kabl sa adapterom za grejač MR 730	8411097							
46	Senzor za O2 /za inkubator/	MU13223							
47	Filter disc	MU01958							
48	Ventil,solenoid,12VDC,70PSI,O2	MU03664							
49	Dijafragma	MU06679							
50	Izolator za inkubator	MU07138							
51	Bravica za vrata	MU08534							
52	Nosač posude za vodu	MU21085							
53	Senzorski modul	MU12287							
54	Sklop modula senzora	MU12301							
55	Napajanje	MU12389							
56	Motor ventilatora	MU12409							
57	Drzac vrata za inkubator	MU12681							
58	Zamenski pristupni panel ASSY,HI,prednji	MU12732							
59	Kablovi grupisani	MU13058							
60	Regulator pritiska,40 PSI	MU13249							
61	Kit za zamenu motora,C2000	MU13477							
62	PCB interfejsna ploča	MU17992							
63	Displej,320 X 240,KYOCERA	MU18057							
64	Prednji Panel pomoćni, LCD C	MU18296							
65	Izolator,VIB,.44OD .44LG 4LB	MU07138							
66	AS kontroler	MU12409							
67	Velika kruzna vrata	2M50360							
68	Mala kruzna vrata	2M50410							

69	Stampana ploca sa senzorima	2M50621							
70	Stampana ploca	2M50641							
71	Elektro motor za inkubator	2M50850							
72	Kapa plovka	2M50999							
73	Kontroler PCB LCD	2M51049							
74	Pneumat. O2- Cotroller	2M51083							
75	2/2 Wege-Magnetventil	2M51315							
76	Prekidač nivoa	2M51325							
77	Poklopac posude za plovak ovlaživača	2M51327							
78*	Filter za Caleo (20kom)	MX17015							
79	Lampa,INCAND,QTZ-Halogena12V 50W	MU03690							
80	Grejač ASSY,Kvarcni,120V	MU11222							
81	Vent./Transdjuser set	MU11253							
82	Testirana štamp. ploča	MU11311							
83	Merač, za pritiske,0-4000 PSI,HPO2	MU11414							
84	REGULATOR,65PSI/relej pritisha,HPO2	MU11520							
85	Zamenski kit,ELEC FR PNL,RW,EN	MU11703							
86	Crevo za vazduh	MU16896							
87	Crevo za kiseonik,OXY,SCHR M,DISS F,GRN	MU16921							
88	Pwr ulazni modul & prekidač	MU19193							
89	Actuator_120V_Teleskopski	MU19344							
90	Nožna pedala	MU21157							
91	Prednja drška	MU22411							
92	Ugaoni blok RW	MU22416							
93	Balans ručica	MU22503							
94	Banc, prednji panel set	MU22795							
95	Mikroblender	MU11572							
96	Modul bez AD1	MU11360							
97	Modul bez AD2	MU11366							
98	Modul za isporuku gasa	MU11370							
99	Modul sa AD2	MU11272							
100	Modul sa AD3	MU11374							
101	Modul bez AD3	MU21720							
	Respiratori								
1	PEEP Ventil	8410717							

2	Magnetni ventil	8412993							
3	Senzor pritiska 120mbar	1865870							
4	Prekidač	8408205							
5	Mikro elektroventil	8412209							
6	Gumena membrana	8414178							
7	Dihlung	M20622							
8	Mikroprekidac	8407265							
9	Ventil O2	8412126							
10	Ventil AIR	8412128							
11	Senzor	8306248							
12	Grejač ekspiracionog ventila	8416804							
13	Baterija M7 NM2.5	8415290							
14*	Filter vazduha	8418112							
15	Filter	8419758							
16	Filter	8415127							
17	Štampana ploča 68332	8306591							
18	AC-modul za napajanje	8306520							
19	Štampana ploča za kontrolu pne	8306601							
20	Štampana ploča	8306561							
21	Rotirajući električni taster	8306565							
22	Štampana ploča /Evita 4/	8306641							
23	Ventilator	8306560							
24	Kabal spirolog sensor	8415709							
25*	Litijum baterija 3V/1400	1835343							
26	Filter	8412384							
27	Filter	8415978							
28	Plastična ručica za stezanje	8410383							
29	Senzor pritiska 120mbar	1865889							
30	Peep ventil	2600573							
31	Pumpa	2600713							
32	BEST.LP STEUERUNG	8201961							
33	Štampana ploča za napajanje	8201971							
34	Štampana ploča	8202081							
35	Štampana ploča	8350471							
36	Pametna kartica	8350841							
37	PCB O2 membrana	8351201							
38	Temperaturni sensor	8405371							
39*	Membrana	8410181							
40	TSI-sensor	8413579							
41	Cable O2-Measure Modul	8413622							
42	Radikalni ventilator	8413625							
43	Motor	8413643							

44	Inspiracioni blok	8413650							
45	Kabl Spirolog senzora	8414028							
46	Ispravljački stepen	8414132							
47	Plastična folija	8417082							
48	Kolor displej	8419935							
49	Motor sa osovinom	8604228							
50	Senzor VE	MX01049							
51	Ventil za regulaciju isporuke kiseonika	8413603							
52	Glavni prekidač	8413609							
53	Flowsensor izvod sa mrežicom	8414080							
54	Prstenovi za dihtovanje	M33729							
55	Mikrofilter	6737545							
56	Motor	8413643							
57	Ventil aktuator	8413610							
58	Ekspiracioni ventil	MX44498							
59	Kontrolna jedinica	8417806							
60	TSI-senzor	8413579							
61	Ventilska jedinica	8417820							
62	Senzor pritiska 140mbar Savina	8415643							
63	Elektroventil	8412993							
64	Napajanje	8421230							
65	Ploca CCB II	8417905							
66	Eeprom 256X8 DIP8 I2C RoHS	1845586							
67	PCB Kontrol sistem	8350151							
68	PCB Kontrol	8350391							
69	PCB Sensor	2M86494							
70	Regulator pritiska	8402745							
71	Nepovratni ventil	8412080							
72	Nepovratni ventil	8412085							
73	Rasteretni ventil	M31444							
74	Gumeni adapter za crevo	M24594							
75	Napojni kabal	8414673							
76	Dihtung	8404741							
77	Grejač vode u Aquaporu	8414699							
78	Držač boca	5703341							
79	Punjač 230V	8412074							
80	Plastični držač za creva	8409841							
81	Interna baterija NiMH 12V 2,5A	5703153							
82	Matična ploča	5704077							
83	Kabl	5705288							
84	Kabl	5704748							

85	Ventilator	5704350							
86	Nosač respiratora	G93072							
87	Mehanizam za zaključavanje	G93245							
	Aspiratori i O2 terapije								
1	Aspiracioni ejektor	2M85019							
2	Manometar	7278090							
3 *	Prigušivač zvuka	2M85034							
4	Prekidač	2M85609							
5	Gumeni dihtung	M26008							
6	Ušisna pumpa	M27351							
7	Ušisna pumpa	A-0779							
8	Dihtung N2O 3/8	2312577							
9	Dihtung	D19080							
10	Plovak	M26007							
11	Gumeni dihtung	M26008							
12	Adapter O2 /NIST/DIN/	M32493							
	OP lampe								
1	Glavno napajanje	1851683							
2	Glavni kabl GB, 3m, 10A	1851713							
3	Držač sijalice	G18363							
4	Napajanje za Eye-Q monitor	G19055							
5	Elektro sklop za lampu	G18720							
6	Štampana ploča	G93778							
7	Folija-tastatura	G18693							
8	O-RING zaptivka 16X3 EPDM	G18988							
9	Napajanje 230V	G18700							
10	Među ploča	G18625							
11 *	Grlo sijalice	G18362-05							
	Laringoskopi								
1 *	Drška Adu.2,5V,28mm Diam.	MX03301							
2 *	Drška .2,5V,19mm Diam.	MX03314							
3 *	Baterija 2,5V	MX03327							
4 *	Baterija 2,5V	MX03315							
5 *	Rucka laringoskopa FO 2,5v	MX03318							
6 *	Baterijski punjac	MX50028							
7 *	Špatula veličina 0 (Mac),80x13	MX03302							
8 *	Špatula veličina 1 (Mac), 92x18	MX03303							
9 *	Špatula veličina 2 (Mac), 112x20	MX03304							

10 *	Špatula veličina 3 (Mac), 133x21	MX03305							
11 *	Spatula, velicina 4	MX03306							
12 *	Špatula, veličina 0 (Miller), 79x10	MX03307							
13 *	Špatula, veličina 1 (Miller), 103x10	MX03308							
14 *	Špatula, veličina 2 (Miller), 157x12	MX03309							
	Etilometar (Alko-test)								
1	Jedinica za uzorkovanje	6810345							
2	O-RING 60x1.5	6810510							
3	Senzor alcotest 18	6810360							
4	Displej za alkotest	1892265							
5	USB kabl	8319715							
6	O-RING	6810696							
7	Osigurac za alkotest	1892066							
	Setovi za preventivne servise								
1	Jednogodišnji set	MX08013							
2	Dvogodišnji set	MX08194							
3	Šestogodišnji set	MX08195							
4	Jednogodišnji set	MX08015							
5	Dvogodišnji set	MX08196							
6	Trogodišnji set	MX08197							
7	Jednogodišnji set	MX08152							
8	Trogodišnji set	MX08153							
9	Dvogodišnji set	MX08832							
10	Jednogodišnji set	MX08220							
11	Dvogodišnji set	MX08225							
12	Dvogodišnji set	MX08226							
13	Šestogodišnji set	MX08227							
14	Šestogodišnji set	MX08228							
15	Jednogodišnji set	MX08241							
16	Dvogodišnji set	MX08467							
17	Trogodišnji set	MX08468							
18	Sestogodišnji set	MX08995							
19	Jednogodišnji set	MX08283							
20	Dvogodišnji set	MX08659							
21	Šestogodišnji set	MX08284							
22	Jednogodišnji set	MX08859							
23	Dvogodišnji set	MX08860							
24	Sestogodišnji set	MX08861							
25	Godišnji set	MX08198							

26	Dvogodišnji set	MX08199							
27	Trogodišnji set	MX08200							
28	Šestogodišnji set	MX08201							
29	Dvogodišnji set	MX08752							
30	Šestogodišnji set	MX08753							
31	Jednogodišnji set	MX18002							
32	Dvogodišnji set	MX08207							
33	Jednogodišnji set	MX08229							
34	Šestogodišnji set	MX08232							
35	Dvogodišnji set	MX08883							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**Услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача Drager
јавна набавка број 353Т/2015**

изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијске гаранције, и то:

1. Финансијску гаранцију за добро извршење посла у форми:

1а) Банкарске гаранције (уколико је вредност уговора већа од 5.000.000,00 динара (или тачно 5.000.000,00) без обрачунатог ПДВ-а)

2. Финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у форми:

2а) Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа

У 2015. године

П О Н У Ђ А Ч

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

____ / ____ / : ☐☐☐☐☐☐☐☐ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

Услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача Drager јавна набавка број --- Т/2015

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

На основу:

- члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА

за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ЗА МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ, ПРОИЗВОЂАЧА DRAGER

Број јавне набавке: 353 T/2015

Укупна процењена вредност: 18.000.000,00 динара

I. Критеријум за избор најповољније понуде је: економски најповољнија понуда

Утврђују се критеријуми за избор најповољније понуде:

Редни број	Елемент	Пондер
1	Понуђена цена	100
СВЕГА:		100

II. Методологија примене критеријума наведених у табели под тачком I:

1. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: ПОНУЂЕНА ЦЕНА 100 ПОНДЕРА

1.1. Подкритеријум: Радни сат за извршене услуге у редовно радно време 15 пондера

Објашњење:

У обзир се узимају цене без урачунатог ПДВ-а.

Цене радног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспортне (опреме, уређаја и људства), дефектажу, сервисне активности (радове) и сл., што значи да при уобичајеним интервенцијама извођач истих неће имати право да посебно фактурише своје транспортне трошкове и сл.

Бодовање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

Најнижа цена радног сата у редовно радно време
међу свим понуђачима

Број пондера = ----- x 15 пондера
Цена радног сата у редовно радно време
посматраног понуђача

1.2. Подкритеријум: Цена сервисних интервенција 20 пондера

Објашњење:

Попуњавањем у прилогу 3. датог обрасца, понуђач даје јединичну цену за све тражене описе сервисирања (мањег и већег обима) апарата. Сабирањем датих јединичних цена за све наведене типове апарата, формира се укупна цена сервисних интервенција.

Бодовање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најнижа укупна цена сервисних интервенција међу свим понуђачима}}{\text{Укупна цена сервисних интервенција посматраног понуђача}} \times 20 \text{ пондера}$$

1.3. Подкритеријум: Укупна цена резервних делова 25 пондера

Објашњење:

Попуњавањем у прилогу 3. датог обрасца, понуђач даје јединичну цену за све тражене резервне делове по типовима апарата. Сабирањем датих цена за све наведене типове апарата, формира се укупна цена резервних делова.

Бодовање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најнижа укупна цена резервних делова међу свим понуђачима}}{\text{Укупна цена резервних делова посматраног понуђача}} \times 25 \text{ пондера}$$

1.4. Подкритеријум: Цена превентивних сервиса (инспекције) 40 пондера

Објашњење:

Попуњавањем у прилогу 3. обрасца понуде, понуђач даје јединичну цену за специфициране радове годишњег превентивног сервиса по типовима апарата. Сабирањем датих цена за наведене типове апарата формира се укупна цена..

Бодовање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најнижа укупна цена годишњих превентивних сервиса међу свим понуђачима}}{\text{Укупна цена годишњих превентивних сервиса посматраног понуђача}} \times 40 \text{ пондера}$$

У случају да два или више понуђача остваре једнак број пондера, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок на уграђене резервне делове.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, Одлука о додели уговора ће се донети жребом.