



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ
САЛА
редни број јавне набавке за текућу годину
269K/2015

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**
 Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**
 Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Миљко Ристић**
 Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**
 Врста поступка: **Отворени поступак**
 Број јавне набавке: **269K/2015**
 Предмет набавке (добра): **МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА**
 Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**
 Служба: **Јавне набавке**
 Лице за контакт : **Мишко Мишовић, дипл. инж.**
 Електронска адреса: **misko.misovic@kcs.ac.rs**
 Телефон: **011/2656-473, Факс. 011/2685-597**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА
 Шифра из општег речника набавки: **33100000**
- Опис партије, (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама):
 Јавна набавка је обликована у пет партија:

Редни број партије	ОПИС
1	ЛАПАРОСКОПСКИ СТУБ
2	РАДИОФРЕКВЕНТНИ ГЕНЕРАТОР
3	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА КАМЕРОМ И ВИДЕО СИСТЕМОМ
4	ОПЕРАЦИОНИ СТО
5	ЕЛЕКТРОКАУТЕР
6	БАТЕРИЈСКА БУШИЛИЦА
7	БАТЕРИЈСКА ТЕСТЕРА
8	ГАСТРОСКОП - штап
9	КОЛОНОСКОП - штап
10	КОМПОНЕНТЕ ЗА ЦИСТОСКОПЕ И РЕСЕТОСКОПИ

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
- ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– **Прилог бр. 5**
- МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
- ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –**Прилог бр. 7**

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– **Прилог бр. 8**
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10**+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА - **Прилог бр.11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15 у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњавачитко, **јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава.**

- 3) **Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**
Понуде са варијантама нису дозвољене.
- 4) **Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама**
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.
Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и ненајављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.
Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- 5) **Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.
- 6) **Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу**
Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.
Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику;

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- 3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
- 4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из члана 77. става 1. тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критерију утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно удружење.
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- ❖ У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.

- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
- ❖ могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10% од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције од стране банке, са роком важења 30 календарских дана дуже од дана истека рока важења понуде; или
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код

- ❖ пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.
- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

- 23.3.1 Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност **прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а**, у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БАНКАРСKE ГAРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права протеста у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности уговора **са роком важења 30 календарских дана дуже од дана истека уговореног рока испоруке**.
- 23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави добављачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико добављач не испуни обавезу ни у напредно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.
- 23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.
- 23.3.4. Понуђач којем Одлуком о додели уговора буде додељен уговор у висини **до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а** је обавезан да приликом потписивања уговора уместо банкарске гаранције за добро извршење посла наручиоцу достави бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора у ту сврху бити регистрована код НБС, док меницу и менично овлашћење мора да прати картон депонованих потписа (**картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда**). **Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла по уговору**.
- 23.3.4. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
 - ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
 - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

- 23.4.1 Понуђач је обавезан да у моменту потписивања уговора достави наручиоцу финансијску гаранцију за ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком трајања у дужини гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитативног пријема и пуштања у рад предмета уговора. Ова финансијска гаранција може бити у форми менице са припадајућим меничним овлашћењем или банкарске гаранције и **са роком важности најмање 30 дана дужим од истека гарантног рока**.
- 23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника. (прилог бр.10)
 - **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,**
 - **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.**

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писаним путем обавестити све понуђаче.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљикомили личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:**

**„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 269К/2015
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА – не отварати“**

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

Број понуде: _____

Датум: ____/____/____/

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА

Редни број партије, ставке	Назив добра	Количина (ком.)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
			Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (3x4) (без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
1	ЛАПАРОСКОПСКИ СТУБ			
1.1.	FULL HD контролна јединица камере	1		
1.2.	FULL HD трочипна глава	1		
1.3.	HD LCD професионални медицински монитор 24"-27"	1		
1.4.	Извор хладног светла са XENON лампом минимум 300 W	1		
1.5.	Сукционо иригациона пумпа са прибором	1		
1.6.	Електронски инсуфлатор CO2 гаса, са сетом стерилизирајућих силиконских црева	1		
1.7.	Апарат са интегрисаним софтвером за FULL HD дигиталну документацију података о пацијентима, видео снимка, слика и аудио записа	1		
1.8.	Медицински LCD „Touch – screen“ монитор минимум 21“, за контролу апарата са интегрисаним софтвером за дигиталну документацију операција	1		
1.9.	Мобилна колица за ендоскопске апарате са носачима за главни и помоћни монитор	1		
1.10.	VERESS игла за пнеумоперитонеум, дужина 13cm	2		
1.11.	Редукција 11/5mm, метална	2		
1.12.	Трокар, величине 11 mm, састављен од: копље трокара са коничним врхом, канила са навојем, дужина 10.5 cm, са славиницом за инсуфлацију гаса, силиконска валвула, резервна спољна гумица троакара (20 ком), унутрашња силиконска валвула(10 ком.)	4		
1.13.	Трокар, величине 6 mm, састављен од: копље трокара са коничним врхом, канила са навојем, дужине 10.5 cm, силиконска валвула, спољна гумица за троакар (20 ком), унутрашња силиконска валвула (10 ком.)	4		
1.14.	Ретрактор, S облика, 2 делни, дужина 17 cm	2		
1.15.	Инсерт хватаљке, атрауматска, фенестрирана,једнострано активна чељуст, величина 5 mm, дужине 36 cm	4		
1.16.	Пластична ручица, без кочнице, са конектором за коагулацију	4		
1.17.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm	4		

1.18.	Инсерт хваталка, атрауматска, са облим чељустима, једнострано отварање чељусти, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.19.	Пластична ручица, са МАНХЕС кочницом и са конектором за коагулацију	2		
1.20.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.21.	Инсерт хваталке, дисектор-хваталка, "Duck-bill" обле чељусти дужине 15 mm, једнострано отварање чељусти, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.22.	Пластична ручица, са кочницом за ослобађање са прстом, и са конектором за коагулацију	2		
1.23.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.24.	КОХ Иглодржач, са ергономском пиштољ ручицом и кочницом, откочивање са десне стране, чељусти закривљене на десну страну са волфрам карбидним инсертом, ø 5 mm, дужина 33 cm	2		
1.25.	КОХ Иглодржач са волфрам карбидним инсертом, ергономска пиштољ ручица са кочницом на левој страни, чељусти закривљене на леву страну, ø 5 mm, дужина 33 mm, за употребу са шавним материјалом величине 0/0 до 7/0 и иглама величине BV, SH или CT-1	2		
1.26.	Сукционо-иригациона туба, са бочним рупама и двосмерном славинам за једноручну контролу, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.27.	Инсерт хваталке, KELLY дисектор-хваталка, дугачке чељусти, обострано отварање, величина 5 mm, дужина 36 cm	1		
1.28.	Пластична ручица, без кочнице са конектором за коагулацију	1		
1.29.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm	1		
1.30.	Инсерт хваталке, дисектор-хваталка, чељусти закривљене на под правим углом са обостраним отварање, величина 10 mm, дужине 36 cm	1		
1.31.	Метална ручица без кочнице	1		
1.32.	Спољна кошуљица, 10 mm, дужина 36 cm	1		
1.33.	Инсерт биполатрне хваталке, модел CLERMONDT-FERRAND (или одговарајући), са посебно финим рецкама, фенестриране чељусти, обострано отварање, величина 5 mm, дужина 36 cm	1		
1.34.	Ручица за биполарну хватлаку	1		
1.35.	Метална спољна туба за биполарну хватлаку	1		
1.36.	Фиброоптички кабал, са правим конектором, отпоран на екстремну топлоту, дијаметра 4.8 mm, дужине 250 cm	2		
1.37.	Телескоп 30° увећан поглед, дијаметра 10 mm, дужине 31 cm, аутоклавабилни, фиброоптички светлосни проводник инкорпориран	2		
1.38.	Инструмент за затварање фасције -за поткожно ушивање инцизија од трокара, величине 2.8 mm, дужине 17 mm	1		
1.39.	Монополарни кабал, са 4 mm утичницом, дужине 300 cm	2		
1.40.	Биполарни кабал HF кабал, дужине 300 cm	2		
Свега партија број 1 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 1 са ПДВ-ом				
2	РАДИОФРЕКВЕНТНИ ГЕНЕРАТОР			
2.1	Монополарни RFA генератор са мин. 200W излазне снаге и континуираним мониторингом отпора, јачине	1		

	струје, снаге, температуре електрода, и температуре ткива. Мониторингом отпора од 25 – 999 Ω у резолуцији од 1 Ω . Могућност конекције перкутаних, лапароскопских и интраоперативних једнократних електрода. Могућност мониторинга температуре циљаног ткива помоћу каниле. Могуће користити 1 – 4 стандардне RFA неутралне електроде или 2 RFA неутралне електроде са REM системом			
2.2	Конектор за пацијент повратну электроду који омогућава 1-4 RFA пацијент повратне електроде или 2 RFA REM повратне електроде	1		
2.3	Колица са куком за посуду са стерилном водом, носаче за монтирање пумпе, носаче за монтирање посуде са водом	1		
2.4	Вишекратна посуда за воду за сакупљање стерилне воде која је прошла кроз активну электроду	1		
2.5	Папучица за “hands-free” контролу предаје енергије	1		
2.6	Циљану температуру ткива у реалном времену, праћену даљинском температурном сондом са канилом	5		
2.7	Перисталтичка пумпа са брзином протока мин. 40 mL/min кроз било коју појединачну (сингле) электроду и мин. 85 mL/min кроз било коју “кластер” электроду	1		
2.8	RFA пацијент повратне електроде високе снаге (High Power)	20		
2.9	RFA електроде, мин. 25cm дужине, 3 cm активног врха	1		
2.10	RFA кластер електроде, 20 cm дужине, 2.5 cm активног врха	1		
2.11	RFA мултипле електроде сет од 3, 25 cm дужине, 3 cm активног врха	1		
Свега партија број 2 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 2 са ПДВ-ом				
3	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА КАМЕРОМ И ВИДЕО СИСТЕМОМ			
3.1	Операциона лампа са сателитом (LED светло) и носачем монитора на истом стубу	1		
3.2	Видео систем са камером	1		
3.3	Медицински монитор 24"	1		
Свега партија број 3 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 3 са ПДВ-ом				
4	ОПЕРАЦИОНИ СТО			
4.1	Електро-хидраулични операциони сто	1		
4.2	Држач главе	1		
4.3	Држач ногу - раздвојив	1		
4.4	Даљински управљач са конекцијом за сто	1		
4.5	Екстензиони део	1		
4.6	Ослонац за руку са фиксатором	2		
4.7	Носач бочног држача	2		
4.8	Бочни држач	2		
4.9	Радијални фиксатор	1		
4.10	Држач инфузије	1		
4.11	Лира	1		
Свега партија број 4 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 4 са ПДВ-ом				
5	ЕЛЕКТРОКАУТЕР	2		

ПДВ%				
Свега партија број 5 са ПДВ-ом				
6	БАТЕРИЈСКА БУШИЛИЦА	2		
ПДВ%				
Свега партија број 6 са ПДВ-ом				
7	БАТЕРИЈСКА ТЕСТЕРА	2		
ПДВ%				
Свега партија број 7 са ПДВ-ом				
8	ГАСТРОСКОП - штап	1		
ПДВ%				
Свега партија број 8 са ПДВ-ом				
9	КОЛОНОСКОП - штап	1		
ПДВ%				
Свега партија број 9 са ПДВ-ом				
10	КОМПОНЕНТЕ ЗА ЦИСТОСКОПЕ И РЕСЕТОСКОПИ			
10.1	Цисто-уретроскоп 16 Ch са obturatorом, са адаптером за дијагностичке цистоскопије и радним каналом 5 Ch, механизам за аутоматско закључавање оптике	1		
10.2	Цисто-уретроскоп 21 Ch са obturatorом, радним инсетром са албаран механизмом са радним каналом 10 Ch, и адаптером за дијагностичке цистоскопије, механизам за аутоматско закључавање оптике	4		
10.3	Телескоп-оптика 70°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1		
10.4	Телескоп-оптика 30°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1		
10.5	Телескоп-оптика 0°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	2		
10.6	Флексибилни биопсиони форцепс, дијам.7 Ch.	1		
10.7	Флексибилни биопсиони форцепс, дијам.10 Ch.	1		
10.8	Флексибилни граспер форцепс, дијам.7 Ch.	2		
10.9	Флексибилни граспер форцепс, дијам.10 Ch.	1		
10.10	Флексибилне маказе једнострано отварање, дијам.7 Ch.	1		
10.11	Кошуљица ротационог ресектоскопа 24 Ch. са интермитентним испирањем-иригацијом, са obturatorом Ротабилни прстен 360°, механизам за аутоматско закључавање радног дела са оптиком	1		
10.12	Кошуљица ротационог ресектоскопа 26 Ch. са интермитентним испирањем-иригацијом, са obturatorом Ротабилни прстен 360°, механизам за аутоматско закључавање радног дела са оптиком	1		
10.13	Радни елемент ресектоскопа са монополарном конекцијом, активан	2		
10.14	Телескоп-оптика 30°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1		
10.15	Фиброоптички светлони кабл, дебљина фибера 2.5mm, дужина 2300mm	3		
10.16	HF монопларни конекциони кабл, дужина 3m	5		
10.17	Резна-омча електрода 24 Ch.	5		
10.18	Резна-омча електрода 26 Ch.	5		
10.19	Ролер електрода 24/26 Ch.	5		
10.20	Елик евакуатор	2		
10.21	Стаклени шприц 150ml за бешику са адаптером за повезивање на ендоскопске кошуљице	2		
10.22	Кошуљица оперативног цистоскопа 24 Ch.са obturatorом, за разбијање каменца у бешици	1		

10.23	LED извор светла -радни век лампе: 30.000 радних сати -колор температура 6500 K -лед лампа еквивалент ксенон светлу 180W	1		
Свега партија број 10 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 10 са ПДВ-ом				
СВЕГА без обрачунатог ПДВ-а за понуђене партије број				
ПДВ%				
УКУПНО са обрачунатим ПДВ-ом за понуђене партије број				

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

а) самостално,

б) са подизвођачем:

1.

2.

3.

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1.

2.

3.

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Понуђена цена обухвата:		ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
а.	Испоруку предмета набавке у оригиналној амбалажи произвођача	
б.	Стручну монтажу и пуштање у рад	
в.	Обуку особља	
г.	Бесплатне превентивне сервисне прегледе и замену сетова (ако за њима постоји потреба) за све време трајања гарантног периода, а по препоруци произвођача (обавезна је достава изјаве произвођача о динамици превентивних прегледа и потребним сетовима за замену, ако за њима постоји потреба)	
ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:		
РОК ИСПОРУКЕ: (подразумева рок испоруке од дана закључења уговора) Наручилац захтева од понуђача да понуђени рок испоруке буде исказан у данима.		

РОК ПЛАЋАЊА: (Наручилац ће плаћање извршити вирмански по извршеној испоруци добара и достављеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање биће одбијене као неприхватљиве)	Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од предвиђеног рока од 60 дана)	
ПОПУСТИ И ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ (ако нуди)	

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона) Докази за правно лице: 1. Уверење надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

- Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела

(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) Закона) Доказ за правно лице: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ за предузетника: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Докази из ове тачке морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. <u>Напомена:</u> Потврда АПР-а се не односи само на делатност која је предмет јавне набавке, већ је потребно да ниједна забрана није на снази.				
----	--	--	--	--	--

4.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75 став 1 тачка 4 Закона Докази: 1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже потврду Агенције за приватизацију да е налази у поступку приватизације.					
5.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75 став 1 тачка 5 Закона) Доказ: Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико.					
6.	Услов: 1) Најмање два стално запослена, сертификована сервисера, обучена за сервисирање предметне опреме код произвођача исте, изузев за Партије бр.6 и 7, за које је довољан један сертификован сервисер 2) Ауторизовани сервис за сервисирање опреме. Доказ: 1) Фотокопије сертификата, радне књижице и потврде послодавца да је наведени сервисер у сталном радном односу у ауторизованом сервису 2) Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме. Напомена: Уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сервиса. Уколико је овлашћени сервисер предузетник, са којим понуђач има потписан уговор о сарадњи, за истог није потребно достављати фотокопију радне књижице и потврду послодавца.					
7.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75					

	став 2 Закона). Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације) Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!					
Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)						
8.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача или произвођача опреме, који мора бити важећи на дан отварања понуда.					
9.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. Доказ: За учествовање у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са <u>произвођачем</u> или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране <u>произвођача, представништва произвођача или ексклузивног заступника на територији РС.</u>					

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, при чему наручилац може захтевати од понуђача достављање на увид оригинала или неоверене копије свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1-3. Закона.

2. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

3. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4).

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

4. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл. 75, ст.1, тач.1-4) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач. 1)- 4) и услов из чл.75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач (назив понуђача) поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- потпис -

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА**

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд 2015. године

1.....

(Навести назив привредног субјекта, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун:

Тел/факс

(у даљем тексту овог уговора: добављач), и

2. Клинички центар Србије - Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа директор, проф. др Миљко Ристић,

Шифра делатности: 85110;

Регистарски број: 01607089503;

Матични број: 07089503;

ПИБ:100118429;

Текући рачун: 840-667667-80;

Тел/факс:011/2656-473, 011/2685-579

(у даљем тексту овог уговора: наручилац)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет уговора је купопродаја добара како следи:

Редни број партије, ставке	Назив добра	Количина (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
			Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (3x4) (без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
1	ЛАПАРОСКОПСКИ СТУБ			
1.1.	FULL HD контролна јединица камере	1		
1.2.	FULL HD трочипна глава	1		
1.3.	HD LCD професионални медицински монитор 24"-27"	1		
1.4.	Извор хладног светла са XENON лампом минимум 300 W	1		
1.5.	Сукционо иригациона пумпа са прибором	1		
1.6.	Електронски инсуфлатор CO2 гаса, са сетом стерилизирајућих силиконских црева	1		
1.7.	Апарат са интегрисаним софтвером за FULL HD дигиталну документацију података о пацијентима, видео снимка, слика и аудио записа	1		
1.8.	Медицински LCD „Touch – screen“ монитор минимум 21“, за контролу апарата са интегрисаним софтвером за дигиталну документацију операција	1		
1.9.	Мобилна колица за ендоскопске апарате са носачима за главни и помоћни монитор	1		
1.10.	VERESS игла за пнеумоперитонеум, дужина 13cm	2		
1.11.	Редукција 11/5mm, метална	2		
1.12.	Трокар, величине 11 mm, састављен од: копље трокара са коничним врхом, канила са навојем, дужина 10.5 cm, са славиницом за инсуфлацију гаса, силиконска валвула, резервна спољна гумица троакара (20 ком), унутрашња силиконска валвула(10 ком.)	4		
1.13.	Трокар, величине 6 mm, састављен од: копље трокара са коничним врхом, канила са навојем, дужине 10.5 cm, силиконска валвула, спољна гумица за троакар (20	4		

	ком), унутрашња силиконска валвула (10 ком.)			
1.14.	Ретрактор, S облика, 2 делни, дужина 17 cm	2		
1.15.	Инсерт хватаљке, атрауматска, фенестрирана, једнострано активна чељуст, величина 5 mm, дужине 36 cm	4		
1.16.	Пластична ручица, без кочнице, са конектором за коагулацију	4		
1.17.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm	4		
1.18.	Инсерт хватаљка, атрауматска, са обликом чељустима, једнострано отварање чељусту, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.19.	Пластична ручица, са МАНХЕС кочницом и са конектором за коагулацију	2		
1.20.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.21.	Инсерт хватаљке, дисектор-хватаљка, "Duck-bill" обле чељусту дужине 15 mm, једнострано отварање чељусту, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.22.	Пластична ручица, са кочницом за ослобађање са прстом, и са конектором за коагулацију	2		
1.23.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.24.	КОХ Игодржач, са ергономском пиштољ ручицом и кочницом, откочивање са десне стране, чељусту закривљене на десну страну са волфрамом карбидним инсертом, ø 5 mm, дужина 33 cm	2		
1.25.	КОХ Игодржач са волфрамом карбидним инсертом, ергономска пиштољ ручица са кочницом на левој страни, чељусту закривљене на леву страну, ø 5 mm, дужина 33 mm, за употребу са шавним материјалом величине 0/0 до 7/0 и иглама величине BV, SH или CT-1	2		
1.26.	Сукционо-иригациона туба, са бочним рупама и двосмерном славином за једноручну контролу, величина 5 mm, дужина 36 cm	2		
1.27.	Инсерт хватаљке, KELLY дисектор-хватаљка, дугачке чељусту, обострано отварање, величина 5 mm, дужина 36 cm	1		
1.28.	Пластична ручица, без кочнице са конектором за коагулацију	1		
1.29.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm	1		
1.30.	Инсерт хватаљке, дисектор-хватаљка, чељусту закривљене на под правим углом са обостраним отварање, величина 10 mm, дужине 36 cm	1		
1.31.	Метална ручица без кочнице	1		
1.32.	Спољна кошуљица, 10 mm, дужина 36 cm	1		
1.33.	Инсерт биполатрне хватаљке, модел CLERMONDT-FERRAND (или одговарајући), са посебно финим рецкама, фенестриране чељусту, обострано отварање, величина 5 mm, дужина 36 cm	1		
1.34.	Ручица за биполарну хватљак	1		
1.35.	Метална спољна туба за биполарну хватаљку	1		
1.36.	Фиброоптички кабл, са правим конектором, отпоран на екстремну топлоту, дијаметра 4.8 mm, дужине 250 cm	2		
1.37.	Телескоп 30° увећан поглед, дијаметра 10 mm, дужине 31 cm, аутоклавабилни, фиброоптички светлосни проводник инкорпориран	2		
1.38.	Инструмент за затварање фасције -за поткожно ушивање инцизија од трокара, величине 2.8 mm, дужине 17 mm	1		

1.39.	Монополарни кабал, са 4 mm утичницом, дужине 300 cm	2		
1.40.	Биполарни кабал HF кабал, дужине 300 cm	2		
Свега партија број 1 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 1 са ПДВ-ом				
2	РАДИОФРЕКВЕНТНИ ГЕНЕРАТОР			
2.1	Монополарни RFA генератор са мин. 200W излазне снаге и континуираним мониторингом отпора, јачине струје, снаге, температуре електрода, и температуре ткива. Мониторингом отпора од 25 – 999 Ω у резолуцији од 1 Ω . Могућност конекције перкутаних, лапароскопских и интраоперативних једнократних електрода. Могућност мониторинга температуре циљаног ткива помоћу каниле. Могуће користити 1 – 4 стандардне RFA неутралне електроде или 2 RFA неутралне електроде са REM системом	1		
2.2	Конектор за пацијент повратну электроду који омогућава 1-4 RFA пацијент повратне електроде или 2 RFA REM повратне електроде	1		
2.3	Колица са куком за посуду са стерилном водом, носаче за монтирање пумпе, носаче за монтирање посуде са водом	1		
2.4	Вишекратна посуда за воду за сакупљање стерилне воде која је прошла кроз активну электроду	1		
2.5	Папучица за “hands-free” контролу предаје енергије	1		
2.6	Циљану температуру ткива у реалном времену, праћену даљинском температурном сондом са канилом	5		
2.7	Перисталтичка пумпа са брзином протока мин. 40 mL/min кроз било коју појединачну (сингле) электроду и мин. 85 mL/min кроз било коју “кластер” электроду	1		
2.8	RFA пацијент повратне електроде високе снаге (High Power)	20		
2.9	RFA електроде, мин. 25cm дужине, 3 cm активног врха	1		
2.10	RFA кластер електроде, 20 cm дужине, 2.5 cm активног врха	1		
2.11	RFA мултипле електроде сет од 3, 25 cm дужине, 3 cm активног врха	1		
Свега партија број 2 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 2 са ПДВ-ом				
3	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА КАМЕРОМ И ВИДЕО СИСТЕМОМ			
3.1	Операциона лампа са сателитом (LED светло) и носачем монитора на истом стубу	1		
3.2	Видео систем са камером	1		
3.3	Медицински монитор 24“	1		
Свега партија број 3 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 3 са ПДВ-ом				
4	ОПЕРАЦИОНИ СТО			
4.1	Електро-хидраулични операциони сто	1		
4.2	Држач главе	1		
4.3	Држач ногу - раздвојив	1		
4.4	Даљински управљач са конекцијом за сто	1		
4.5	Екстензиони део	1		
4.6	Ослонац за руку са фиксатором	2		
4.7	Носач бочног држача	2		

4.8	Бочни држач	2		
4.9	Радијални фиксатор	1		
4.10	Држач инфузије	1		
4.11	Лира	1		
Свега партија број 4 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 4 са ПДВ-ом				
5	ЕЛЕКТРОКАУТЕР	2		
ПДВ%				
Свега партија број 5 са ПДВ-ом				
6	БАТЕРИЈСКА БУШИЛИЦА	2		
ПДВ%				
Свега партија број 6 са ПДВ-ом				
7	БАТЕРИЈСКА ТЕСТЕРА	2		
ПДВ%				
Свега партија број 7 са ПДВ-ом				
8	ГАСТРОСКОП - штап	1		
ПДВ%				
Свега партија број 8 са ПДВ-ом				
9	КОЛОНОСКОП - штап	1		
ПДВ%				
Свега партија број 9 са ПДВ-ом				
10	КОМПОНЕНТЕ ЗА ЦИСТОСКОПЕ И РЕСЕТОСКОПИ			
10.1	Цисто-уретроскоп 16 Ch са обтуратором, са адаптером за дијагностичке цистоскопије и радним каналом 5 Ch, механизам за аутоматско закључавање оптике	1		
10.2	Цисто-уретроскоп 21 Ch са обтуратором, радним инсетром са албаран механизмом са радним каналом 10 Ch, и адаптером за дијагностичке цистоскопије, механизам за аутоматско закључавање оптике	4		
10.3	Телескоп-оптика 70°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1		
10.4	Телескоп-оптика 30°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1		
10.5	Телескоп-оптика 0°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	2		
10.6	Флексибилни биопсиони форцепс, дијам.7 Ch.	1		
10.7	Флексибилни биопсиони форцепс, дијам.10 Ch.	1		
10.8	Флексибилни граспер форцепс, дијам.7 Ch.	2		
10.9	Флексибилни граспер форцепс, дијам.10 Ch.	1		
10.10	Флексибилне маказе једнострано отварање, дијам.7 Ch.	1		
10.11	Кошуљица ротационог ресектоскопа 24 Ch. са интермитентним испирањем-иригацијом, са обтуратором Ротабилни прстен 360°, механизам за аутоматско закључавање радног дела са оптиком	1		
10.12	Кошуљица ротационог ресектоскопа 26 Ch. са интермитентним испирањем-иригацијом, са обтуратором Ротабилни прстен 360°, механизам за аутоматско закључавање радног дела са оптиком	1		
10.13	Радни елемент ресектоскопа са монополарном конекцијом, активан	2		
10.14	Телескоп-оптика 30°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1		
10.15	Фиброоптички светлони кабл, дебљина фибера 2.5mm, дужина 2300mm	3		
10.16	HF монопларни конекциони кабл, дужина 3m	5		

10.17	Резна-омча електрода 24 Ch.	5		
10.18	Резна-омча електрода 26 Ch.	5		
10.19	Ролер електрода 24/26 Ch.	5		
10.20	Елик евакуатор	2		
10.21	Стаклени шприц 150ml за бешику са адаптером за повезивање на ендоскопске кошуљице	2		
10.22	Кошуљица оперативног цистоскопа 24 Ch.са обтуратором, за разбијање каменца у бешици	1		
10.23	LED извор светла -радни век лампе: 30.000 радних сати -колор температура 6500 K -лед лампа еквивалент ксенон светлу 180W	1		
Свега партија број 10 без ПДВ-а				
ПДВ%				
Свега партија број 10 са ПДВ-ом				
СВЕГА без обрачунатог ПДВ-а за понуђене партије број				
ПДВ%				
УКУПНО са обрачунатим ПДВ-ом за понуђене партије број				

1.2. Саставни део овог уговора је понуда добављача број..... од 2015. године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1. Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора, чија је купопродаја предмет овог Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре

4. РОК ИСПОРУКЕ

4.1. Добављач се обавезује да изврши испоруку добара чија је купопродаја предмет овог уговора у року од(.....) дана по потписивању овог уговора.

4.2. Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручују се на паритету ДАП магацин наручиоца.

4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе, и исти ће бити одређен сагласно, сходно дужини трајања више силе.

5. КВАЛИТЕТ

5.1. Квалитет добара чија је купопродаја предмет овог уговора мора у потпуности одговарати уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача.

6. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

6.1. Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и резервних делова и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача.

7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

7.1. Квантитативни пријем добра врши се у магацину наручиоца и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.

7.2. Изузетно ако то природа добара захтева, квантитативни пријем може се извршити на месту где ће опрема бити монтирана, али само уз сагласност овлашћеног лица наручиоца и у присуству лица из централног магацина КЦС које је задужено за квантитативни пријем добра.

7.3. Евентуална одступања испоручене количине, у односу на пакинг листу или други документ који добављач доставља уз добра, наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата.

7.4. Рекламацију из тачке 7.3. добављач је дужан да реши у року од 7 (седам) дана.

8. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБРА

8.1. Добављач је дужан да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана позива Службе за техничке и друге послове наручиоца, инсталира и пусти у рад испоручена добра на месту које одреди наручилац.

- 8.2. Добављач је дужан да обезбеди стручну обуку потребном броју особа које ће током редовне експлоатације руковати добрима чија је купопродаја предмет овог уговора.
- 8.3. Записник о пуштању добара у рад, потписан од стране добављача или овлашћеног сервисера и наручиоца, представља доказ о извршеном квалитативном пријему добара.
- 8.4. Квалитативни пријем (почетак гарантног рока) се врши на лицу места по завршеној обуци корисника за рад са добром, а на позив Службе за техничке послове наручиоца, сачињавањем записника о примопредаји и пуштању у рад уговораног добра сачињеног на образцу наручиоца.

9. ГАРАНЦИЈЕ

- 9.1. Гарантни рок за сва добра чија је купопродаја предмет овог уговора је (.....) месеца од дана монтаже, односно пуштања у рад.
- 9.2. Добављач је дужан да преко овлашћеног сервисера обезбеди редовно сервисирање добара у гарантном року. Превентивни сервисни прегледи добара за све време трајања гарантног периода, а дефинисани по препоруци произвођача су бесплатни, као и замена сетова (ако такви постоје) и ако је то препоручено од стране произвођача уговореног добра.
- 9.3. Добављач се обавезује да у року од (.....) дана од дана позива наручиоца отклони евентуални квар предметног добра који је у гарантном року.
- 9.4. У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, добављач је обавезан да постојеће добро замени новим добром истог типа или квалитетнијим.
- 9.5. Добављач се обавезује да за период од 7 (седам) година обезбеди испоруку резервних делова за добра која су предмет овог уговора

10. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 10.1. Добављач је дужан да, уколико му буде додељен уговор у висини преко 5.000.000,00 дин без ПДВ-а, достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- 10.2. Добављач је дужан да, уколико му буде додељен уговор у висини до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, приликом потписивања уговора као финансијску гаранцију за добро извршење посла наручиоцу преда бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а. Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа. Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- 10.3. Добављач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, достави наручиоцу финансијску гаранцију за добро извршење посла из става 10.1. уговора.
- 10.4. Уколико добављач у року из става 10.3. уговора, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави добављачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико добављач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.
- 10.5. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције, добављач је у обавези да изврши продужење исте.
- 10.6. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције, уговор престаје да производи правна дејства.
- 10.7. Наручилац ће приложеном финансијској гаранцији за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
 - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.
- 10.8. Добављач је дужан да приликом потписивања уговора преда наручиоцу финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:

.....
(навести врсту финансијске гаранције)

11. ВИША СИЛА

- 11.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.
- 11.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

12. СПОРОВИ

12.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

13. РАСКИД УГОВОРА

13.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

13.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – уговор ће се раскинути.

13.3. Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2015. годину, за ове намене.

14. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

14.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања финансијских гаранција из члана 10. овог уговора

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.

15.2. Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 – Понуда бр. од 2015. године

Прилог бр.2 - Финансијска гаранција добављача

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Директор
Проф. др Миљко Ристић

ДОБАВЉАЧ

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија број 1: ЛАПАРОСКОПСКИ СТУБ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
	FULL HD контролна јединица камере		
	Резолуција FULL HD 1920 x 1080 pixel – а		
	Формат слике: 16:9		
	HD standard: 1080p (progressive scan систем) минимум 50 пуних фрејмова по секунди		
	Дигитални ZOOM 2x		
	Видеоизлази: HD – DVI 2X, SDI, RGBS, S-video, композитни		
	Могућност директног снимања на екстерни хард диск, USB меморија минимум 32 GB		
	Силиконска тастатура за контролу камере		
	Могућност надградње у интегрисану операциону салу		
	FULL HD трочипна глава		
	Минимум три тастера за контролу процесора камере и осталих прикључних апарата		
	Интегрисани оптички парафокални ZOOM, фокална дужина минимум 14 – 30 мм (минимум 2x)		
	Резолуција: 1920 x 1080 pixel – а по чипу		
	Progressive scan систем (минимум 50 пуних фрејмова по секунди)		
	HD LCD професионални медицински монитор 24“-27“		
	Дијагонала: 24“-27“		
	Резолуција: 1920 x 1080		
	Формат слике: 16 x 9		
	Слика у слици		
	Видео улаз: DVI, VGA, S – Video, композит		
	Видео излаз: DVI, S – video, композит		
	Могућност монтаже на покретни носач–руку		
	Извор хладног светла са XENON лампом минимум 300 W		
	Сукционо иригациона пумпа са прибором: - сет црева за иригацију, вишекратни - иригациона боца - сет црева за сукцију, аутоклавабилан - стаклена боца за сукцију са поклопцем, постољем и носачем - пункциона игла за NaCl стерилну боцу		
	Електронски инсуфлатор CO2 гаса, са сетом стерилизирајућих силиконских црева и интегрисаним модулом за умережавање на даљински контролни систем		
	Проток гаса: мин. 0-20 l/min;		
	Притисак: мин. 0-30 mmHg;		
	Дисплеј: Инсуфлациони притисак, Интраабдоминални притисак, Проток гаса,		

	Потрошња гаса;		
	Електронска контрола функција апарата са звучном и оптичком сигнализацијом током рада		
	Апарат са интегрисаним софтвером за FULL HD дигиталну документацију видео снимка, слика и аудио записа		
	Интегрисани софтвер за архивирање података о пацијентима, процедурама, оператерима, итд...		
	DVD читач / резач		
	Интерфејс DICOMiHL7		
	USB конектор		
	Тастатура		
	Улази HD – SDI, SD – SDI, Y/C, Composit, RGBs		
	Снимање слика у резолуцији 1920 x 1080 и SD		
	Снимање видео записа у резолуцији 1080p, 720p и SD		
	Медицински LCD „Touch – screen“ монитор минимум 21“ , за контролу апарата са интегрисаним софтвером за дигиталну документацију операција		
	Мобилна колица за ендоскопске апарате са носачима са главни и помоћни монитор		
	Минимум 3 полице за апарате		
	Минимум једна фиока за прибор		
	Држач главе камере		
	Држач главног монитора, опсег окретања минимум 360°, минимална дужина 76 cm, носивост минимум 15 килограма		
	Држач помоћног монитора са бочне стране, минимум 360°, минимална дужина 53cm, носивост минимум 15 килограма		
	Бочна полица за апарате или тастатуру са два колена S максимално оптерећење 10 килограма		
	VERESS игла за пнеумоперитонеум, дужина 13cm		
	Редукција 11/5mm, метална		
	Трокар, величине 11 mm, састављен од: копље трокара са коничним врхом, канила са навојем, дужина 10.5 cm, са славиницом за инсуфлацију гаса, силиконска валвула, резервна спољна гумица трокара (20 ком), унутрашња силиконска валвула (10 ком.)		
	Трокар, величине 6 mm, састављен од: копље трокара са коничним врхом, канила са навојем, дужине 10.5 cm, силиконска валвула, спољна гумица за трокар (20 ком), унутрашња силиконска валвула (10 ком.)		
	Ретрактор, S облика, 2 делни, дужина 17 cm		
	Инсерт хватаљке, атрауматска, фенестрирана, Једнострано активна чељуст, величина 5 mm, дужине 36 cm		
	Пластична ручица, без кочнице са конектором за коагулацију		
	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	Инсерт хватаљке, атрауматска, са обим чељустима, једнострано отварање чељуст, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	Пластична ручица, са MAHXEC кочницом и са		

	конектором за коагулацију		
	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	Инсерт хваталке, дисектор-хватаљка, "Duck-bill" обле чељусти дужине 15 mm, једнострано отварање чељусти, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	Пластична ручица, са кочницом за ослобађање са прстом, и са конектором за коагулацију		
	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	КОХ иглодржач, са ергономском пиштољ ручицом и кочницом, откочивање са десне стране, чељусти за кривљене на десну страну са волфрамкарбидним инсертом, ø 5 mm, дужина 33 cm		
	КОХ иглодржач са волфрамкарбидним инсертом, ергономска пиштољ ручица са кочницом на левој страни, чељусти закривљене на леву страну, ø 5 mm, дужина 33 mm, за употребу са шавним материјалом величине 0/0 до 7/0 и иглама величине BV, SHили CT-1		
	Сукционо-иригациона туба, са бочним рупама и двосмерном славином за једноручну контролу, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	Инсерт хваталке, KELLY дисектор-хватаљка, дугачке чељусти, обострано отварање, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	Пластична ручица, без кочнице са конектором за коагулацију		
	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	Инсерт хваталке, дисектор-хватаљка, чељусти закривљене на под правим углом са обостраним отварање, величина 10 mm, дужине 36 cm		
	Метална ручица без кочнице		
	Спољна кошуљица, 10 mm, дужина 36 cm		
	Инсерт биполатрне хваталке, модел CLERMONT-FERRAND (или одговарајући), са посебно финим рецкама, фенестриране чељусти, обострано отварање, величина 5 mm, дужина 36 cm		
	Ручица за биполарну хватљак		
	Метална спољна туба за биполарну хватљак		
	Фиброоптички кабал, са правим конектором, отпоран на екстремну топлоту, дијаметра 4.8 mm, дужине 250 cm		
	Телескоп 30° увећан поглед, дијаметра 10 mm, дужине 31 cm, аутоклавабилни, фиброоптички светлосни проводник инкорпориран		
	Инструмент за затварање фасције -за поткожно ушивање инцизија од трокара, величине 2.8 mm, дужине 17 mm		
	Монополарни кабал, са 4 mm утичницом, дужине 300 cm		
	Биполарни кабал HF кабал, дужине 300 cm		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЛЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача или упутство за употребу, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији наручиоца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија број 2: РАДИОФРЕКВЕНТНИ ГЕНЕРАТОР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
2.1	Монополарни RFA генератор са мин. 200W излазне снаге и континуираним мониторингом отпора, струје, снаге, температуре електрода, и температуре ткива		
2.2	Могућност повезивања перкутане лапароскопске и интра-оперативне „сингле“ електроде, „кластер“ електроде или вишеструке „мултипле“ електроде (до 3)		
2.3	Конектор за пацијент повратну электроду омогућава 1-4 RFA пацијент повратне електроде или 2 RFA RFA повратне електроде		
2.4	Најмање 5 модова: Аутоматски мод, Мануелни мод, Каутеризациони мод, Мод термичке аблације, Мод мануелне аблације		
2.5	Колица са куком за посуду са стерилном водом, носаче за монтирање пумпе, носаче за монтирање посуде са водом		
2.6	Вишекратна посуда за воду за сакупљање стерилне воде која је прошла кроз активну электроду		
2.7	Папучица за “hands-free” контролу предаје енергије		
2.8	Интуитивни кориснички интерфејс екран остљив на додир на генератору истовремено показује прекидаче активне електроде и њихове температуре, пацијент повратну электроду тип и број дисплеј, тајмер процедуре, подешавање времена, температуре даљег окружујућег ткива, подешени лимит температурног прекидача, прекидач за подешавање (сетовање), прекидаче екрана, прекидаче за прајмирање/прочишћавање, прозор за поруке статуса		
2.9	Циљану температуру ткива у реалном времену, праћену даљинском температурном сондом са канилом		
2.10	Праве игла електроде типа троакар са унутрашњим хлађењем		
2.11	Способност да се користе до 3 електроде истовремено за велике туморе или одвојене лезије у једној процедури		
2.12	Праћење импеданце 25 Ω – 999 Ω у резолуцији од 1 Ω		
2.13	Излазни тајминг од 0 – 30 минута са резолуцијом од 1 минута		
2.14	Перисталтичка пумпа са брзином протока мин. 40 ml/min кроз било коју појединачну (сингле) электроду и мин. 85 ml/min кроз било коју “кластер” электроду		
2.15	RFA пацијент повратне електроде високе снаге (High Power)		
2.16	RFA електроде, мин. 25 cm дужине, 3 cm активног врха		
2.17	RFA кластер електроде, 20 cm дужине, 2.5 cm активног врха		
2.18	RFA мултипле електроде сет од 3,25 cm дужине, 3 cm активног врха		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача или упутство за употребу, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: •Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. •Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија број 3: ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА КАМЕРОМ И ВИДЕО СИСТЕМОМ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
3.1	Операциона лампа		
3.1.1	Операциона лампа, плафонски модел са LED технологијом		
3.1.2	Главно светло и сателит јачина у луксима од 140.000 Lux		
3.1.3	Аутоматска контрола интензитета светла у главној лампи		
3.1.4	Дијаметар видног поља од 26 cm за главно светло		
3.1.5	Дијаметар видног поља од 24 cm за сателит		
3.1.6	Индекс растапања боје (CRI) : 95 Ra при 3800 Келвина		
3.1.7	Радни век LED диода 40.000 часова и више		
3.1.8	Могућност ротације лампе у свим позицијама		
3.1.9	Температура боје око 3.800 Келвина		
3.1.10	Амбијентално светло у обе куполе		
3.1.11	Дубина светлосног снопа од 120 cm и више		
3.1.12	Видео препарација за камеру која је централно позиционирана у главном светлу		
3.1.13	Могућност интеграције операционе лампе у информациони систем операционе сале		
3.1.14	Могућност додатне уградње још једног носача монитора са монитором на истом стубу		
3.2	Видео систем са камером (36 пута оптички зум)		
3.2.1	Електро напајање 100-230 V, 50-60 Hz, 50 W		
3.2.2	Могућност white balance: аутоматско и мануелно		
3.2.3	CCD сенсор 1/4" CCD		
3.2.4	Излаз видео сигнала SD композите 2 пута		
3.2.5	Хоризонтална резолуција 450 линија и више		
3.2.6	Ефективан број пиксела : 440.000		
3.2.7	Оптички зум 36x		
3.2.8	Интегрисан аутофокус		
3.2.9	Камера централно постављена у главном светлу		
3.3	Медицински монитор 24"		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача или упутство за употребу, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: •Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. •Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија број 4: ЕЛЕКТРО-ХИДРАУЛИЧНИ ОПЕРАЦИОНИ СТО

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
4.1	Мобилни оперативни сто са електро-хидрауличним померањима свих базичних функција стола		
4.2	Горња плоча стола мора бити из 6 секција: положај за главу, леђа, краће верзије за леђа за обе стране стола, седећи део и део стола за положај ногу који је раздвојив		
4.3	Мобилни оперативни сто треба да има следећа електро-хидрауличним померањима :		
4.4	Висина стола без тапацирунга од 600 mm и ниже до 950 mm и већег распона		
4.5	Тренделенбург позиција + 30° / - 30° и већег распона		
4.6	Латерално померање 20° и више на обе стране и већег распона		
4.7	Померање леђног дела + 70° и више / - 40° и ниже		
4.8	Померање дела стола за положај ногу + 80° и више/ - 90° и ниже		
4.9	Флекс позиција 220° и више са једном командом		
4.10	Рефлекс позиција 120° и мање са једном командом		
4.11	Померање дела за главу мануелно са двоструким зглобом		
4.12	Минимална носивост у свим позицијама стола 250 kg и више		
4.13	Цела горња плоча стола мора бити без укрштања шипки због могућности снимања пацијента на столу		
4.14	Четири дупла точка покретљива у свим правцима		
4.15	Могућност нормал и реверс положаја		
4.16	Даљински управљач са каблом		
4.17	Такође на стубу стола је неопходно да се налази управљачка плоча за све битне функције стола		
4.18	Тапацирунг стола треба да је радио пропустан и електро-проводљив и да је дебљине 80 mm и више		
4.19	Стуб, постоље и шине за качење додатака морају бити израђени од нерђајућег челика		
4.20	Постављање свих неопхоних секција стола без употребе додатних помагала при постављању		
4.21	Могућност интеграције оперативног стола у информациони систем оперативне сале		
4.22	Држач главе		
4.23	Држач ногу, раздвојив		
4.24	Даљински управљач са конекцијом за сто		

4.25	Екстензиони део		
4.26	Ослонац за руку са фиксатором		
4.27	Носач бочног држача		
4.28	Бочни држач, 2 комада		
4.29	Радиални фиксатор		
4.30	Држач инфузије		
4.31	Лира		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача или упутство за употребу, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: •Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. •Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија број 5: ЕЛЕКТРОКАУТЕР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
5.	ЕЛЕКТРОКАУТЕР		
5.1	Уређај се мора састојати из : HF (High Frequency) генератора и покретног постоља		
5.2	Уређај мора бити такав да се може користити у свим гранама и процедурама хирургије		
5.3	Уређај мора да поседује LCD (TFT) екран, мин 5 inch и да има прецизан и јасан приказ сваке активације и програма програма		
5.4	Мора имати меморију за минимум 10 програма који се могу мењати и поново меморисати		
5.5	Мора имати LCD (TFT) екран и прецизан и јасан приказ сваке активације и корисничког програма		
5.6	Ножна папучица мора имати један до два активациона тастера		
5.7	Уређај мора имати могућност да се HF генератор може надградити са: Аргон генератором, Модулом за проширење конекција, Гас евакуатором, Иригационом пумпом и другим "врстама" апарата, као и са специјалним софтверима за безбедно сечење и коагулацију у ендоскопским и другим хируршким гранама и процедурама; и да су сви горе поменути уређаји компатибилни међусобно и да раде као један уређај		
5.8	Уређај мора поседовати софтвер за контролу снаге		
5.9	Уређај мора поседовати софтвер за неутралну електроду		
5.10	1. БИПОЛАР : Сечење : 300 W , 1 модулација; Коагулација : 300 W , 1 модулација;		
5.11	2. МОНОПОЛАР I: Сечење : 300 W , 3 модулације (2 као опције); Коагулација:300 W , 6 модулација (4 као опције);		
5.12	3. МОНОПОЛАР II: Сечење : 300 W , 3 модулације (2 као опције); Коагулација: 300 W , 6 модулација (4 као опције);		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача или упутство за употребу, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: •Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. •Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија број 6: БАТЕРИЈСКА БУШИЛИЦА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Попуђач	
		да / не	Коментар
6.	БАТЕРИЈСКА БУШИЛИЦА		
6.1	Батеријска бушилица служи за извођење операција римовања, бушења, завртања, сечења сагиталном и убодном тестером и пункције (убадања) у ортопедским операцијама великих и малих костију		
6.2	TRI SEAL технологија – трострука заштитна изолација електричних компоненти		
6.3	Опсег брзине: 0 – 1500 обртаја/минути		
6.4	Обртни момент: 15 16 Nm		
6.5	Тежина: максимум 700gr		

ОСТАЛИ УСЛОВИ

1.	Попуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Попуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 12 месеци након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Проспектни материјал – каталог произвођача или упутство за употребу, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву попуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих услова попуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: •Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. •Уколико попуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Партија број 7: БАТЕРИЈСКА ТЕСТЕРА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
7	БАТЕРИЈСКА ТЕСТЕРА		
7.1	Батеријска осцилаторна тестера служи за сечење у артопластици колена или кука.		
7.2	Осцилаторна глава се може поставити у 8 положаја индексираних по 45°		
7.3	TRI SEAL технологија – трострука заштитна изолација електричних компоненти		
7.4	Опсег брзине: 0 – 11000 обртаја/минути		
7.5	Опсег осцилација: 4,5°		
7.6	Тежина: максимум 900gr		

ОСТАЛИ УСЛОВИ

1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 12 месеци након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Проспектни материјал – каталог произвођача или упутство за употребу, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: •Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. •Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Р. Бр. Партије/Ставке	ВРСТА ДОБАРА	Количина (комад)	Каталогски број произвођача или одговарајући	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ			
				Каталогски број	Број решења (дозволе) за стављање у промет АЛИМС-а	Произвођач/Земља порекла	Коментар
1	2	3	4	5	6	7	8
Партија број 8: ГАСТРОСКОП - штап							
8	ГАСТРОСКОП – штап, каталогски број GIF-Q 165 (OLYMPUS) или одговарајући Спољашњи пречник: 9,2 mm Радни канал: 2,8 mm Радна дужина: 1030 mm	1	GIF-Q 165 (OLYMPUS)				
Партија број 9: КОЛОНОСКОП - штап							
9	КОЛОНОСКОП – штап, каталогски број CF-Q 165L (OLYMPUS) или одговарајући Спољашњи пречник: 12,8 mm Радни канал: 3,7 mm Радна дужина: 1680 mm	1	CF-Q 165L (OLYMPUS)				
Партија број 10: КОМПОНЕНТЕ ЗА ЦИСТОСКОПЕ И РЕСЕТОСКОПЕ							
10.1	Цисто-уретроскоп 16 Ch са обтуратором, са адаптером за дијагностичке цистоскопије и радним каналом 5 Ch, механизам за аутоматско закључавање оптике	1	8650.0141 8650.264 (RICHARD WOLF)				
10.2	Цисто-уретроскоп 21 Ch са обтуратором, радним инсетром са албаран механизмом са радним каналом 10Цх, и адаптером за дијагностичке цистоскопије, механизам за аутоматско закључавање оптике	4	8650.0441 8650.214 8650.254				
10.3	Телескоп-оптика 70°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1	8650.415				
10.4	Телескоп-оптика 30°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1	8654.422				
10.5	Телескоп-оптика 0°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	2	8650.414				
10.6	Флексибилни биопсиони форцепс, дијам.7 Ch	1	829.07				
10.7	Флексибилни биопсиони форцепс, дијам.10 Ch	1	829.10				
10.8	Флексибилни граспер форцепс, дијам.7 Ch	2	828.07				
10.9	Флексибилни граспер форцепс, дијам.10 Ch	1	828.10				

10.10	Флексибилне маказе једнострано отварање, диам.7 Ch	1	830.07				
10.11	Кошуљица ротационог ресектоскопа 24 Ch са интермитентним испирањем-иригацијом, са обтуратором Ротабилни прстен 360°, механизам за аутоматско закључавање радног дела са оптиком	1	8663.374				
10.12	Кошуљица ротационог ресектоскопа 26 Ch са интермитентним испирањем-иригацијом, са обтуратором Ротабилни прстен 360°, механизам за аутоматско закључавање радног дела са оптиком	1	8663.384				
10.13	Радни елемент ресектоскопа са монополарном конекцијом, активан	2	8654.204				
10.14	Телескоп-оптика 30°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна	1	8654.422				
10.15	Фиброоптички светлони кабл, дебљина фибера 2.5 mm, дужина 2300 mm	3	8061.253				
10.16	ХФ монопларни конекциони кабл, дужина 3 m	5	8106.034				
10.17	Резна-омча електрода 24 Ch	5	8424.131				
10.18	Резна-омча електрода 26 Ch	5	8426.141				
10.19	Ролер електрода 24/26 Ch	5	8423.023				
10.20	Елик евакуатор	2	8558.03				
10.21	Стаклени шприц 150 ml за бешику са адаптером за повезивање на ендоскопске кошуљице	2	822.40				
10.22	Кошуљица оперативног цистоскопа 24 Ch са обтуратором, за разбијање каменца у бешици	1	8661.074				
10.23	LED извор светла -радни век лампе:30.000 радних сати -колор температура 6500 K -лед лампа еквивалент ксенон светлу 180 W	1	51600011				

ОСТАЛИ УСЛОВИ

1	Понуђена добра морају бити компатибилна са постојећом опремом за Партије бр. 8 и 9 произвођача „OLYMPUS“ , а за Партију бр.10 произвођача „RICHARD WOLF“ којима располажу клинике КЦС
2	Обавезно је уписивање захтеваних података у колонама 5, 6, 7, 8 и 9.
3	Пре доношења Одлуке о додели уговора, НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање одређеног добра како би се утврдила његова компатибилност са постојећом опремом.
4	Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копију Решења Агенције за лекове и медицинска средства, за производе који су предмет Понуде.
5	За понуђена добра потребно је доставити каталог произвођача који треба да садржи слику добра са каталошким бројем из кога се недвосмислено може утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране каталога на којој се налази тражено добро). Понуђач је дужан да у каталогу означи добро који је предмет понуде.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку Медицинске опреме за потребе операционих сала

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без пдв-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа пдв-а	Износ пдв-а на јединичну цену	Укупна цена (без пдв-а)	Износ пдв-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 7+8)
1	3	4	5	5	6	7	8	9
1	ЛАПАРОСКОПСКИ СТУБ							
1.1.	FULL HD контролна јединица камере							
1.2.	FULL HD трочипна глава							
1.3.	HD LCD професионални медицински монитор 24"-27"							
1.4.	Извор хладног светла са XENON лампом минимум 300 W							
1.5.	Сукционо иригациона пумпа са прибором							
1.6.	Електронски инсуфлатор CO2 гаса, са сетом стерилизирајућих силиконских црева							
1.7.	Апарат са интегрисаним софтвером за FULL HD дигиталну документацију података о пацијентима, видео снимка, слика и аудио записа							
1.8.	Медицински LCD „Touch – screen“ монитор минимум 21“, за контролу апарата са интегрисаним софтвером за дигиталну документацију операција							
1.9.	Мобилна колица за ендоскопске апарате са носачима за главни и помоћни монитор							

1.10.	VERESS игла за пнеумоперитонеум, дужина 13cm							
1.11.	Редукција 11/5mm, метална							
1.12.	Трокар, величине 11 mm, састављен од: копље трокара са коничним врхом, канила са навојем, дужина 10.5 cm, са славиницом за инсуфлацију гаса, силиконска валвула, резервна спољна гумица троакара (20 ком), унутрашња силиконска валвула(10 ком.)							
1.13.	Трокар , величине 6 mm, састављен од: копље трокара са коничним врхом, канила са навојем, дужине 10.5 cm, силиконска валвула, спољна гумица за троакар (20 ком), унутрашња силиконска валвула (10 ком.)							
1.14.	Ретрактор, S облика, 2 делни, дужина 17 cm							
1.15.	Инсерт хватаљке, атрауматска, фенестрирана,једнострано активна чељуст, величина 5 mm, дужине 36 cm							
1.16.	Пластична ручица, без кочнице, са конектором за коагулацију							
1.17.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.18.	Инсерт хватаљка, атрауматска, са облим чељустима, једнострано отварање чељуст, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.19.	Пластична ручица, са МАНХЕС кочницом и са конектором за коагулацију							
1.20.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.21.	Инсерт хватаљке, дисектор-хватаљка, "Disk-bill" обле чељуст, дужине 15 mm, једнострано отварање чељуст, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.22.	Пластична ручица, са кочницом за ослобађање са прстом, и са конектором за коагулацију							
1.23.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.24.	КОХ Иглодржач, са ергономском пиштољ ручицом и кочницом, откочивање са							

	десне стране, чељусти закривљене на десну страну са волфрам карбидним инсертом, Ø 5 mm, дужина 33 cm							
1.25.	КОХ Иглодржач са волфрам карбидним инсертом, ергономска пиштољ ручица са кочницом на левој страни, чељусти закривљене на леву страну, Ø 5 mm, дужина 33 mm, за употребу са шавним материјалом величине 0/0 до 7/0 и иглама величине BV, SH или CT-1							
1.26.	Сукционо-иригациона туба, са бочним рупама и двосмерном славином за једноручну контролу, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.27.	Инсерт хватаљке, KELLY дисектор-хватаљка, дугачке чељусти, обострано отварање, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.28.	Пластична ручица, без кочнице са конектором за коагулацију							
1.29.	Спољна кошуљица, изолована, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.30.	Инсерт хватаљке, дисектор-хватаљка, чељусти закривљене на под правим углом са обостраним отварање, величина 10 mm, дужине 36 cm							
1.31.	Метална ручица без кочнице							
1.32.	Спољна кошуљица, 10 mm, дужина 36 cm							
1.33.	Инсерт биполатрне хватаљке, модел CLERMONDT-FERRAND (или одговарајући), са посебно финим рецкама, фенестриране чељусти, обострано отварање, величина 5 mm, дужина 36 cm							
1.34.	Ручица за биполарну хватљаку							
1.35.	Метална спољна туба за биполарну хватаљку							
1.36.	Фиброоптички кабал, са правим конектором, отпоран на екстремну топлоту, дијаметра 4.8mm, дужине 250cm							
1.37.	Телескоп 30° увећан поглед, дијаметра 10 mm, дужине 31 cm, аутоклавабилни, фиброоптички светлосни проводник инкорпориран							

1.38.	Инструмент за затварање фасције -за поткожно ушивање инцизија од трокара, величине 2.8 mm, дужине 17 mm							
1.39.	Монополарни кабал, са 4 mm утичницом, дужине 300 cm							
1.40.	Биполарни кабал HF кабал, дужине 300 cm							
2	РАДИОФРЕКВЕНТНИ ГЕНЕРАТОР							
2.1	Монополарни RFA генератор са мин. 200W излазне снаге и континуираним мониторингом отпора, јачине струје, снаге, температуре електрода, и температуре ткива. Мониторингом отпора од 25 – 999 Ω у резолуцији од 1 Ω . Могућност конекције перкутаних, лапароскопских и интраоперативних једнократних електрода. Могућност мониторинга температуре циљаног ткива помоћу каниле. Могуће користити 1 – 4 стандардне RFA неутралне електроде или 2 RFA неутралне електроде са REM системом							
2.2	Конектор за пацијент повратну электроду који омогућава 1-4 RFA пацијент повратне електроде или 2 RFA REM повратне електроде							
2.3	Колица са куком за посуду са стерилном водом, носаче за монтирање пумпе, носаче за монтирање посуде са водом							
2.4	Вишекратна посуда за воду за сакупљање стерилне воде која је прошла кроз активну электроду							
2.5	Папучица за “hands-free” контролу предаје енергије							
2.6	Циљану температуру ткива у реалном времену, праћену даљинском температурном сондом са канилом							
2.7	Перисталтичка пумпа са брзином протока мин. 40 mL/min кроз било коју појединачну (сингле) электроду и мин. 85 mL/min кроз било коју “кластер” електроду							

2.8	RFA пацијент повратне електроде високе снаге (High Power)							
2.9	RFA електроде, мин. 25cm дужине, 3 cm активног врха							
2.10	RFA кластер електроде, 20 cm дужине, 2.5 cm активног врха							
2.11	RFA мултипле електроде сет од 3, 25 cm дужине, 3 cm активног врха							
3	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА КАМЕРОМ И ВИДЕО СИСТЕМОМ							
3.1	Операциона лампа са сателитом (LED светло) и носачем монитора на истом стубу							
3.2	Видео систем са камером							
3.3	Медицински монитор 24"							
4	ОПЕРАЦИОНИ СТО							
4.1	Електро-хидраулични операциони сто							
4.2	Држач главе							
4.3	Држач ногу - раздвојив							
4.4	Даљински управљач са конекцијом за сто							
4.5	Екстензиони део							
4.6	Ослонац за руку са фиксатором							
4.7	Носач бочног држача							
4.8	Бочни држач							
4.9	Радијални фиксатор							
4.10	Држач инфузије							
4.11	Лира							
5	ЕЛЕКТРОКАУТЕР							
5.1	Електрокаутер							
6	БАТЕРИЈСКА БУШИЛИЦА							

6.1	Батеријска бушилица							
7	БАТЕРИЈСКА ТЕСТЕРА							
7.1	Батеријска тестера							
8	ГАСТРОСКОП - штап							
8.1	Гастроскопш - штап							
9	КОЛОНОСКОП - штап							
9.1	Колоноскоп - штап							
10	КОМПОНЕНТЕ ЗА ЦИСТОСКОПЕ И РЕСЕТОСКОПЕ							
10.1	Цисто-уретроскоп 16 Ch са обтуратором, са адаптером за дијагностичке цистоскопије и радним каналом 5 Ch, механизам за аутоматско закључавање оптике							
10.2	Цисто-уретроскоп 21 Ch са обтуратором, радним инсетром са албаран механизмом са радним каналом 10 Ch, и адаптером за дијагностичке цистоскопије, механизам за аутоматско закључавање оптике							
10.3	Телескоп-оптика 70°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна							
10.4	Телескоп-оптика 30°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна							
10.5	Телескоп-оптика 0°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна							
10.6	Флексибилни биопсиони форцепс, диам.7 Ch.							
10.7	Флексибилни биопсиони форцепс, диам.10 Ch.							
10.8	Флексибилни граспер форцепс, диам.7 Ch.							
10.9	Флексибилни граспер форцепс, диам.10 Ch.							
10.10	Флексибилне маказе једнострано отварање, диам.7 Ch.							

10.11	Кошуљица ротационог ресектоскопа 24 Ch. са интермитентним испирањем-иригацијом, са обтуратором Ротабилни прстен 360°, механизам за аутоматско закључавање радног дела са оптиком							
10.12	Кошуљица ротационог ресектоскопа 26 Ch. са интермитентним испирањем-иригацијом, са обтуратором Ротабилни прстен 360°, механизам за аутоматско закључавање радног дела са оптиком							
10.13	Радни елемент ресектоскопа са монополарном конекцијом, активан							
10.14	Телескоп-оптика 30°, дијаметар 4mm, аутоклавабилна							
10.15	Фиброоптички светлони кабл, дебљина фибера 2.5mm, дужина 2300mm							
10.16	HF монопларни конекциони кабл, дужина 3m							
10.17	Резна-омча електрода 24 Ch.							
10.18	Резна-омча електрода 26 Ch.							
10.19	Ролер електрода 24/26 Ch.							
10.20	Елик евакуатор							
10.21	Стаклени шприц 150ml за бешику са адаптером за повезивање на ендоскопске кошуљице							
10.22	Кошуљица оперативног цистоскопа 24 Ch.са обтуратором, за разбијање каменца у бешици							
10.23	LED извор светла -радни век лампе: 30.000 радних сати -колор температура 6500 K -лед лампа еквивалент ксенон светлу 180W							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12 и 14/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА
јавна набавка број 269K/2015**

изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијске гаранције, и то:

1. Финансијску гаранцију за добро извршење посла у форми:

1а) Банкарске гаранције или

1б) Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа

2. Финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у форми:

2а) Банкарске гаранције или

2б) Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа

НАПОМЕНА: (Заокружити редни број испред гаранције коју ће изабрани понуђач доставити приликом потписивања Уговора)

У 2015. године

П О Н У Ћ А Ч

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___ / ___ / ; ☐☐☐☐☐☐☐☐ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА јавна набавка број 269К/2015

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: Гаранција

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту Понуђач)
(назив ПОНУЂАЧА)

доставио дана _____ своју понуду за испоруку _____
(назив УСЛУГЕ)
_____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)
са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту Банка),
(адреса банке)

Или наши правни следбеници извршити плаћање износа
од _____ РСД,

Словима : _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**, на текући рачун бр. **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару за ПОНУДУ; или
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према. Закона о јавним набавкама

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог захтјева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтијева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис Банке _____

На основу:

- члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА за доделу уговора у поступку јавне набавке

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА Број јавне набавке за текућу годину: 269 K/ 2015

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке понуђеног добра, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом другог „резервног“ елемента критеријума - жребањем (извлачење из шешира).

(Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник).