КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ
редни број јавне набавке за текућу годину
302К/2015

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**
Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**
Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**
Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**
Врста поступка: **Отворени поступак**
Број јавне набавке**: 302К/2015**
Предмет набавке (добра): **МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ**
Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**
Служба: **Јавне набавке**
Лице за контакт : **Мишко Мишовић, дипл. инж.**
Електронска адреса: **misko.misovic@kcs.ac.rs**
Телефон: **011/2656-473,** Факс.**011/2685-597**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
   МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ
   Шифра из општег речника набавки: 33100000

2. Опис партије, (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама):
   Јавна набавка је обликована у пет партија:

Редни број партије	ОПИС
1	РЕСПИРАТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ
2	РЕСПИРАТОР НИЖЕ КЛАСЕ
3	ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ
4	ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР НИЖЕ КЛАСЕ
5	АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ЦЕРЕБРАЛНЕ ОКСИМЕТРИЈЕ
6	АПАРАТ ЗА ИНВАНЗИВНО И НЕИНВАНЗИВНО МЕРЕЊЕ ХЕМОДИНАМСКИХ ПАРАМЕТАРА
7	ИНФУЗИОНА ПУМПА
8	ШПРИЦ ПУМПА
9	ДЕФИБРИЛАТОР
10	АПАРАТ ЗА ДАВАЊЕ АЗОТМОНОКСИДА НА МАСКУ
11	СИСТЕМ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ БЕЗ ДУГОТРАЈНОГ ДИРЕКТНОГ ИЗЛАГАЊА ОСОБА ЈОНИЗУЈУЋЕМ ЗРАЧЕЊУ
12	ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОР
13	ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР
14	СЕТ ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНУ ИНТУБАЦИЈУ
15	СЕТ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ **– Прилог бр. 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– **Прилог бр. 5**
5. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ **–Прилог бр. 7**
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– **Прилог бр. 8**
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10**+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА - **Прилог бр.11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15 у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговора условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) <u>Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена</u>

- Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) <u>Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део</u>

- Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- Појединачнеобрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава**читко, јасно и недвосмислено**:

  Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци –***Понуђач не попуњава***

  Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – ***Понуђач не попуњава***

  Прилог бр.3 – Образац понуде – ***Понуђач попуњава*** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде за партије које нуди, понуђачпопуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

  Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

  Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – ***Понуђач попуњава*** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

  Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

  Прилог бр.6– Модел уговора о јавној набавци –Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА **– *Понуђач попуњава***

  Прилог бр.7 – Техничке карактеристике –***Понуђач попуњава*** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

  Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – ***Понуђач попуњава*** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

  Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –***Понуђач попуњава*** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

  Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

  Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – ***Понуђач не попуњава.***

3) **Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) **Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и ненајављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) **Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) **Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу**

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) <u>Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке</u>

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одредиконкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачикоји поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) <u>Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде</u>

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) <u>Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;</u>

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страној валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страној валути, **<u>ако га има</u>**, наведен је у **<u>обрасцу понуде – Прилог бр. 3</u>** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) <u>Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику;</u>

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из члана 77. става 1. тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) <u>Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац</u>

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) <u>Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче</u>

Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) <u>Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона</u>

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) <u>Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача</u>

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) <u>Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене</u>

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) <u>Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда</u>

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) <u>Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом</u>

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критерију утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

18) <u>Обавештењео томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине</u>

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19) <u>Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач</u>

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.
Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) <u>Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом</u>

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно удружење.
- Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.

- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
- ❖ могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

21) <u>Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци</u>

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет данаод дана пријема Одлуке.

22) <u>Подаци о обавезној садржини понуде</u>

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) <u>Средства финансијског обезбеђења</u>

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

<u>ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.</u>

<u>23.2.Финансијска гаранција за озбиљност понуде</u>

23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције од стране банке, са роком важења 30 календарских дана дуже од дана истека рока важења понуде; или
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење <u>мора бити сачињено на меморандуму понуђача</u> према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код

- ❖ пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.

23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

23.3.1 Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност **прелази износ од 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а**, у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права протеста у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности уговора са роком важења 30 календарских дана дуже од дана истека уговореног рока испоруке.

23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави добављачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико добављач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.

23.3.4. Понуђач којем Одлуком о додели уговора буде додељен уговор у висини **до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а** је обавезан да приликом потписивања уговора уместо банкарске гаранције за добро извршење посла наручиоцу достави бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора у ту сврху бити регистрована код НБС, док меницу и менично овлашћење мора да прати картон депонованих потписа **(картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда)**. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла по уговору.

23.3.4. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.4. **Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року**

23.4.1 Понуђач је обавезан да у моменту потписивања уговора достави наручиоцу финансијску гаранцију за ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком трајања у дужини гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитативног пријема и пуштања у рад предмета уговора. Ова финансијска гаранција може бити у форми менице са припадајућим меничним овлашћењем или банкарске гаранције и са роком важности најмање 30 дана дужим од истека гарантног рока.

23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12**.** Правилника.(прилог бр.10)

- ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,

- ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писаним путем обавестити све понуђаче.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

- **Сви документи поднети у понуди, изузев менице,меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.**

- Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

- На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљкомили личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:
„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 302К/2015
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ – не отварати“

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

Број понуде: _____

Датум: ___/___/___/

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса:_____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ:_____

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ

Редни број партије, ставке	Назив добра	Количина (ком.)	***ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ***	
			Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (3x4) (без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
1.	**РЕСПИРАТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ**	**14**		
			Свега партија број 1 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 1 са ПДВ-ом	
2.	**РЕСПИРАТОР НИЖЕ КЛАСЕ**	**4**		
			Свега партија број 2 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 2 са ПДВ-ом	
3.	**ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ**	**17**		
			Свега партија број 3 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 3 са ПДВ-ом	
4.	**ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР НИЖЕ КЛАСЕ**	**7**		
			Свега партија број 4 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 4 са ПДВ-ом	
5.	**АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ЦЕРЕБРАЛНЕ ОКСИМЕТРИЈЕ**	**4**		
			Свега партија број 5 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 5 са ПДВ-ом	
6.	**АПАРАТ ЗА ИНВАНЗИВНО И НЕИНВАЗИВНО МЕРЕЊЕ ХЕМОДИНАМСКИХ ПАРАМЕТАРА**	**4**		
			Свега партија број 6 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 6 са ПДВ-ом	
7.	**ИНФУЗИОНА ПУМПА**	**25**		
			Свега партија број 7 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 7 са ПДВ-ом	
8.	**ШПРИЦ ПУМПА**	**24**		
			Свега партија број 8 без ПДВ-а	

			ПДВ .....%	
			Свега партија број 8 са ПДВ-ом	
9.	**ДЕФИБРИЛАТОР**	**6**		
			Свега партија број 9 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 9 са ПДВ-ом	
10.	**АПАРАТ ЗА ДАВАЊЕ АЗОТМОНОКСИДА НА МАСКУ**	**1**		
			Свега партија број 10 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 10 са ПДВ-ом	
11.	**СИСТЕМ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ БЕЗ ДУГОТРАЈНОГ ДИРЕКТНОГ ИЗЛАГАЊА ОСОБА ЈОНИЗУЈУЋЕМ ЗРАЧЕЊУ**	**1**		
			Свега партија број 11 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 11 са ПДВ-ом	
12.	**ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОР**	**3**		
			Свега партија број 12 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 12 са ПДВ-ом	
13.	**ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР**	**9**		
			Свега партија број 13 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 13 са ПДВ-ом	
14.	**СЕТ ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНУ ИНТУБАЦИЈУ**	**4**		
			Свега партија број 14 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 14 са ПДВ-ом	
15.	**СЕТ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ**	**3**		
			Свега партија број 15 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 15 са ПДВ-ом	
			СВЕГА без обрачунатог ПДВ-а за понуђене партије број	
			ПДВ .....%	
			УКУПНО са обрачунатим ПДВ-ом за понуђене партије број	

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

а) самостално,

б)са подизвођачем:

*1.*_____

*2.*_____

*3.*_____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

*1.*_____

*2.*_____

*3.*_____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Понуђена цена обухвата:		ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
а.	Испоруку предмета набавке у оригиналној амбалажи произвођача	
б.	Стручну монтажу и пуштање у рад	
в.	Обуку особља	
г.	Бесплатне превентивне сервисне прегледе и замену сетова (ако за њима постоји потреба) за све време трајања гарантног периода, а по препоруци произвођача (обавезна је достава изјаве произвођача о динамици превентивних прегледа и потребним сетовима за замену, ако за њима постоји потреба)	
ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:		
РОК ИСПОРУКЕ: (подразумева рок испоруке од дана закључења уговора) Наручилац захтева од понуђача да понуђени рок испоруке буде исказан у данима.		
РОК ПЛАЋАЊА: (Наручилац ће плаћање извршити вирмански по извршеној испоруци добара и достављеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање биће одбијене као неприхватљиве)		**Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре**
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од предвиђеног рока од 60 дана)		
ПОПУСТИ И ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ (ако нуди)		

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 3/1

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца	

Седиште	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс ***(уколико постоји)***		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески индетификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци		_____%
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- **Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.**

Прилог број 3/2

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе	

Седиште	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс ***(уколико постоји)***		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески индетификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- **Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.**

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	**Број**	**Датум**	**Издат од стране**		
1.	**Услов:** Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона) **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. *(**Напомена:** Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).*					
2.	**Услов**: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона) **Докази за правно лице**: 1.Уверење надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. **Доказ за законског заступника/е**: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси **предузетник** потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. (*захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).* **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став1, тачка 2 ЗЈН:

- Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.
- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни провостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.
- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду**. *У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд*. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд**. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којом су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.
- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	**Услов**: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) Закона) **Доказ за правно лице**: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, **или** потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; **Доказ за предузетника**: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; **Докази из ове тачке морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.** *Напомена:* **Потврда АПР-а <u>се не односи само на делатност која је предмет јавне набавке</u>, већ је потребно да ниједна забрана није на снази.**					

4.	**Услов**: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75 став 1 тачка 4 Закона **Докази**: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и** 2.Уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода**.** Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.** *Напомена:* **Уколико се понуђач налази у поступкуприватизације, прилаже потврду Агенције за приватизацију да е налази у поступку приватизације.**					
5.	**Услов**: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75 став 1 тачка 5 Закона) **Доказ**:Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико.					
6.	**Услов:** 1) Најмање два стално запослена, сертификована сервисера, обучена за сервисирање предметне опреме код произвођача исте. 2) Ауторизовани сервис за сервисирање опреме. **Доказ:** 1) Фотокопије сертификата, радне књижице и потврде послодавца да је наведени сервисер у сталном радном односу у ауторизованом сервису 2) Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме. **Напомена:** Уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сервиса					
7.	**Услов:** Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75 став 2 Закона). **Доказ:** Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације)					

	Напомена: **Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!**					
Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)						
8.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача, који мора бити важећи на дан отварања понуда.					
9.	За учествовање у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача.					

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, при чему наручилац може захтевати од понуђача достављање на увид оригинала или неоверене копије свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1-3. Закона.

2. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као,на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

3. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4).

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

4. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођ*ачем, дужан да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл. 75, ст.1, тач.1-4) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач. 1)- 4) и услов из чл.75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

Прилог број 5/1

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач **.....** *(назив понуђача)* поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине.

.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место_____ **ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК**

Датум_____ **М.П.** **- потпис -**

_____

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место_____ **ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК**

Датум_____ **М.П.** **- потпис -**

_____

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом. Усупротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд .....2015. године

1......

.....

(Навести назив привредног субјекта, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности: .....;

Матични број: .....;

ПИБ: .....;

Текући рачун: .....;

Тел/факс .....;

(у даљем тексту овог уговора: добављач), и

2. Клинички центар Србије - Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа в. д. директора, доц. др Милика Ашанин
Шифра делатности: 85110;
Регистарски број: 01607089503;
Матични број: 07089503;
ПИБ:100118429;
Текући рачун: 840-667667-80;
Тел/факс:011/2656-473, 011/2685-579
(у даљем тексту овог уговора: наручилац)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет уговора је купопродаја добара како следи:

Редни број партије,	Назив добра	Количина (ком.)	*ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ*	
			Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (3x4) (без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
1.	**РЕСПИРАТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ**	**14**		
			Свега партија број 1 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 1 са ПДВ-ом	
2.	**РЕСПИРАТОР НИЖЕ КЛАСЕ**	**4**		
			Свега партија број 2 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 2 са ПДВ-ом	
3.	**ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ**	**17**		
			Свега партија број 3 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 3 са ПДВ-ом	
4.	**ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР НИЖЕ КЛАСЕ**	**7**		
			Свега партија број 4 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 4 са ПДВ-ом	
5.	**АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ЦЕРЕБРАЛНЕ ОКСИМЕТРИЈЕ**	**4**		
			Свега партија број 5 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 5 са ПДВ-ом	
6.	**АПАРАТ ЗА ИНВАНЗИВНО И НЕИНВАЗИВНО МЕРЕЊЕ ХЕМОДИНАМСКИХ ПАРАМЕТАРА**	**4**		
			Свега партија број 6 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	

			Свега партија број 6 са ПДВ-ом	
7.	**ИНФУЗИОНА ПУМПА**	**25**		
			Свега партија број 7 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 7 са ПДВ-ом	
8.	**ШПРИЦ ПУМПА**	**24**		
			Свега партија број 8 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 8 са ПДВ-ом	
9.	**ДЕФИБРИЛАТОР**	**6**		
			Свега партија број 9 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 9 са ПДВ-ом	
10.	**АПАРАТ ЗА ДАВАЊЕ АЗОТМОНОКСИДА НА МАСКУ**	**1**		
			Свега партија број 10 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 10 са ПДВ-ом	
11.	**СИСТЕМ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ БЕЗ ДУГОТРАЈНОГ ДИРЕКТНОГ ИЗЛАГАЊА ОСОБА ЈОНИЗУЈУЋЕМ ЗРАЧЕЊУ**	**1**		
			Свега партија број 11 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 11 са ПДВ-ом	
12.	**ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОР**	**3**		
			Свега партија број 12 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 12 са ПДВ-ом	
13.	**ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР**	**9**		
			Свега партија број 13 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 13 са ПДВ-ом	
14.	**СЕТ ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНУ ИНТУБАЦИЈУ**	**4**		
			Свега партија број 14 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 14 са ПДВ-ом	
15.	**СЕТ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ**	**3**		
			Свега партија број 15 без ПДВ-а	
			ПДВ .....%	
			Свега партија број 15 са ПДВ-ом	
СВЕГА без обрачунатог ПДВ-а за понуђене партије број				
ПДВ .....%				
УКУПНО са обрачунатим ПДВ-ом за понуђене партије број				

1.2. Саставни део овог уговора је понуда добављача број..... од .....2015. године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1. Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора, чија је купопродаја предмет овог Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи .....

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре

4. РОК ИСПОРУКЕ

4.1. Добављач се обавезује да изврши испоруку добара чија је купопродаја предмет овог уговора у року од .....(.....) дана по потписивању овог уговора.
4.2. Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручују се на паритету ДАП магацин наручиоца.
4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе, и исти ће бити одређен сагласно, сходно дужини трајања више силе.

5. КВАЛИТЕТ

5.1. Квалитет добара чија је купопродаја предмет овог уговора мора у потпуности одговарати уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача.

6. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

6.1. Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и резервних делова и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача.

7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

7.1. Квантитативни пријем добра врши се у магацину наручиоца и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.
7.2. Изузетно ако то природа добара захтева, квантитативни пријем може се извршити на месту где ће опрема бити монтирана, али само уз сагласност овлашћеног лица наручиоца и у присуству лица из централног магацина КЦС које је задужено за квантитативни пријем добра.
7.3. Евентуална одступања испоручене количине, у односу на пакинг листу или други документ који добављач доставља уз добра, наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата.
7.4. Рекламацију из тачке 7.3. добављач је дужан да реши у року од 7 (седам) дана.

8. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБРА

8.1. Добављач је дужан да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана позива Службе за техничке и друге послове наручиоца, инсталира и пусти у рад испоручена добра на месту које одреди наручилац.
8.2. Добављач је дужан да обезбеди стручну обуку потребном броју особа које ће током редовне експлоатације руковати добрима чија је купопродаја предмет овог уговора.
8.3. Записник о пуштању добара у рад, потписан од стране добављача или овлашћеног сервисера и наручиоца, представља доказ о извршеном квалитативном пријему добара.
8.4. Квалитативни пријем (почетак гарантног рока) се врши на лицу места по завршеној обуци корисника за рад са добром, а на позив Службе за техничке послове наручиоца, сачињавањем записника о примопредаји и пуштању у рад уговораног добра сачињеног на образцу наручиоца.

9. ГАРАНЦИЈЕ

9.1. Гарантни рок за сва добра чија је купопродаја предмет овог уговора је ..... (.....) месеца од дана монтаже, односно пуштања у рад.
9.2. Добављач је дужан да преко овлашћеног сервисера обезбеди редовно сервисирање добара у гарантном року**.** Превентивни сервисни прегледи добара за све време трајања гарантног периода, а дефинисани по препоруци произвођача су бесплатни, као и замена сетова (ако такви постоје) и ако је то препоручено од стране произвођача уговореног добра.
9.3. Добављач се обавезује да у року од ..... (.....) дана од дана позива наручиоца отклони евентуални квар предметног добра који је у гарантном року.
9.4. У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, добављач је обавезан да постојеће добро замени новим добром истог типа или квалитетнијим.
9.5. Добављач се обавезује да за период од 7 (седам) година обезбеди испоруку резервних делова за добра која су предмет овог уговора

10. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

10.1 Добављач је дужан да, уколико му буде додељен уговор у висини преко 5.000.000,00 дин без ПДВ-а, достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
10.2.Добављач је дужан да, уколико му буде додељен уговор у висини до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, приликом потписивања уговора као финансијску гаранцију за добро извршење посла наручиоцу преда бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а. Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа. Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

10.3. Добављач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, достави наручиоцу финансијску гаранцију за добро извршење посла из става 10.1. уговора.
10.4. Уколико добављач у року из става 10.3. уговора, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави добављачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико добављач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
10.5. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције, добављач је у обавези да изврши продужење исте.
10.6. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције, уговор престаје да производи правна дејства.
10.7. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин.

10.8. Добављач је дужан да приликом потписивања уговора преда наручиоцу финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:

.....
(навести врсту финансијске гаранције)

11. ВИША СИЛА

11.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.
11.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

12. СПОРОВИ

12.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

13. РАСКИД УГОВОРА

13.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
13.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – уговор ће се раскинути.
13.3. Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2015. годину, за ове намене.

14. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

14.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања финансијских гаранција из члана 10. овог уговора

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.
15.2. Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр.1 – Понуда бр. ..... од .....2015. године
Прилог бр.2 - Финансијска гаранција добављача

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
В.Д. Директора
Доц.др Милика Ашанин

ДОБАВЉАЧ

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 1: РЕСПИРАТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
1.1	**Апарат се налази на сопственим мобилним колицима**		
1.2	**Електро напајање:**		
1.2.1	Основно напајање: монофазни прикључак 220V, 50 Hz		
1.2.2	Помоћно напајање: Батеријско напајање, са гарантованих 60 минута независног рада уз могућност повећања капацитета за још 60 минута		
1.3	**Снабдевање гасовима:**		
1.3.1	Примарно снабдевање: Централни болнички развод за ваздух и кисеоник (улазни притисак 2,5 -6 bara), . Уз уређај треба да се испоручи црева високог притиска за повезивање респиратора са гасним утичницама кисеоника и ваздуха, и то дужине од минимум 3 метра.		
1.3.2	Помоћно снабдевање: Боце под притиском, запремине 5 литара – опционо.		
1.4	Дисплеј: “Touch screen” TFT монитор, дијагонале 12,1” (31 cm)		
1.5	Снимање података: Могућност снимања кривуља респирације и бројчаних вредности у меморију респиратора, са трендом минимум 24 h.		
1.6	Приказивање параметара рада: Сви битни параметри се приказују на монитору у облику кривуља и/или бројчаних вредности.		
1.7	Тригеровање		
1.8	Сигурносне функције. Уређај поседује сигурносне функције у смислу аутоматске детекције и аларма код неправилности и кварова (истрошен кисеонички сензор, цурење у систему, нестанак основног напајања и сл.)		
1.9	Комуникација за размену података. Апарат је опремљен портовима (прикључцима) за размену података између респиратора и екстерног уређаја типа PC рачунара. Портови су типа RS 232.		
1.10	Апарат је могуће по потреби скинути са мобилних колица и користити га као транспортни респиратор		
1.12	Апарат поседује могућност надоградње сета за коришћење у пољу магнетне резонанце		
1.13	**Апарат је предвиђен за рад са следећим категоријама пацијената:**		
1.13.1	Одрасли (10-250 kg), у инвазивним модовима вентилације		
1.13.2	Одрасли (10-250 kg), у неинвазивним модовима вентилације		
1.14	**МОДОВИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ**		
1.14.1	**Контролисани модови:**		
1.14.1а	Притиском контролисана вентилација – вентилација код које је притисак константан, а волумен променљив (енгл. „Pressure Control“, скр. „PC“). Овај мод вентилације се сврстава у мод CMV код појединих произвођача.		
1.14.1б	Волуменом контролисана вентилација – вентилација код које је волумен константан, а притисак променљив (енгл. „ Volume Control “, скр. „VC“). Овај мод вентилације се сврстава у мод CMV код појединих произвођача.		
1.14.1ц	Притиском регулисана и волуменом контролисана вентилација – вентилација код које се испоручује тидални волумен при минималном могућем притиску (енгл. „Pressure Regulated Volume Control“, скр. „PRVC“).		
1.14.2	**Подржани модови:**		
1.14.2а	Притиском подржана вентилација – вентилација код које пацијент иницира удисај, а апарат додаје ваздух до подешеног притиска (енгл. „Pressure Support“, скр. „PS“).		
1.14.2б	Континуални Позитивни притисак у дисајним каналима (енгл. „CPAP“), као опција интегрисна у оквиру Притиском подржане вентилације.		
1.14.3	**Комбиновани модови:**		

1.14.3а	Синхронизована Интермитентна Обавезна Вентилација (енгл. „SIMV“). У више варијанти.		
1.15	**БИТНИ ПАРАМЕТРИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ**		
1.15.1	**Уређај поседује могућност подешавања и праћења главних параметара респирације:**		
1.15.1а	Удисајни респираторни волумен : 100-2000 ml		
1.15.1б	Концентрација O2 : 21- 100%		
1.15.1ц	Удисајни минутни волумен : 0,5-60 l/min		
1.15.1д	PEEP : 0-50 cmH2O		
1.15.1е	Фреквенција респирације: 4-100 resp/min		
1.15.1ф	I : E : 1:10-4:1		
1.15.1г	Осетљивост окидача протока (trigger) : 0-100%		
1.15.2	**Уређај поседује звучне аларме за све битне функције апарата:**		
1.15.2а	Притисак у дисајном путу		
1.15.2б	Високи трајни притисак		
1.15.2ц	Концентрација O2		
1.15.2д	Издисајни минутни волумен доња и горња граница		
1.15.2е	Апнеа		
1.15.2ф	Уређај мора поседовати приказ параметара за процену могућности одвајања пацијента од апарата и то: P 0.1 параметар, Индекс плитног дисања - PSB (енгл. “Shallow Breathing Index”)		
1.16	**ДОДАЦИ:**		
1.16.1	Ехпираторни филтери: Уз уређај се испоручује кутија од 60 комада филтера који се постављају на експиријум, ради заштите околине од контаминације издисајним ваздухом оболелог пацијента, као И побољшане заштите сензорског система самог респиратора.		
1.16.2	Сет пацијент црева са одвајачем кондензаната израђена од силикона		
1.16.3	Пацијент касета		
1.16.4	Носач за придржавање и правилно позиционирање црева		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији наручиоца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:

• Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.

• Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 2: РЕСПИРАТОР НИЖЕ КЛАСЕ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
2.1	Респиратор намењен инвазивној и неинвазивној вентилацији одраслих пацијената, деце и новорођенчади		
2.2	Компактан уређај на мобилној конзоли са кочницама на сва четири точка		
2.3	Струјно и батеријско напајање. Рад на батеријском напајању минимум 180 минута у случају нестанка струјног напајања		
2.4	Прикључци за централно гасно напајање кисеоником и медицинским гасом		
2.5	Активни модови вентилације: - волуменом контролисана вентилација - притиском контролисана вентилација - вентилација са спонтаним дисањем на два нивоа позитивног притиска (oznake : BiVent / BiPAP / BiLevel / DuoPAP / DuoLevel) - Синхронизована Интермитентна Обавезна Вентилација (ознака : SIMV) - Континуирани Позитивни Ваздушни Притисак (ознаке : CPAP / SPONT)		
2.6	Подржана неинвазивна (NIV) вентилација		
2.7	Минимални опсези подесавања: - дисајни волумен: 20-2000 ml - дисајна фреквенца: 1-100 bpm - Пинсп: 5-100 cmH2O - PEEP подесив : off, 1-45 cmH2O - време инспирације: 0.02-10 секунди - фреквенција вентилације: 1-150 bpm - однос insp – exp: 4:1 ~ 1:10		
2.8	Задржавање удисаја до 30 секунди		
2.9	Задржавање издисаја до 30 секунди		
2.10	Колор екран осетљив на додир за приказ кривуља и параметара вентилације минималне величине 12 инча. Екран мора да има могућност ротације и подешавања нагиба		
2.11	Тригеровање подесиво и притиском и протоком		
2.12	Вентилатор мора да има могућност надоградње за мерење и праћење EtCO2 И FiCO2		
2.13	Вентилатор поседује 3 сензора протока: по 1 у експираторној грани, инспираторној грани и у респиратору.		
2.14	Приказ на дисплеју: - истовремени приказ 3 кривуље дисања (притисак, проток, CO2) - вредности притиска (peak, mean, PEEP) - дисајни волумен - минутни волумен - fiO2 - etCO2 - fiCO2 - комплианса - отпорност - респираторна механика		
2.15	Уређај поседује приказ параметара за процену могућности одвајања пацијента од апарата :		

	- интринзички PEEP (PEEPi) - P 0.1 параметар - индекс плитког дисања (Rapid Shallow Breathing Index – RSBI) - опционо : негативна инспираторна сила (NIF)		
2.16	Респиратор мора да поседује распршивач (небулизер) чији се рад директно електронски контролише и програмира са респиратора		
2.17	Неопходни портови : серијски порт (RC-232); мрежни порт (RJ-45); видео порт (VGA); USB порт ; порт за позив медицинске сестре.		
2.18	Пренос података преко USB flash диска. Могућност снимања података пацијента у html формату ради лакшег прегледа на рачунару.		
2.19	Прибор неопходан за рад		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: **•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.** **•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.**	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 3: ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
3.1	Стационаран модуларни монитор за пацијенте свих узраста (одрасли, деца, неонатални)		
3.2	Монитор мора да поседује дисплеј у боји мин. 19 инча високе резолуције (1280x1024) или више , са touchscreen командама		
3.3	Приказ на дисплеју : 12 кривуља или више		
3.4	Подесиви аудио/визуелни алармни систем за све параметре		
3.5	Тренд меморија мин. 120 сати		
3.6	Могућност умрежавања (LAN, WLAN) и повезивање на централни мониторинг систем		
3.7	Интегрисани USB портови минимум 5 за везивање тастатуре, миша или других периферија		
3.8	Монитор мора да поседује алгоритме и модуле за следећа мерења : - EKG/HR - ST сегмент анализа - Праћење 12 одвода EKG са интерпретацијом на монитору - Детекција минимум 22 типа аритмије - Респирација - NIBP - неинвазивни притисак - SpO2 - сатурација - Мерење температуре		
3.9	Уграђен термални принтер са три канала или више		
3.10	**Монитор мора да поседује могућност додатне (опционе) надоградње:**		
3.10.1	Мерење NMT - неуромускулаторна трансмисија (NMT)		
3.10.2	Мерење и анализу CO2, O2 и анестетских гасова		
3.10.3	Мерење C.O. и хемодинамских параметара (PICCO)		
3.10.4	Мерење SvO2 - мешане венске сатурације		
3.10.5	Мерење EEG - вишеканални електроенцефалограф		
3.10.6	IBP - инвазивни притисак 8 канала		
3.10.7	Могућност повезивања са ласерским штампачем		
3.10.8	Могућност даљинске команде (remote control), повезивања миша и тастатуре		
3.10.9	Повезивање са бар-код читачем		
3.11	**Додатни прибор уз монитор**		
3.11.1	EKG кабл 5-жилни (1 ком)		
3.11.2	Манжетна за крвни притисак (1 ком)		
3.11.3	Сензор за SpO2, вишекратни (1 ком)		
3.11.4	Сонда за мерење температуре (1 ком)		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: **•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.** **•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.**	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 4: ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР НИЖЕ КЛАСЕ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
4.1	Транспортни модуларни монитор за пацијенте свих узраста (одрасли, деца, неонатални)		
4.2	Монитор мора да поседује дисплеј у боји мин. 12 инча високе резолуције (800x600) или више , са touchscreen командама		
4.3	Приказ на дисплеју : 8 кривуља или више		
4.4	Подесиви аудио/визуелни алармни систем за све параметре		
4.5	Тренд меморија мин. 120 сати		
4.6	Могућност умрежавања (LAN, WLAN) и повезивање на централни мониторинг систем		
4.7	Интегрисани USB портови минимум 2 за везивање тастатуре, миша или других периферија		
4.8	Монитор мора да поседује алгоритме и модуле за следећа мерења : - EKG/HR - ST сегмент анализа - Праћење 12 одвода EKG са интерпретацијом на монитору - Детекција аритмије - Респирација - NIBP - неинвазивни притисак - SpO2 - сатурација - Мерење температуре - IBP инвазивни притисак 2 канала - Мерење капнографије		
4.9	Струјно и батеријско напајање. Рад на батерије минимално 4 часа		
4.10	Уграђен термални принтер са три канала или више		
4.11	Максимална тежина монитора 5 kg		
4.12	**Монитор мора да поседује могућност додатне (опционе) надоградње :**		
4.12.1	Мерење O2 и анестетских гасова		
4.12.2	Мерење Cardiac Output – термодилуциона метода		
4.12.3	IBP - инвазивни притисак 4 канала		
4.12.4	Повезивање са бар-код читачем		
4.13	**Додатни прибор уз монитор**		
4.13.1	EKG кабл 5-жилни (1 ком)		
4.13.2	Манжетна за крвни притисак (1 ком)		
4.13.3	Сензор за SpO2, вишекратни (1 ком)		
4.13.4	Сонда за мерење температуре (1 ком)		
4.13.5	Прибор за мерење IBP (1 ком)		
4.13.6	Прибор за мерење капнографије (1 ком)		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 5: АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ЦЕРЕБРАЛНЕ ОКСИМЕТРИЈЕ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
5.1	Неинвазивни монитор – оксиметар за истовремено мониторизовање промена у сатурацији кисеоника (rSO2) у крви мозга (церебрални) и ткиву скелетних мишића (соматски)		
5.2	Компактан монитор тежине до 5 kg		
5.3	Напајање монитора преко централног енергетског напајања 220 V, са уграђеном акумулаторском батеријом, која омогућава до 15 минута рада без централног напајања		
5.4	**Карактеристике мониторинга:**		
5.4.1	Монитор омогућава праћење церебралне или соматске регионалне оксигенације или обе истовремено, са могућношћу истовременог мерења на 4 мерна места (канала) уз истовремени приказ на монитору свих канала. Применљив и сертификован за употребу код неонаталних, педијатријских и адултних пацијената.		
5.4.2	Монитор са колор графичким екраном са графиком до 4 криве (канала) у различитим бојама, нумеричким приказом мерења у реалном времену и графички или табеларни приказ трендова.		
5.4.3	Однос измерене вредности у реалном времену у односу на базалну вредност – реалтивно одступање од базалне вредности, изражено у процентима и приказано на екрану.		
5.4.4	Монитор са могућношћу прилагођавања приказа (боје кривих, бројева на графичком приказу, означавања канала) и аутоматском детекцијом врсте приклученог сензора.		
5.5	**Аларми и маркери догађаја:**		
5.5.1	Могућност мануелног постављана горњих и доњих лимита аларма за све мерне канале као и могућност аутоматског подешавања аларма везано за одсупање од базичне вредности rSO2.		
5.5.2	Изборни мени са маркерима догађаја. Минимум 4 изборна менија од којих један мора бити намењен употреби у неонатолошкој јединици интензивне неге		
5.5.3	Графички приказ извора енергије као и нивоа батерије		
5.5.4	Монитор једноставан за руковање без потребе за калибрацијом од стране корисника		
5.6	**Унутрашња меморија и могућности конекције:**		
5.6.1	Уграђена меморија капацитета 25 записа у трајању од по 24 сата појединачно. Меморисане записе је могуће прегледати на екрану монитора или пренети у рачунар.		
5.6.2	Једноставан пренос меморисаних података у рачунар преко меморијског “кључа” специјално форматираног за пренос података искључиво са монитора, компатибилан са свим стандардним рачунарима.		
5.6.3	RS232 дигитални излаз за пренос података на рачунар, принтер или мулти-параметрски монитор.		
5.6.4	Стандардни VGA видео излаз за прикључивање додатног екрана, за употребу у операционој сали или пројекционо представљање.		
5.7	**Састав основног сета:**		
5.7.1	Основни сет подразумева монитор са покретним сталком и предпојачивач за 2 канала са припадајућим вишекратним кабловима.		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: **•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.** **•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.**	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 6: АПАРАТ ЗА ИНВАНЗИВНО И НЕИНВАНЗИВНО МЕРЕЊЕ ХЕМОДИНАМСКИХ ПАРАМЕТАРА			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
6.1	Мерење минутног волумена засновано на анализи криве крвног притиска по типу »Pulse Power«		
6.2	Технологија валидирана при коришћењу вазоактивних лекова		
6.3	Екран осетљив на додир дијагонале мин. 12 инча		
6.4	Израчунавање минутног волумена засновано на континуираном праћењу крвног притиска		
6.5	Континуирано праћење помоћу стандардног приступа радијалној артерији или неинвазивно без артеријског приступа коришћењем манжетни (»cuff-ova«) на прстима руке		
6.7	Могућност приказа основних сталних параметара на екрану: CO, SVR, MAP, SV, HR, BIS		
6.8	Приказ параметара мора бити апсолутни и / или индексиран		
6.9	Приказ индикатора преоптерећења SVV и PPV у нумеричком облику, као и приказ тренда изабраног индикатора		
6.10	Приказ одступања срчане фрекфенције (HRV)		
6.11	Аутоматско израчунавање промене параметара (CO, SV, SVR, MAP), као и проценат одступања од почетне вредности параметра, уз могућност приказа тренда у графичком облику за све наведене параметре		
6.12	Могућност означавања догађаја		
6.13	Интерна меморија података у трајању до 6 месеци		
6.14	Могућност трансфера података преко USB интерфејса		
6.15	Могућност преноса података са монитора на рачунар у JPG формату или у облику табеле (exel)		
6.16	Програм за преглед података о процедури на компјутеру		
6.17	Могућност додавања модула за BIS (модул за мерење дубине анестезије-седације)		
6.18	Основни прибор уз монитор: покретни сталак, манжетне за неинвазивно мерење крвног притиска, манжетне – »cuff-ova« за неинвазивно мерење на прстима руке,пратећи каблови Потрошни материјал који апарат користи: картица за откључавања функције мерења и праћења		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 7: ИНФУЗИОНА ПУМПА			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
7.1	Преносива волуметријска инфузиона пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова.		
7.2	Распон протока : 0,1 - 1200 ml/h са кораком : 0,01 - 1 ml/h		
7.3	Болус опсег : 0,1 - 1200 ml/h		
7.4	Уграђен анти-болус систем		
7.5	Тачност дозираног протока : +/- 3% при протоку већем од 1 ml/h +/- 5% при протоку мањем од 1 ml/h		
7.6	Предефинисано минимум 20 брендова инфузионих сетова, са могућношћу уноса корисничких сетова		
7.7	Библиотека лекова од 2.000 лекова, са могућношћу додавања или брисања артикала		
7.8	Систем за само-тестирање.		
7.9	Режим рада са задавањем протока . Могућност мењања протока без заустављања пумпе		
7.10	Режим рада са дозирањем терапије у одређеном временском периоду		
7.11	Режим рада у секвенцијалном моду.		
7.12	Микро-инфузиони режим са минималним параметрима: VTBI 0,1-1000 ml или већи опсег са кораком 0,01 - 0,1 ml		
7.13	Регулишуће време инфузије од 1 мин до 99 сати са кораком 1 мин.		
7.14	Функција "piggyback" - секундарна инфузија		
7.15	Заштита од слободног протока инфузије - "anti free flow"		
5.16	Памћење последње инфузијске конфигурације у случају искључења са напајања		
7.17	Меморија : минимум 2.000 записа, са могућношћу преноса на PC		
7.18	3 нивоа аларма , са минимум 8 нивоа јачине звука		
7.19	Аларми : оклузија, отворена врата, батерија празна, мехурићи, системска грешка KVO аларм, низак ниво батерије, крај VTBI		
7.20	Аларм оклузионог притиска : 150-975 mmHg, са кораком 75 mmHg		
7.21	Функција позива медицинске сестре		
7.22	Детектор ваздуха у линији - детекција волумена ваздуха већих од 0,02 ml		
7.23	Напајање : наизменичним извором 220 V , једносмерним извором 10-15 V и батеријски		
7.24	Батерија : Пуњива литијумска батерија. Време пуњења максимум 6 сати на 100% капацитета. Време рада пумпе при батеријском напајању : минимум 9 х при протоку 25 ml/h		
7.25	Max. тежина уређаја - 2,5 kg		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 8: ШПРИЦ ПУМПА			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
8.1	Преносива шприц пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова.		
8.2	Распон протока: 0,1 - 1500 ml/h са кораком: 0,01 - 1 ml/h		
8.3	Болус опсег: 0,1 - 1500 ml/h		
8.4	Уграђен анти-болус систем		
8.5	Тачност дозираног протока : +/- 2% при протоку већем од 1 ml/h, +/- 5% при протоку мањем од 1 ml/h		
8.6	Предефинисано минимум 20 брендова шприцева, са могућношћу уноса брендова од стране корисника		
8.7	Подржава величине шприцева : 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml . Аутоматско препознавање величине уметнутог шприца		
8.8	Библиотека лекова од 2.000 лекова, са могућношћу додавања или брисања артикала		
8.9	Систем за само-тестирање.		
8.10	Режим рада са задавањем протока . Могућност мењања протока без заустављања пумпе		
8.11	Режим рада са дозирањем терапије у одређеном временском периоду		
8.12	Режим рада у секвенцијалном моду.		
8.13	Микро-инфузиони режим са минималним параметрима: VTBI 0,1-1000 ml са кораком 0,01 ml/h, проток 0,1-100 ml/h са кораком 0,01 ml/h		
8.14	Регулишуће време инфузије од 1 мин до 99 сати са кораком 1 мин.		
8.15	Памћење последње инфузијске конфигурације у случају искључења са напајања		
8.16	Меморија: минимум 2.000 записа, са могућношћу преноса на PC		
8.17	3 нивоа аларма, са минимум 8 нивоа јачине звука		
8.18	Аларми: оклузија, отворена врата, батерија празна, мехурићи, системска грешка, КВО аларм, низак ниво батерије, крај ВТБИ		
8.19	Аларм оклузионог притиска: 150-975 mmHg, са кораком 75 mmHg		
8.20	Функција позива медицинске сестре		
8.21	Напајање: наизменичним извором 220 V , једносмерним извором 10-15 V и батеријски		
8.22	Батерија: Пуњива литијумска батерија. Време пуњења максимум 6 сати на 100% капацитета. Време рада пумпе при батеријском напајању: минимум 10 х при протоку 5 ml/h		
8.23	Мах. тежина уређаја - 2,5 kg		
8.24	Заштита од дефибрилације, заштита од воде IP23		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 7
Партија број 9

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 9: ДЕФИБРИЛАТОР			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
9.1	Портабилни бифазични дефибрилатор за екстерну дефибрилацију, синхронизовану кардиоверзију и AED, са ручком за ношење и са покретним колицима		
9.2	Колица треба да садрже одговорајуће лежиште за дефибрилатор, са кога се он може једноставно одвојити, ручку за гурање, корпе за прибор и кочнице		
9.3	TFT LCD дисплеј у колору 5,7“ са могућношћу приказа минимум 2 криве и 5 нумеричких параметара		
9.4	Апарат мора бити опремљен са две велике папучице за екстерну дефибрилацију: за децу и за одрасле		
9.5	Папучице на себи морају имати уграђен прекидач за пуњење и пражњење енергије, као и светлосни индикатор квалитета контакта са кожом пацијента у бар три нивоа индикације		
9.6	Апарат мора поседовати акумулаторску батерију са капацитетом за минимум 70 шокова са максималном енергијом дефибрилације, или за минимум 2,5 сата континуираног мониторинга		
9.7	Време пуњења празне батерије: максимално 3 сата		
9.8	Избор нивоа енергије дефибрилације: од 2 до 270 J или више, бифазично		
9.9	Брзина пуњења од 2 до 270 J, са мрежним напајањем: максимум 5 секунди при мрежном напајању		
9.10	Визуелна и звучна индикација напуњености енергије са светлосним индикаторима на папучицама		
9.11	Брз опоровак базне линије ЕКG-а након дефибрилације, максимално 3 секунде		
9.12	Аутоматско интерно пражњење енергије након истека одређеног временског периода		
9.13	Уграђен програм за проверу капацитета и исправности батерије и кондезатора		
9.14	Подешавање ЕКG амплитуде и подешавање граница аларма свих мерених параметара		
9.15	Аутоматска детекција аритмија, са звучним и визуелним алармима		
9.16	Могућност надоградње за мониторинг SpO2 и EtCO2 (интубирано и неинтубирано)		
9.17	Подешавање горњих и доњих граница аларма за HR, SpO2, PR, EtCO2, RR и апнеа време		
9.18	Аутоматска детекција сигнала пејсинга		
9.19	Аутоматска детекција R зупца током синхронизоване кардиоверзије		
9.20	Интегрисани 2-канални термички принтер		
9.21	Меморисање аритмија, тренд 1- 24h, нумеричких вредности, маркираних догађаја и штампање одговарајућих извештаја		
9.22	Аутоматско штампање извештаја о дефибрилацији, уз могућност меморисања и накнадног штампања		
9.23	Могућност надоградње папучицама за унутрашњу дефибрилизацију и прибором за AED		
9.24	**Потребан прибор:**		
9.24.1	ЕКГ кабал са 3 вода, 1 комад		
9.24.2	Термални папир, 10 комада		
9.24.3	Акумулаторска батерија, 1 комад		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 7
Партија број 10

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**

Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 10: АПАРАТ ЗА ДАВАЊЕ АЗОТМОНОКСИДА НА МАСКУ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
10.1	**Апарат за давање азотмоноксида на маску је терапеутски уређај за примену NO у вентилационом току пацијента под интензивном негом**		
10.2	**Апарат се користи:**		
10.2.1	Код обољења срчаног залиска		
10.2.2	Код трансплантација срца		
10.2.3	За унапређењу функције плућа код вентираних пацијената		
10.2.4	При лечењу новорођенчади са плућном инсуфицијенцијом		
10.2.5	За лечење високог крвног притиска у плућима		
10.3	**Главне карактеристике:**		
10.3.1	Интегрисани модул контролисања		
10.3.2	Режим рада код одраслих и деце		
10.3.3	Рад са једном боцом		
10.3.4	Рад са две боце		
10.3.5	Режим нормалног дозирања (континуално све до 99,9 ppm)		
10.3.6	Подесиви параметри: концентрација и проток (минутни волумен)		
10.3.7	Аларм ограничења за NO и NO2		
10.4	**Напајање:**		
10.4.1	Електрична енергија: 100-220 V; 50/60 Hz		
10.4.2	Батерија за аутономан рад апарата од минимум 2 сата		
10.5	**Аларми:**		
10.5.1	У случају прекида напајања, оштећења батерије		
10.6	**Дозирање:**		
10.6.1	Циљна концентрација: 0,1 – 99,9 ppm		
10.6.2	Минутни волумен (проток): 0,1 – 40 l/min		
10.7	**Прецизност дозирања:**		
10.7.1	Концентрација: ± 20% или 0,2 ppm		
10.8	**Гас:**		
10.8.1	Тип: NO/N2		
10.8.2	Притисак: 3 – 7 бара		
10.8.3	Проток. Максимум 17 l/min		
10.8.4	Концентрација: 50 - 1000 ppm		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 7
Партија број 11

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 11: СИСТЕМ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ БЕЗ ДУГОТРАЈНОГ ДИРЕКТНОГ ИЗЛАГАЊА ОСОБА ЈОНИЗУЈУЋЕМ ЗРАЧЕЊУ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
11.1	Намењен тимовима НМР на терену, пријемним јединицама ургентних центара, лабораторијима за катетеризацију		
11.2	Механички уређај за масажу срца са Li-Ion батеријским напајањем, као и 12-24V за возило НМР и 220V		
11.3	Број понављања компресија 100 пута у мин - према смерницама ERC-а		
11.4	Дубина компресије минимално 5 cm зависно од пацијента - према смерницама ERC-а		
11.5	Однос фазе компресија/декомпресија 50:50 - према смерницама ERC-а		
11.6	Сила компресије мах 600N аутоматски прилагодљива отпору грудног коша		
11.7	Уређај примењљив за масажу у условима непрекинутог рада у лабораторијима за катетеризацију		
11.8	Могућност дефибрилисања за време рада уређаја, било самолепљивим електродама или чврстим падлама		
11.9	Вакумска капа или друго решење које осигурава повраћај грудног коша на почетни положај у фази декомпресије		
11.10	Тежина потпуно опремљеног уређаја са батеријом мах. 8 kg		
11.11	Понуђач је обавезан да наведе трошак једнократног потрошног материјала по једној реанимацији		
11.12	Атести и цертификати уређаја у складу са европским нормама и стандардима		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 7
Партија број 12

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 12: ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОР			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
12.1	Капацитет сукције мимимум 40 литара у минуту		
12.2	Вакум од 0-90 kPa са могућношћу регулације		
12.3	Посуда за сукцију од 4 литра са поклопцем и држачем (2 комада)		
12.4	Сигурносна посуда		
12.5	Микробиолошки филтер (2 комада)		
12.6	Ниво буке не сме да прелази 40 децибела (као доказ доставити сертификат издат од стране домаће акредитоване установе одговорне за исто)		
12.7	Напајање 230V / 50-60 Hz		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 7
Партија број 13

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 13: ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
13.1	**Намена:** Апарат за мерење сатурације (SpO2), графички приказ плетизмографске криве и одређивање фреквенције срчаног рада за хоспитализовање пацијената свих узраста		
13.2	**Опис:** Апарат мора бити компактан, тежине до 2 кг, погодан и за болничке услове и за транспорт пацијената, са колор екраном и једноставан за употребу		
13.3	**Параметри мерења:** SpO2 и фреквенција пулса		
13.4	**Распон мерења:** -за SpO2: од 1% до 100% -за фреквенцију пулса: од 20 до 250 откуцаја у минути (bpm) -за амплитуду пулса: од 0,03% до 20%		
13.5	**Прецизност:** -Сатурација (SpO2%): ± 1 SD -Фреквенција пулса: ± 3 откуцаја у минути		
13.6	**Приказивање параметара на екрану:** -вредност SpO2 -фреквенција пулса -амплитуде пулса -плетизмографска крива		
13.7	**Тренд:** Минимум 72 сата		
13.8	**Аларми:** -Аудио и визуелни за високу/ниску сатурацију и фреквенцију пулса -Аудио и визуелни индикатори за низак ниво батерије -Аудио аларм за дисконектован сензор		
13.9	**Напајање:** Мрежно, уз могућност напајања и на сопшствену батерију која омогућава рад апарата од минимум 5 сати		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 7
Партија број 14

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**
Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 14: СЕТ ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНУ ИНТУБАЦИЈУ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
	Сет за ендотрахеалну интубацију мора да садржи следеће:		
14.1	Ларингоскоп Mc INTOSH са шпатулама за одрасле, величине 2, 3 и 4		
14.2	Ендотрахеални тубус, величине 6, 7, 8 и 9		
14.3	Орофарингеални AIRWAY, величине 70, 80 и 90 mm		
14.4	Сукциони кататер у три величине		
14.5	Реанимациони амбу балон		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:
•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог број 7
Партија број 15

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....**ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ**

Б. ПОНУДА ....**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА			
Партија број 15: СЕТ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ			
Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач	
		да / не	Коментар
	Сет за реанимацију мора да садржи:		
15.1	Реанимациони амбу балон са вентилом		
15.2	Црево за кисеоник дужине 2 m		
15.3	Маска за вентилацију у три величине		
15.4	Ларингоскоп Mc INTOSH са шпатулама за одрасле, величине 2, 3 и 4		
15.5	Ендотрахеални тубус, величине 6, 7, 8 и 9		
15.6	Орофарингеални AIRWAY, величине 70, 80 и 90 mm		
15.7	Боца за кисеоник, запремина 2 литра		
15.8	Редуктор притиска		
15.9	Медицинска торба у којој стају све побројане ствари		

ОСТАЛИ УСЛОВИ	
1	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач мора да поседује Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској есплоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одазив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца **(у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.** Проспектни материјал – каталог произвођача, може бити приложен уз понуду као оригинални штампани материјал, материјал одштампан са сајта произвођача. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пустању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених **осталих услова** понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: **•Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.** **•Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.**	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
ФАБРИЧКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(п о п у њ а в а п о н у ђ а ч)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:	

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за ....., и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пустање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:	

Навести назив фирме , односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:	

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:	

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:	

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: ***(уписати назив фирме)***		
6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:		
6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)		
6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)		
6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара:		
6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера:		
6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.	ДА	НЕ

6.8.Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:	

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:	
7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате	

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине витални делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:	

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
Адреса и седиште: _____
ПИБ број: _____
Број понуде: _____
Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку Медицинске опреме за потребе Центра за анестезиологију

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без пдв-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа пдв-а	Износ пдв-а на јединичну цену	Укупна цена (без пдв-а)	Износ пдв-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 7+8)
1	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	РЕСПИРАТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ							
2.	РЕСПИРАТОР НИЖЕ КЛАСЕ							
3.	ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР СРЕДЊЕ КЛАСЕ							
4.	ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР НИЖЕ КЛАСЕ							
5.	АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ЦЕРЕБРАЛНЕ ОКСИМЕТРИЈЕ							
6.	АПАРАТ ЗА ИНВАНЗИВНО И НЕИНВАНЗИВНО МЕРЕЊЕ ХЕМОДИНАМСКИХ ПАРАМЕТАРА							
7.	ИНФУЗИОНА ПУМПА							
8.	ШПРИЦ ПУМПА							
9.	ДЕФИБРИЛАТОР							
10.	АПАРАТ ЗА ДАВАЊЕ АЗОТМОНОКСИДА НА МАСКУ							
11.	СИСТЕМ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ БЕЗ ДУГОТРАЈНОГ ДИРЕКТНОГ ИЗЛАГА ОСОБА ЈОНИЗУЈУЋЕМ ЗРАЧЕЊУ							
12.	ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОР							
13.	ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР							
14.	СЕТ ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНУ ИНТУБАЦИЈУ							
15.	СЕТ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Предмет:	**Трошак израде понуде са обрачунатим ПДВ-ом**

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 124/12 и 14/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ
јавна набавка број 302К/2015

изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијске гаранције, и то:

1. Финансијску гаранцију за добро извршење посла у форми:

   1а) Банкарске гаранције или

   1б) Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа

2. Финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у форми:

   2а) Банкарске гаранције или

   2б) Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа

НАПОМЕНА: (Заокружити редни број испред гаранције коју ће изабрани понуђач доставити приликом потписивања Уговора)

У ..... 2015. године

П О Н У Ђ А Ч

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници (“Сл.лист ФНРЈ”** бр. 104/46 и 18/58, **“Сл. лист СФРЈ”** бр. 16/65,54/70 и 57/89 и **“Сл. лист СРЈ”** бр. 46/96**)**, издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

____ /___ / ;☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ
јавна набавка број 302К/2015

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број: **Код:**

_____ _____

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум: Потпис овлашћеног лица:

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: **Гаранција**

С обзиром на то да је _____ *(у даљем тексту Понуђач)*
(н а з и в ПОНУЂАЧА)

доставио дана_____ своју понуду за испоруку _____
(назив УСЛУГЕ)
_____(*у даљем тексту ПОНУДА),*
(назив добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)
са регистрованом канцеларијом у _____*(у даљем тексту Банка),*
(адреса банке)

Или наши правни следбеници **извршити плаћање износа**
од_____РСД,

Словима : _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**, на текући рачун бр. **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан_____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару за ПОНУДУ; или
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према. Закона о јавним набавкама

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог захтјева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтиева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис Банке_____

На основу:

- члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА
за доделу уговора у поступку јавне набавке

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ
Број јавне набавке за текућу годину: 302 К/ 2015

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке понуђеног добра, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом другог „резервног” елемента критеријума - жребањем (извлачење из шешира).

(Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник).