



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара
Медицинска пластика
редни број јавне набавке за текућу годину
A68/2020

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 86/15), конкурсна документација у **отвореном поступку** садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф . др Милика Ашанин**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **A68/2020**Предмет набавке (добра): **Медицинска пластика**Поступак се спроводи ради: **Закључења оквирног споразума са једним добављачем, који ће трајати 2 године**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт: **Тамара Вучковић, дипл.економиста**Електронска адреса: **tamvuckovic@gmail.com**Телефон: **011/2656-473**, факс: **011/2685-597****Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године од дана потписивања од стране наручиоца и изабраног понуђача.****Оквирни споразум не представља обавезу наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, већ обавеза настаје закључивањем појединачног уговора.**

Укупна процењена вредност јавне набавке за 2 (две) године (динара без ПДВ-а)	53.436.880.00
---	---------------

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Добра – Медицинска пластика, ОРН: 33141200 – Катетери; 33141640 – Дренови; 33141642 – Прибор за дренажу; 33141641 – Сонде

Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:

Добра – Медицинска пластика, ОРН: 33141200 – Катетери; 33141640 – Дренови; 33141642 – Прибор за дренажу; 33141641 – Сонде

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА
1	Dren abdominalni silikonizirani
2	Dren abdominalni 100% silikonski
3	Dren redon sa rendgen linijom
4	Dren torakalni bez mandrene
5	Dren torakalni sa aluminijumskim mandrenom
6	T-dren, Kehr tip, od lateksa
7	T-dren, Kehr tip od silikolateksa
8	Kateter aspiracioni
9	Kateter nazalni - Oksigen
10	Kateter Nelaton
11	Kateter rektalni
12	Kateter Foly
13	100 % silikonski Foli kateter
14	Kateter po Peceru
15	Kateter urinarni po Foley
16	Kateter Timan bez balona
17	Kateter Timan sa balonom
18	Kateter Mercie
19	Set za kiseonik
20	Nazalna oksigena kanila
21	Drenazne posude
22	Sonda za ishranu
23	Sonda gastrična sa funnel konektorom I poklopcem
24	Sonda gastrična po Levinu
25	Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom (Murphy eye)
26	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom
27	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice
28	Tubusi armirani endotrahealni 100% sa balonom silikonski
29	Nastavak za infuzionu pumpu
30	Armirani endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom.
31	Beziglieni konektori i nastavci
32	Endotrahealni oral-nasal tubusi
33	Spinalna igla 19G
34	Set za sukciju Jankauer
35	Set za sukciju Jankauer sa polusavijenim kanilama
36	Potrošni materijal za torakalnu drenažu
37	Trokomorni sistem za podvodnu drenažu
38	Sterilna lulica

39	Set za endoskopsko postavljanje gastrostome FR 15
40	Sonda trolumenska jujunalna
41	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije I
42	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije II
43	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije III
44	Sistem za uzorkovanje urina
45	Pedijatrijske traheostomske kanile
46	Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom
47	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela
48	Specifichni armirani endotrahealni tubusi sa kafom
49	Enema set za klistiranje
50	Vodič za reintubaciju
51	Uvodač endotrahealnog tubusa
52	Uvodač endotrahealnog tubusa
53	Set za sukciju mukusa pedijatrijski
54	Set za trahealnu sukciju
55	Igla
56	Umbilikarni kateter
57	Applix Smart/Vision Pump set easy bag ili odgovarajuće
58	Gravi Set easy bag ili odgovarajuće

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ

- ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА – **Прилог бр. 2**
- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2/1**
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – **Прилог бр. 3/1**
- ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – **Прилог бр. 3/2**
- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог бр. 5а**
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – **Прилог 5б**
- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - **Прилог бр. 6** + прилози модела оквирног споразума: прилог бр.2 –Модел уговора, прилог бр.3 - Модел меничног овлашћења за добро извршење оквирног споразума и прилог бр.4 - Модел меничног овлашћења за добро извршење уговора.
- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог бр. 7**
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – **Прилог бр. 8**
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр. 9**
- НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10** + модели меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
- ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – **Прилог бр. 11**

ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија применом критеријума **најнижа понуђена цена**.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, оквирни споразум ће се закључити са понуђачем који понуди **краћи рок испоруке**.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, услед чега није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба (**извлачењем из шешира**). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу оквирног споразума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум додељује.

Оквирни споразум се закључује на период од **2 (две) године** од дана потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.

Оквирни споразум ће бити закључен на укупан износ одобрених новчаних средстава за предметну јавну набавку. Укупна вредност оквирног споразума, односно максималан износ плаћања по основу истог је у висини процењене вредности.

На основу закљученог оквирног споразума може се закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у зависности од стварних потреба наручиоца.

Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима.

Начин и услови за закључење појединачних уговора ближе су дефинисани у Моделу оквирног споразума.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: ЗАКОН, и члана 2. и 8. **Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 86/15), у даљем тексту: **ПРАВИЛНИК**.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе оквирног споразума.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА.
- Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, ПОНУЂАЧ попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:
 Прилог бр. 1 – Општи подаци о јавној набавци – Понуђач не попуњава.
 Прилог бр. 2 – Правила оквирног споразума, критеријуми за доделу оквирног споразума и услови за закључење појединачних уговора- Понуђач не попуњава.
 Прилог бр. 2/1 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава.**
 Прилог бр. 3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде понуђач мора да попуни, а прилог потписује овлашћено лице понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен понуда може бити одбијена као неприхватљива.
 Прилог бр. 3/1 – Подаци о подизвођачу.
 Прилог бр. 3/2 – Подаци о члану групе понуђача.
 Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.
 Прилог бр. 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, **Понуђач попуњава, а исти потписује овлашћено лице понуђача.**
 Прилог бр. 5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима- **Понуђач попуњава, и исти потписује овлашћено лице понуђача.**
 Прилог бр. 5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – **Понуђач попуњава, и исти потписује овлашћено лице понуђача.**
- Прилог бр. 6 – Модел оквирног споразума - Понуђачу се доставља на увид модел оквирног споразума који ће бити закључен са понуђачем који буде био изабран као најповољнији. **ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, И ИСТИ ПОТПИШЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА**, чиме потврђује да се слаже са моделом оквирног споразума.
- Прилог бр. 7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, понуђач може унети податке на полеђини прилога бр. 7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. **Наведени прилог мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**
- Прилог бр. 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. **Наведени прилог мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**
- Прилог бр. 9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава, тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и исти потписује овлашћено лице понуђача**
- Прилог бр. 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22) овог упутства. **Понуђач попуњава и исти потписује овлашћено лице понуђача.**
- Прилог бр. 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу оквирног споразума – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и члана 93. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошљом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу оквирног споразума, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде, споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и подаци о обавезној садржини тог споразума

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- На основу члана 19. став 2. Закона, наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страниј валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страниј валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Докази из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће пријем документа вршити само у току свог радног времена (7.30 часова – 15.30 часова), сваког радног дана (понедељак – петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем документа достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног радног дана.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

- 14) **Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**
Наручилац ће, по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу оквирног споразума, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- 15) **Врсте критеријума за доделу оквирног споразума, сви елементи критеријума на основу којих се додељује оквирни споразум, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда**
Наручилац ће оквирни споразум доделити сагласно критеријуму који је утврђен Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).
- 16) **Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**
У случају да постоји два или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног елемента критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.
- 17) **Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона.**
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.
- 18) **Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.
Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
- 19) **Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) - 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) - 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним**

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
 - Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
 - Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
 - Захтев за заштиту права мора бити потпун, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) - 7) Закона, тј. мора да садржи:
 - 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 - 2) назив и адресу наручиоца;
 - 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 - 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
 - 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 - 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
 - 7) потпис подносиоца.
- Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
 - Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
 - Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
 - После доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о закључењу оквирног споразума и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен оквирни споразум, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени оквирни споразуми, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, потписана од стране овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

20) Обавештење да ће оквирни споразум бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Наручилац ће закључити оквирни споразум са изабраном понуђачем у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка бр. 4 овог упутства).

22) Средства финансијског обезбеђења

22.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

22.1.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- у случају да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или не достави финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума.

22.1.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- потребно је да понуђач у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.1.4 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

22.1.5 Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.6 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише оквирни споразум и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума.

22.2 Финансијска гаранција за добро извршење оквирног споразума

Понуђач је дужан да приликом потписивања Оквирног споразума наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума у висини од 10% вредности Оквирног споразума без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока важења Оквирног споразума, издату у форми:

- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- понуђач је дужан да приликом обостраног потписивања оквирног споразума, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити **потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда**.
- Наручилац ће реализовати достављену финансијску гаранцију уколико понуђач не извршава своје обавезе на начин предвиђен Оквирним споразумом.

22.3 Финансијска гаранција за добро извршење уговора

22.3.1 Добављач је дужан да, када буде позван на потписивање уговора о јавној набавци, на основу Оквирног споразума, чија финансијска вредност **прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а**, у року од 10 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење уговора у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.

22.3.2 Добављач је дужан да, када буде позван на потписивање уговора о јавној набавци, на основу Оквирног споразума, чија финансијска вредност **не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а**, у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора о јавној набавци (*уколико доставља банкарску гаранцију*), односно, приликом потписивања уговора (*уколико доставља бланко меницу*), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење уговора, у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани и од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење уговора достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке **потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда**.

22.3.3 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење уговора искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

- Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач коме је додељен оквирни споразум приступити закључењу оквирног споразума

Наручилац ће закључити оквирни споразум са понуђачем коме је додељен оквирни споразум у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач коме је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум са наручиоцем, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због

неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљом или личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије, Одсек административно-техничких послова /архива/,

за ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Београд, ул. Пастерова бр. 2

са назнаком: **Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА**

број А68/2020 – Медицинска пластика– НЕ ОТВАРАТИ.

30) Јавно отварање понуда

Наручилац ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у просторијама управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд – ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, и потпис овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника. Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци или оквирни споразум, након што му је уговор/споразум додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о закључењу оквирног споразума

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о закључењу оквирног споразума, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о закључењу оквирног споразума мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о закључењу оквирног споразума објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: _____

Прилог бр. 3

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Електронска адреса: _____

Телефон: _____

Шифра делатности: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Особа за контакт: _____

(попуњава понуђач)

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Медицинска пластика, и то:

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Јединица мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
				Цена по јединици мере без обрачунатог ПДВ-а	Вредност без обрачунатог ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7
1	Dren abdominalni silikonizirani (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 28 (okvirna potreba 10000kom.)	kom.	15 000			
	broj 30 (okvirna potreba 5000 kom.)					
2	Dren abdominalni 100% silikonski, sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 27-28(okvirna potreba 2000 kom.)	kom.	3 000			
	broj 30 (okvirna potreba 1000 kom.)					
3	Dren redon sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 14 (okvirna potreba 5000 kom.)	kom.	15 000			
	broj 16 (okvirna potreba 10000 kom.)					
4	Dren torakalni bez mandrene, PVC, CH od 16 do 36	kom.	5 000			
5	Dren torakalni sa aluminijumskim mandrenom, PVC, sa 4 bocna otvora, CH od 10 do 32	kom.	500			
6	T-dren, Kehr tip, od lateksa, sterilan, dužine 80cm, bočni kraci 2X5cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm Ch 9-24	kom.	200			
7	T-dren, Kehr tip, od silikolateksa, sterilan, dužine 50 cm, bočni kraci 2x8 cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm	kom.	100			
8	Kateter aspiracioni dužine preko 50 cm, mekane plastike, sa konektorom sa otvorom i čepom za kontrolu aspiracije prstom, zaobljenog vrha, sa dva mala simetrična bočna otvora (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	veličina 6(okvirna potreba 5000 kom.)	kom.	380 000			
	veličina 8 (okvirna potreba 5000 kom.)					
	veličina 10 (okvirna potreba 5000 kom.)					
	veličina 12 (okvirna potreba 30.000 kom.)					
	veličina 14 (okvirna potreba 100.000 kom.)					
	veličina 16 (okvirna potreba 150.000 kom.)					
	veličina 18 (okvirna potreba 80.000 kom.)					
	veličina 20 (okvirna potreba 5000 kom.)					
9	Kateter nazalni - Oksigen, neophodno je da duzina nazalnih nastavaka bude najmanje 2 cm (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 12 (okvirna potreba 7.000 kom.)	kom.	8 000			
	broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)					
10	Kateter Nelaton (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)	kom.	12 000			
	broj 8 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 10 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)					
	broj 14 (okvirna potreba 9500 kom.)					
11	Kateter rektalni (Okrvina struktura po veličinama, ode naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					

	broj 25 ili 26 (okvirna potreba 15000 kom.)	kom.	33 000			
	broj 28 (okvirna potreba 15000 kom.)					
	broj 30 ili 32 (okvirna potreba 3000 kom.)					
12	Kateter Foly (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 6 (okvirna potreba 300 kom.)	kom.	65 000			
	broj 8 (okvirna potreba 600 kom.)					
	broj 10 (okvirna potreba 100 kom.)					
	broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)					
	broj 14 (okvirna potreba 10.000 kom.)					
	broj 16 (okvirna potreba 30.000 kom.)					
	broj 18 (okvirna potreba 18.000 kom.)					
	broj 20 (okvirna potreba 4000 kom.)					
	broj 22 (okvirna potreba 1000 kom.)					
13	100% silikonski Foli kateter dvožilni od CH 14 do CH 22	kom.	2 500			
14	Kateter po Peceru od 20-34	kom.	650			
15	Kateter urinarni po Foley, silikonski, proziran, sa 2 puta, sa temperaturnom sondom tipa 400TM (Thermistor) (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	14 Fr (okvirna potreba 50 kom.)	kom.	100			
	16 Fr (okvirna potreba 50 kom.)					
16	Kateter Timan bez balona 10-18 Ch	kom.	1 500			
17	Kateter Timan sa balonom 16-22 Ch	kom.	800			
18	Kateter Mercie (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	veličina 8 (okvirna potreba 110 kom.)	kom.	250			
	veličina 10 (okvirna potreba 120 kom.)					
	veličina 12 (okvirna potreba 20 kom.)					
19	Set za kiseonik	kom.	23 000			
20	Nazalna oksigena kanila					
20/1	Nazalna oksigena kanila velicina 12	kom.	200			
20/2	Nazalna oksigena kanila-set, koji sadrzi:1.Crevo otporno na savijanje minimalne duzine 200cm, sa klizačem za podešavanje dižine creva na glavi pacijenta i levkastim konektorom mekane plastike unutrašnjeg dijametra 7 mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% i dužine 35mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% 2.Kanilu (crevo manjeg lumena sa anatomski dizajniranim dvokrakim nazalnim delom različitih veličina S, M, L)	kom.	20 000			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.20						
21	Drenažne posude					
21/1	Redivak boca - drenazna posuda sa vakuumom od 400 ml	kom.	5000			
21/2	Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 250 mL	kom.	100			
21/3	Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 500 mL	kom.	100			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.21						
22	Sonda za ishranu 4-10	kom.	25 000			
23	Sonda gastrična sa funnel konektorom i poklopcem (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)	kom.	20 000			
	broj 16 (okvirna potreba 9000 kom.)					
	broj 18 (okvirna potreba 9000 kom.)					
	broj 20 (okvirna potreba 1000 kom.)					
24	Sonda gastrična po Levinu 6 -10	kom.	1 000			
25	Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom (Murphy eye) veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 2.5 (okvirna potreba 200 kom.)	kom.	42 000			
	broj 3 (okvirna potreba 200 kom.)					
	broj 3.5 (okvirna potreba 200 kom.)					
	broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 4.5 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 5 (okvirna potreba 300 kom.)					

	broj 5.5 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 6.5 (okvirna potreba 1000 kom.)					
	broj 7 (okvirna potreba 5000 kom.)					
	broj 7.5 (okvirna potreba 10000 kom.)					
	broj 8 (okvirna potreba 10000 kom.)					
	broj 8.5 (okvirna potreba 13000 kom.)					
	broj 9 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 9.5 (okvirna potreba 200 kom.)					
26	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom					
26/1	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 35 (okvirna potreba 30 kom.)	kom.	400			
	broj 37 (okvirna potreba 220 kom.)					
	broj 39 (okvirna potreba 150 kom.)					
26/2	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)	kom.	20			
	broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)					
	broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)					
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.26						
27	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice					
27/1	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 35 (okvirna potreba 20 kom.)	kom.	100			
	broj 37 (okvirna potreba 60 kom.)					
	broj 39 (okvirna potreba 20 kom.)					
27/2	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)	kom.	20			
	broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)					
	broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)					
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.27						
28	Tubusi armirani endotrahealni 100% sa balonom silikonski veličina 2-9.5	kom.	200			
29	Nastavak za infuzionu pumpu Agilia Fresenius Kabi	kom.	300			
30	Armirani endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon, otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopaktno graduisan, Magili vrh. Veličine od 3,5 do 9,5					
	broj 3.5 , OD 5.8mm, dužine min 228mm	kom.	2 200			
	broj 4 , OD 6.3mm, dužine min 235mm					
	broj 4.5 , OD 6.8mm, dužine min 256mm					
	broj 5 , OD 7.3mm, dužine min 319mm					
	broj 5.5 , OD 7.8mm, dužine min 319mm					
	broj 6 , OD 8.4mm, dužine min 326mm					
	broj 6.5 , OD 9.0mm, dužine min 330mm					
	broj 7 , OD 9.6mm, dužine min 349mm					
	broj 7.5, OD 10.2mm, dužine min 353mm					
	broj 8 , OD 10.8mm, dužine min 360mm					
	broj 8.5 , OD 11.3mm, dužine min 384mm					
	broj 9 , OD 11.9mm, dužine min 393mm					
	broj 9.5, OD 12.4mm, dužine min 394mm					
31	Bezigleni konektori i nastavci					
31/1	Bezigleni konektor sa neutralnim deplasmanom, više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	14 000			

31/2	Jednolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasma, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	500			
31/3	Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasma, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	500			
31/4	Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasma, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	500			
31/5	Klin za bocu / kesu, ventilacioni sa antibakterijskim filterom 0.2microna sa beziglenim konektorom neutralnog deplasma, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	500			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.31						
32	Endotrahealni oral-nasal tubusi					
32/1	Tubus endotrahealni PVC sa balonom velikog lumena-malog pritiska i Murphyevim okom, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 3.5-10.0	kom.	4 000			
32/2	Tubus endotrahealni PVC bez balona, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 2-8	kom.	2 500			
32/3	Tubus endotrahealni armirani sa uvodjcem, PVC, sa balonom velikog lumena -malog pritiska i Marfijevim okom, RTG linijom, oral-nasal velicine od 3.5-9.5 Napomena : Dužine tubusa koje se traže treba da budu u rasponu dužina od 195mm do 400mm, odnosno za tubus I.D. 3,5- od 195mm do 230mm; I.D. 4- od 210mm do 240 mm; I.D. 4,5-od 230mm do 260mm; I.D. 5-od 250mm do 325 mm; I.D. 5,5- od 275mm do 325mm; I.D. 6-od 280mm do 330 mm; I.D. 6,5- od 295 mm do 335mm; I.D.7-od 305mm do 355mm; I.D.7,5-od 310mm do 360mm; I.D. 8-od 315mm do 365mm; I.D. 8,5- od 320mm do 390mm; I.D. 9-od 320mm do 400mm; I.D. 9,5- od 320mm do 400mm.	kom.	500			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.32						
33	Spinalna igla 19G duzine 88mm sa kristalnom prizmom i ergonomskim cvoristem za potrebe PET centra za separaciju radioaktivnih doza	kom.	400			
34	Sukcioni set Jankauer, bez drške, sa kanilom pod uglom, sa 4 otvora, PVC, latex-free, dužine 200 cm, crevo (tuba) spojena čvrsto sa kanilom (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	CH 25, kanila sa otvorom od 6 mm (okvirna potreba 1000 kom.)	kom.	8 000			
	CH 30, kanila sa otvorom 8 mm (okvirna potreba 7000 kom.)					
35	Set za sukciju Jankauer (Sistem se sastoji iz rebrastog creva i Jankauer kanile za sukciju, koji treba da budu fabricki spojeni; rebrasto crevo dužine 200 - 210 cm, sa univerzalnim levkastim gumenim konektorima na oba kraja; blago zakrivljena (savijena) kanila min.dužine 26cm sa otvorom 8x2mm na sredini za kontrolu sukcije prstom, ravan otvoren vrh sa 4 bočna otvora 2x2mm)dužine 200 - 210 cm sa polusavijenim kanilama (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 22 ili 25 (okvirna potreba 8500 kom.)	kom.	38 500			
	broj 30 (okvirna potreba 30000 kom.)					
36	Potrošni materijal za torakalnu drenažu					
36/1	Silikonski, okrugli, četvokanalni, kapilarni, radiopakni aksijalno uvijeni (spiralni) dren, sa mogućnošću okluzije i knikovanja kada je standardni dren pozicioniran u zakrivljenom plasmanu. Nastavak drena je od providnog silikona. Dimenzije 19 Fr i 24 Fr	kom.	400			
36/2	Četvorokanalni, pljosnati, silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm i 4x10mm	kom.	50			

36/3	Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm	kom.	800			
36/4	Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm	kom.	100			
36/5	Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm	kom.	800			
36/6	Trokomorni sistem za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2100ml, sa odvojivim jednim ili dva pacijent creva otporna na presavijanje sa konektorima za dren (drenove). Boca sadrži čep u slučaju korišćenja samo jednog pacijent creva. Boca ima jasno građuisane skale na komori za drenažni sadržaj (komora 1 zapremine 1100ml, komora 2 zapremine 1000ml), vodenu sigurnosnu valvulu, komoru za finu regulaciju vakuuma, valvulu za automatsku regulaciju pozitivnog pritiska, valvulu za otpuštanje negativnog pritiska, bezigleni port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada uz bolnički izvor vakuuma i gravitacijom.	kom.	250			
36/7	Dvokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2200ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu građuisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu, beziglen port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili gravitacijom.	kom.	200			
36/8	Staklena boca za drenazu 2000ml, sterilna	kom.	80			
36/9	Crevo drenazno sa cepom za staklene drenazne boce, sterilno, unutrašnji promer min 7,15 mm	kom.	200			
36/10	Jednokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2300ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu građuisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili bolničkim izvorom vakuuma.	kom.	100			
36/11	Drenažni set, sterilan, četvorokomorni sistem za jednokratnu upotrebu, sa dve drenažne tube i dve nezavisne drenazne komore ukupnog kapaciteta 2.400 ml (komore od 1370ml i 1030ml), sa automatskom valvulom za oslobađanje pozitivnog pritiska, ventilom sa filterom za oslobađanje negativnog pritiska, regulatorom jacinе sukcije, komorom - manometrom za određivanje intrapleuralnog pritiska, crevima sa integrisanim konektorom za konekciju sa grudnim drenom, plastičnim stalkom za pod i držačima za kačenje boce na krevet	kom.	50			
36/12	Valvula za pneumotoraks koja omogućava protok samo u jednom pravcu, sa dvostrukim konusnim konektorima za laku konekciju sa torakalnim drenom i sistemom za sakupljanje drenažnog sadržaja.	kom.	40			
36/13	Set za perkutanu drenažu/torakocentezu - vares igla sa sigurnosnim vrhom i luer lock priključkom za primarno pozicioniranje, sa dvostrukom jednosmernom valvulom, poliuretanski radiopakni, otporan na knikovanje, biokompatibilni i termosenzitivan kateter dužine 22cm, kesa za sakupljanje dreniranog sadržaja 12 Fr	kom.	50			
36/14	Dren od termosenzitivnog PVC-a bio i hemokompatibilan, sa aluminijumskim troakrom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2cm, integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 42cm, promera 24, 28 i 32 Fr.	kom.	100			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.36						

37	Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine najmanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se priključuje na sekundarni port u slučaju drenaže iz dva drena. Sekundarni port je zatvoren poklopcem na privesku, zaštićenim od slučajnog otvaranja, koji se otvara kada se drenaža vrši iz dva drena i ostaje priveskom vezan za drenažnu bocu tako da se njime, sekundarni port može ponovo zatvoriti. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva odeljka i samozaptivni port za uzimanje uzoraka iz prvog odeljka brizgalicom sa iglom $\leq 18G$ (1.30mm), zatim komoru za podvodnu drenažu i komoru za finu regulaciju sukcije sa portovima za regulaciju nivoa tečnosti u drugoj i trećoj komori. Sistem mora posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuuma (prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuuma, kao i grubi regulator vakuuma za sprečavanje prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu regulaciju sukcije	kom.	250			
38	Sterilna lulica od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60", pacijent konekcija 22M/15F i gumenom kapicom za sukciju	kom.	5 000			
39	Set za endoskopsko postavljanje gastrostome FR 15	kom.	100			
40	Sonda trolumenska jujunalna CH16/9, jejunalni deo je 9Fr, a dužina 150 cm	kom.	50			
41	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije I					
41/1	Sistem za infuziju sa vazдушnim 15 μm filterom na dnu komore i filterom, ne sadrži DEHP, za fotosenzibilne lekove	kom.	1 300			
41/2	Šljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3-1000 ml, 5 μm partikula filterom i 0,2 μm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja, sa integrisanom valvulom	kom.	3 200			
41/3	Infuzioni set za davanje citotoksičnih lekova bez PVC-a i DEHP-a sa integrisanim filterom od 0.2 μm	kom.	500			
41/4	Sistem za infuziju sa vazдушnim 15 μm filterom na dnu komore i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispuštanja sistema, ne sadrži DEHP	kom.	5 000			
41/5	Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a	kom.	300			
41/6	Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a za administraciju fotosenzitivnih lekova	kom.	100			
41/7	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa	kom.	200			
41/8	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekciona porta, bez PVC-a i latexa	kom.	100			
41/9	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM	kom.	100			
41/10	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM	kom.	100			
41/11	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa za administraciju fotosenzitivnih lekova kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM	kom.	100			
41/12	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa sa integrisanim filterom od 0.2 μm kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM	kom.	100			
41/13	Priključak za standardni luer lock špric sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje	kom.	800			
41/14	Priključak za bočicu sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje sa sterilnim mehanizmom za otklanjanje vazduha i zaštitnim filterom sa mogućnošću adsorpcije do 1.500 litara leka pri koncentraciji od 1000 ng/L i nastavkom za čepove bočica promera od 13mm ili 20mm	kom.	1300			
41/15	Nastavak za aplikaciju citotoksičnih lekova sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje; namenjen spajanju infuzione boce i priključka za špric	kom.	780			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.41						

42	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije II					
42/1	Protektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom	kom.	900			
42/2	Injektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka	kom.	600			
42/3	Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka	kom.	500			
42/4	Konektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka	kom.	50			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.42						
43	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije III					
43/1	Prikljucak za spric - Texium adaptor ili odgovarajuće	kom.	500			
43/2	Prikljucak za bocicu - Vented Vial Access Device ili odgovarajuće	kom.	1 000			
43/4	Set za spajanje - Connecting Set lock'n'go ili odgovarajuće	kom.	300			
43/5	Luer adapter s navojem	kom.	50			
43/6	Nastavak za aplikaciju	kom.	300			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.43						
44	Sistem za uzorkovanje urina					
44/1	Zatamnjeni kontejner za 24h urin, graduisan, zapremine 3L, sa integrisanom iglom u zatvaraču	kom.	6 000			
44/2	Vakuum epruveta urinska bez aditiva, sa oblim dnom i hemogard zatvaračem 11 ml	kom.	200			
44/3	Vakuum epruveta urinska sa konzervansom-hlorheksidin, etilparaben i natrijum propionat (stabilnost uzorka 72h) za hemijski pregled urina 8 ml	kom.	100			
44/4	Adapter za prenos urina sa slamčicom	kom.	100			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.44						
45	Pedijatrijske traheostomske kanile					
45/1	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 2.5, I.D.2.5 MM, O.D.4.2 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	10			
45/2	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.0, I.D.3.0 MM, O.D.4.8 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	10			
45/3	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.5, I.D.3.5 MM, O.D.5.4 MM, duzine 40 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	10			
45/4	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.0, I.D.4.0 MM, O.D.6.0 MM, duzine 41 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	40			
45/5	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.5, I.D.4.5 MM, O.D.6.7 MM, duzine 42 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	40			
45/6	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.0, I.D.5.0 MM, O.D.7.3 MM, duzine 44 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	40			
45/7	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.5, I.D.5.5 MM, O.D.7.9 MM, duzine 46 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	40			

Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.45						
46	Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom. Integrirani rotirajući 15 mm konektor. Valvula za Luer i Luer-lock vrhove šprica. Otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja, u setu sa trakom za vrat i uvodnikom, veličine 6-10.0mm.	kom.	1 500			
47	Armirona kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela					
47/1	Armirona kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kaфом trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 93mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 7, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom	kom.	80			
47/2	Armirona kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kaфом trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 95mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 8, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom	kom.	80			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.47						
48	Specificni armirani endotrahealni tubusi sa kaфом sa dozvoljenim odstupanjem +/-10% za potrebe Centra za anesteziju					
48/1	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,0mm; O.D. do 9.6mm,duzine 340 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7, sterilan	kom.	200			
48/2	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,5mm; O.D. do 10.2mm,duzine 350 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7.5, sterilan	kom.	200			
48/3	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,0mm; O.D. do 10.8mm,duzine 360 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8, sterilan	kom.	200			
48/4	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,5mm; O.D. do 11.5mm,duzine 365 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8.5, sterilan.	kom.	200			
Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.48						
49	Enema set za klistiranje sadrži kesu za klistiranje, zatvarač-otvarač, kateter, nepromočivu pelenu, glicerinski sapun, lubrikant i rukavicu	kom.	5 000			
50	Vodič za reintubaciju (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 2.5, duzine 700 mm (okvirna potreba 10)	kom.	20			
	broj 6, duzine 830 mm (okvirana količina 10)					
51	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm	kom.	50			
52	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm	kom.	100			
53	Set za sukciju mukusa pedijatrijski veličine 6 i 8	kom.	14 000			
54	Set za trahealnu sukciju sa mogucnoscu uzimanja uzorka	kom.	6 000			
55	Igla 0.4x20mm PVC	kom.	4 000			

56	Umbilikarni kateter (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)	kom.	1 200			
	broj 6 (okvirna potreba 600 kom.)					
	broj 8 (okvirna potreba 300 kom.)					
57	Applix Smart/Vision Pump set easy bag ili odgovarajuće	kom.	300			
58	Gravi Set easy bag ili odgovarajuće	kom.	300			
Укупна вредност понуђених партија без обрачунатог ПДВ-а						
ПДВ ____% (уписати стопу)						
Укупна вредност понуђених партија са обрачунатим ПДВ-ом						

НАПОМЕНА: Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе наручиоца и то за период од 2 (две) године. Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба наручиоца и може да се разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији.

РОК ИСПОРУКЕ:	_____ сата/и од пријема захтева наручиоца.
----------------------	--

Напомена: Наручилац захтева да испорука буде sukcesivna, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема захтева наручиоца.

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:	Испорука добара вршиће се према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:	Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.
РОК ПЛАЋАЊА:	Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	_____ дан/а од дана отварања понуде

Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:	
CASSA SCONTO:	За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
	За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
	За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%

Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.

ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

(обавезно заокружити начин подношења понуде)

1. Самостално

2. Са подизвођачем

_____ (уписати основне податке о подизвођачу)

3. Као заједничку понуду

_____ (уписати основне податке о заједничким понуђачима)

Потпис овлашћеног лица
понуђача

_____ (име и презиме)

Напомена наручиоца:

Ради ефикаснијег, бржег уноса података и евентуалног избегавања рачунских и техничких грешака, наручилац обавештава понуђаче да на интернет страници наручиоца www.kcs.ac.rs, **ЈАВНЕ НАБАВКЕ**, могу преузети табелу из прилога бр. 2 Оквирног споразума конкурсне документације „**МОДЕЛ УГОВОРА**», у који ће уносити захтеване податке.

Овако попуњени прилог, понуђачи треба да сними на CD и доставе у истој коверти са понудом.

Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације.

Пожељно је да приликом попуњавања конкурсне документације приложи 3, 6, 7 и 8 буду у Word формату (избегавање ручног уношења података).

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		
Проценат учешћа подизвођача у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица понуђача

(име и презиме)

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица понуђача

 име и презиме

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред. бр.	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за правно лице: - Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: - Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе, односно уверење надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
4.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење о дозволи за бављење прометом на велико понуђених медицинских средстава или решење о дозволи производње оба донета од стране Министарства здравља РС.					
5.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, као и да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике. Доказ: Изјава потписана од стране овлашћеног лица понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона (прилог бр. 5б).					
6.	Услов: Да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима стандарда ISO9001. Доказ: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави важећи сертификат ISO9001 за понуђача.					

7.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. Докази: 1) Уговор закључен са произвођачем <u>или</u> овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача или представништва произвођача или ексклузивног заступника на територији РС или носиоца уписа у регистар медицинских средстава код АЛИМС-а. Напомене: <u>1. Уколико је понуђач уједно и произвођач, не доставља доказе захтеване тачком 1).</u> <u>2. Уколико је понуђач носилац уписа у регистар медицинских средстава, није у обавези да достави уговор или овлашћење.</u> 2) Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће од дана отварања понуда, за све време трајања стручне оцене понуда, као и до коначне реализације оквирног споразума поседовати најмање 10% понуђених количина добара, <u>са тачно назначеном адресом магацина на којој се налазе потребне количине и радним временом магацина.</u> Напомена: 1. Наручилац задржава право да изврши контролу захтеваних количина у радно време наведено у изјави, на адреси коју је понуђач навео у изјави. Пре спровођења контроле, наручилац ће најкасније 24 сата пре вршења контроле путем факса или електронске поште упутити обавештење, у којем ће понуђача обавестити о тачном <u>датуму и времену</u> вршења контроле. <u>Понуђач је дужан да потврди пријем обавештења, а уколико одбије да потврди пријем или потврди пријем али не омогући наручиоцу да изврши контролу, што ће се записнички констатовати, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.</u> Приликом вршења контроле, комисија ће записнички констатовати затечене количине добара које су предмет контроле. Наведени записник ће бити потписан од стране чланова комисије наручиоца и присутног, овлашћеног лица понуђача. Уколико се приликом извршене контроле утврди да понуђач не поседује на наведеној адреси захтеване минималне количине добара, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наведена контрола се спроводи као предуслов гаранције уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке, а у фази стручне оцене понуда.					
----	--	--	--	--	--	--

Напомена:

- Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа** као, на пример:
 - извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
- Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4).**

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.
- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до закључења оквирног споразума односно током важења оквирног споразума, и да је документује на прописани начин.**
- Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4) и услов из чл. 75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Потпис овлашћеног лица понуђача

(име и презиме)

У складу са одредбом члана 26. Закона, _____ даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара – **Медицинска пластика**, ЈН бр. **A68/2020**, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена, и потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у отвореном поступку јавне набавке добара – **Медицинска пластика**, ЈН бр. **A68/2020**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**Медицинска пластика****Број јавне набавке: А68/2020***(Понуђач попуњава и потписује модел оквирног споразума,
чиме потврђује да се слаже са моделом споразума)*

Овај оквирни споразум је закључен између:

1

.....
.....
(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун:

Тел/факс:

Електронска адреса:

(у даљем тексту: **ДОБАВЉАЧ**)

и

2 **Клинички центар Србије** – Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа в. д. директора, проф. др Милика Ашанин;

Шифра делатности: 85110;

Регистарски број: 01607089503;

Матични број: 07089503;

ПИБ: 100118429;

Текући рачун: 840-667667-80;

Тел/факс: 011/2656-473, 011/2685-579;

(у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**)

Даље у тексту под заједничким називом „Стране” или појединачно „Страна”

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

- да је наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке добара – **Медицинска пластика**, бр. **А68/2020**, обликован по партијама, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од 2 (две) године;
- да је наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између наручиоца и добављача;
- да је добављач доставио понуду бр. од, која је дата у прилогу 1. овог оквирног споразума (у даљем тексту: **понуда добављача**);
- да овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној набавци;
- да обавеза настаје потписивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума;
- да су овим оквирним споразумом одређени сви услови за закључење уговора о јавној набавци добара;
- да се појединачни уговор о јавној набавци добара закључује под условима из овог оквирног споразума;

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**Члан 1.**

Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара – **Медицинска пластика** (у даљем тексту: медицинска средства), између наручиоца и добављача, у свему према конкурсnoj документацији за ЈН бр. **А68/2020**, понуди добављача, као и условима Оквирног споразума.

Добра која су предмет овог споразума су: **Медицинска пластика**, а у свему у складу са понудом добављача у прилогу број 1. овог споразума.

Добра која су предмет овог споразума су:

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Вредност партије без ПДВ-а за 2 (две) године

(Наручилац уноси податке: број партије, назив партије, вредност партије без ПДВ-а за 2 (две) године, а у свему у складу са понудом добављача из прилога бр. 1. овог споразума).

Обим набавки, односно количине добара која су предмет овог оквирног споразума зависе од потреба Наручиоца, као и од износа финансијских средстава. С тим у вези, количине наведене у прилогу 3. конкурсне документације информативне су природе и не представљају обавезну количину добара коју је наручилац дужан да уговори, нити је наручилац одговоран за штету коју добављач трпи због уговарања мањих количина од количина предвиђених прилогом број 3. конкурсне документације.

Прилози:

Прилог 1: Понуда Добављача бр.

Прилог 2: Модел Уговора о јавној набавци

Прилог 3: Модел меничног овлашћења за добро извршење оквирног споразума

Прилог 4: Модел меничног овлашћења за добро извршење уговора

Прилози 1-4, чине саставни и обавезујући део Оквирног споразума.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

Члан 2.

Наручилац је дужан:

1) Правовремено обавештава добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

Добављач је дужан да:

- 1) На писани позив наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;
- 2) Да за потребе снабдевања наручиоца обезбеди количине предвиђене појединачним уговорима;
- 3) Извршава уговорне обавезе према наручиоцу у складу са преузетим обавезама, у уговореним роковима;
- 4) Одмах по сазнању, писаним путем, обавести наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снабдевање наручиоца;
- 5) Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Оквирни споразум се закључује на период од **2 (две) године**, а ступа на снагу даном потписивања Оквирног споразума од стране овлашћених представника страна.

Током периода важења овог оквирног споразума, наручилац у зависности од својих стварних потреба, може закључити са добављачем један или више појединачних уговора о јавној набавци.

Оквирни споразум ће престати да важи и раније уколико вредност на коју је закључен буде реализована пре предвиђеног рока трајања оквирног споразума, с тим што оквирне количине наведне у спецификацији наручиоца могу бити и веће, а до укупног износа одобрених новчаних средстава за предметну набавку.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 4.

Вредност оквирног споразума износи динара без обрачунатог ПДВ-а.

(Наручилац уписује процењену вредност партије/а за две године важења оквирног споразума).

Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прихваћених понуда добављача. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Након ступању на снагу оквирног споразума, када настане потреба за предметом набавке, наручилац ће упутити позив добављачу, за закључење уговора о јавној набавци, путем поште, електронске поште или факсом.

Модел уговора о јавној набавци дат је у Прилогу 2. овог оквирног споразума.

Добављач је дужан да се у року од 5 дана од дана пријема позива, одазове позиву за закључење појединачног уговора.

Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и количину медицинских средства која наручује, као и укупну вредност уговора о јавној набавци, према јединичним ценама датим у прилогу бр. 1 Оквирног споразума.

Јединичне цене наведене у оквирном споразуму су исказане у динарима и фиксне су за период важења Оквирног споразума.

Количина медицинских средстава је оквирна за све време важења овог оквирног споразума.

Појединачни уговор о јавној набавци ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених представника страна.

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума, морају се закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике Србије и подзаконским актима.

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени добављачу, а плаћање одложено на штету добављача све док се не достави исправан рачун.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 7.

Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручују се на паритету ф-цо магацин наручиоца.

Добра се испоручују у уговореним количинама, сукцесивно, по потреби наручиоца, у року одсата од пријема писаног захтева наручиоца.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 8.

Добављач је дужан да приликом обостраног потписивања оквирног споразума наручиоцу достави **бланко меницу** за добро извршење оквирног споразума у висини од 10% вредности оквирног споразума без обрачуног ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења оквирног споразума.

Модел меничног овлашћења за добро извршење Оквирног споразума дат је у Прилогу 3. Оквирног споразума. Наручилац ће реализовати дату меницу уколико добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен Оквирним споразумом.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење оквирног споразума буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење оквирног споразума у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела оквирног споразума без обрачуног ПДВ-а.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 9.

Добављач је дужан да, по потписивању сваког појединачног уговора о јавној набавци, чија финансијска вредност **прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачуног ПДВ-а**, у року од 10 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење уговора у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачуног ПДВ-а са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.

Добављач је дужан да, по потписивању сваког појединачног уговора о јавној набавци чија финансијска вредност **не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачуног ПДВ-а**, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију), односно, приликом потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење уговора, у висини од 10% од уговорене вредности без обрачуног ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење уговора достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

Финансијска гаранција се реализује уколико добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен појединачним уговором.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење уговора буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за

добро извршење уговора, у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а.

ПАКОВАЊЕ

Члан 10.

Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 11.

Квантитативни пријем ће се вршити провером по ставкама из отпремнице.

Добављач испоручује медицинска средства уз отпремницу/рачун која мора да садржи број уговора, као и назив медицинског средства из прилога 1. Оквирног споразума.

Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених медицинских средстава у односу на отпремницу/фактуру констатоваће се посебним комисијским записником који потписује комисија наручиоца и представник добављача.

Добављач се обавезује да у року не дужем од 24 (двадесетчетири) сата отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Ако добављач у року од 24 (двадесетчетири) сата не отклони недостатке код медицинских средстава или се исти понове, дужан је да неисправна добра замени новим.

КВАЛИТЕТ

Члан 12.

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о медицинским средствима, и другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област.

Добављач гарантује да је испоручено медицинско средство ново, из текуће производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог оквирног споразума.

У случају основане сумње у квалитет испоручених медицинских средстава, наручилац има право да затражи проверу квалитета од стране надлежне институције на основу Закона о медицинским средствима и подзаконског акта који прописује начин контроле квалитета медицинских средстава, а на терет добављача.

Уколико се у поступку контроле квалитета утврди да медицинска средства не одговарају стандарду квалитета, о чему надлежна институција издаје сертификат анализе са црвеном линијом, у складу са Законом о медицинским средствима и подзаконским актом који прописује начин контроле квалитета медицинских средстава, добављач се обавезује да, у року од 7 (седам) дана од дана издавања сертификата анализе, испоручена медицинска средства која не одговарају стандарду квалитета замени новим медицинским средствима друге серије.

У случају да надлежна институција у поступку ванредне контроле других серија истог медицинског средства утврди, укупно за три серије медицинског средства исто одступање од стандарда квалитета, које је наведено у сертификату из претходног става, наручилац може да раскине оквирни споразум и појединачни уговор достављањем писаног обавештења добављачу, а може и да одбије понуде, које добављач поднесе, као понуђач, у наредним поступцима јавних набавки за исти предмет јавне набавке (негативне референце), у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.

Медицинска средства која се испоручују морају бити прописно упакована, са роком употребе који не може бити краћи од 60% укупног произвођачког рока употребе рачунајући од дана испоруке.

Наручилац ће приликом пријема медицинских средстава, упоредити узорак достављен уз понуду, уколико је исти захтеван, са испорученим медицинским средством. Уколико добављач испоручи добро које се разликује у односу на достављени узорак, неће бити извршен пријем медицинских средстава.

Ако се након пријема медицинских средстава утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом медицинских средстава приликом њиховог пријема (скривени недостатак), наручилац ће послати добављачу писану рекламацију.

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда наручиоцу друго добро без недостатака.

Рок за решавање рекламације је 24 (двадесетчетири) сата од пријема писане рекламације наручиоца.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења Оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза страна, оправдано ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Као виша сила могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом.

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 14.

Овај споразум ступа на снагу и почиње да се примењује даном обостраног потписивања споразума и важи до реализације вредности оквирног споразума, а не дужи од **2 (две)** године од дана обостраног потписивања споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Свака страна незадовољна испуњењем обавеза друге стране из Оквирног споразума може захтевати раскид, у целости или за поједину партију, под условом да је своје обавезе у потпуности и благовремено извршила. Страна која жели да раскине оквирни споразум, обавезује се да претходно другој страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид оквирног споразума и да јој остави примерен рок од **2 (два)** дана за испуњење обавеза. Уколико друга страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, оквирни споразум ће се раскинути.

Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим уколико наручилац, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи другачије.

Наручилац може да раскине Оквирни споразум достављањем писаног обавештења добављачу у случају да медицинска средства не одговарају стандарду квалитета, у складу са чланом 12. став 5. овог оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 16.

Стране сагласно констатују да је измена овог оквирног споразума могућа у односу на каталожке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожних бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.

У случају наступања горе наведених разлога, наручилац и добављач ће закључити анекс оквирног споразума.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

БРОЈ ПРИМЕРАКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.

Оквирни споразум је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују **2 (два)** примерка, док наручилац задржава **3 (три)** примерка.

Сваки уредно потписан примерак овог оквирног споразума има значење оригинала и производи подједнако правно дејство.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

НАПОМЕНА:

Понуђач је у обавези да попуни и потпише овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да буде позван на закључење оквирног споразума, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне документације.

Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са добављачима.

Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, према броју добављача (**3 или мање**) и слично.

и
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Медицинска пластика

Број јавне набавке: **A68/2020**

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд, године

1. -

(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које заступа)

Шифра делатности:;
 Матични број:;
 ПИБ:;
 Текући рачун:;
 Тел/факс:;
 Електронска адреса:.....;
 (у даљем тексту овог уговора: **ДОБАВЉАЧ**)

и

2. Клинички центар Србије – Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа в.д. директора, проф. др Милика Ашанин;

Шифра делатности: 85110;
 Регистарски број: 01607089503;
 Матични број: 07089503;
 ПИБ:100118429;
 Текући рачун: 840-667667-80;
 Тел/факс: 011/2656 473; 011/2685 579;
 (у даљем тексту овог уговора: **НАРУЧИЛАЦ**)

Заједнички назив за потписнике овог уговора: **УГОВОРНЕ СТРАНЕ**

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА Медицинска пластика

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

1.1. Предмет овог уговора је купопродаја добара – Медицинска пластика, и то:

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Јединица мере	Количина	НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА све осим колона „Вредност динара без ПДВ-а“ и „Количина“					
				Каталошки број	Заштитено име – комерцијални назив/произвођач – земља покла	Паковање	Цена по јединици мере без обрачунаог ПДВ-а	Вредност без обрачунаог ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4				5	6	7
1	Dren abdominalni silikonizirani (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 28 (okvirna potreba 10000kom.)	kom.	/					/	
	broj 30 (okvirna potreba 5000 kom.)								
2	Dren abdominalni 100% silikoniski, sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 27-28(okvirna potreba 2000 kom.)	kom.	/					/	
	broj 30 (okvirna potreba 1000 kom.)								
3	Dren redon sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 14 (okvirna potreba 5000 kom.)	kom.	/					/	
	broj 16 (okvirna potreba 10000 kom.)								
4	Dren torakalni bez mandrene, PVC, CH od 16 do 36	kom.	/					/	
5	Dren torakalni sa aluminijumskim mandrenom, PVC, sa 4 bocna otvora, CH od 10 do 32	kom.	/					/	
6	T-dren, Kehr tip, od lateksa, sterilan, dužine 80cm, bočni kraci 2X5cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm Ch 9-24	kom.	/					/	
7	T-dren, Kehr tip, od silikolateksa, sterilan, dužine 50 cm, bočni kraci 2x8 cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm	kom.	/					/	
8	Kateter aspiracioni dužine preko 50 cm, mekane plastike, sa konektorom sa otvorom i čepom za kontrolu aspiracije prstom, zaobljenog vrha, sa dva mala simetrična bočna otvora (Okrvina struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	veličina 6(okvirna potreba 5000 kom.)	kom.	/					/	
	veličina 8 (okvirna potreba 5000 kom.)								
	veličina 10 (okvirna potreba 5000 kom.)								
	veličina 12 (okvirna potreba 30.000 kom.)								
	veličina 14 (okvirna potreba 100.000 kom.)								
	veličina 16 (okvirna potreba 150.000 kom.)								
	veličina 18 (okvirna potreba 80.000 kom.)								

	veličina 20 (okvirna potreba 5000 kom.)								
/9	Kateter nazalni - Oksigen, neophodno je da dužina nazalnih nastavaka bude najmanje 2 cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 12 (okvirna potreba 7.000 kom.)	kom.	/					/	
	broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)								
10	Kateter Nelaton (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)	kom.	/					/	
	broj 8 (okvirna potreba 500 kom.)								
	broj 10 (okvirna potreba 500 kom.)								
	broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)								
	broj 14 (okvirna potreba 9500 kom.)								
11	Kateter rektalni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 25 ili 26 (okvirna potreba 15000 kom.)	kom.	/					/	
	broj 28 (okvirna potreba 15000 kom.)								
	broj 30 ili 32 (okvirna potreba 3000 kom.)								
12	Kateter Foly (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 6 (okvirna potreba 300 kom.)	kom.	/					/	
	broj 8 (okvirna potreba 600 kom.)								
	broj 10 (okvirna potreba 100 kom.)								
	broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)								
	broj 14 (okvirna potreba 10.000 kom.)								
	broj 16 (okvirna potreba 30.000 kom.)								
	broj 18 (okvirna potreba 18.000 kom.)								
	broj 20 (okvirna potreba 4000 kom.)								
	broj 22 (okvirna potreba 1000 kom.)								
13	100% silikonski Foli kateter dvožilni od CH 14 do CH 22	kom.	/					/	
14	Kateter po Peceru od 20-34	kom.	/					/	
15	Kateter urinarni po Foley, silikonski, proziran, sa 2 puta, sa temperaturnom sondom tipa 400TM (Thermistor) (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	14 Fr (okvirna potreba 50 kom.)	kom.	/					/	
	16 Fr (okvirna potreba 50 kom.)								
16	Kateter Timan bez balona 10-18 Ch	kom.	/					/	
17	Kateter Timan sa balonom 16-22 Ch	kom.	/					/	
18	Kateter Mercie (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	veličina 8 (okvirna potreba 110 kom.)	kom.	/					/	
	veličina 10 (okvirna potreba 120 kom.)								
	veličina 12 (okvirna potreba 20 kom.)								
19	Set za kiseonik	kom.	/					/	
20	Nazalna oksigena kanila								
20/1	Nazalna oksigena kanila velicina 12	kom.	/						
20/2	Nazalna oksigena kanila-set, koji sadrzi:1.Crevo otporno na savijanje minimalne duzine 200cm, sa klizačem za podešavanje dižine creva na glavi pacijenta i levkastim konektorom mekane plastike unutrašnjeg dijametra 7 mm sa dozvoljenim odstupanjem +/- 5% i dužine 35mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% 2.Kanilu (crevo manjeg lumena sa anatomski dizajniranim dvokrakim nazalnim delom različitih veličina S, M, L)	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.20							/		
21	Drenažne posude								
21/1	Redivak boca - drenazna posuda sa vakuumom od 400 ml	kom.	/					/	
21/2	Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 250 mL	kom.	/					/	

21/3	Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 500 mL	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.21							/		
22	Sonda za ishranu 4-10	kom.	/					/	
23	Sonda gastrična sa funnel konektorom i poklopcem (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)	kom.	/					/	
	broj 16 (okvirna potreba 9000 kom.)								
	broj 18 (okvirna potreba 9000 kom.)								
	broj 20 (okvirna potreba 1000 kom.)								
24	Sonda gastrična po Levinu 6 -10	kom.	/					/	
25	Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom (Murphy eye) veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 2.5 (okvirna potreba 200 kom.)	kom.	/					/	
	broj 3 (okvirna potreba 200 kom.)								
	broj 3.5 (okvirna potreba 200 kom.)								
	broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)								
	broj 4.5 (okvirna potreba 300 kom.)								
	broj 5 (okvirna potreba 300 kom.)								
	broj 5.5 (okvirna potreba 300 kom.)								
	broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)								
	broj 6.5 (okvirna potreba 1000 kom.)								
	broj 7 (okvirna potreba 5000 kom.)								
	broj 7.5 (okvirna potreba 10000 kom.)								
	broj 8 (okvirna potreba 10000 kom.)								
	broj 8.5 (okvirna potreba 13000 kom.)								
	broj 9 (okvirna potreba 500 kom.)								
	broj 9.5 (okvirna potreba 200 kom.)								
26	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom								
26/1	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 35 (okvirna potreba 30 kom.)	kom.	/					/	
	broj 37 (okvirna potreba 220 kom.)								
	broj 39 (okvirna potreba 150 kom.)								
26/2	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)	kom.	/					/	
	broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)								
	broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)								
Укупна вредност за партију бр.26							/		
27	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice								
27/1	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 35 (okvirna potreba 20 kom.)	kom.	/					/	
	broj 37 (okvirna potreba 60 kom.)								
	broj 39 (okvirna potreba 20 kom.)								
27/2	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)								
	broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)	kom.	/					/	
	broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)								
	broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)								
Укупна вредност за партију бр.27							/		
28	Tubusi armirani endotrahealni 100% sa balonom silikonski veličina 2-9.5	kom.	/					/	
29	Nastavak za infuzionu pumpu Agilia Fresenius Kabi	kom.	/					/	
30	Armirani endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon, otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopaktno građuisan, Magili vrh. Veličine od 3,5 do 9,5								
	broj 3.5 , OD 5.8mm, dužine min 228mm	kom.	/					/	
	broj 4 , OD 6.3mm, dužine min 235mm								
	broj 4.5 . OD 6.8mm. dužine min								

	256mm								
	broj 5 , OD 7.3mm, dužine min 319mm								
	broj 5.5 , OD 7.8mm, dužine min 319mm								
	broj 6 , OD 8.4mm, dužine min 326mm								
	broj 6.5 , OD 9.0mm, dužine min 330mm								
	broj 7 , OD 9.6mm, dužine min 349mm								
	broj 7.5, OD 10.2mm, dužine min 353mm								
	broj 8 , OD 10.8mm, dužine min 360mm								
	broj 8.5 , OD 11.3mm, dužine min 384mm								
	broj 9 , OD 11.9mm, dužine min 393mm								
	broj 9.5, OD 12.4mm, dužine min 394mm								
31	Beziglieni konektori i nastavci								
31/1	Beziglieni konektor sa neutralnim deplasmanom, više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	/					/	
31/2	Jednolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana,sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	/					/	
31/3	Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	/					/	
31/4	Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	/					/	
31/5	Klin za bocu / kesu, ventilacioni sa antibakterijskim filterom 0.2microna sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.31							/		
32	Endotrahealni oral-nasal tubusi /								
32/1	Tubus endotrahealni PVC sa balonom velikog lumena-malog pritiska i Murphyevim okom, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 3.5-10.0	kom.	/					/	
32/2	Tubus endotrahealni PVC bez balona, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 2-8	kom.	/					/	

32/3	Tubus endotrahealni armirani sa uvodjacom, PVC, sa balonom velikog lumena -malog pritiska i Marfijevim okom, RTG linijom, oral-nasal velicine od 3.5-9.5 Napomena : Dužine tubusa koje se traže treba da budu u rasponu dužina od 195mm do 400mm, odnosno za tubus I.D. 3,5- od 195mm do 230mm; I.D. 4- od 210mm do 240 mm; I.D. 4,5-od 230mm do 260mm; I.D. 5-od 250mm do 325 mm; I.D. 5,5- od 275mm do 325mm; I.D. 6-od 280mm do 330 mm; I.D. 6,5- od 295 mm do 335mm; I.D.7-od 305mm do 355mm; I.D.7,5-od 310mm do 360mm; I.D. 8-od 315mm do 365mm; I.D. 8,5- od 320mm do 390mm; I.D. 9-od 320mm do 400mm; I.D. 9,5- od 320mm do 400mm.	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.32									
33	Spinalna igla 19G duzine 88mm sa kristalnom prizmom i ergonomskim cvoristem za potrebe PET centra za separaciju radioaktivnih doza	kom.	/					/	
34	Sukcioni set Jankauer, bez drške, sa kanilom pod uglom, sa 4 otvora, PVC, latex-free, dužine 200 cm, crevo (tuba) spojena čvrsto sa kanilom (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)	kom.	/					/	
	CH 25, kanila sa otvorom od 6 mm (okvirna potreba 1000 kom.)								
	CH 30, kanila sa otvorom 8 mm (okvirna potreba 7000 kom.)								
35	Set za sukciju Jankauer (Sistem se sastoji iz rebrastog creva i Jankauer kanile za sukciju, koji treba da budu fabrički spojeni; rebrasto crevo dužine 200 - 210 cm, sa univerzalnim levkastim gumenim konektorima na oba kraja; blago zakrivljena (savijena) kanila min.dužine 26cm sa otvorom 8x2mm na sredini za kontrolu sukcije prstom, ravan otvoren vrh sa 4 bočna otvora 2x2mm)dužine 200 - 210 cm sa polusavijenim kanilama (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)	kom.	/					/	
	broj 22 ili 25 (okvirna potreba 8500 kom.)								
	broj 30 (okvirna potreba 30000 kom.)								
36	Potrošni materijal za torakalnu drenažu								
36/1	Silikonski, okrugli, četvokanalni, kapilarni, radiopakni aksijalno uvijeni (spiralni) dren, sa mogućnošću okluzije i knikovanja kada je standardni dren pozicioniran u zakrivljenom plasmanu. Nastavak drena je od providnog silikona. Dimenzije 19 Fr i 24 Fr	kom.	/					/	
36/2	Četvorokanalni, pljosnati, silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm i 4x10mm	kom.	/					/	
36/3	Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm	kom.	/					/	
36/4	Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm	kom.	/					/	
36/5	Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm	kom.	/					/	
36/6	Trokomorni sistem za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2100ml, sa odvojivim jednim ili dva pacijent creva otporna na presavijanje sa konektorima za dren (drenove). Boca sadrži čep u slučaju korišćenja samo jednog pacijent creva. Boca ima jasno građuisane skale na komori za drenažni sadržaj (komora 1 zapremine 1100ml, komora 2 zapremine 1000ml), vodenu sigurnosnu valvulu, komoru za finu regulaciju vakuuma, valvulu za	kom.	/					/	

	automatsku regulaciju pozitivnog pritiska, valvulu za otpuštanje negativnog pritiska, bezigleni port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada uz bolnički izvor vakuuma i gravitacijom.								
36/7	Dvokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2200ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu građisanu skal i vodenu sigurnosnu valvulu, beziglen port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili gravitacijom.	kom.	/					/	
36/8	Staklena boca za drenazu 2000ml, sterilna	kom.	/					/	
36/9	Crevo drenazno sa cepom za staklene drenazne boce, sterilno, unutrašnji promer min 7,15 mm	kom.	/					/	
36/10	Jednokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2300ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu građisanu skal i vodenu sigurnosnu valvulu. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili bolničkim izvorom vakuuma.	kom.	/					/	
36/11	Drenažni set, sterilan, četvorokomorni sistem za jednokratnu upotrebu, sa dve drenažne tube i dve nezavisne drenazne komore ukupnog kapaciteta 2.400 ml (komore od 1370ml i 1030ml), sa automatskom valvulom za oslobađanje pozitivnog pritiska, ventilom sa filterom za oslobađanje negativnog pritiska, regulatorom jacine sukcije, komorom - manometrom za određivanje intrapleuralnog pritiska, crevima sa integrisanim konektorom za konekciju sa grudnim drenom, plastičnim stalkom za pod i držačima za kačenje boce na krevet	kom.	/					/	
36/12	Valvula za pneumotoraks koja omogućava protok samo u jednom pravcu, sa dvostrukim konusnim konektorima za laku konekciju sa torakalnim drenom i sistemom za sakupljanje drenažnog sadržaja.	kom.	/					/	
36/13	Set za perkutanu drenažu/torakocentezu - vares igla sa sigurnosnim vrhom i luer lock priključkom za primarno pozicioniranje, sa dvostrukom jednosmernom valvulom, poliuretanski radiopakni, otporan na knikovanje, biokompatibilni i termosenzitivan kateter dužine 22cm, kesa za sakupljanje dreniranog sadržaja 12 Fr	kom.	/					/	
36/14	Dren od termosenzitivnog PVC-a bio i hemokompatibilan, sa aluminijumskim troakrom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2cm, integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 42cm, promera 24, 28 i 32 Fr.	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.36								/	

37	Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine najmanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se priključuje na sekundarni port u slučaju drenaže iz dva drena. Sekundarni port je zatvoren poklopcem na privesku, zaštićenim od slučajnog otvaranja, koji se otvara kada se drenaža vrši iz dva drena i ostaje priveskom vezan za drenažnu bocu tako da se njime, sekundarni port može ponovo zatvoriti. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva odeljka i samozaptivni port za uzimanje uzoraka iz prvog odeljka brizgalicom sa iglom ≤18G (1.30mm), zatim komoru za podvodnu drenažu i komoru za finu regulaciju sukcije sa portovima za regulaciju nivoa tečnosti u drugoj i trećoj komori. Sistem mora posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuumu (prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuumu, kao i grubi regulator vakuumu za sprečavanje prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu regulaciju sukcije	kom.	/					/	
38	Sterilna lulica od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60", pacijent konekcija 22M/15F i gumenom kapičom za sukciju	kom.	/					/	
39	Set za endoskopsko postavljanje gastrostome FR 15	kom.	/					/	
40	Sonda trolumenska jujunalna CH16/9, jejunalni deo je 9Fr, a dužina 150 cm	kom.	/					/	
41	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije I								
41/1	Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 µm filterom na dnu komore i filterom, ne sadrži DEHP, za fotosenzibilne lekove	kom.	/					/	
41/2	Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3-1000 ml, 5 µm partikula filterom i 0,2 µm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja, sa integrisanom valvulom	kom.	/					/	
41/3	Infuzioni set za davanje citotoksičnih lekova bez PVC-a i DEHP-a sa integrisanim filterom od 0.2 µm	kom.	/					/	
41/4	Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 µm filterom na dnu komore i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispune sistema, ne sadrži DEHP	kom.	/					/	
41/5	Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a	kom.	/					/	
41/6	Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a za administraciju fotosenzitivnih lekova	kom.	/					/	
41/7	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa	kom.	/					/	
41/8	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekciona porta, bez PVC-a i latexa	kom.	/					/	
41/9	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM	kom.	/					/	
41/10	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM	kom.	/					/	
41/11	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa za administraciju fotosenzitivnih lekova kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM	kom.	/					/	

41/12	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa sa integrisanim filterom od 0.2 µm kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM	kom.	/					/	
41/13	Priključak za standardni luer lock špric sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje	kom.	/					/	
41/14	Priključak za bočicu sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje sa sterilnim mehanizmom za otklanjanje vazduha i zaštitnim filterom sa mogućnošću adsorpcije do 1.500 litara leka pri koncentraciji od 1000 ng/L i nastavkom za čepove bočica promera od 13mm ili 20mm	kom.	/					/	
41/15	Nastavak za aplikaciju citotoksičnih lekova sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje; namenjen spajanju infuzione boce i priključka za špric	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.41							/		
42	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije II								
42/1	Protector zatvorenog sistema za pripremu, transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom	kom.	/					/	
42/2	Injektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka	kom.	/					/	
42/3	Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka	kom.	/					/	
42/4	Konektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.42							/		
43	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije III								
43/1	Prikljucak za spric - Texium adaptor ili odgovarajuće	kom.	/					/	
43/2	Prikljucak za bocicu - Vented Vial Access Device ili odgovarajuće	kom.	/					/	
43/4	Set za spajanje - Connecting Set lock'n'go ili odgovarajuće	kom.	/					/	
43/5	Luer adapter s navojem	kom.	/					/	
43/6	Nastavak za aplikaciju	kom.	/					/	
/Укупна вредност за партију бр.43							/		
44	Sistem za uzorkovanje urina								
44/1	Zatamnjeni kontejner za 24h urin, graduisan, zapremine 3L, sa integrisanom iglom u zatvaraču	kom.	/					/	
44/2	Vakuum epruveta urinska bez aditiva, sa oblim dnom i hemogard zatvaračem 11 ml	kom.	/					/	
44/3	Vakuum epruveta urinska sa konzervansom- hlorheksidin, etilparaben i natrijum propionat (stabilnost uzorka 72h) za hemijski pregled urina 8 ml	kom.	/					/	
44/4	Adapter za prenos urina sa slamčicom	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.44							/		
45	Pedijatrijske traheostomske kanile								
45/1	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 2.5, I.D.2.5 MM, O.D.4.2 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	/					/	
45/2	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.0, I.D.3.0 MM, O.D.4.8 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	/					/	

45/3	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.5, I.D.3.5 MM, O.D.5.4 MM, duzine 40 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	/					/	
45/4	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.0, I.D.4.0 MM, O.D.6.0 MM, duzine 41 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	/					/	
45/5	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.5, I.D.4.5 MM, O.D.6.7 MM, duzine 42 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	/					/	
45/6	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.0, I.D.5.0 MM, O.D.7.3 MM, duzine 44 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	/					/	
45/7	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.5, I.D.5.5 MM, O.D.7.9 MM, duzine 46 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.45							/		
46	Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom. Integrirani rotirajući 15 mm konektor. Valvula za Luer i Luer-lock vrhove šprica. Otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja, u setu sa trakom za vrat i uvodnikom, veličine 6-10.0mm.	kom.	/					/	
47	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela								
47/1	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 93mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 7, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom	kom.	/					/	
47/2	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 95mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 8, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.47							/		
48	Specifichni armirani endotrahealni tubusi sa kafom sa dozvoljenim odstupanjem +/-10% za potrebe Centra za anesteziju								
48/1	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,0mm; O.D. do 9.6mm,duzine 340 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7, sterilan	kom.	/					/	

48/2	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,5mm; O.D. do 10.2mm, duzine 350 mm, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 7.5, sterilan	kom.	/					/	
48/3	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,0mm; O.D. do 10.8mm, duzine 360 mm, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 8, sterilan	kom.	/					/	
48/4	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,5mm; O.D. do 11.5mm, duzine 365 mm, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 8.5, sterilan.	kom.	/					/	
Укупна вредност за партију бр.48								/	
49	Enema set za klistiranje sadrži kesu za klistiranje, zatvarač-otvarač, kateter, nepromočivu pelenu, glicerinski sapun, lubrikant i rukavicu	kom.	/					/	
Vodič za reintubaciju (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)									
50	broj 2.5, duzine 700 mm (okvirna potreba 10)	kom.	/					/	
	broj 6, duzine 830 mm (okvirana količina 10)								
51	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm	kom.	/					/	
52	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm	kom.	/					/	
53	Set za sukciju mukusa pedijatrijski veličine 6 i 8	kom.	/					/	
54	Set za trahealnu sukciju sa mogućnošću uzimanja uzorka	kom.	/					/	
55	Igla 0.4x20mm PVC	kom.	/					/	
Umbilikarni kateter (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)									
56	broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)	kom.	/					/	
	broj 6 (okvirna potreba 600 kom.)								
	broj 8 (okvirna potreba 300 kom.)								
57	Applix Smart/Vision Pump set easy bag ili odgovarajuće	kom.	/					/	
58	Gravi Set easy bag ili odgovarajuće	kom.	/					/	

1.2. Саставни део овог уговора је понуда добављача број од године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1 Цене добара утврђене су понудом добављача број од године.

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава. Фактура мора бити достављена у року од 3 /три/ радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.

4. РОК ИСПОРУКЕ

4.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин наручиоца.

4.2 Добра се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, у року одсата од пријема писаног захтева наручиоца.

4.3 Уговорени рок испоруке представља битан састојак уговора сходно одредби члана 125. ЗОО.

4.4 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

4.5 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

5.1 Добављач је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

5.2 Уколико добављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

5.3 Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење уговора буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење уговора у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а.

5.4 Ако добављач не достави финансијску гаранцију из тачке 5.3 уговор престаје да производи правна дејства.

5.5 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете на преосталу вредности нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а, у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати:

- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара,
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
- достављеним узорцима добара, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији.

6.2 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на терет добављача.

6.4 Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацину наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, добављач је у обавези да у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема рекламације изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач.

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

8.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

8.2 Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

9. ВИША СИЛА

9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

11. РАСКИД УГОВОРА

11.1 Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 2 (два) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

11.3 Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути

11.4 Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о јавној набавци са добављачем уколико у току важења уговора добављач 2 (два) пута није испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у уговореном року или уговореном квалитету.

11.5 Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.

11.6 За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталошке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталошких бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.

12.2 У случају наступања разлога из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

13.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора.

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

14.1 Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.

14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара, а најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују 2 (два) примерка, док наручилац задржава 3 (три) примерка.

15.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр. 1 – Понуда бр. од године.

Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција добављача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
в. д. директора

ДОБАВЉАЧ
директор

Проф. др Милика Ашанин

ЛОГО ПОНУЂАЧА

ДУЖНИК

(назив привредног субјекта)

Матични број: _____

ПИБ _____

ТЕКУЋИ РАЧУН _____ банка _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко менице –

КОРИСНИК: Клинички центар Србије, Пастерова бр. 2, Београд

Предајемо Вам бланко меницу серијски број: _____ и овлашћујемо Клинички центар Србије, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% укупне вредности Оквирног споразума бр. _____ од _____ године, што износи _____ динара, уколико дужник не изврши потпуно или делимично обавезе по Оквирном споразуму, као што је дефинисано у поменутом оквирном споразуму.

Овлашћујемо Клинички центар Србије, као повериоца, да у складу са одредбама предметног Оквирног споразума, може попунити меницу за наплату за износ дуга према одредбама Оквирног споразума и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист Клиничког центра Србије.

(НАЗИВ ДУЖНИКА) _____ се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА).

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА) _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак задржава _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Клинички центар Србије.

Прилог:- Меница серијски број _____;

- Картон депонованих потписа;
- Оверени потпис/и лица овлашћених за заступање;
- Доказ о регистрацији менице;

У _____,

Издавалац менице:

Дана _____

ЛОГО ПОНУЂАЧА

ДУЖНИК

(назив привредног субјекта)

Матични број: _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУН _____ банка _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко менице -

КОРИСНИК: Клинички центар Србије, Пастерова бр. 2, Београд

Предајемо Вам бланко меницу серијски број: _____ и овлашћујемо Клинички центар Србије, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% укупне вредности Уговора бр. _____ од _____ године, што износи _____ динара, уколико Дужник не изврши потпуно или делимично обавезе по Уговору, као што је дефинисано у поменутом Уговору.

Овлашћујемо Клинички центар Србије, као повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора, може попунити меницу за наплату за износ дуга према одредбама Уговора и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист Клиничког центра Србије.

(НАЗИВ ДУЖНИКА) _____ се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА).

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА), _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава _____ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Клинички центар Србије.

Прилог:-меница серијски број _____

- картон депонованих потписа
- оверени потпис/и лица овлашћених за заступање
- доказ о регистрацији менице

У _____,

Издавалац менице:

Дана _____

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАБАВКА ДОБРА – Медицинска пластика**

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
		Каталошки број	Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС	Заштићено име – комерцијални назив	Произвођач – земља порекла	Паковање
1	2	3	4	5	6	7
1	Dren abdominalni silikonizirani (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 28 (okvirna potreba 10000kom.)					
	broj 30 (okvirna potreba 5000 kom.)					
2	Dren abdominalni 100% silikonski, sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 27-28(okvirna potreba 2000 kom.)					
	broj 30 (okvirna potreba 1000 kom.)					
3	Dren redon sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 14 (okvirna potreba 5000 kom.)					
	broj 16 (okvirna potreba 10000 kom.)					
4	Dren torakalni bez mandrene, PVC, CH od 16 do 36					
5	Dren torakalni sa aluminijumskim mandrenom, PVC, sa 4 bocna otvora, CH od 10 do 32					
6	T-dren, Kehr tip, od lateksa, sterilan, dužine 80cm, bočni kraci 2X5cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm Ch 9-24					
7	T-dren, Kehr tip, od silikolateksa, sterilan, dužine 50 cm, bočni kraci 2x8 cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm					
8	Kateter aspiracioni dužine preko 50 cm, mekane plastike, sa konektorom sa otvorom i čepom za kontrolu aspiracije prstom, zaobljenog vrha, sa dva mala simetrična bočna otvora (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	veličina 6(okvirna potreba 5000 kom.)					
	veličina 8 (okvirna potreba 5000 kom.)					
	veličina 10 (okvirna potreba 5000 kom.)					
	veličina 12 (okvirna potreba 30.000 kom.)					
	veličina 14 (okvirna potreba 100.000 kom.)					
	veličina 16 (okvirna potreba 150.000 kom.)					
	veličina 18 (okvirna potreba 80.000 kom.)					
veličina 20 (okvirna potreba 5000 kom.)						
9	Kateter nazalni - Oksigen, neophodno je da dužina nazalnih nastavaka bude najmanje 2 cm (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					

	broj 12 (okvirna potreba 7.000 kom.)					
	broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)					
10	Kateter Nelaton (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 8 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 10 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)					
	broj 14 (okvirna potreba 9500 kom.)					
11	Kateter rektalni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 25 ili 26 (okvirna potreba 15000 kom.)					
	broj 28 (okvirna potreba 15000 kom.)					
	broj 30 ili 32 (okvirna potreba 3000 kom.)					
12	Kateter Foly (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 6 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 8 (okvirna potreba 600 kom.)					
	broj 10 (okvirna potreba 100 kom.)					
	broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)					
	broj 14 (okvirna potreba 10.000 kom.)					
	broj 16 (okvirna potreba 30.000 kom.)					
	broj 18 (okvirna potreba 18.000 kom.)					
	broj 20 (okvirna potreba 4000 kom.)					
	broj 22 (okvirna potreba 1000 kom.)					
13	100% silikonski Foli kateter dvožilni od CH 14 do CH 22					
14	Kateter po Peceru od 20-34					
15	Kateter urinarni po Foley, silikonski, proziran, sa 2 puta, sa temperaturnom sondom tipa 400TM (Thermistor) (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	14 Fr (okvirna potreba 50 kom.)					
	16 Fr (okvirna potreba 50 kom.)					
16	Kateter Timan bez balona 10-18 Ch					
17	Kateter Timan sa balonom 16-22 Ch					
18	Kateter Mercie (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	veličina 8 (okvirna potreba 110 kom.)					
	veličina 10 (okvirna potreba 120 kom.)					
	veličina 12 (okvirna potreba 20 kom.)					
19	Set za kiseonik					
20	Nazalna oksigena kanila					
20/1	Nazalna oksigena kanila velicina 12					
20/2	Nazalna oksigena kanila-set, koji sadrzi:1.Crevo otporno na savijanje minimalne duzine 200cm, sa klizačem za podešavanje dižine creva na glavi pacijenta i levkastim konektorom mekane plastike unutrašnjeg dijametra 7 mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% i dužine 35mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% 2.Kanilu (crevo manjeg lumena sa anatomski dizajniranim dvokrakim nazalnim delom različitih veličina S, M, L)					

21	Drenažne posude					
21/1	Redivak boca - drenazna posuda sa vakuumom od 400 ml					
21/2	Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 250 mL					
21/3	Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 500 mL					
22	Sonda za ishranu 4-10					
23	Sonda gastrična sa funnel konektorom i poklopcem (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)					
	broj 16 (okvirna potreba 9000 kom.)					
	broj 18 (okvirna potreba 9000 kom.)					
	broj 20 (okvirna potreba 1000 kom.)					
24	Sonda gastrična po Levinu 6 -10					
25	Tubus endotrahealni sa kašom i Marfijevim okom (Murphy eye) veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 2.5 (okvirna potreba 200 kom.)					
	broj 3 (okvirna potreba 200 kom.)					
	broj 3.5 (okvirna potreba 200 kom.)					
	broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 4.5 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 5 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 5.5 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 6.5 (okvirna potreba 1000 kom.)					
	broj 7 (okvirna potreba 5000 kom.)					
	broj 7.5 (okvirna potreba 10000 kom.)					
	broj 8 (okvirna potreba 10000 kom.)					
	broj 8.5 (okvirna potreba 13000 kom.)					
	broj 9 (okvirna potreba 500 kom.)					
	broj 9.5 (okvirna potreba 200 kom.)					
	26					
26/1	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 35 (okvirna potreba 30 kom.)					
	broj 37 (okvirna potreba 220 kom.)					
	broj 39 (okvirna potreba 150 kom.)					
26/2	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)					
	broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)					
	broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)					
27	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice					
27/1	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 35 (okvirna potreba 20 kom.)					
	broj 37 (okvirna potreba 60 kom.)					

	broj 39 (okvirna potreba 20 kom.)					
27/2	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)					
	broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)					
	broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)					
28	Tubusi armirani endotrahealni 100% sa balonom silikonski veličina 2-9.5					
29	Nastavak za infuzionu pumpu Agilia Fresenius Kabi					
30	Armirani endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon, otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopaktno graduisan, Magili vrh. Veličine od 3,5 do 9,5					
	broj 3.5 , OD 5.8mm, dužine min 228mm					
	broj 4 , OD 6.3mm, dužine min 235mm					
	broj 4.5 , OD 6.8mm, dužine min 256mm					
	broj 5 , OD 7.3mm, dužine min 319mm					
	broj 5.5 , OD 7.8mm, dužine min 319mm					
	broj 6 , OD 8.4mm, dužine min 326mm					
	broj 6.5 , OD 9.0mm, dužine min 330mm					
	broj 7 , OD 9.6mm, dužine min 349mm					
	broj 7.5, OD 10.2mm, dužine min 353mm					
	broj 8 , OD 10.8mm, dužine min 360mm					
	broj 8.5 , OD 11.3mm, dužine min 384mm					
	broj 9 , OD 11.9mm, dužine min 393mm					
	broj 9.5, OD 12.4mm, dužine min 394mm					
31	Bezigli konektori i nastavci					
31/1	Bezigli konektor sa neutralnim depasmanom, više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.					
31/2	Jednolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog depasmana,sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.					
31/3	Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog depasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.					
31/4	Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog depasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.					
31/5	Klin za bocu / kesu, ventilacioni sa antibakterijskim filterom 0.2microna sa beziglenim konektorom neutralnog depasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.					
32	Endotrahealni oral-nasal tubusi					
32/1	Tubus endotrahealni PVC sa balonom velikog lumena-malog pritiska i Murphyevim okom, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 3.5-10.0					
32/2	Tubus endotrahealni PVC bez balona, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 2-8					

32/3	Tubus endotrahealni armirani sa uvodjacom, PVC, sa balonom velikog lumena -malog pritiska i Marfijevim okom, RTG linijom, oral-nasal velicine od 3.5-9.5 Napomena : Dužine tubusa koje se traže treba da budu u rasponu dužina od 195mm do 400mm, odnosno za tubus I.D. 3,5- od 195mm do 230mm; I.D. 4- od 210mm do 240 mm; I.D. 4,5-od 230mm do 260mm; I.D. 5- od 250mm do 325 mm; I.D. 5,5- od 275mm do 325mm; I.D. 6-od 280mm do 330 mm; I.D. 6,5- od 295 mm do 335mm; I.D.7-od 305mm do 355mm; I.D.7,5- od 310mm do 360mm; I.D. 8-od 315mm do 365mm; I.D. 8,5- od 320mm do 390mm; I.D. 9-od 320mm do 400mm; I.D. 9,5- od 320mm do 400mm.					
33	Spinalna igla 19G dužine 88mm sa kristalnom prizmom i ergonomskim cvoristem za potrebe PET centra za separaciju radioaktivnih doza					
34	Sukcioni set Jankauer, bez drške, sa kanilom pod uglom, sa 4 otvora, PVC, latex-free, dužine 200 cm, crevo (tuba) spojena čvrsto sa kanilom (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	CH 25, kanila sa otvorom od 6 mm (okvirna potreba 1000 kom.)					
	CH 30, kanila sa otvorom 8 mm (okvirna potreba 7000 kom.)					
35	Set za sukciju Jankauer (Sistem se sastoji iz rebrastog creva i Jankauer kanile za sukciju, koji treba da budu fabricki spojeni; rebrasto crevo dužine 200 - 210 cm, sa univerzalnim levkastim gumenim konektorima na oba kraja; blago zakrivljena (savijena) kanila min.dužine 26cm sa otvorom 8x2mm na sredini za kontrolu sukcije prstom, ravan otvoren vrh sa 4 bočna otvora 2x2mm)dužine 200 - 210 cm sa polusavijenim kanilama (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 22 ili 25 (okvirna potreba 8500 kom.)					
	broj 30 (okvirna potreba 30000 kom.)					
36	Potrošni materijal za torakalnu drenažu					
36/1	Silikonski, okrugli, četvokanalni, kapilarni, radiopakni aksijalno uvijeni (spiralni) dren, sa mogućnošću okluzije i knikovanja kada je standardni dren pozicioniran u zakrivljenom plasmanu. Nastavak drena je od providnog silikona. Dimenzije 19 Fr i 24 Fr					
36/2	Četvorokanalni, pljosnati, silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm i 4x10mm					
36/3	Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasećenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm					
36/4	Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm					
36/5	Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm					
36/6	Trokomorni sistem za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2100ml, sa odvojivim jednim ili dva pacijent creva otporna na presavijanje sa konektorima za dren (drenove). Boca sadrži čep u slučaju korišćenja samo jednog pacijent creva. Boca ima jasno graduisane skale na komori za drenažni sadržaj (komora 1 zapremine 1100ml, komora 2 zapremine 1000ml), vodenu sigurnosnu valvulu, komoru za finu regulaciju vakuuma, valvulu za automatsku regulaciju pozitivnog pritiska, valvulu za otpuštanje negativnog pritiska, bezigleni port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada uz bolnički izvor vakuuma i gravitacijom.					

36/7	Dvokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2200ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu građuisanu skalu i vodu sigurnosnu valvulu, beziglen port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili gravitacijom.					
36/8	Staklena boca za drenazu 2000ml, sterilna					
36/9	Crevo drenazno sa cepom za staklene drenazne boce, sterilno, untrasnji promer min 7,15 mm					
36/10	Jednokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2300ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu građuisanu skalu i vodu sigurnosnu valvulu. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili bolničkim izvorom vakuuma.					
36/11	Drenažni set, sterilan, cetvorokomorni sistem za jednokratnu upotrebu, sa dve drenažne tube i dve nezavisne drenazne komore ukupnog kapaciteta 2.400 ml (komore od 1370ml i 1030ml), sa automatskom valvulom za oslobađanje pozitivnog pritiska, ventilom sa filterom za oslobađanje negativnog pritiska, regulatorom jacine sukcije, komorom - manometrom za odredjivanje intrapleuralnog pritiska, crevima sa integrisanim konektorom za konekciju sa grudnim drenom, plastičnim stalkom za pod i držačima za kačenje boce na krevet					
36/12	Valvula za pneumotoraks koja omogućava protok samo u jednom pravcu, sa dvostrukim konusnim konektorima za laku konekciju sa torakalnim drenom i sistemom za sakupljanje drenažnog sadržaja.					
36/13	Set za perkutanu drenažu/torakocentezu - vares igla sa sigurnosnim vrhom i luer lock priključkom za primarno pozicioniranje, sa dvostrukom jednosmernom valvulom, poliuretanski radiopakni, otporan na knikovanje, biokompatibilni i termosenzitivan kateter dužine 22cm, kesa za sakupljanje dreniranog sadržaja 12 Fr					
36/14	Dren od termosenzitivnog PVC-a bio i hemokompatibilan, sa aluminijumskim troakarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2cm, integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 42cm, promera 24, 28 i 32 Fr.					
37	Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine najmanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se priključuje na sekundarni port u slučaju drenaže iz dva drena. Sekundarni port je zatvoren poklopcem na privesku, zaštićenim od slučajnog otvaranja, koji se otklapa kada se drenaža vrši iz dva drena i ostaje priveskom vezan za drenažnu bocu tako da se njime , sekundarni port može ponovo zatvoriti. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva odeljka i samozaptivni port za uzimanje uzoraka iz prvog odeljka brizgalicom sa iglom ≤18G (1.30mm), zatim komoru za podvodnu drenažu i komoru za finu regulaciju sukcije sa portovima za regulaciju nivoa tečnosti u drugoj i trećoj komori. Sistem mora posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuuma (prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuuma, kao i grubi regulator vakuuma za sprečavanje prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu regulaciju sukcije					
38	Sterilna lulica od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60', pacijent konekcija 22M/15F i gumenom kapićom za sukciju					
39	Set za endoskopsko postavljanje gastrostome FR 15					
40	Sonda trolumenska jujunalna CH16/9, jejunalni deo je 9Fr, a duzina 150 cm					

41	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije I					
41/1	Sistem za infuziju sa vazдушnim 15 µm filterom na dnu komore i filterom, ne sadrži DEHP, za fotosenzibilne lekove					
41/2	Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3-1000 ml, 5 µm partikula filterom i 0,2 µm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja, sa integrisanom valvulom					
41/3	Infuzioni set za davanje citotoksičnih lekova bez PVC-a i DEHP-a sa integrisanim filterom od 0.2 µm					
41/4	Sistem za infuziju sa vazдушnim 15 µm filterom na dnu komore i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispune sistema, ne sadrži DEHP					
41/5	Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a					
41/6	Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a za administraciju fotosenzitivnih lekova					
41/7	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa					
41/8	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekciona porta, bez PVC-a i latexa					
41/9	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM					
41/10	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM					
41/11	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa za administraciju fotosenzitivnih lekova kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM					
41/12	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa sa integrisanim filterom od 0.2 µm kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM					
41/13	Priključak za standardni luer lock špric sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje					
41/14	Priključak za bočicu sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje sa sterilnim mehanizmom za otklanjanje vazduha i zaštitnim filterom sa mogućnošću adsorpcije do 1.500 litara leka pri koncentraciji od 1000 ng/L i nastavkom za čepove bočica promera od 13mm ili 20mm					
41/15	Nastavak za aplikaciju citotoksičnih lekova sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje; namenjen spajanju infuzione boce i priključka za špric					
42	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije II					
42/1	Protektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom					
42/2	Injektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka					
42/3	Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka					
42/4	Konektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka					
43	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije III					
43/1	Priključak za spric - Texium adaptor ili odgovarajuće					
43/2	Priključak za bocicu - Vented Vial Access Device ili odgovarajuće					
43/4	Set za spajanje - Connecting Set lock'n'go ili odgovarajuće					

43/5	Luer adapter s navojem					
43/6	Nastavak za aplikaciju					
44	Sistem za uzorkovanje urina					
44/1	Zatamnjeni kontejner za 24h urin, graduisan, zapremine 3L, sa integrisanom iglom u zatvaraču					
44/2	Vakuum epruveta urinska bez aditiva, sa oblim dnom i hemogard zatvaračem 11 ml					
44/3	Vakuum epruveta urinska sa konzervansom- hlorheksidin, etilparaben i natrijum propionat (stabilnost uzorka 72h) za hemijski pregled urina 8 ml					
44/4	Adapter za prenos urina sa slamčicom					
45	Pedijatrijske traheostomske kanile					
45/1	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju i curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 2.5, I.D.2.5 MM, O.D.4.2 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.					
45/2	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju i curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.0, I.D.3.0 MM, O.D.4.8 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.					
45/3	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju i curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.5, I.D.3.5 MM, O.D.5.4 MM, duzine 40 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.					
45/4	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju i curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.0, I.D.4.0 MM, O.D.6.0 MM, duzine 41 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.					
45/5	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju i curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.5, I.D.4.5 MM, O.D.6.7 MM, duzine 42 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.					
45/6	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju i curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.0, I.D.5.0 MM, O.D.7.3 MM, duzine 44 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.					
45/7	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju i curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.5, I.D.5.5 MM, O.D.7.9 MM, duzine 46 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.					
46	Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom. Integrirani rotirajući 15 mm konektor. Valvula za Luer i Luer-lock vrhove šprica. Otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja, u setu sa trakom za vrat i uvodnikom, veličine 6-10.0mm.					
47	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela					
47/1	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 93mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 7, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom					

47/2	Armirona kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kaom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 95mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 8, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom					
48	Specifichni armirani endotrahealni tubusi sa kaom sa dozvoljenim odstupanjem +/-10% za potrebe Centra za anesteziju					
48/1	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,0mm; O.D. do 9.6mm,duzine 340 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7, sterilan					
48/2	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,5mm; O.D. do 10.2mm,duzine 350 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 7.5, sterilan					
48/3	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,0mm; O.D. do 10.8mm,duzine 360 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8, sterilan					
48/4	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,5mm; O.D. do 11.5mm,duzine 365 mm,15mm neodvojivim konektorom, velicina 8.5, sterilan.					
49	Enema set za klistiranje sadrži kesu za klistiranje, zatvarač-otvarač, kateter, nepromočivu pelenu, glicerinski sapun, lubrikant i rukavicu					
50	Vodič za reintubaciju (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 2.5, duzine 700 mm (okvirna potreba 10)					
	broj 6, duzine 830 mm (okvirana količina 10)					
51	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm					
52	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm					
53	Set za sukciju mukusa pedijatrijski veličine 6 i 8					
54	Set za trahealnu sukciju sa mogucnoscu uzimanja uzorka					
55	Igla 0.4x20mm PVC					
56	Umbilikarni kateter (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)					
	broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)					
	broj 6 (okvirna potreba 600 kom.)					
	broj 8 (okvirna potreba 300 kom.)					

57	Applix Smart/Vision Pump set easy bag ili odgovarajuće					
58	Gravi Set easy bag ili odgovarajuće					

НАПОМЕНА:	1. Обавезно је уписивање – Каталогског броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оригиналног паковања за понуђена добра наведена у партијама/ставкама у горе наведеној табели.
	2. Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве.
	3. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС-а, за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.
	4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро који је предмет понуде.
	6. Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих наручилац може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације. <u>ДОСТАВЉЕНИ УЗОРЦИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.</u> Понуђачи су у обавези да захтеване узорке заведу у централној архиви КЦС-а, и физички донесу у просторије Јавних набавки! Достављени узорци се не враћају, јер служе за пробу.

Начин спровођења контроле квалитета:

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)

Обезбеђивање гаранције квалитета:

(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)

Потпис овлашћеног лица понуђача

(име и презиме)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку добара – Медицинска пластика

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4			5	6	7
1	Dren abdominalni silikonizirani (Okrvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 28 (okvirna potreba 10000kom.)							
	broj 30 (okvirna potreba 5000 kom.)							
2	Dren abdominalni 100% silikonski, sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okrvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 27-28(okvirna potreba 2000 kom.)							
	broj 30 (okvirna potreba 1000 kom.)							
3	Dren redon sa rendgen linijom preko čitavog drena, na vrhu zaobljen, dužine 50cm (Okrvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 14 (okvirna potreba 5000 kom.)							
	broj 16 (okvirna potreba 10000 kom.)							
4	Dren torakalni bez mandrene, PVC, CH od 16 do 36							
5	Dren torakalni sa aluminijumskim mandrenom, PVC, sa 4 bocna otvora, CH od 10 do 32							
6	T-dren, Kehr tip, od lateksa, sterilan, dužine 80cm, bočni kraci 2X5cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm Ch 9-24							
7	T-dren, Kehr tip, od silikolateksa, sterilan, dužine 50 cm, bočni kraci 2x8 cm, bez levka, veličine od 3.0- 8.0 mm							
8	Kateter aspiracioni dužine preko 50 cm, mekane plastike, sa konektorom sa otvorom i čepom za kontrolu aspiracije prstom, zaobljenog vrha, sa dva mala simetrična bočna otvora (Okrvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	veličina 6(okvirna potreba 5000 kom.)							
	veličina 8 (okvirna potreba 5000 kom.)							
	veličina 10 (okvirna potreba 5000 kom.)							
	veličina 12 (okvirna potreba 30.000 kom.)							
	veličina 14 (okvirna potreba 100.000 kom.)							
	veličina 16 (okvirna potreba 150.000 kom.)							
	veličina 18 (okvirna potreba 80.000 kom.)							
	veličina 20 (okvirna potreba 5000 kom.)							
9	Kateter nazalni - Oksigen, neophodno je da duzina nazalnih nastavaka bude najmanje 2 cm (Okrvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							

	broj 12 (okvirna potreba 7.000 kom.)							
	broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)							
10	Kateter Nelaton (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)							
	broj 8 (okvirna potreba 500 kom.)							
	broj 10 (okvirna potreba 500 kom.)							
	broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)							
	broj 14 (okvirna potreba 9500 kom.)							
11	Kateter rektalni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 25 ili 26 (okvirna potreba 15000 kom.)							
	broj 28 (okvirna potreba 15000 kom.)							
	broj 30 ili 32 (okvirna potreba 3000 kom.)							
12	Kateter Foly (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 6 (okvirna potreba 300 kom.)							
	broj 8 (okvirna potreba 600 kom.)							
	broj 10 (okvirna potreba 100 kom.)							
	broj 12 (okvirna potreba 1000 kom.)							
	broj 14 (okvirna potreba 10.000 kom.)							
	broj 16 (okvirna potreba 30.000 kom.)							
	broj 18 (okvirna potreba 18.000 kom.)							
	broj 20 (okvirna potreba 4000 kom.)							
	broj 22 (okvirna potreba 1000 kom.)							
13	100% silikonski Foli kateter dvožilni od CH 14 do CH 22							
14	Kateter po Peceru od 20-34							
15	Kateter urinarni po Foley, silikonski, proziran, sa 2 puta, sa temperaturnom sondom tipa 400TM (Thermistor) (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	14 Fr (okvirna potreba 50 kom.)							
	16 Fr (okvirna potreba 50 kom.)							
16	Kateter Timan bez balona 10-18 Ch							
17	Kateter Timan sa balonom 16-22 Ch							
18	Kateter Mercie (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	veličina 8 (okvirna potreba 110 kom.)							
	veličina 10 (okvirna potreba 120 kom.)							
	veličina 12 (okvirna potreba 20 kom.)							
19	Set za kiseonik							
20	Nazalna oksigena kanila							
20/1	Nazalna oksigena kanila velicina 12							
20/2	Nazalna oksigena kanila-set, koji sadrzi:1.Crevo otporno na savijanje minimalne duzine 200cm, sa klizačem za podešavanje dižine creva na glavi pacijenta i levkastim konektorom mekane plastike unutrašnjeg dijametra 7 mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% i dužine 35mm sa dozvoljenim odstupanjem +/-5% 2.Kanilu (crevo manjeg lumena sa anatomski dizajniranim dvokrakim nazalnim delom različitih veličina S, M, L)							

21	Drenažne posude							
21/1	Redivak boca - drenazna posuda sa vakuumom od 400 ml							
21/2	Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 250 mL							
21/3	Drenazna posuda bez vakuuma tipa harmonike od 500 mL							
22	Sonda za ishranu 4-10							
23	Sonda gastrična sa funnel konektorom i poklopcem (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 14 (okvirna potreba 1000 kom.)							
	broj 16 (okvirna potreba 9000 kom.)							
	broj 18 (okvirna potreba 9000 kom.)							
	broj 20 (okvirna potreba 1000 kom.)							
24	Sonda gastrična po Levinu 6 -10							
25	Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom (Murphy eye) veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 2.5 (okvirna potreba 200 kom.)							
	broj 3 (okvirna potreba 200 kom.)							
	broj 3.5 (okvirna potreba 200 kom.)							
	broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)							
	broj 4.5 (okvirna potreba 300 kom.)							
	broj 5 (okvirna potreba 300 kom.)							
	broj 5.5 (okvirna potreba 300 kom.)							
	broj 6 (okvirna potreba 500 kom.)							
	broj 6.5 (okvirna potreba 1000 kom.)							
	broj 7 (okvirna potreba 5000 kom.)							
	broj 7.5 (okvirna potreba 10000 kom.)							
	broj 8 (okvirna potreba 10000 kom.)							
	broj 8.5 (okvirna potreba 13000 kom.)							
	broj 9 (okvirna potreba 500 kom.)							
	broj 9.5 (okvirna potreba 200 kom.)							
26	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom							
26/1	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 35 (okvirna potreba 30 kom.)							
	broj 37 (okvirna potreba 220 kom.)							
	broj 39 (okvirna potreba 150 kom.)							
26/2	Endotrahealni tubusi po Karlensu sa kukicom - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)							
	broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)							
	broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)							
27	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice							
27/1	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski levi (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 35 (okvirna potreba 20 kom.)							

	broj 37 (okvirna potreba 60 kom.)							
	broj 39 (okvirna potreba 20 kom.)							
27/2	Endotrahealni tubusi po Robertshaw-u bez kukice - dvolumenski desni (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 35 (okvirna potreba 5 kom.)							
	broj 37 (okvirna potreba 10 kom.)							
	broj 39 (okvirna potreba 5 kom.)							
28	Tubusi armirani endotrahealni 100% sa balonom silikonski veličina 2-9.5							
29	Nastavak za infuzionu pumpu Agilia Fresenius Kabi							
30	Armirani endotrahealni tubus, zakrivljeni, PVC, sa "low - pressure" balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon, otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopaktno graduisan, Magili vrh. Veličine od 3,5 do 9,5							
	broj 3.5 , OD 5.8mm, dužine min 228mm							
	broj 4 , OD 6.3mm, dužine min 235mm							
	broj 4.5 , OD 6.8mm, dužine min 256mm							
	broj 5 , OD 7.3mm, dužine min 319mm							
	broj 5.5 , OD 7.8mm, dužine min 319mm							
	broj 6 , OD 8.4mm, dužine min 326mm							
	broj 6.5 , OD 9.0mm, dužine min 330mm							
	broj 7 , OD 9.6mm, dužine min 349mm							
	broj 7.5, OD 10.2mm, dužine min 353mm							
	broj 8 , OD 10.8mm, dužine min 360mm							
	broj 8.5 , OD 11.3mm, dužine min 384mm							
	broj 9 , OD 11.9mm, dužine min 393mm							
	broj 9.5, OD 12.4mm, dužine min 394mm							
31	Bezigleni konektori i nastavci							
31/1	Bezigleni konektor sa neutralnim deplasmanom, više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.							
31/2	Jednolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.							
31/3	Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.							
31/4	Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.							
31/5	Klin za bocu / kesu, ventilacioni sa antibakterijskim filterom 0.2microna sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom.							
32	Endotrahealni oral-nasal tubusi							
32/1	Tubus endotrahealni PVC sa balonom velikog lumena-malog pritiska i Murphyevim okom, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 3.5-10.0							

32/2	Tubus endotrahealni PVC bez balona, oral-nasal, sa RTG linijom, veličine od 2-8							
32/3	Tubus endotrahealni armirani sa uvodjcem, PVC, sa balonom velikog lumena -malog pritiska i Marfijevim okom, RTG linijom, oral-nasal velicine od 3.5-9.5 Napomena : Dužine tubusa koje se traže treba da budu u rasponu dužina od 195mm do 400mm, odnosno za tubus I.D. 3,5- od 195mm do 230mm; I.D. 4- od 210mm do 240 mm; I.D. 4,5-od 230mm do 260mm; I.D. 5-od 250mm do 325 mm; I.D. 5,5- od 275mm do 325mm; I.D. 6-od 280mm do 330 mm; I.D. 6,5- od 295 mm do 335mm; I.D.7-od 305mmdo 355mm; I.D.7,5-od 310mm do 360mm; I.D. 8-od 315mm do 365mm; I.D. 8,5- od 320mm do 390mm; I.D. 9-od 320mm do 400mm; I.D. 9,5- od 320mm do 400mm.							
33	Spinalna igla 19G duzine 88mm sa kristalnom prizmom i ergonomskim cvoristem za potrebe PET centra za separaciju radioaktivnih doza							
34	Sukcioni set Jankauer, bez drške, sa kanilom pod uglom, sa 4 otvora, PVC, latex-free, dužine 200 cm, crevo (tuba) spojena čvrsto sa kanilom (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	CH 25, kanila sa otvorom od 6 mm (okvirna potreba 1000 kom.)							
	CH 30, kanila sa otvorom 8 mm (okvirna potreba 7000 kom.)							
35	Set za sukciju Jankauer (Sistem se sastoji iz rebrastog creva i Jankauer kanile za sukciju, koji treba da budu fabricki spojeni; rebrasto crevo dužine 200 - 210 cm, sa univerzalnim levkastim gumenim konektorima na oba kraja; blago zakrivljena (savijena) kanila min.dužine 26cm sa otvorom 8x2mm na sredini za kontrolu sukcije prstom, ravan otvoren vrh sa 4 bočna otvora 2x2mm)dužine 200 - 210 cm sa polusavijenim kanilama (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 22 ili 25 (okvirna potreba 8500 kom.)							
	broj 30 (okvirna potreba 30000 kom.)							
36	Potrošni materijal za torakalnu drenažu							
36/1	Silikonski, okrugli, četvokanalni, kapilarni,radiopakni aksijalno uvijeni (spiralni) dren, sa mogućnošću okluzije i knikovanja kada je standardni dren pozicioniran u zakrivljenom plasmanu. Nastavak drena je od providnog silikona. Dimenzije 19 Fr i 24 Fr							
36/2	Četvorokanalni, pljosnati,silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm i 4x10mm							
36/3	Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm							
36/4	Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm							
36/5	Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm							
36/6	Trokomorni sistem za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2100ml, sa odvojivim jednim ili dva pacijent creva otporna na presavijanje sa konektorima za dren (drenove). Boca sadrži čep u slučaju korišćenja samo jednog pacijent creva. Boca ima jasno građuisane skale na komori za drenažni sadržaj (komora 1 zapremine 1100ml, komora 2 zapremine 1000ml), vodenu sigurnosnu valvulu, komoru za finu regulaciju vakuuma, valvulu za automatsku regulaciju pozitivnog pritiska, valvulu za otpuštanje negativnog pritiska, bezigleni port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada uz bolnički izvor vakuuma i gravitacijom.							

36/7	Dvokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2200ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu graduisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu, beziglen port za uzimanje uzoraka iz boce. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili gravitacijom.							
36/8	Staklena boca za drenazu 2000ml, sterilna							
36/9	Crevo drenazno sa cepom za staklene drenazne boce, sterilno, unutrašnji promer min 7,15 mm							
36/10	Jednokomorna boca za torakalnu drenazu od čvrste plastike, stabilnog dizajna, sa držačem za krevet, kapaciteta najmanje 2300ml, sa pacijent crevom otporno na presavijanje i konektorom za dren. Boca ima jasno vidljivu graduisanu skalu i vodenu sigurnosnu valvulu. Boca ima mogućnost rada pod samostalnim izvorom vakuuma (mobilna jedinica) ili bolničkim izvorom vakuuma.							
36/11	Drenažni set, sterilan, četvorokomorni sistem za jednokratnu upotrebu, sa dve drenažne tube i dve nezavisne drenazne komore ukupnog kapaciteta 2.400 ml (komore od 1370ml i 1030ml), sa automatskom valvulom za oslobađanje pozitivnog pritiska, ventilom sa filterom za oslobađanje negativnog pritiska, regulatorom jacine sukcije, komorom - manometrom za određivanje intrapleuralnog pritiska, crevima sa integrisanim konektorom za konekciju sa grudnim drenom, plastičnim stalkom za pod i držačima za kačenje boce na krevet							
36/12	Valvula za pneumotoraks koja omogućava protok samo u jednom pravcu, sa dvostrukim konusnim konektorima za laku konekciju sa torakalnim drenom i sistemom za sakupljanje drenažnog sadržaja.							
36/13	Set za perkutanu drenažu/torakocentezu - vares igla sa sigurnosnim vrhom i luer lock priključkom za primarno pozicioniranje, sa dvostrukom jednosmernom valvulom, poliuretanski radiopakni, otporan na knikovanje, biokompatibilni i termosenzitivan kateter dužine 22cm, kesa za sakupljanje dreniranog sadržaja 12 Fr							
36/14	Dren od termosenzitivnog PVC-a bio i hemokompatibilan, sa aluminijumskim troakarom kopljastog oštrog vrha, sa RTG kontrastnom linijom na drenu, oznakama dubine plasmana na 2cm, integrisanim levkastim konektorom, sterilan, dužine 42cm, promera 24, 28 i 32 Fr.							
37	Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine najmanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se priključuje na sekundarni port u slučaju drenaže iz dva drena. Sekundarni port je zatvoren poklopcem na privesku, zaštićenim od slučajnog otvaranja, koji se otvara kada se drenaža vrši iz dva drena i ostaje priveskom vezan za drenažnu bocu tako da se njime , sekundarni port može ponovo zatvoriti. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva odeljka i samozaptivni port za uzimanje uzoraka iz prvog odeljka brizgalicom sa iglom ≤18G (1.30mm), zatim komoru za podvodnu drenažu i komoru za finu regulaciju sukcije sa portovima za regulaciju nivoa tečnosti u drugoj i trećoj komori. Sistem mora posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuuma (prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuuma, kao i grubi regulator vakuuma za sprečavanje prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu regulaciju sukcije							
38	Sterilna lulica od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60', pacijent konekcija 22M/15F i gumenom kapićom za sukciju							
39	Set za endoskopsko postavljanje gastrostome FR 15							
40	Sonda trolumenska jujunalna CH16/9, jejunalni deo je 9Fr, a dužina 150 cm							

41	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije I							
41/1	Sistem za infuziju sa vazдушnim 15 µm filterom na dnu komore i filterom, ne sadrži DEHP, za fotosenzibilne lekove							
41/2	Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3-1000 ml, 5 µm partikula filterom i 0,2 µm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja, sa integrisanom valvulom							
41/3	Infuzioni set za davanje citotoksičnih lekova bez PVC-a i DEHP-a sa integrisanim filterom od 0.2 µm							
41/4	Sistem za infuziju sa vazдушnim 15 µm filterom na dnu komore i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispune sistema, ne sadrži DEHP							
41/5	Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a							
41/6	Zatvoreni sistem za pripremu citostatika sa injekcionim portom, sa filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema I bezbednosnim iglenim konektorom, bez latexa I PVC-a za administraciju fotosenzitivnih lekova							
41/7	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa							
41/8	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekciona porta, bez PVC-a i latexa							
41/9	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM							
41/10	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM							
41/11	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 3 injekciona porta, bez PVC-a i latexa za administraciju fotosenzitivnih lekova kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM							
41/12	Zatvoreni sistem za administraciju citostatika sa 5 injekcionih portova, bez PVC-a i latexa sa integrisanim filterom od 0.2 µm kompatibilan sa pumpom Infusomat Space/FM							
41/13	Priključak za standardni luer lock špric sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje							
41/14	Priključak za bočicu sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje sa sterilnim mehanizmom za otklanjanje vazduha i zaštitnim filterom sa mogućnošću adsorpcije do 1.500 litara leka pri koncentraciji od 1000 ng/L i nastavkom za čepove bočica promera od 13mm ili 20mm							
41/15	Nastavak za aplikaciju citotoksičnih lekova sa zvučnim "klik" sistemom za zaključavanje; namenjen spajanju infuzione boce i priključka za špric							
42	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije II							
42/1	Protektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom							
42/2	Injektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka							
42/3	Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka							
42/4	Konektor zatvorenog sistema za pripremu, transfer I primenu leka							
43	Zatvoren sistem za rastvaranje i administraciju citostatske terapije III							
43/1	Priključak za špric - Texium adaptor ili odgovarajuće							
43/2	Priključak za bocicu - Vented Vial Access Device ili odgovarajuće							
43/4	Set za spajanje - Connecting Set lock'n'go ili odgovarajuće							

43/5	Luer adapter s navojem							
43/6	Nastavak za aplikaciju							
44	Sistem za uzorkovanje urina							
44/1	Zatamnjeni kontejner za 24h urin, graduisan, zapremine 3L, sa integrisanom iglom u zatvaraču							
44/2	Vakuum epruveta urinska bez aditiva, sa oblim dnom i hemogard zatvaračem 11 ml							
44/3	Vakuum epruveta urinska sa konzervansom- hlorheksidin, etilparaben i natrijum propionat (stabilnost uzorka 72h) za hemijski pregled urina 8 ml							
44/4	Adapter za prenos urina sa slamčicom							
45	Pedijatrijske traheostomske kanile							
45/1	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 2.5, I.D.2.5 MM, O.D.4.2 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.							
45/2	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.0, I.D.3.0 MM, O.D.4.8 MM, duzine 39 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.							
45/3	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 3.5, I.D.3.5 MM, O.D.5.4 MM, duzine 40 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.							
45/4	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.0, I.D.4.0 MM, O.D.6.0 MM, duzine 41 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.							
45/5	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 4.5, I.D.4.5 MM, O.D.6.7 MM, duzine 42 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.							
45/6	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.0, I.D.5.0 MM, O.D.7.3 MM, duzine 44 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.							
45/7	Pedijatrijska traheostomska kanila, sa trapezoidnim kafom koji smanjuje aspiraciju I curenje vazduha iz respiratora, bez DEHP-a , velicine 5.5, I.D.5.5 MM, O.D.7.9 MM, duzine 46 MM, sa providnim krilcima na konektoru na otvoru kanile za bolju vidljivost traheostomisane površine.							
46	Traheostomska kanila od termosenzitivnog PVC-a sa low pressure balonom. Integrisani rotirajući 15 mm konektor. Valvula za Luer i Luer-lock vrhove šprica. Otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja, u setu sa trakom za vrat i uvodnikom, veličine 6-10.0mm.							
47	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela							
47/1	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 93mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 7, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom							

47/2	Armirana kanila sa mogucnoscu kontrole duzine proksimalnog dela I ultra tankim kafom trapezoidnog ili cilindricnog oblika, duzine 95mm sa dozvoljenim odstupanjima +/-10%, velicine 8, sterilna u paketu sa obturatorom za lakse plasiranje I fiksacionom trakom							
48	Specificni armirani endotrahealni tubusi sa kafom sa dozvoljenim odstupanjem +/-10% za potrebe Centra za anesteziju							
48/1	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,0mm; O.D. do 9.6mm, duzine 340 mm, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 7, sterilan							
48/2	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 7,5mm; O.D. do 10.2mm, duzine 350 mm, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 7.5, sterilan							
48/3	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,0mm; O.D. do 10.8mm, duzine 360 mm, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 8, sterilan							
48/4	Tubus endotrahealni, armirani, sa stampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubus sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide-tex" za lako uvođenje fiber-optickog endoskopa, I.D. 8,5mm; O.D. do 11.5mm, duzine 365 mm, 15mm neodvojivim konektorom, velicina 8.5, sterilan.							
49	Enema set za klistiranje sadrži kesu za klistiranje, zatvarač-otvarač, kateter, nepromočivu pelenu, glicerinski sapun, lubrikant i rukavicu							
50	Vodič za reintubaciju (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 2.5, duzine 700 mm (okvirna potreba 10)							
	broj 6, duzine 830 mm (okvirana količina 10)							
51	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse 4.0-6.0mm							
52	Uvođač endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog aluminijuma obloženog glatkom plastikom, mekog atraumatskog vrha, dužine 350mm sa dozvoljenim odstupanjima +/- 5% za tubuse veće od 5.0mm							
53	Set za sukciju mukusa pedijatrijski veličine 6 i 8							
54	Set za trahealnu sukciju sa mogucnoscu uzimanja uzorka							
55	Igla 0.4x20mm PVC							
56	Umbilikarni kateter (Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)							
	broj 4 (okvirna potreba 300 kom.)							
	broj 6 (okvirna potreba 600 kom.)							
	broj 8 (okvirna potreba 300 kom.)							

57	Applix Smart/Vision Pump set easy bag ili odgovarajuće							
58	Gravi Set easy bag ili odgovarajuće							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија/ставки, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију/ставку посебно.

Потпис овлашћеног лица понуђача

(име и презиме)

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку добара:

Медицинска пластика
Број јавне набавке: **A68/2020**

изјављујемо да ћемо доставити НАРУЧИОЦУ следеће финансијске гаранције, којима се обезбеђује испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза, и то:

1. За добро извршење оквирног споразума, издату у форми:

- 1.1 Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда (приликом обостраног потписивања оквирног споразума).

2. За добро извршење уговора, издату у форми:

- 2.1. Банкарске гаранције за добро извршење уговора, која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива и без права приговора (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци), уколико вредност додељеног уговора прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
- 2.2. Финансијску гаранцију за добро извршење уговора, уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:
- а) Банкарске гаранције, која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива и без права приговора (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора), или
- б) Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда. (приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци).

(Под 2.2. потребно је заокружити једну од наведених финансијских гаранција)

У _____, _____ . године

Потпис овлашћеног лица понуђача

(име и презиме)

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 – Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

_____ / ;
(словна) (нумеричка)

у складу са условима за учешће у јавној набавци добара:

Медицинска пластика
Број јавне набавке: **A68/2020**

Овлашћујемо **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ** као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову бланко меницу може искористити до износа од _____ динара, словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун бр.

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

- Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр. 3 конкурсне документације)
- Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - не потпише или одбије да потпише оквирни споразум, или
 - не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију предвиђену оквирном споразумом, према Закону о јавним набавкама.
- Менична обавеза важи 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења понуде.

Место :
Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

(име и презиме)

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)
(назив понуђача)

доставио дана _____ своју понуду за јавну набавку добара
_____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив јавне набавке добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту БАНКА),
(адреса банке)

или наши правни следбеници **извршити плаћање износа** од _____ РСД,

словима: _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун бр. **840-667667-80**.

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише оквирни споразум, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију предвиђену оквирном споразумом, према Закону о јавним набавкама.
3. Ова гаранција важи 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис банке _____

На основу члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА
за доделу оквирног споразума у поступку јавне набавке добара
Медицинска пластика
Број јавне набавке: **A68/2020**

Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем, чија је понуда изабрана као најповољнија применом критеријума **најнижа понуђена цена**.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, оквирни споразум ће се закључити са понуђачем који понуди **краћи рок испоруке**.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, услед чега није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба (**извлачењем из шешира**). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу оквирног споразума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум додељује.