



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку**

**ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за
катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
редни број јавне набавке за текућу годину
171А/2018**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**Врста поступка: **Отворени поступак**Број јавне набавке: **171A/2018**Предмет набавке (добра): **Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију**Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**Служба: **Јавне набавке**Лице за контакт: **Тања Данић, дипл. економиста**Електронска адреса: **tanjadanickcs@gmail.com**Телефон: **011/2656-473; факс: 011/2685-597****2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Добра – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију, ОРН: 33141200

- Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:

Добра – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију, ОРН: 33141200

UVODNICI	
1	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 7F
3	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 8F
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 7F
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 8F
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F
7	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F
8	Dugački, pravi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F
9	Biotomi za endomiokardnu biopsiju 7Fr (za jednokratnu upotrebu), femoralni pristup
10	Biotomi za perikardnu biopsiju kompatibilni sa Olympus HYF-1T fleksibilnim endoskopom, sa iglom u sredini, za jednokratnu upotrebu
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem
12	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča
ŽIČANI VODIČI	
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa tvrdim krajem
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem
15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 250-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip
DIJAGNOSTIČKI KATETERI	
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JR 3.5-5.0, najlonski
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni
22	Dijagnostički kateter 7F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AL 0.75-3.0 najlonski
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AR 1.0-2.0 najlonski
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlonski
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlonski
29	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.0-4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski
30	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući, krivine 3.5-5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski
KATETERI VODIČI	
31	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm
32	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm
33	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm
34	Kateter vodič 8F, EBU 3.5 do 5.0, unutrašnji dijametar ≥0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm

35	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
36	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
37	Kateter vodič 6F, AL 0.75 do 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) i Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
38	Kateter vodič 6F ili 7Fr, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
39	Kateter vodič 6F, krivine AR 1.0-2.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
40	Kateter vodič 7F, AL 0,75-4,0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
41	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
42	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
43	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 m
44	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
45	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm
46	Vodič kateteri dužine 90-100 cm specifičnih krivina (AL 0.75, AL 1.0, AL 2.0, EBU 3.5, EBU 3.75, EBU 4.0, JL 4.0, JL 5.0) sa i bez bočnih otvora, multisegmentnog dizajna, monoslojnog zida katetera za izvodjenje retrogradne rekanalizacije tehnike
47	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "Mother-and-child" kateter vodič, kompatibilni sa kateter vodičima od 6, 7 i 8F
DODATNI POTROŠNI MATERIJAL	
48	Manifold
49	Igle za punkciju arterije i vene
50	Nastavak od transdjusera do manifolda
51	Nastavak od manifolda do katetera
52	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine ≤ 8 cm
53	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)
54	Trokraka slavica za transdjusere
55	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste
56	Indeflator kapaciteta < 30 ml
57	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥ 30 ml)
58	Sterilni paket za primarne PCI procedure (Sterilni „drejp“ za femoralni ili radijalni pristup; Sterilni mantili za jednokratnu upotrebu, - 3 kom; Sterilna prekrivka za sto; Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali, Prekrivka za glavu aparata u sali; Igle za punkciju arterije; Skalpel; Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice 0.035"; Žica vodič dijametra 0.035", dužine 150cm., "J"krivine vrha; Manifold – višekraka slavica sa bočnim otvorima; Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm - 2 kom.; Špric koronarni za kontrast 20ml; Uvodnik za žicu vodič; Rotator žice vodiča; Hemostatska valvula automatska; Špric plastični za fiziološki rastvor, nitroglicerini i heparin- 3 kom.; Set za naduvavanje balona- indeflator maksimalnog pritiska do 35atm; Gaza od 12 listova – 50 kom;)
59	Sterilni paket za angiografske procedure (set treba da sadrži: prekrivku za sto dimenzija 140x150cm, univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa dva femoralna i dva radijalna otvora 235x370cm, 3 sterilna mantila za jednokratnu upotrebu, (2xXL, 1xL), sterilnu prekrivku za staklo 90x117 cm 1 kom., sterilnu prekrivku za glavu aparata 90x90cm 1 kom., gaze 10x10, 4 slojiliviše 20 kom., sunđer za jod 2 kom. skalpel br. 11 jedan kom.
60	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES rentgeske cevi i zaštitno olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi (najmanje 10 komada), sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju femoralne i radijalne arterije)
KORONARNI ŽICANI VODIČI	
61	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinolno jezgro), proksimalno hidrofobna, 190 cm i 300 cm, 3cm rendgenski neprovidan vrh
62	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 i 0.7 g (hidrofilni omotač preko vrha žice)
63	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8 g
64	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0,7 g
65	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofilni omotač, za hronične totalne okluzije, dužina rendgenski-neprovidnog vrha 11 cm , tvrdoće vrha 3.0 g
66	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, za hronične totalne okluzije, zašiljenog vrha dijametra 0.009 inča, tvrdoće vrha 9 i 12g
67	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8 i 1,0 g
68	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 145-165 cm
69	Koronarna žica 0.010 inča, za ekstenzalizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g 330 cm
70	Koronarna žica 0.014 inča, sa nikl-titanijumskim distalnim jezgrom, tvrdoća vrha 0.6 g
71	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1 g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač
72	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa jezgrom bez prelaza,

	različitim tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g,, tri nivoa podrške, 190 i 300cm
73	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opciono
74	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške, jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm
75	Koronarna žica vodič 0.014 inča dužine 180 cm od nerđajućeg čelika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra, za veoma tortuozne krvne sudove, tvrdoćom vrha 0,8gr, i vidljivošću vrha 3cm
76	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, za hronične totalne okluzije sa mikrokonusnim vrhom, težine 1,7 g, 3,5 g i 4,5 g
	SPECIJALNI KATETERI, BALON KATETERI, POSEBNE KORONARNE ŽICE I POSEBNI SISTEMI
77	Fiberoptički balon kateter za IABP
78	Kateter za OCT
79	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima
80	Kateteri sa burgijama za rotator
81	Žica za rotator
82	Sistem za postizanje i održavanje hemostaze na radijalnom mestu punkcije, patentirani 5-slojni materijal, hipoalergijski, propušta vazduh, transparentni, može da se koristi odmah nakon uklanjanja intraducera
83	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje
84	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe
85	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om
86	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5 Volcano sistemom
87	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB sistemom za IVUS
88	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa St Jude Sistemom
89	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa i-Lab Sistemom
90	Koronarna žica za merenje frakcione rezerve protoka (FFR) i merenje funkcionalnog značaja suženja koronarne arterije bez adenoza (iFR)
91	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska, određivanje frakcionalne i koronarne rezerve protoka kompatibilna sa Volcano sistemom
92	Optička koronarna žica izrađena od nitinolskog jezgra i nerđajućeg čelika 0.014 " za merenje frakcione rezerve protoka (FFR), dužine 175cm, pravog i fleksibilnog vrha, sa radiopaknim vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm, sa optičkim FFR senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustvo krvi, operativnog pritiska -300 do + 300mm Hg, preciznosti +/-1mm Hg + /- 1 % očitavanja (-30 do 50 mm Hg), nultog termalnog efekata (0.3% očitavanja (50 do 300 mmHg) 0.3 mmHg / °C, efekta toplotne osetljivosti 0.3% / °C, nultog drifta < 1 mmHg / č, kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem
93	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)
94	Set za perikardiocentezu
95	Kateter omča za vađenje stranih tela
96	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski termodilucioni sa setom za merenje minutnog volumena koji sadrži: manifold u koji ulazi referentna elektroda Cardiac Output computera preko koje se meri temperatura ubrizganog rastvora, luer-lock špric do 10 ml sa valvulom koji omogućava ponavljano ubrizgavanje tačnog volumena od 10ml hladnog fiziološkog rastvora, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem, što je esencijalno za adekvatno merenje minutnog volumena i zaštitnu košuljicu koja čuva sterilnost sistema
97	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 6Fr
98	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 7-8Fr
99	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)
100	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo(dimenzija stakla 61x76cm)
	STRUKTURNE BOLESTI
101	Uvodnik za TAVI 14F
102	Supertvrde žice za TAVI procedure
103	Materijal za acist pumpu - A-2000 – špric za pumpu od 100ml
104	Materijal za acist pumpu - BT-2000 – manifold set sa transducerom za hemodinamiku
105	Materijal za acist pumpu - ATP-54 – set - okidač za kontrast i fiziološki rastvor
	ELEKTROFIZIOLOGIJA
106	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm, push-pull mehanizam ručke katetera
107	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i solidnom distalnom elektrodom od 3.5-4 mm, dijometri distalne krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera
108	Cirkularni deflektibilni duodekapolarni dijagnostički kateter fiksno dijametra u veličinama 15 mm, 18 mm i 20 mm za aktivacioni mapping plućnih vena, push-pull ručka katetera
109	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore (dužina 63 cm i 81 cm) sa odgovarajućom J-žicom vodičem 0.032
110	Dugačka igla za transseptalnu punkciju rezistentnog atrijalnog septuma sa veoma oštrom vrhom (ugao kosine vrha igle <=30°)
111	Dugački uvodnici dužine lumena >= 80 cm sa odgovarajućom J-žicom vodičem, promenljivom krivinom vrha, mogućnošću usmeravanja vrha uvodnika u dva suprotna smera (bidirekciona defleksija vrha uvodnika), i različitim krivina vrha uvodnika na jednu stranu u odnosu na drugu stranu (asimetrična defleksija vrha uvodnika)

112	Kožne elektrode za elektroanatomski maping sistem Ensight Velocity
113	Kožna adhezivna indiferentna elektroda za ablaciju, kompatibilna sa RF generatorom Ampere.
114	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu Coolpoint)
115	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu CoolFlow)
116	Kateteri sa spoljnom irigacijom za RF ablaciju sa senzorom za merenje sile kontakta ablativne elektrode (Tacticath)
117	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju promenljivog dijametra krivine, sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam katetera
118	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću defleksije, dijametar krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera
119	Dijagnostički kvadrilarni elektrofiziološki kateteri 7Fr, promenljivog dijametra krivine, sa mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam ručke katetera
120	Dekapolarni dijagnostički elektrofiziološki kateteri za aktivacioni maping koronarnog sinusa
121	Transseptalna igla sa styletom pojačane čvrstine dimenzije igle 22G/56cm, i 21G na dužinama 71 cm, 89 cm i 98 cm, sa krivinama vrha 50° i 86°.
122	Deflektibilni dugački uvodnik, 8.5Fr, upotrebne dužine uvodnika 74 cm, sa dilatatorom i žicom vodičem 0.032x180 cm, sa tri dimenzije zakrivljenosti ugla zakrivljenja 16.4 mm, 22.4 mm i 36.0 mm; bidirekcionni 180°, sa markerom na vrhu, atraumatskim vrhom, i distalnim bočnim otvorima
123	Dugački uvodnici za transseptalnu punkciju sa fiksnom krivinom, veličina 8.5Fr, na dužinama 60 cm, 79.4 cm, i 101.5 cm, u kompletu sa odgovarajućom žicom vodičem 0.035.
124	J-žičani vodič 0.032" dužine >=150 cm
125	Duodekapolarni dijagnostički HALO-like kateter za maping tipičnog atrijalnog flatera 7Fr, razmak elektroda 2-8-2, veličine krivina 80 mm i 100 mm, push-pull mehanizam ručke katetera

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-Прилог бр. 3/1
4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-Прилог бр. 3/2
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА–Прилог бр. 4
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Прилог бр. 5а
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – Прилог 5б
8. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр. 6
9. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.(Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – Прилог бр. 7
10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – Прилог бр. 8
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр. 9
12. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10 + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
13. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Прилог бр. 11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗАКОН, члана 2. **Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** („Службени гласник Републике Србије“ број 86/2015), у даљем тексту: ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ♦ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ♦ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ♦ Пратећи документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ♦ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА.
- ♦ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, ПОНУЂАЧ попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

- Прилог број 1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава.**
- Прилог број 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава.**
- Прилог број 3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде понуђач мора да попуни, а прилог да потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен понуда може бити одбијена као неприхватљива.
- Прилог број 3/1 – Подаци о подизвођачу.
- Прилог број 3/2 – Подаци о члану групе понуђача.
Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7) овог упутства.
- Прилог број 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, **потписује и оверава печатом.**
- Прилог број 5а – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**
- Прилог број 5б – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**
- Прилог број 6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ЗА ТО ПРЕДВИЂЕНО МЕСТО, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**
- Прилог број 7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, понуђач може унети податке на полеђини прилога број 7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. Наведени прилог **понуђач потписује и оверава печатом.**
- Прилог број 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Наведени прилог **понуђач потписује и оверава печатом.**
- Прилог број 9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог број 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22) овог упутства. **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**
- Прилог број 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и члана 93. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и подаци о обавезној садржини тог споразума

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- ♦ Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- ♦ опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- ♦ Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.
- ♦ На основу члана 19. став 2. Закона, наручилац ће у прилогу број 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страниој валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.

- ♦ Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог број 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
 - ♦ **Образац понуде – Прилог број 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
 - ♦ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.
- 10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке**
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:
- ♦ Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
 - ♦ Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 - ♦ Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
 - ♦ Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у прилогу број 4 конкурсне документације.
- Докази из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- 11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац**
У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.
- 12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче**
Наручилац је дужан да:
- ♦ чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
 - ♦ одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
 - ♦ чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.
- 13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона**
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Наручилац ће пријем документа вршити само у току свог радног времена (7.30 часова – 15.30 часова), сваког радног дана (понедељак – петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем документа достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног радног дана.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
- 14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**
Наручилац ће, по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- 15) **Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријуму који је утврђен Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог број 11 конкурсне документације).

- 16) **Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

У случају да постоје два или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног елемента критеријума, односно начина утврђеног у прилогу број 11 конкурсне документације.

- 17) **Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- 18) **Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

- 19) **Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачка од 1) до 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тачка од 1) до 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним**

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- Захтев за заштиту права мора бити потпун, у складу са чланом 151. став 1. тачка од 1) до 7) Закона, тј. мора да садржи:
 - 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 - 2) назив и адресу наручиоца;
 - 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 - 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
 - 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 - 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
 - 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне

набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

20) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора.

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка број 4 овог упутства).

22) Средства финансијског обезбеђења

22.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

22.1.4 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.5 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда, или
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.1.6 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први платива, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- уколико понуђач као финансијску гаранцију за озбиљност понуде достави бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.1.7 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

22.1.8 Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 (тридесет) календарских дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.9 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.2 Финансијска гаранција за добро извршење посла

22.2.1 Понуђач је обавезан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности уговора са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

22.2.2 Понуђач је дужан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора, издату у форми:

- ♦ банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- ♦ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- ♦ достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- ♦ Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење посла достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке **после дана објављивања позива за подношење понуда**.

22.2.3 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- ♦ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- ♦ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- ♦ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанету му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

22.3 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 22.2 овог упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке.

23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

- ♦ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- ♦ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

- ♦ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

- ♦ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу
**Клинички центар Србије, Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Београд, Пастерова 2**

са назнаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 171А/2018

**ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за
кардиологију – НЕ ОТВАРАТИ**

30) Јавно отварање понуда

Наручилац ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у просторијама управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника. Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Број понуде: _____

Прилог бр. 3

Датум: ____/____/____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Електронска адреса: _____

Телефон: _____

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

Особа за контакт: _____

ПИБ: _____

(попуњава понуђач)

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију, и то:

Ред. број партије	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
				Цена по јединици мере динара без ПДВ-а	Вредност динара без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7
	UVODNICI					
1	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F	kom.	700			
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 7F	kom.	550			
3	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 8F	kom.	200			
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 7F	kom.	500			
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 8F	kom.	100			
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F	kom.	10			
7	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F	kom.	80			
8	Dugački, pravi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F	kom.	30			
9	Biotomi za endomiokardnu biopsiju 7Fr (za jednokratnu upotrebu), femoralni pristup	kom.	80			
10	Biotomi za perikardnu biopsiju kompatibilni sa Olympus HYF-1T fleksibilnim endoskopom, sa iglom u sredini, za jednokratnu upotrebu	kom.	5			
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem	kom.	2000			
12	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča	kom.	2000			
	ŽIČANI VODIČI					
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	3600			
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem	kom.	200			
15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 250-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	300			
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh	kom.	100			
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip	kom.	800			
	DIJAGNOSTIČKI KATETERI					

18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski	kom.	1900			
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JR 3.5-5.0, najlonski	kom.	1900			
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	100			
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	80			
22	Dijagnostički kateter 7F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	100			
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AL 0,75-3.0 najlonski	kom.	20			
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AR 1.0-2.0 najlonski	kom.	20			
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski	kom.	30			
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski	kom.	150			
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlonski	kom.	30			
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlonski	kom.	30			
29	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.0-4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	200			
30	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući, krivine 3.5-5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	800			
	KATETERI VODIČI					
31	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	300			
32	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	1000			
33	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	200			
34	Kateter vodič 8F, EBU 3.5 do 5.0, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	10			
35	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	1200			
36	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30			
37	Kateter vodič 6F, AL 0.75 do 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	200			
38	Kateter vodič 6F ili 7Fr, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	50			
39	Kateter vodič 6F, krivine AR 1.0-2.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	20			
40	Kateter vodič 7F, AL 0,75-4,0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	50			
41	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30			
42	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30			
43	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 m	kom.	20			

44	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	10			
45	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	200			
46	Vodič kateteri dužine 90-100 cm specifičnih krivina (AL 0.75, AL 1.0, AL 2.0, EBU 3.5, EBU 3.75, EBU 4.0, JL 4.0, JL 5.0) sa i bez bočnih otvora, multisegmentnog dizajna, monoslojnog zida katetera za izvodjenje retrogradne rekanalizacije tehnike	kom.	70			
47	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "Mother-and-child" kateter vodič, kompatibilni sa kateter vodičima od 6, 7 i 8F	kom.	15			
DODATNI POTROŠNI MATERIJAL						
48	Manifold	kom.	4500			
49	Igle za punkciju arterije i vene	kom.	1000			
50	Nastavak od transdjusera do manifolda	kom.	3000			
51	Nastavak od manifolda do katetera	kom.	3000			
52	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine ≤ 8 cm	kom.	1500			
53	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)	kom.	100			
54	Trokraka slavinica za transdjusere	kom.	100			
55	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste	kom.	1900			
56	Indeflator kapaciteta < 30 ml	kom.	500			
57	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥ 30 ml)	kom.	10			
58	Sterilni paket za primarne PCI procedure (Sterilni „drejp“ za femoralni ili radijalni pristup; Sterilni mantili za jednokratnu upotrebu, - 3 kom; Sterilna prekrivka za sto; Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali, Prekrivka za glavu aparata u sali; Igle za punkciju arterije; Skalpel; Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice 0.035"; Žica vodič dijametra 0.035", dužine 150cm., "J"krivine vrha; Manifold – višekraka slavinica sa bočnim otvorima; Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm - 2 kom.; Špric koronarni za kontrast 20ml; Uvodnik za žicu vodič; Rotator žice vodiča; Hemostatska valvula automatska; Špric plastični za fiziološki rastvor, nitroglicerina i heparin- 3 kom.; Set za naduvavanje balona- indeflator maksimalnog pritiska do 35atm; Gaza od 12 listova – 50 kom;)	kom.	350			
59	Sterilni paket za angiografske procedure (set treba da sadrži: prekrivku za sto dimenzija 140x150cm, univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa dva femoralna i dva radijalna otvora 235x370cm, 3 sterilna mantila za jednokratnu upotrebu, (2xXL, 1xL), sterilnu prekrivku za staklo 90x117 cm 1 kom., sterilnu prekrivku za glavu aparata 90x90cm 1 kom., gaze 10x10, 4 slojiliviše 20 kom., sunder za jod 2 kom. skalpel br. 11 jedan kom.	kom.	350			
60	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES rentgeske cevi i zaštitno olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi (najmanje 10 komada), sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju femoralne I radijalne arterije)	kom.	300			
KORONARNI ŽIČANI VODIČI						
61	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinoljsko jezgro),	kom.	900			

	proksimalno hidrofobna, 190 cm i 300 cm, 3cm rendgenski neprovidan vrh					
62	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 i 0.7 g (hidrofilni omotač preko vrha žice)	kom.	950			
63	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8 g	kom.	50			
64	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0,7 g	kom.	80			
65	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofilni omotač, za hronične totalne okluzije, dužina rendgenski-neprovidnog vrha 11 cm, tvrdoće vrha 3.0 g	kom.	30			
66	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, za hronične totalne okluzije, zašiljenog vrha dijametra 0.009 inča, tvrdoće vrha 9 i 12g	kom.	15			
67	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8 i 1,0 g	kom.	110			
68	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 145-165 cm	kom.	15			
69	Koronarna žica 0.010 inča, za ekstenalizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g 330 cm	kom.	3			
70	Koronarna žica 0.014 inča, sa nikl-titanijumskim distalnim jezgrom, tvrdoća vrha 0.6 g	kom.	900			
71	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1 g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač	kom.	100			
72	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g,, tri nivoa podrške, 190 i 300cm	kom.	100			
73	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opciono	kom.	100			
74	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške, jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm	kom.	70			
75	Koronarna žica vodič 0.014 inča dužine 180 cm od nerđajućeg čelika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra, za veoma tortuozne krvne sudove, tvrdoćom vrha 0,8gr, i vidljivošću vrha 3cm	kom.	40			
76	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, za hronične totalne okluzije sa mikrokonusnim vrhom, težine 1,7 g, 3,5 g i 4,5 g	kom.	85			
	SPECIJALNI KATETERI, BALON KATETERI, POSEBNE KORONARNE ŽICE I POSEBNI SISTEMI					
77	Fiberoptički balon kateter za IABP	kom.	20			
78	Kateter za OCT	kom.	20			
79	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima	kom.	10			
80	Kateteri sa burgijama za rotablator	kom.	12			
81	Žica za rotablator	kom.	15			
82	Sistem za postizanje i održavanje hemostaze na radijalnom mestu punkcije, patentirani 5-slojni materijal, hipoalergijski, propušta vazduh, transparentni, može da se koristi odmah nakon uklanjanja intraducera	kom.	1000			
83	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje	kom.	3500			
84	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe	kom.	150			
85	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om	kom.	40			
86	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5 Volcano sistemom	kom.	10			
87	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB sistemom za IVUS	kom.	10			

88	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa St Jude Sistemom	kom.	60			
89	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa i-Lab Sistemom	kom.	70			
90	Koronarna žica za merenje frakcione rezerve protoka (FFR) i merenje funkcionalnog značaja suženja koronarne arterije bez adenoza (IFR)	kom.	30			
91	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska, određivanje frakcionalne i koronarne rezerve protoka kompatibilna sa Volcano sistemom	kom.	20			
92	Optička koronarna žica izrađena od nitinolskog jezgra i nerđajućeg čelika 0.014 " za merenje frakcione rezerve protoka (FFR), dužine 175cm, pravog i fleksibilnog vrha, sa radiopaknim vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm, sa optičkim FFR senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustvo krvi, operativnog pritiska - 300 do + 300mm Hg, preciznosti +/-1mm Hg +/- 1 % očitavanja (-30 do 50 mm Hg), nultog termalnog efekata (0.3% očitavanja (50 do 300 mmHg) 0.3 mmHg / °C, efekta toplotne osetljivosti 0.3% / °C, nultog drifta < 1 mmHg / č, kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem	kom.	50			
93	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)	kom.	30			
94	Set za perikardiocentezu	kom.	80			
95	Kateter omča za vađenje stranih tela	kom.	2			
96	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski termodilucioni sa setom za merenje minutnog volumena koji sadrži: manifold u koji ulazi referentna elektroda Cardiac Output computera preko koje se meri temperatura ubrizganog rastvora, luer-lock špric do 10 ml sa valvulom koji omogućava ponavljano ubrizgavanje tačnog volumena od 10ml hladnog fiziološkog rastvora, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem, što je esencijalno za adekvatno merenje minutnog volumena i zaštitnu košuljicu koja čuva sterilnost sistema	kom.	130			
97	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 6Fr	kom.	10			
98	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 7-8Fr	kom.	20			
99	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)	kom.	50			
100	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo (dimenzija stakla 61x76cm)	kom.	50			
	STRUKTURNE BOLESTI					
101	Uvodnik za TAVI 14F	kom.	5			
102	Supertvrde žice za TAVI procedure	kom.	5			
103	Materijal za acist pumpu - A-2000 – špric za pumpu od 100ml	kom.	80			
104	Materijal za acist pumpu - BT-2000 – manifold set sa transducerom za hemodinamiku	kom.	80			
105	Materijal za acist pumpu - ATP-54 – set - okidač za kontrast i fiziološki rastvor	kom.	250			
	ELEKTROFIZIOLOGIJA					
106	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	22			
107	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i solidnom distalnom elektrodom od 3.5-4 mm, dijametri distalne krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	4			
108	Cirkularni deflektibilni duodekapolarni dijagnostički kateter fiksnog dijametra u veličinama 15 mm, 18 mm i 20 mm za aktivacioni maping plućnih vena, push-pull ručka katetera	kom.	21			

109	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore (dužina 63 cm i 81 cm) sa odgovarajućom J-žicom vodičem 0.032	kom.	40			
110	Dugačka igla za transseptalnu punkciju rezistentnog atrijalnog septuma sa veoma oštrim vrhom (ugao kosine vrha igle $\leq 30^\circ$)	kom.	21			
111	Dugački uvodnici dužine lumena ≥ 80 cm sa odgovarajućom J-žicom vodičem, promenljivom krivinom vrha, mogućnošću usmeravanja vrha uvodnika u dva suprotna smera (bidirekciona defleksija vrha uvodnika), i različitim krivina vrha uvodnika na jednu stranu u odnosu na drugu stranu (asimetrična defleksija vrha uvodnika)	kom.	19			
112	Kožne elektrode za elektroanatomski mapping sistem Ensite Velocity	kom.	110			
113	Kožna adhezivna indiferentna elektroda za ablaciju, kompatibilna sa RF generatorom Ampere.	kom.	90			
114	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu Coolpoint)	kom.	91			
115	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu CoolFlow)	kom.	17			
116	Kateteri sa spoljnom irigacijom za RF ablaciju sa senzorom za merenje sile kontakta ablativne elektrode (Tacticath)	kom.	33			
117	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju promenljivog dijametra krivine, sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam katetera	kom.	17			
118	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću defleksije, dijametar krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	4			
119	Dijagnostički kvadripolarni elektrofiziološki kateteri 7Fr, promenljivog dijametra krivine, sa mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	17			
120	Dekapolarni dijagnostički elektrofiziološki kateteri za aktivacioni mapping koronarnog sinusa	kom.	7			
121	Transseptalna igla sa styletom pojačane čvrstine dimenzije igle 22G/56cm, i 21G na dužinama 71 cm, 89 cm i 98 cm, sa krivinama vrha 50° i 86° .	kom.	6			
122	Deflektibilni dugački uvodnik, 8.5Fr, upotrebne dužine uvodnika 74 cm, sa dilatatorom i žicom vodičem 0.032x180 cm, sa tri dimenzije zakrivljenosti ugla zakrivljenja 16.4 mm, 22.4 mm i 36.0 mm; bidirekciono 180° , sa markerom na vrhu, atraumatskim vrhom, i distalnim bočnim otvorima	kom.	5			
123	Dugački uvodnici za transseptalnu punkciju sa fiksnom krivinom, veličina 8.5Fr, na dužinama 60 cm, 79.4 cm, i 101.5 cm, u kompletu sa odgovarajućom žicom vodičem 0.035.	kom.	8			
124	J-žičani vodič 0.032" dužine ≥ 150 cm	kom.	33			
125	Duodekapolarni dijagnostički HALO-like kateter za mapping tipičnog atrijalnog flatera 7Fr, razmak elektroda 2-8-2, veličine krivina 80 mm i 100 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	9			
УКУПНА ВРЕДНОСТ понуђених партија без ПДВ-а						
ПДВ (уписати стопу)						
УКУПНА ВРЕДНОСТ понуђених партија са ПДВ-ом						

РОК ИСПОРУКЕ:	_____ сата/и од пријема писаног захтева наручиоца.
----------------------	--

Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема писаног захтева наручиоца.

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:	Испорука добара вршиће се према захтеву наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:	Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и

	достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава.
РОК ПЛАЋАЊА:	Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	_____ дан/а од дана отварања понуде
---------------------------	-------------------------------------

Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:	
---	--

CASSA SCONTO:	За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
	За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%
	За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава cassa sconto _____%

Напомена: Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за плаћање пре предвиђеног рока.

ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

(обавезно заокружити начин подношења понуде)

1. Самостално
2. Са подизвођачем

(уписати основне податке о подизвођачу)

3. Као заједничку понуду

(уписати основне податке о заједничким понуђачима)

Потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

М.П.

Напомена наручиоца:

Ради ефикаснијег, бржег уноса података и евентуалног избегавања рачунских и техничких грешака, наручилац обавештава понуђаче да прилог број 6 конкурсне документације “Модел уговора” попуњен снимице на CD и доставе у истој коверти са понудом.

Наручилац неће одбити понуде понуђача који у оквиру својих понуда не доставе податке на CD-у.

Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		
Проценат учешћа подизвођача у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу, овај образац не треба попуњавати.

М.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

М.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред. бр.	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Напомена: Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правно лице: -Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда, да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					
4.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико донето од стране Министарства здравља РС					
5.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под пуном пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Доказ: Од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона (прилог бр. 5б)					

6.	Услов: Да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима стандарда ISO 9001 Доказ: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави важећи сертификат ISO9001 за понуђача					
7.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. Докази: 1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача или представништва произвођача или ексклузивног заступника на територији РС или носиоца уписа у регистар медицинских средстава код АЛИМС-а. 2) Изјава којом се понуђач обавезује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ће након отварања понуда, за све време трајања стручне оцено понуда располагати са најмање 10% понуђених количина добара са тачно назначеном адресом магацина на којој се налазе потребне количине и радним временом магацина. Напомена: Наручилац задржава право да изврши контролу захтеваних количина у радно време наведено у изјави, на адреси коју је понуђач навео у изјави. Пре спровођења контроле, наручилац ће најкасније 24 сата пре вршења контроле путем факса или електронске поште упутити обавештење, у којем ће понуђача обавестити о тачном датуму и времену вршења контроле. Понуђач је дужан да потврди пријем обавештења, а уколико одбије да потврди пријем или потврди пријем али не омогући наручиоцу да изврши контролу, што ће се записнички констатовати, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Приликом вршења контроле, комисија ће записнички констатовати затечене количине добара које су предмет контроле. Наведени записник ће бити потписан од стране чланова комисије наручиоца и присутног, овлашћеног лица понуђача, као и оверен печатом од стране наручиоца и понуђача. Уколико се приликом извршене контроле утврди да понуђач не поседује на наведеној адреси захтеване минималне количине добара, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наведена контрола се спроводи као предуслов гаранције уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке, а у фази стручне оцено понуда. Напомене: <u>1. Уколико је понуђач уједно и произвођач, није у обавези да доказује испуњеност горе наведеног услова.</u> <u>2. Уколико је понуђач носилац уписа у регистар медицинских средстава није у обавези да доказује испуњеност горе наведеног услова</u>					

Напомене:

- Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа** као, на пример:
 - извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
- Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4).**
Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.
6. Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, тач.1-3) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
7. У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач.1)- 4) и услов из чл.75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
9. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

У складу са одредбом члана 26. Закона, _____ даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара – **Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију, ЈН бр. 171А/2018**, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у отвореном поступку јавне набавке добара – **Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију ЈН бр. 171А/2018,** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум _____

име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

и

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
171A/2018 ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за
катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

*(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)*

Београд 2018. године

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију, ЈН 171A/2018
страна 27 од 60

1

.....

.....

(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун:

Тел/факс:

Електронска адреса:.....

(у даљем тексту овог уговора: ДОБАВЉАЧ)

и

2 Клинички центар Србије – Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа в.д. директора доц. др Милика Ашанин;

Шифра делатности: 85110;

Регистарски број: 01607089503;

Матични број: 07089503;

ПИБ:100118429;

Текући рачун: 840-667667-80;

Тел/факс: 011/2656 473; 011/2685 597;

(у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог уговора: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја добара – **Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију**, и то:

Ред. број партије	НАЗИВ ДОБАРА	Јед. мере	Кол.	ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ					
				Каталошки број	Заштићено име – комерцијални назив/ произвођач – земља порекла	Паковање	Цена по јединици мере динара без ПДВ-а	Вредност динара без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UVODNICI								
1	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F	kom.	700						
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 7F	kom.	550						
3	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 8F	kom.	200						
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 7F	kom.	500						
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 8F	kom.	100						
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F	kom.	10						
7	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F	kom.	80						
8	Dugački, pravi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F	kom.	30						
9	Biotomi za endomiokardnu biopsiju 7Fr (za jednokratnu upotrebu), femoralni pristup	kom.	80						
10	Biotomi za perikardnu biopsiju kompatibilni sa Olympus HYF-1T fleksibilnim endoskopom, sa iglom u sredini, za jednokratnu upotrebu	kom.	5						
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem	kom.	2000						
12	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča	kom.	2000						
	ŽIČANI VODIČI								
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	3600						
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem	kom.	200						

Конкурсна документација за јавну набавку

ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију, ЈН 171А/2018

страница 28 од 60

15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 250-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	300						
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh	kom.	100						
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip	kom.	800						
	DIJAGNOSTIČKI KATETERI								
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski	kom.	1900						
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JR 3.5-5.0, najlonski	kom.	1900						
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	100						
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	80						
22	Dijagnostički kateter 7F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	100						
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AL 0,75-3.0 najlonski	kom.	20						
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AR 1.0-2.0 najlonski	kom.	20						
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski	kom.	30						
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski	kom.	150						
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlonski	kom.	30						
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlonski	kom.	30						
29	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.0-4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	200						
30	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući, krivine 3.5-5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	800						
	KATETERI VODIČI								
31	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	300						
32	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	1000						
33	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	200						
34	Kateter vodič 8F, EBU 3.5 do 5.0, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	10						
35	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	1200						
36	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30						
37	Kateter vodič 6F, AL 0.75 do 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	200						
38	Kateter vodič 6F ili 7Fr, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	50						
39	Kateter vodič 6F, krivine AR 1.0-2.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	20						
40	Kateter vodič 7F, AL 0.75-4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	50						
41	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30						

42	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30						
43	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 m	kom.	20						
44	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	10						
45	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	200						
46	Vodič kateteri dužine 90-100 cm specifičnih krivina (AL 0.75, AL 1.0, AL 2.0, EBU 3.5, EBU 3.75, EBU 4.0, JL 4.0, JL 5.0) sa i bez bočnih otvora, multisegmentnog dizajna, monoslojnog zida katetera za izvodjenje retrogradne rekanalizacije tehnike	kom.	70						
47	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "Mother-and-child" kateter vodič, kompatibilni sa kateter vodičima od 6, 7 i 8F	kom.	15						
	DODATNI POTROŠNI MATERIJAL								
48	Manifold	kom.	4500						
49	Igle za punkciju arterije i vene	kom.	1000						
50	Nastavak od transdjusera do manifolda	kom.	3000						
51	Nastavak od manifolda do katetera	kom.	3000						
52	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine ≤ 8 cm	kom.	1500						
53	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)	kom.	100						
54	Trokraka slavica za transdjusere	kom.	100						
55	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste	kom.	1900						
56	Indeflator kapaciteta < 30 ml	kom.	500						
57	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥ 30 ml)	kom.	10						
58	Sterilni paket za primarne PCI procedure (Sterilni „drejp“ za femoralni ili radijalni pristup; Sterilni mantili za jednokratnu upotrebu, - 3 kom; Sterilna prekrivka za sto; Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali, Prekrivka za glavu aparata u sali; Igle za punkciju arterije; Skalpel; Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice 0.035"; Žica vodič dijametra 0.035", dužine 150cm., "J"krivine vrha; Manifold – višekraka slavica sa bočnim otvorima; Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm - 2 kom.; Špric koronarni za kontrast 20ml; Uvodnik za žicu vodič; Rotator žice vodiča; Hemostatska valvula automatska; Špric plastični za fiziološki rastvor, nitroglicerini i heparin- 3 kom.; Set za naduvavanje balona- indeflator maksimalnog pritiska do 35atm; Gaza od 12 listova – 50 kom;)	kom.	350						
59	Sterilni paket za angiografske procedure (set treba da sadrži: prekrivku za sto dimenzija 140x150cm, univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa dva femoralna i dva radijalna otvora 235x370cm, 3 sterilna mantila za jednokratnu upotrebu, (2xXL, 1xL), sterilnu prekrivku za staklo 90x117 cm 1 kom., sterilnu prekrivku za glavu aparata 90x90cm 1 kom., gaze 10x10, 4 slojailivije 20 kom., sunđer za jod 2 kom. skalpel br. 11 jedan kom.	kom.	350						
60	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES rentgeske cevi i zaštitno olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi (najmanje 10 komada), sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju femoralne I radijalne	kom.	300						

	arterije)								
	KORONARNI ŽIČANI VODIČI								
61	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinolno jezgro), proksimalno hidrofobna, 190 cm i 300 cm, 3cm rendgenski neprovidan vrh	kom.	900						
62	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 i 0.7 g (hidrofilni omotač preko vrha žice)	kom.	950						
63	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8 g	kom.	50						
64	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0,7 g	kom.	80						
65	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofilni omotač, za hronične totalne okluzije, dužina rendgenski-neprovidnog vrha 11 cm, tvrdoće vrha 3.0 g	kom.	30						
66	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, za hronične totalne okluzije, zašiljenog vrha dijametra 0.009 inča, tvrdoće vrha 9 i 12g	kom.	15						
67	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8 i 1,0 g	kom.	110						
68	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 145-165 cm	kom.	15						
69	Koronarna žica 0.010 inča, za eksternalizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g 330 cm	kom.	3						
70	Koronarna žica 0.014 inča, sa nikl-titanijumskim distalnim jezgrom, tvrdoća vrha 0.6 g	kom.	900						
71	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1 g, nikl-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač	kom.	100						
72	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g., tri nivoa podrške, 190 i 300cm	kom.	100						
73	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opciono	kom.	100						
74	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške, jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm	kom.	70						
75	Koronarna žica vodič 0.014 inča dužine 180 cm od nerđajućeg čelika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimer oblogom preko jezgra, za veoma tortuozne krvne sudove, tvrdoćom vrha 0,8gr, i vidljivošću vrha 3cm	kom.	40						
76	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, za hronične totalne okluzije sa mikrokonusnim vrhom, težine 1,7 g, 3,5 g i 4,5 g	kom.	85						
	SPECIJALNI KATETERI, BALON KATETERI, POSEBNE KORONARNE ŽICE I POSEBNI SISTEMI								
77	Fiberoptički balon kateter za IABP	kom.	20						
78	Kateter za OCT	kom.	20						
79	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima	kom.	10						
80	Kateteri sa burgijama za rotator	kom.	12						
81	Žica za rotator	kom.	15						
82	Sistem za postizanje i održavanje hemostaze na radijalnom mestu punkcije, patentirani 5-slojni materijal, hipoalergijski, propušta vazduh, transparentni, može da se koristi odmah nakon uklanjanja intraducera	kom.	1000						
83	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje	kom.	3500						
84	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe	kom.	150						
85	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om	kom.	40						
86	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5 Volcano sistemom	kom.	10						

87	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB sistemom za IVUS	kom.	10						
88	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa St Jude Sistemom	kom.	60						
89	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa i-Lab Sistemom	kom.	70						
90	Koronarna žica za merenje frakcione rezerve protoka (FFR) i merenje funkcionalnog značaja suženja koronarne arterije bez adenoza (iFR)	kom.	30						
91	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska, određivanje frakcionalne i koronarne rezerve protoka kompatibilna sa Volcano sistemom	kom.	20						
92	Optička koronarna žica izrađena od nitinolnog jezgra i nerđajućeg čelika 0.014 " za merenje frakcione rezerve protoka (FFR), dužine 175cm, pravog i fleksibilnog vrha, sa radiopaknim vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm, sa optičkim FFR senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustvo krvi, operativnog pritiska -300 do + 300mm Hg, preciznosti +/-1mm Hg +/- 1 % očitavanja (-30 do 50 mm Hg), nultog termalnog efekata (0.3% očitavanja (50 do 300 mmHg) 0.3 mmHg / °C, efekta toplotne osetljivosti 0.3% / °C, nultog drifta < 1 mmHg / č, kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem	kom.	50						
93	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)	kom.	30						
94	Set za perikardiocentezu	kom.	80						
95	Kateter omča za vađenje stranih tela	kom.	2						
96	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski termodilucioni sa setom za merenje minutnog volumena koji sadrži: manifold u koji ulazi referentna elektroda Cardiac Output computera preko koje se meri temperatura ubrizganog rastvora, luer-lock špric do 10 ml sa valvulom koji omogućava ponavljano ubrizgavanje tačnog volumena od 10ml hladnog fiziološkog rastvora, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem, što je esencijalno za adekvatno merenje minutnog volumena i zaštitnu košuljicu koja čuva sterilnost sistema	kom.	130						
97	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 6Fr	kom.	10						
98	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 7-8Fr	kom.	20						
99	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)	kom.	50						
100	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo (dimenzija stakla 61x76cm)	kom.	50						
	STRUKTURNE BOLESTI								
101	Uvodnik za TAVI 14F	kom.	5						
102	Supertvrde žice za TAVI procedure	kom.	5						
103	Materijal za acist pumpu - A-2000 – špric za pumpu od 100ml	kom.	80						
104	Materijal za acist pumpu - BT-2000 – manifold set sa transducerom za hemodinamiku	kom.	80						
105	Materijal za acist pumpu - ATP-54 – set - okidač za kontrast i fiziološki rastvor	kom.	250						
	ELEKTROFIZIOLOGIJA								
106	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	22						
107	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i solidnom distalnom elektrodom od 3.5-4 mm, dijometri distalne krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	4						
108	Cirkularni deflektibilni duodekapolarni dijagnostički kateter fiksnog dijametra u veličinama 15 mm, 18 mm i 20 mm za aktivacioni mapping plućnih vena, push-pull	kom.	21						

	ručka katetera								
109	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore (dužina 63 cm i 81 cm) sa odgovarajućom J-žicom vodičem 0.032	kom.	40						
110	Dugačka igla za transseptalnu punkciju rezistentnog atrijalnog septuma sa veoma oštrim vrhom (ugao kosine vrha igle $\leq 30^\circ$)	kom.	21						
111	Dugački uvodnici dužine lumena ≥ 80 cm sa odgovarajućom J-žicom vodičem, promenljivom krivinom vrha, mogućnošću usmeravanja vrha uvodnika u dva suprotna smera (bidirekciona defleksija vrha uvodnika), i različitim krivina vrha uvodnika na jednu stranu u odnosu na drugu stranu (asimetrična defleksija vrha uvodnika)	kom.	19						
112	Kožne elektrode za elektroanatomski mapping sistem Ensite Velocity	kom.	110						
113	Kožna adhezivna indiferentna elektroda za ablaciju, kompatibilna sa RF generatorom Ampere.	kom.	90						
114	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu Coolpoint)	kom.	91						
115	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu CoolFlow)	kom.	17						
116	Kateteri sa spoljnom irigacijom za RF ablaciju sa senzorom za merenje sile kontakta ablativne elektrode (Tacticath)	kom.	33						
117	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju promenljivog dijametra krivine, sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam katetera	kom.	17						
118	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću defleksije, dijametar krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	4						
119	Dijagnostički kvadripolarni elektrofiziološki kateteri 7Fr, promenljivog dijametra krivine, sa mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	17						
120	Dekapolarni dijagnostički elektrofiziološki kateteri za aktivacioni mapping koronarnog sinusa	kom.	7						
121	Transseptalna igla sa styletom pojačane čvrstine dimenzije igle 22G/56cm, i 21G na dužinama 71 cm, 89 cm i 98 cm, sa krivinama vrha 50° i 86° .	kom.	6						
122	Deflektibilni dugački uvodnik, 8.5Fr, upotrebne dužine uvodnika 74 cm, sa dilatatorom i žicom vodičem 0.032x180 cm, sa tri dimenzije zakrivljenosti ugla zakrivljenja 16.4 mm, 22.4 mm i 36.0 mm; bidirekcionni 180° , sa markerom na vrhu, atraumatskim vrhom, i distalnim bočnim otvorima	kom.	5						
123	Dugački uvodnici za transseptalnu punkciju sa fiksnom krivinom, veličina 8.5Fr, na dužinama 60 cm, 79.4 cm, i 101.5 cm, u kompletu sa odgovarajućom žicom vodičem 0.035.	kom.	8						
124	J-žičani vodič 0.032" dužine ≥ 150 cm	kom.	33						
125	Duodekapolarni dijagnostički HALO-like kateter za mapping tipičnog atrijalnog flatera 7Fr, razmak elektroda 2-8-2, veličine krivina 80 mm i 100 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	9						
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а									
ПДВ (уписати стопу)									
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом									

1.2. Саставни део овог уговора је понуда добављача број од године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1 Цене добара утврђене су понудом добављача број од године.

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре.

4. РОК ИСПОРУКЕ

- 4.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин наручиоца.
- 4.2 Добра се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, у року од од пријема захтева наручиоца.
- 4.3 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.
- 4.4 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 5.1 Додављач је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.
- 5.2 Уколико додављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов).
- 5.3 Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење посла буде наплаћена додављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а.
- 5.4 Ако додављач не достави финансијску гаранцију из тачке 5.3 уговор престаје да производи правна дејства.
- 5.5 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране додављача,
 - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

- 6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати:
- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара,
 - уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду додављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
 - достављеним узорцима добара (уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији).
- 6.2 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
- 6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на терет додављача.
- 6.4 Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацину наручиоца у присуству додављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена додављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.
- 6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, додављач је у обавези да у року од 3 (три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси додављач.

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

- 7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати додављачу ради безбедног третмана, а додављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

- 8.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.
- 8.2 Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

9. ВИША СИЛА

- 9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
- 9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

11. РАСКИД УГОВОРА

11.1 Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

11.3 Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, за ове намене.

11.4 За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталожке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожних бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.

12.2 У случају наступања разлога из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

13.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора.

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

14.1 Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.

14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара која су предмет овог уговора, а најдуже годину дана од дана закључења.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују 2 (два) примерка, док наручилац задржава 3 (три) примерка.

15.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог број 1 – Понуда број од године.

Прилог број 2 – Финансијска гаранција добављача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
в. д. директора

ДОБАВЉАЧ

директор

Доц. др Милика Ашанин

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАБАВКА ДОБРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Ред. број партије	НАЗИВ ДОБРА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
		Каталогски број	Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС	Заштићено име – комерцијални назив	Произвођач – земља порекла	Паковање
1	2	5	6	7	8	9
	UVODNICI					
1	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F					
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 7F					
3	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 8F					
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 7F					
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 8F					
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F					
7	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom ≥ 7F					
8	Dugački, pravi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom ≥ 7F					
9	Biotomi za endomiokardnu biopsiju 7Fr (za jednokratnu upotrebu), femoralni pristup					
10	Biotomi za perikardnu biopsiju kompatibilni sa Olympus HYF-1T fleksibilnim endoskopom, sa iglom u sredini, za jednokratnu upotrebu					
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem					
12	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča					
	ŽIČANI VODIČI					
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa tvrdim krajem					
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem					

15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 250-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem					
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh					
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip					
	DIJAGNOSTIČKI KATETERI					
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski					
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JR 3.5-5.0, najlonski					
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni					
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni					
22	Dijagnostički kateter 7F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni					
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AL 0.75-3.0 najlonski					
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AR 1.0-2.0 najlonski					
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski					
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski					
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlonski					
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlonski					
29	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.0-4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski					
30	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući, krivine 3.5-5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski					
	KATETERI VODIČI					
31	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
32	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
33	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
34	Kateter vodič 8F, EBU 3.5 do 5.0, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					

35	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
36	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
37	Kateter vodič 6F, AL 0.75 do 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) i Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
38	Kateter vodič 6F ili 7Fr, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
39	Kateter vodič 6F, krivine AR 1.0-2.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
40	Kateter vodič 7F, AL 0.75-4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
41	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
42	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
43	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 m					
44	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
45	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm					
46	Vodič kateteri dužine 90-100 cm specifičnih krivina (AL 0.75, AL 1.0, AL 2.0, EBU 3.5, EBU 3.75, EBU 4.0, JL 4.0, JL 5.0) sa i bez bočnih otvora, multisegmentnog dizajna, monoslojnog zida katetera za izvodjenje retrogradne rekanalizacije tehnike					
47	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "Mother-and-child" kateter vodič, kompatibilni sa kateter vodičima od 6, 7 i 8F					
	DODATNI POTROŠNI MATERIJAL					
48	Manifold					
49	Igle za punkciju arterije i vene					

50	Nastavak od transdjusera do manifolda					
51	Nastavak od manifolda do katetera					
52	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine ≤8 cm					
53	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)					
54	Trokraka slavinica za transdjusere					
55	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste					
56	Indeflator kapaciteta < 30 ml					
57	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥30 ml)					
58	Sterilni paket za primarne PCI procedure (Sterilni „drejp“ za femoralni ili radijalni pristup; Sterilni mantili za jednokratnu upotrebu, - 3 kom; Sterilna prekrivka za sto; Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali, Prekrivka za glavu aparata u sali; Igle za punkciju arterije; Skalpel; Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice 0.035"; Žica vodič dijametra 0.035", dužine 150cm., "J"krivine vrha; Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima; Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm - 2 kom.; Špric koronarni za kontrast 20ml; Uvodnik za žicu vodič; Rotator žice vodiča; Hemostatska valvula automatska; Špric plastični za fiziološki rastvor, nitroglicerina i heparin- 3 kom.; Set za naduvavanje balona- indeflator maksimalnog pritiska do 35atm; Gaza od 12 listova – 50 kom;)					
59	Sterilni paket za angiografske procedure (set treba da sadrži: prekrivku za sto dimenzija 140x150cm, univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa dva femoralna i dva radijalna otvora 235x370cm, 3 sterilna mantila za jednokratnu upotrebu, (2xXL, 1xL), sterilnu prekrivku za staklo 90x117 cm 1 kom., sterilnu prekrivku za glavu aparata 90x90cm 1 kom., gaze 10x10, 4 slojailiviše 20 kom., sunđer za jod 2 kom. skalpel br. 11 jedan kom.					
60	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES rentgeske cevi i zaštitno olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi (najmanje 10 komada), sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju femoralne i radijalne arterije)					
	KORONARNI ŽIČANI VODIČI					
61	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinoljsko jezgro), proksimalno hidrofobna, 190 cm i 300 cm, 3cm rendgenski neprovidan vrh					
62	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 I					

	0.7 g (hidrofilni omotač preko vrha žice)					
63	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8 g					
64	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna, tvrdoće vrha 0,7 g					
65	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hidrofilni omotač, za hronične totalne okluzije, dužina rendgenski-neprovidnog vrha 11 cm , tvrdoće vrha 3.0 g					
66	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, za hronične totalne okluzije, zašiljenog vrha dijametra 0.009 inča, tvrdoće vrha 9 i 12g					
67	Koronarna žica 0.014 inča, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hronične totalne okluzije, 0,6, 0,8 i 1,0 g					
68	Žica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim žicama 145-165 cm					
69	Koronarna žica 0.010 inča, za eksternalizaciju, tvrdoća vrha 3.0 g 330 cm					
70	Koronarna žica 0.014 inča, sa niki-titanijumskim distalnim jezgrom, tvrdoća vrha 0.6 g					
71	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, tvrdoće vrha 1 g, niki-titanijumsko jezgro sa PTFE omotačem, distalno hidrofilni omotač					
72	Koronarna žica 0.014 inča, 190 i 300 cm, presvučena hidrofilnim polimerom, sa jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha 0.8, 1.0 i 1.2g., tri nivoa podrške, 190 i 300cm					
73	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, jezgro od elastinita nitinola (proksimalno hidrofobna, distalno hidrofilna), tvrdoće vrha 0.8g, marker opcionalno					
74	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, hidrofilna, tvrdoće vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške, jezgro bez prelaza, kompletno presvučena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm					
75	Koronarna žica vodič 0.014 inča dužine 180 cm od nerđajućeg čelika sa vrhom od platine izrađena iz jednog dela bez prelaza, presvučena polimerom oblogom preko jezgra , za veoma tortuozne krvne sudove, tvrdoćom vrha 0,8gr, i vidljivošću vrha 3cm					
76	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, za hronične totalne okluzije sa mikrokonusnim vrhom, težine 1,7 g, 3,5 g i 4,5 g					
	SPECIJALNI KATETERI, BALON KATETERI, POSEBNE KORONARNE ŽICE I POSEBNI SISTEMI					
77	Fiberoptički balon kateter za IABP					
78	Kateter za OCT					
79	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima					

80	Kateteri sa burgijama za rotator					
81	Žica za rotator					
82	Sistem za postizanje i održavanje hemostaze na radijalnom mestu punkcije, patentirani 5-slojni materijal, hipoalergijski, propušta vazduh, transparentni, može da se koristi odmah nakon uklanjanja intraducera					
83	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje					
84	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe					
85	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om					
86	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5 Volcano sistemom					
87	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB sistemom za IVUS					
88	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa St Jude Sistemom					
89	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa i-Lab Sistemom					
90	Koronarna žica za merenje frakcione rezerve protoka (FFR) i merenje funkcionalnog značaja suženja koronarne arterije bez adenoza (iFR)					
91	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska, određivanje frakcionalne i koronarne rezerve protoka kompatibilna sa Volcano sistemom					
92	Optička koronarna žica izrađena od nitinolnog jezgra i nerđajućeg čelika 0.014 " za merenje frakcione rezerve protoka (FFR), dužine 175cm , pravog i fleksibilnog vrha, sa radiopaknim vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm, sa optičkim FFR senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustvo krvi , operativnog pritiska - 300 do + 300mm Hg, preciznosti +/-1mm Hg + /- 1 % očitavanja (-30 do 50 mm Hg), nultog termalnog efekata (0.3% očitavanja (50 do 300 mmHg) 0.3 mmHg / °C, efekta toplotne osetljivosti 0.3% / °C, nultog drifta < 1 mmHg / č, kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem					
93	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)					
94	Set za perikardiocentezu					
95	Kateter omča za vađenje stranih tela					
96	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski termilucionirani sa setom za merenje minutnog volumena koji sadrži: manifold u koji ulazi referentna elektroda Cardiac Output computera preko koje se					

	meri temperatura ubrizganog rastvora, luer-lock špric do 10 ml sa valvulom koji omogućava ponavljano ubrizgavanje tačnog volumena od 10ml hladnog fiziološkog rastvora, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem, što je esencijalno za adekvatno merenje minutnog volumena i zaštitnu košuljicu koja čuva sterilnost sistema					
97	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 6Fr					
98	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 7-8Fr					
99	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)					
100	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo(dimenzija stakla 61x76cm)					
	STRUKTURNE BOLESTI					
101	Uvodnik za TAVI 14F					
102	Supertvrde žice za TAVI procedure					
103	Materijal za acist pumpu - A-2000 – špric za pumpu od 100ml					
104	Materijal za acist pumpu - BT-2000 – manifold set sa transducerom za hemodinamiku					
105	Materijal za acist pumpu - ATP-54 – set - okidač za kontrast i fiziološki rastvor					
	ELEKTROFIZIOLOGIJA					
106	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm, push-pull mehanizam ručke katetera					
107	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i solidnom distalnom elektrodom od 3.5-4 mm, dijometri distalne krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera					
108	Cirkularni deflektibilni duodekapolarni dijagnostički kateter fiksnog dijametra u veličinama 15 mm, 18 mm i 20 mm za aktivacioni mapping plućnih vena, push-pull ručka katetera					
109	Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore (dužina 63 cm i 81 cm) sa odgovarajućom J-žicom vodičem 0.032					
110	Dugačka igla za transseptalnu punkciju rezistentnog atrijalnog septuma sa veoma oštrim vrhom (ugao kosine vrha igle <=30°)					
111	Dugački uvodnici dužine lumena >= 80 cm sa odgovarajućom J-žicom vodičem, promenljivom krivinom vrha, mogućnošću usmeravanja vrha uvodnika u dva suprotna smera (bidirekciona defleksija vrha uvodnika), i različitim krivina vrha uvodnika na jednu stranu u odnosu na drugu stranu (asimetrična defleksija vrha uvodnika)					

112	Kožne elektrode za elektroanatomski maping sistem Ensite Velocity				
113	Kožna adhezivna indiferentna elektroda za ablaciju, kompatibilna sa RF generatorom Ampere.				
114	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu Coolpoint)				
115	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu CoolFlow)				
116	Kateteri sa spoljnom irigacijom za RF ablaciju sa senzorom za merenje sile kontakta ablativne elektrode (Tacticath)				
117	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju promenljivog dijametra krivine, sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam katetera				
118	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću defleksije, dijametar krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera				
119	Dijagnostički kvadripolarni elektrofiziološki kateteri 7Fr, promenljivog dijametra krivine, sa mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam ručke katetera				
120	Dekapolarni dijagnostički elektrofiziološki kateteri za aktivacioni maping koronarnog sinusa				
121	Transseptalna igla sa styletom pojačane čvrstine dimenzije igle 22G/56cm, i 21G na dužinama 71 cm, 89 cm i 98 cm, sa krivinama vrha 50° i 86°.				
122	Deflektibilni dugački uvodnik, 8.5Fr, upotrebne dužine uvodnika 74 cm, sa dilatorom i žicom vodičem 0.032x180 cm, sa tri dimenzije zakrivljenosti ugla zakrivljenja 16.4 mm, 22.4 mm i 36.0 mm; bidirekcion 180°, sa markerom na vrhu, atraumatskim vrhom, i distalnim bočnim otvorima				
123	Dugački uvodnici za transseptalnu punkciju sa fiksnom krivinom, veličina 8.5Fr, na dužinama 60 cm, 79.4 cm, i 101.5 cm, u kompletu sa odgovarajućom žicom vodičem 0.035.				
124	J-žičani vodič 0.032" dužine >=150 cm				
125	Duodekapolarni dijagnostički HALO-like kateter za maping tipičnog atrijalnog flatera 7Fr, razmak elektroda 2-8-2, veličine krivina 80 mm i 100 mm, push-pull mehanizam ručke katetera				

НАПОМЕНА:	1. Обавезно је уписивање – Каталошког броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оригиналног паковања за понуђена добра наведена у партијама/ставкама у горе наведеној табели.
	2. Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве.
	3. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.

	4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издатог од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро који је предмет понуде.
	5. Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих наручилац може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације. <u>ДОСТАВЉЕНИ УЗОРЦИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ ЈЕР СЛУЖЕ ЗА ПРОБУ.</u> Уколико достављени узорак поседује каталошки број који није индентичан каталошком броју који је понуђен у понуди, иста ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико достављени узорак не поседује техничке карактеристике које су назначене у каталогу/изводу из каталога издатог од стране произвођача, иста ће бити одбијена као неприхватљива.

Начин спровођења контроле квалитета:

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)

Обезбеђивање гаранције квалитета:

(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М. П.

име и презиме

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку добра – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Ред. број партије	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Количина	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
				Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UVODNICI									
1	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 6F	kom.	700							
2	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 7F	kom.	550							
3	Uvodnik sa dilatatorom sa žičanim vodičem (≥10 cm) 8F	kom.	200							
4	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 7F	kom.	500							
5	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥23 cm) 8F	kom.	100							
6	Uvodnik sa dilatatorom bez žičanog vodiča (≥10 cm) 18F	kom.	10							
7	Dugački, krivi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F	kom.	80							
8	Dugački, pravi uvodnik sa ili bez dilatatora za endomiokardnu biopsiju femoralnim pristupom≥7F	kom.	30							
9	Biotomi za endomiokardnu biopsiju 7Fr (za jednokratnu upotrebu), femoralni pristup	kom.	80							
10	Biotomi za perikardnu biopsiju kompatibilni sa Olympus HYF-1T fleksibilnim endoskopom, sa iglom u sredini, za jednokratnu upotrebu	kom.	5							
11	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa M omotačem	kom.	2000							
12	Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča	kom.	2000							
	ŽIČANI VODIČI									
13	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150	kom.	3600							

	cm, J-tip sa tvrdim krajem									
14	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 145-150 cm, J-tip sa mekim, ravnim krajem	kom.	200							
15	Žičani vodič 0.035 inča, dužine 250-300 cm, J-tip sa tvrdim krajem	kom.	300							
16	Tvrđi žičani vodič 0.035 inča, dužine 180 cm, za tortuozne arterije sa SLX omotačem, meki vrh	kom.	100							
17	Hidrofilni žičani vodič 0.035 inča, dužine 150 cm, J-tip	kom.	800							
	DIJAGNOSTIČKI KATETERI									
18	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JL 3.0-6.0, najlonski	kom.	1900							
19	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine JR 3.5-5.0, najlonski	kom.	1900							
20	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	100							
21	Dijagnostički kateter 6F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	80							
22	Dijagnostički kateter 7F, dužine 110 cm, pigtail sa krivinom 145 stepeni	kom.	100							
23	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AL 0,75-3.0 najlonski	kom.	20							
24	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, krivine AR 1.0-2.0 najlonski	kom.	20							
25	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, MP, najlonski	kom.	30							
26	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za arteriju mamariju, najlon-poliuretanski	kom.	150							
27	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za leve by-pass-eve, najlonski	kom.	30							
28	Dijagnostički kateter 6F, dužine 100 cm, za desne by-pass-eve, najlonski	kom.	30							
29	Dijagnostički kateter 6F, krivina 3.0-4.5, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	200							
30	Dijagnostički kateter 6F, krivina Tiger ili odgovarajući, krivine 3.5-5.0, za radijalni pristup, za levu i desnu koronarnu arteriju, najlonski	kom.	800							
	KATETERI VODIČI									
31	Kateter vodič 6F, JL 3.0 do JL 6.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	300							
32	Kateter vodič 6F, EBU 3.00 do 5.00,	kom.	1000							

	najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm									
33	Kateter vodič 7F, EBU 3.5 do 5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	200							
34	Kateter vodič 8F, EBU 3.5 do 5.0, unutrašnji dijametar ≥ 0.090 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	10							
35	Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	1200							
36	Kateter vodič 7F, JR 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30							
37	Kateter vodič 6F, AL 0.75 do 4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) i Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	200							
38	Kateter vodič 6F ili 7Fr, AL 1, kratkog vrha, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	50							
39	Kateter vodič 6F, krivine AR 1.0-2.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	20							
40	Kateter vodič 7F, AL 0.75-4.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.081 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	50							
41	Kateter vodič 6F, Hockey stick II, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm	kom.	30							
42	Kateter vodič 6F, za arteriju mamariju, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča,	kom.	30							

	kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm									
43	Kateter vodič 6F, MP, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 m	kom.	20							
44	Kateter vodič 6F, za venske aortokoronarne by-pass-eve, najlonski, unutrašnji dijametar ≥0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	10							
45	Kateter vodič 6F, za radijalni pristup, sa krivinom 3,0, 3,5, 4,0 i 4,5 za levu i desnu koronarnu arteriju, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inč, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤8 cm	kom.	200							
46	Vodič kateteri dužine 90-100 cm specifičnih krivina (AL 0.75, AL 1.0, AL 2.0, EBU 3.5, EBU 3.75, EBU 4.0, JL 4.0, JL 5.0) sa i bez bočnih otvora, multisegmentnog dizajna, monoslojnog zida katetera za izvođenje retrogradne rekanalizacije tehnike	kom.	70							
47	Kateter za selektivnu duboku intubaciju u koronarnim arterijama, koaksijalni "Mother-and-child" kateter vodič, kompatibilni sa kateter vodičima od 6, 7 i 8F	kom.	15							
	DODATNI POTROŠNI MATERIJAL									
48	Manifold	kom.	4500							
49	Igle za punkciju arterije i vene	kom.	1000							
50	Nastavak od transdjusera do manifolda	kom.	3000							
51	Nastavak od manifolda do katetera	kom.	3000							
52	Y-nastavak sa automatskim zatvaranjem dužine ≤8 cm	kom.	1500							
53	Sredstvo za inserciju koronarne žice (insertion tool)	kom.	100							
54	Trokraka slavina za transdjusere	kom.	100							
55	Špric za ubrizgavanje kontrasta sa hvataljkama za prste	kom.	1900							
56	Indeflator kapaciteta < 30 ml	kom.	500							
57	Indeflator (≥ 30 atm i kapacitet ≥30 ml)	kom.	10							
58	Sterilni paket za primarne PCI procedure (Sterilni „drejp“ za femoralni ili radijalni pristup; Sterilni mantili za jednokratnu	kom.	350							

	upotrebu, - 3 kom; Sterilna prekrivka za sto; Kesa – prekrivka za zaštitno staklo u sali, Prekrivka za glavu aparata u sali; Igle za punkciju arterije; Skalpel; Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke J žice 0.035"; Žica vodič dijametra 0.035", dužine 150cm., "J"krivine vrha; Manifold – višekraka slavina sa bočnim otvorima; Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm - 2 kom.; Špric koronarni za kontrast 20ml; Uvodnik za žicu vodič; Rotator žice vodiča; Hemostatska valvula automatska; Špric plastični za fiziološki rastvor, nitroglicerina i heparin- 3 kom.; Set za naduvavanje balona- indeflator maksimalnog pritiska do 35atm; Gaza od 12 listova – 50 kom;)									
59	Sterilni paket za angiografske procedure (set treba da sadrži: prekrivku za sto dimenzija 140x150cm, univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa dva femoralna i dva radijalna otvora 235x370cm, 3 sterilna mantila za jednokratnu upotrebu, (2xXL, 1xL), sterilnu prekrivku za staklo 90x117 cm 1 kom., sterilnu prekrivku za glavu aparata 90x90cm 1 kom., gaze 10x10, 4 slojailiviše 20 kom., sunđer za jod 2 kom. skalpel br. 11 jedan kom.	kom.	350							
60	Sterilni paket za hitne intervencije (3 sterilna mantila, zaštita za PES rentgeske cevi i zaštitno olovno staklo, posuda od 2L i manja posuda od 500 ml, sečena gaza i tupferi (najmanje 10 komada), sterilni prekrivač za bolesnika sa rupama za punkciju femoralne i radijalne arterije)	kom.	300							
	KORONARNI ŽIČANI VODIČI									
61	Koronarna žica 0.014 inča, tvrdoće vrha 0.7g, standardne procedure (hidrofilni polimerski omotač, nitinolsko jezgro), proksimalno hidrofobna, 190 cm i 300 cm, 3cm rendgenski neprovidan vrh	kom.	900							
62	Koronarna žica 0.014 inča, dužine 180 cm, tvrdoće vrha 0.5 i 0.7 g (hidrofilni omotač preko vrha žice)	kom.	950							
63	Koronarna žica 0.014 inča, 180 cm, hibridna, tvrdoće vrha 0.8 g	kom.	50							
64	Koronarna žica 0.014 inča, 190 cm, ekstra podrška za tortuozne arterije, hidrofobna,	kom.	80							

	tvrdooe vrha 0,7 g									
65	Koronarna Œica 0.014 inĉa, 180 cm, hidrofilni omotaĉ, za hroniĉne totalne okluzije, duŒina rendgenski-neprovidnog vrha 11 cm , tvrdooe vrha 3.0 g	kom.	30							
66	Koronarna Œica 0.014 inĉa, 180 cm, za hroniĉne totalne okluzije, zaŒiljenog vrha dijametra 0.009 inĉa, tvrdooe vrha 9 i 12g	kom.	15							
67	Koronarna Œica 0.014 inĉa, 180, 190 i 300 cm, hidrofilna, za hroniĉne totalne okluzije, 0,6, 0,8 i 1,0 g	kom.	110							
68	Œica za ekstenziju kompatibilna sa svim koronarnim Œicama 145-165 cm	kom.	15							
69	Koronarna Œica 0.010 inĉa, za eksternalizaciju, tvrdooa vrha 3.0 g 330 cm	kom.	3							
70	Koronarna Œica 0.014 inĉa, sa niki-titanijumskim distalnim jezgrom, tvrdooa vrha 0.6 g	kom.	900							
71	Koronarna Œica 0.014 inĉa, 180 cm, tvrdooe vrha 1 g, niki-titanijumsko jezgro sa PTFE omotaĉem, distalno hidrofilni omotaĉ	kom.	100							
72	Koronarna Œica 0.014 inĉa, 190 i 300 cm, presvuĉena hidrofilnim polimerom, sa jezgrom bez prelaza, razliĉitih tvrdooa vrha 0.8, 1.0 i 1.2g., tri nivoa podrŒke, 190 i 300cm	kom.	100							
73	Koronarna Œica 0.014 inĉa, 190 cm, jezgro od elastinit nitinola (proksimalno hidrofozna, distalno hidrofilna), tvrdooe vrha 0.8g, marker opciono	kom.	100							
74	Koronarna Œica 0.014 inĉa, 190 cm, hidrofilna, tvrdooe vrha 1.5 i 2.7g, za tortuozne lezije, tri nivoa podrŒke, jezgro bez prelaza, kompletno presvuĉena hidrofilnim polimerom, zlatni marker, 190cm	kom.	70							
75	Koronarna Œica vodiĉ 0.014 inĉa duŒine 180 cm od nerdjajueg ĉelika sa vrhom od platine izradjena iz jednog dela bez prelaza, presvuĉena polimer oblogom preko jezgra , za veoma tortuozne krvne sudove, tvrdooom vrha 0,8gr, i vidljivoŒu vrha 3cm	kom.	40							
76	Koronarna Œica 0.014 inĉa, 190 cm, za hroniĉne totalne okluzije sa mikrokonusnim vrhom, teŒine 1,7 g, 3,5 g i 4,5 g	kom.	85							
	SPECIJALNI KATETERI, BALON KATETERI, POSEBNE KORONARNE ŒICE I POSEBNI SISTEMI									

77	Fiberoptički balon kateter za IABP	kom.	20							
78	Kateter za OCT	kom.	20							
79	Filter za protekciju od distalnih embolizacija u venskim graftovima	kom.	10							
80	Kateteri sa burgijama za rotator	kom.	12							
81	Žica za rotator	kom.	15							
82	Sistem za postizanje i održavanje hemostaze na radijalnom mestu punkcije, patentirani 5-slojni materijal, hipoalergijski, propušta vazduh, transparentni, može da se koristi odmah nakon uklanjanja intraducera	kom.	1000							
83	Set za hemostazu na radijalnoj arteriji sa jastučićem na naduvavanje	kom.	3500							
84	Špric za ubrizgavanje kontrasta u srčane šupljine pomoću pumpe	kom.	150							
85	IVUS kateteri kompatibilni sa iLAB-om	kom.	40							
86	IVUS kateteri sa električnim generisanjem slike kompatibilan sa s5 Volcano sistemom	kom.	10							
87	Sterilne šine kompatibilne sa iLAB sistemom za IVUS	kom.	10							
88	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa St Jude Sistemom	kom.	60							
89	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska i određivanje frakcionalne rezerve protoka kompatibilna sa i-Lab Sistemom	kom.	70							
90	Koronarna žica za merenje frakcione rezerve protoka (FFR) i merenje funkcionalnog značaja suženja koronarne arterije bez adenzina (iFR)	kom.	30							
91	Koronarna žica 0.014 inča za merenje intrakoronarnog pritiska, određivanje frakcionalne i koronarne rezerve protoka kompatibilna sa Volcano sistemom	kom.	20							
92	Optička koronarna žica izrađena od nitinolskog jezgra i nerđajućeg čelika 0.014 " za merenje frakcione rezerve protoka (FFR), dužine 175cm , pravog i fleksibilnog vrha, sa radiopaknim vrhom dužine 3,5 cm i hidrofilnim premazom dužine 27cm, sa optičkim FFR senzorom pritiska imunim na promene temperature i prisustvo krvi , operativnog pritiska -300	kom.	50							

	do + 300mm Hg, preciznosti +/-1mm Hg + /- 1 % očitavanja (-30 do 50 mm Hg), nultog termalnog efekata (0.3% očitavanja (50 do 300 mmHg) 0.3 mmHg / °C, efekta toplotne osetljivosti 0.3% / °C, nultog drifta < 1 mmHg / č, kompatibilnu za direktno povezivanje na OptoMonitor sistem									
93	Bipolarne sonde za privremeni pace-maker (≥ 6F)	kom.	30							
94	Set za perikardiocentezu	kom.	80							
95	Kateter omča za vađenje stranih tela	kom.	2							
96	Swan-Ganz kateter 7F, trolumenski termodilucionni sa setom za merenje minutnog volumena koji sadrži: manifold u koji ulazi referentna elektroda Cardiac Output computera preko koje se meri temperatura ubrizganog rastvora, luer-lock špric do 10 ml sa valvulom koji omogućava ponavljano ubrizgavanje tačnog volumena od 10ml hladnog fiziološkog rastvora, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem, što je esencijalno za adekvatno merenje minutnog volumena i zaštitnu košuljicu koja čuva sterilnost sistema	kom.	130							
97	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 6Fr	kom.	10							
98	Set za zatvaranje mesta punkcije femoralne arterije na bazi kolagenog čepa, 7-8Fr	kom.	20							
99	Sterilne kese za zaštitu rendgenske cevi (dimenzije PES-a 30x30x15cm)	kom.	50							
100	Sterilne kese za navlačenje na zaštitno olovno staklo(dimenzija stakla 61x76cm)	kom.	50							
	STRUKTURNE BOLESTI									
101	Uvodnik za TAVI 14F	kom.	5							
102	Supertvrde žice za TAVI procedure	kom.	5							
103	Materijal za acist pumpu - A-2000 – špric za pumpu od 100ml	kom.	80							
104	Materijal za acist pumpu - BT-2000 – manifold set sa transducerom za hemodinamiku	kom.	80							
105	Materijal za acist pumpu - ATP-54 – set - okidač za kontrast i fiziološki rastvor	kom.	250							
	ELEKTROFIZIOLOGIJA									
106	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i fleksibilnom	kom.	22							

	atraumatskom distalnom ablativnom elektrodom od 4 mm, push-pull mehanizam ručke katetera									
107	Deflektibilni kateteri za RF ablaciju sa spoljnom irigacijom i solidnom distalnom elektrodom od 3.5-4 mm, dijametri distalne krivine 30, 45 i 60 mm, push-pull mehanizam ručke katetera	kom.	4							
108	Cirkularni deflektibilni duodekapolarni dijagnostički kateter fiksnoг dijametра u veličinama 15 mm, 18 mm i 20 mm za aktivacioni maping plućnih vena, push-pull ručka katetera	kom.	21							
109	Dugački uvodnici sa fiksnoм krivinom za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore (dužina 63 cm i 81 cm) sa odgovarajućom J-žicom vodičem 0.032	kom.	40							
110	Dugačka igla za transseptalnu punkciju rezistentnog atrijalnog septuma sa veoma oštrim vrhom (ugao kosine vrha igle $\leq 30^\circ$)	kom.	21							
111	Dugački uvodnici dužine lumena ≥ 80 cm sa odgovarajućom J-žicom vodičem, promenljivom krivinom vrha, mogućnošću usmeravanja vrha uvodnika u dva suprotna smera (bidirekciona defleksija vrha uvodnika), i različitih krivina vrha uvodnika na jednu stranu u odnosu na drugu stranu (asimetrična defleksija vrha uvodnika)	kom.	19							
112	Kožne elektrode za elektroanatomski maping sistem Ensite Velocity	kom.	110							
113	Kožna adhezivna indiferentna elektroda za ablaciju, kompatibilna sa RF generatorom Ampere.	kom.	90							
114	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu Coolpoint)	kom.	91							
115	Tubing sistem za spoljnu irigaciju ablativnog katetera (kompatibilan za pumpu CoolFlow)	kom.	17							
116	Kateteri sa spoljnom irigacijom za RF ablaciju sa senzorom za merenje sile kontakta ablativne elektrode (Tacticath)	kom.	33							
117	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju promenljivog dijametра krivine, sa distalnom elektrodom od 4 mm i mogućnošću lateralne i koaksijalne defleksije, push-pull mehanizam katetera	kom.	17							
118	Kateteri za konvencionalnu RF ablaciju sa distalnom elektrodom od 4 mm i	kom.	4							

	могућношћу дефлексије, дијаметар кривине 30, 45 и 60 mm, push-pull механизам ручке катетера									
119	Дијагностички квадруполарни електрофизиолошки катетери 7Fr, променљивог дијаметра кривине, са могућношћу латералне и коаксијалне дефлексије, push-pull механизам ручке катетера	ком.	17							
120	Декapolарни дијагностички електрофизиолошки катетери за активациони мапинг коронарног синуса	ком.	7							
121	Трансептална игла са styletom појачане чврстине димензије игле 22G/56cm, и 21G на дужинама 71 cm, 89 cm и 98 cm, са кривинама врха 50° и 86°.	ком.	6							
122	Дефлектибилни дугачки уводник, 8.5Fr, употребне дужине уводника 74 cm, са dilatatorом и žicom водичем 0.032x180 cm, са три димензије закривљености угла закривљенја 16.4 mm, 22.4 mm и 36.0 mm; бидирекциони 180°, са markerом на врху, atraumatsким врхом, и distalним бочним отворима	ком.	5							
123	Дугачки уводници за трансепталну пункцију са фиксном кривином, величина 8.5Fr, на дужинама 60 cm, 79.4 cm, и 101.5 cm, у комплекту са одговарајућом žicom водичем 0.035.	ком.	8							
124	J-žičани водич 0.032" дужине >=150 cm	ком.	33							
125	Duodekapolarни дијагностички HALO-like катетер за мапинг типичног атријалног флатера 7Fr, размак електрода 2-8-2, величине кривина 80 mm и 100 mm, push-pull механизам ручке катетера	ком.	9							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија/ставки, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију/ставку посебно.

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

име и презиме

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

[illegible]

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр.124/12,14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку:

171A/2018

ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

изјављујемо да ћемо доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, а која је издата у форми:

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци), уколико вредност додељеног уговора прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:

а) Банкарске гаранције, која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци)

или

б) Регистроване бланко менице, са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда (приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци),

(Под тачком бр.2 потребно је заокружити једну од наведених финансијских гаранција)

У _____, 201____. године

М. П.

Потпис овлашћеног лица
Понуђача

име и презиме

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Доставља менице као финансијске гаранције за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

_____ / : ,
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

171A/2018

ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД,
словима: (_____).

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару понуде (Образац бр. 3 конкурсне документације).
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Место: _____
Датум: _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

_____ / ;
(словна) (н у м е р и ч к а),

у складу са уговором о јавној набавци добара закљученом у поступку јавне набавке **171A/2018 - Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију** бр. _____ од _____ 2018.год. (код добављача заведен под бр. _____ од 2018. године).

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, као наручиоца по напред наведеном уговору, да ову меницу може искористити до износа од _____ динара, словима: (_____).

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

- 1.Ако добављач не испуни све уговорне обавезе, наручилац ће по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.
2. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења уговора, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Место: _____

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту Понуђач)
(назив понуђача)

доставио дана _____ своју понуду за предметну јавну набавку
_____ (у даљем тексту ПОНУДА),
(назив јавне набавке)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту Банка),
(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД, словима:

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун бр. 840-667667-80

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Банкарска гаранција важи 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења понуде.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис Банке _____

На основу члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА
за доделу уговора у поступку јавне набавке
171A/2018

ДОБАРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца,
Клинике за кардиологију

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.