



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
редни број јавне набавке за текућу годину
311K/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 86/15) конкурсна документација у **отвореном поступку** садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазив наручиоца: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕАдреса: Пастерова бр. 2, 11000 БеоградЛице овлашћено за потписивање уговора: Доц. др Милика АшанинИнтернет страница наручиоца: www.kcs.ac.rsВрста поступка: Отворени поступакБрој јавне набавке: 311К/2017Предмет набавке (добра): МЕДИЦИНСКА ОПРЕМАПоступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавциСлужба: Јавне набавкеЛице за контакт : Мишко Мишовић, дипл.инж.Електронска адреса: misko.misovic@kcs.ac.rsТелефон: 011/2656-473, Факс: 011/2685-597**2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМАШифра из општег речника набавки: 33100000**3. ОПИС ПАРТИЈА:** Јавна набавка је обликована у 18 (осамнаест) партија:

Редни број партије	Добра
1	Операциони сто
2	Операциона лампа са видео системом
3	Пацијент монитор
4	Електрични аспиратор
5	Инфузиона пумпа
6	ЕКГ апарат
7	Центрифуга
8	Једнокоморни пејсмејкер
9	Двокоморни пејсмејкер
10	Апарат за анестезију
11	Транспортни респиратор
12	Бронхоскоп са извором светла
13	Видео ларингоскоп
14	Електрични апарат за сукцију
15	Кисеонички сет
16	Уретерореноскоп
17	Дефибрилатор
18	Монитор за праћење респираторног статуса

4. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– **Прилог бр. 5**
5. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –**Прилог бр. 7**
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– **Прилог бр. 8**
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.**
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - **Прилог бр.11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту ЗАКОН и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 86/15, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњавачитко, **јасно и недвосмислено**:

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошљом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и подаци о обавезној садржини тог споразума

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговорати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност искаже и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће пријем докумената вршити само у току свог радног времена (7,30 часова – 15,30 часова), сваког радног дана (понедељак - петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем докумената достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног радног дана.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

16) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

17) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

18) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19) Обавештење о роковима и начину подношења затева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)-7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
- ❖ понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на

- ❖ начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Захтев за заштиту права садржи следеће обавезне елементе:
 - назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
 - назив и адресу наручиоца,
 - податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
 - повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
 - чињенице и доказе којима се повреде доказују,
 - потврду о уплати таксе из члана 156. Закона,
 - потпис подносиоца.
- ❖ Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republike-administrativne-takse.html>.

20) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

22) Средства финансијског обезбеђења

22.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

22.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

22.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10% од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а.

22.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције од стране банке, са роком важења 30 календарских дана дуже од дана истека рока важења понуде;
- или
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

22.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.

22.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

22.3.1. Понуђач је обавезан да на основу Одлуке о додели уговора, у моменту потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду бланко менице са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму добављача, у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунаог ПДВ-а. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла по уговору. Меница мора у ту сврху бити регистрована код НБС, а меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).

22.3.2. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,

- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

22.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

22.4.1 Добављач је дужан да приликом потписивања уговора преда Наручиоцу финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у виду бланко менице са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму добављача, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења у дужини гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитативног пријема и пуштања у рад добара чија је купопродаја предмет уговора. Меница мора у ту сврху бити регистрована код НБС, а меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).

22.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника (прилог бр.10)

- ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,

- ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.

22.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 22. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним

радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

29) Паковање и достављање понуде

- ❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења, картона депонованих потписа и каталога, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
- ❖ Све стране понуде понуђача (изузев менице, меничног овлашћења, картона депонованих потписа и каталога), морају бити нумерисане, и то на следећи начин: број стране/укупан број страна.

- ❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена нестворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом поштом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:
„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 311К/2017
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
– не отварати**

- ❖ Уколико је конкурсном документацијом предвиђено достављање узорака, исти се достављају у засебној кутији (одвојено од понуде). На кутији у којој се достављају узорци треба да буду јасно наведени име и адреса понуђача, број јавне набавке на коју се узорци односе и да се прецизно наведе број партије/партија за коју се узорак доставља. Такође, унутар кутије, на сваком узорку, који мора бити прописно упакован, мора се навести број партије на коју се узорак односи.

30) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: _____

Датум: ____/____/____/

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Електронска адреса _____

Матични број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Ред. број партије	ДОБРА	Количина (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
			Јединична цена динара / јед. мере (без ПДВ - а)	Вредност (динара) 3x4
1	2	3	4	5
1.	ОПЕРАЦИОНИ СТО	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.1:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.1:				
2.	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕО СИСТЕМОМ	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.2:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.2:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.3:				
3.	ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР	5		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.3:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.3:				
4.	ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОР	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.4:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.4:				
5.	ИНФУЗИОНА ПУМПА	2		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.5:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.5:				
6.	ЕКГ АПАРАТ	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.6:				
ПДВ.....%:				

СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.6:				
7.	ЦЕНТРИФУГА	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.7:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.7:				
8.	ЈЕДНОКОМОРНИ ПЕЈСМЕЈКЕР	3		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.8:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.8:				
9.	ДВОКОМОРНИ ПЕЈСМЕЈКЕР	6		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.9:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.9:				
10.	АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ	3		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.10:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.10:				
11.	ТРАНСПОРТНИ РЕСПИРАТОР	3		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.11:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.11:				
12.	БРОНХОСКОП СА ИЗВОРОМ СВЕТЛА	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.12:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.12:				
13.	ВИДЕО ЛАРИНГОСКОП	5		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.13:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.13:				
14.	ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА СУКЦИЈУ	5		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.14:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.14:				
15.	КИСЕОНИЧКИ СЕТ	45		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.15:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.15:				
16.	УРЕТЕРОРЕНОСКОП	2		

СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.16:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.16:				
17.	ДЕФИБРИЛАТОР	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.17:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.17:				
18.	МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕСПИРАТОРНОГ СТАТУСА	4		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.18:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.18:				
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а за Партије бр.:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом за Партије бр.:				

Понуђена цена треба да обухвата:	
а.	Испоруку добара на место монтаже
б.	Стручну монтажу и пуштање у рад
в.	Обуку особља

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:	
РОК ИСПОРУКЕ: (подразумева рок испоруке од дана закључења уговора) Наручилац захтева од понуђача да понуђени рок испоруке буде исказан у данима, а најдуже 60 дана од дана закључења уговора.	
РОК ПЛАЋАЊА: (Наручилац ће плаћање извршити вирмански по извршеној испоруци добара и достављеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање биће одбијене као неприхватљиве)	Наручилац ће извршити плаћање у року од 30 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана јавног отварања понуда)	
ПОПУСТИ И ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ (ако нуди)	

- потпис овлашћеног лица понуђача -

име и презиме

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	%	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

М.П.

- потпис овлашћеног лица понуђача -

 име и презиме

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

М.П.

- потпис овлашћеног лица понуђача -

 име и презиме

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона) Докази за правно лице: 1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. Доказ за законског заступника/е: -Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

• Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.**

Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела

(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона Докази: 1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u>				
4.	Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5. Закона) Докази: 1. Решење о дозволи за обављање промета на велико медицинских средстава издато од стране Министарства здравља РС (члан 193. и 194. Закона о лековима и медицинским средствима „Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 107/12 – даље: ЗЛМС) и 2. Важеће решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства, за свако појединачно добро које је предмет понуде (члан 177. ЗЛМС), изузев за партију бр. 7: центрифуга. У достављеном решењу потребно је обележити свако појединачно добро које је предмет понуде.				

5.	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона). Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/1 ове конкурсне документације) Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!					
Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)						
6.	Услов кадровског капацитета: 1) Најмање два сервисера запослена на неодређено време, који су сертифицирани и обучени за сервисирање предметне опреме код произвођача исте. 2) Ауторизовани сервис за сервисирање опреме. Доказ: 1) Фотокопија сертификата, радне књижице и изјава послодавца да је наведени сервисер у у радном односу на неодређено време у ауторизованом сервису. 2) Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме, представништва произвођача или овлашћеног /ексклузивног заступника на територији РС. Напомена: Уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор о пословно-техничкој сарадњи између понуђача и ауторизованог сервиса.					
7.	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача, који мора бити важећи на дан отварања понуда*.					
8.	Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. Доказ: За учествовање у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са <u>произвођачем</u> или <u>овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача или овлашћеног/ексклузивног заступника на територији РС.</u>					

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4).

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5.Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1., тач.1-3) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75., ст. 1, тач.1)- 4) и услов из чл.75., став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – **МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**, ЈН бр. **311К/2017**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

Датум _____

М.П. - потпис овлашћеног лица понуђача-

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

Датум _____

М.П.

- потпис овлашћеног лица понуђача -

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд2017. године

1.....

(Навести назив привредног субјекта, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности:;
Матични број:;
ПИБ:;
Текући рачун:;
Тел/факс;
E-mail:;
(у даљем тексту овог уговора: добављач), и

2. Клинички центар Србије - Београд, Пастерова бр. 2, кога заступа в.д. директора, Доц. др Милика Ашанин,

Шифра делатности: 85110;
Регистарски број: 01607089503;
Матични број: 07089503;
ПИБ:100118429;
Текући рачун: 840-667667-80;
Тел/факс:011/2656-473, 011/2685-579

(у даљем тексту овог уговора: наручилац)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Члан. 1 ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет уговора је купопродаја добара како следи:

Ред. број партије	ДОБРА	Количина (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
			Јединична цена динара / јед. мере (без ПДВ - а)	Вредност (динара) 3x4
1	2	3	4	5
1.	ОПЕРАЦИОНИ СТО	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.1:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.1:				
2.	ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕО СИСТЕМОМ	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.2:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.2:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.3:				
3.	ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР	5		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.3:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.3:				
4.	ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОР	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.4:				

			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.4:	
5.	ИНФУЗИОНА ПУМПА	2		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.5:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.5:	
6.	ЕКГ АПАРАТ	1		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.6:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.6:	
7.	ЦЕНТРИФУГА	1		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.7:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.7:	
8.	ЈЕДНОКОМОРНИ ПЕЈСМЕЈКЕР	3		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.8:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.8:	
9.	ДВОКОМОРНИ ПЕЈСМЕЈКЕР	6		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.9:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.9:	
10.	АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ	3		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.10:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.10:	
11.	ТРАНСПОРТНИ РЕСПИРАТОР	3		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.11:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.11:	
12.	БРОНХОСКОП СА ИЗВОРОМ СВЕТЛА	1		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.12:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.12:	
13.	ВИДЕО ЛАРИНГОСКОП	5		
			СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.13:	
			ПДВ.....%:	
			СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.13:	

14.	ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА СУКЦИЈУ	5		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.14:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.14:				
15.	КИСЕОНИЧКИ СЕТ	45		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.15:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.15:				
16.	УРЕТЕРОРЕНОСКОП	2		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.16:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.16:				
17.	ДЕФИБРИЛАТОР	1		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.17:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.17:				
18.	МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕСПИРАТОРНОГ СТАТУСА	4		
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а, за Партију бр.18:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом, за Партију бр.18:				
СВЕГА БЕЗ ПДВ – а за Партије бр.:				
ПДВ.....%:				
СВЕГА СА ПДВ – ом за Партије бр.:				

1.2. Саставни део овог Уговора је Понуда Додављача број..... од2017. године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије Наручиоца.

Члан 2.

ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1. Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора, чија је купопродаја предмет овог Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи

Члан 3.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од 30 дана од дана испоруке и пуштања у рад предмета овог Уговора и достављене фактуре.

Члан 4.

РОК ИСПОРУКЕ

4.1. Додављач се обавезује да изврши испоруку, изврши монтажу и пусти у рад добро чија је купопродаја предмет овог уговора у року од/...../ дана, од дана закључења уговора.

4.2. Место испоруке је франко магацин Клиничког центра Србије.

4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно дужини трајања исте.

4.4. Додављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара из члана 1. овог уговора. Приликом испоруке, Додављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина.

Члан 5.

ГАРАНЦИЈЕ

- 5.1. Гарантни рок за опрему чија је купопродаја предмет овог Уговора је (.....) месеца од дана монтаже, односно пуштања у рад.
- 5.2. Добављач је дужан да преко овлашћеног сервисера обезбеди редовно сервисирање добара у гарантном року. Превентивни сервисни прегледи добара за све време трајања гарантног периода, а дефинисани по препоруци произвођача, су бесплатни.
- 5.3. Добављач се обавезује да у року од (.....) дана од дана позива Наручиоца отклони евентуални квар за добра чија је купопродаја предмет овог Уговора, која су у гарантном року.
- 5.4. У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, Добављач је обавезан да постојеће добро замени новим добром истог типа или квалитетнијим.
- 5.5. Добављач се обавезује да у року од 7 (седам) година обезбеди испоруку резервних делова за добра чија је купопродаја предмет овог уговора.

Члан 6.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

- 6.1 Добављач је дужан да, уколико му буде додељен уговор у висини преко 10.000.000,00 дин без ПДВ-а, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- 6.2. Добављач је дужан да, уколико му буде додељен уговор у висини до 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, приликом потписивања уговора као финансијску гаранцију за добро извршење посла наручиоцу преда бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а. Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа. Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- 6.3. Уколико добављач у року из става 6.1. уговора, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави добављачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико добављач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.
- 6.4. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције, добављач је у обавези да изврши продужење исте.
- 6.5. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције, уговор престаје да производи правна дејства.
- 6.6. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
 - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрожити живот и здравље пацијента на било који начин.
- 6.7. Добављач је дужан да приликом потписивања уговора преда Наручиоцу финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у виду бланко менице са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму добављача, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења у дужини гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитативног пријема и пуштања у рад добара чија је купопродаја предмет уговора. Меница мора у ту сврху бити регистрована код НБС, а меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).

Члан 7.

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА

- 7.1. Потписивањем записника о примопредаји од стране обе уговорне стране сматра се да је извршена испорука предмета набавке, која је у свему квантитативно усаглашена са елементима и условима овог уговора.
- 7.2. Током испоруке предмета јавне набавке, уколико констатује евентуалну неусаглашеност, Наручилац у писаној форми доставља Добављачу рекламацију, без одлагања. Добављач је дужан да у најкраћем року отклони неусаглашеност.

7.3. Добављач је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје најкасније 7 (седам) дана од дана планираног за примопредају и истовремено га обавести ко ће присуствовати примопредаји.

7.4. Наручилац ће у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о намери примопредаје именовати комисију за пријем и о именовању и члановима комисије обавестити Добављача.

7.5. Добављач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана утврђења, у супротном ће се сматрати да су обавезе по овом уговору извршене по истеку уговореног рока примењиваће ће се члан 12. овог Уговора.

Члан 8.

ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

8.1. Добра која су предмет овог Уговора морају бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту добара и резервних делова и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача.

Члан 9.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

9.1. Квантитавни пријем добара врши се у магацину Наручиоца и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.

9.2. Изузетно, ако то природа добра захтева, квантитативни пријем може се извршити на месту где ће добра бити коришћена, али само уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца и у присуству лица из Централног магацина КЦС које је задужено за квантитативни пријем добара.

9.3. Евентуална одступања испоручене количине и/или квалитета, у односу на пакинг листу или други документ који Добављач доставља уз добра, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата.

9.4. Рекламацију из тачке 9.3. Добављач је дужан да реши у року од 7 (седам) дана.

Члан 10.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

10.1. Квалитет добара која су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати подацима из спецификације произвођача, достављеним уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Добављача.

10.2. Добављач је дужан да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана позива наручиоца, инсталира и пусти у рад испоручена добра на месту које одреди наручилац.

10.3. Добављач је дужан да обезбеди стручну обуку потребном броју особа које ће током редовне експлоатације руковати добрима чија је купопродаја предмет овог уговора.

10.4. Записник о пуштању добара у рад, потписан од стране добављача и наручиоца или овлашћеног сервисера, представља доказ о извршеном квалитативном пријему добара.

10.5. Уочени недостаци при квалитативном пријему констатоваће се комисијским записником Добављача и Наручиоца, након чега Добављач има обавезу да покрене поступак за отклањање недостатака констатованих при квалитативном пријему.

Члан 11.

ВИША СИЛА

11.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.

11.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 12.

УГОВОРНА КАЗНА

12.1. За случај прекорачења рока за квалитативан пријем, Добављач је дужан да Наручиоцу исплати износ од 0,05 % од укупне уговорене вредности, за сваки дан прекорачења, с тим да укупан износ не може прећи 5 % (словима: пет процената) од укупне уговорене вредности.

12.2. Наплата уговорне казне из претходног става спровешће се наплатом достављеног средства финансијског обезбеђења.

Члан 13.

СПОРОВИ

13.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

Члан 14.
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

14.1. Уговор се закључује до испоруке уговорених количина добара чија је купопродаја предмет овог уговора а најдуже годину дана од дана закључења уговора.

Члан 15.
РАСКИД УГОВОРА

15.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

15.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор ће се раскинути.

15.3. Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене.

15.4. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2018. години наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Члан 16.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

16.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања финансијских гаранција из члана 6. овог уговора

Члан 17.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

17.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.

17.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 – Понуда бр. одгод.

Прилог бр.2 - Финансијске гаранције Добављача

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
В.Д. ДИРЕКТОРА

ДОБАВЉАЧ

Доц. др Милика Ашанин

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ОПЕРАЦИОНИ СТО

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
1.1	Операциони сто		
1.1.1	Мобилни операциони сто са електро-хидрауличним померањима свих базичних функција стола		
1.1.2	Горња плоча стола мора бити из 6 секција: положај за главу, леђа, краћа верзија за леђа за обе стране стола, седећи део и део стола за положај ногу који је раздвојив		
1.1.3	Висина стола без тапацирунга од 600 mm и ниже до 1050 mm и већег распона		
1.1.4	Тренделенбург позиција + 25° / - 35° и већег распона		
1.1.5	Латерално померање 20° и више на обе стране и већег распона		
1.1.6	Померање леђног дела + 70° и више / - 40° и ниже		
1.1.7	Померање дела стола за положај ногу + 80° и више/ - 90° и ниже		
1.1.8	Флекс позиција 220° и више са једном командом		
1.1.9	Рефлекс позиција 120° и мање са једном командом		
1.1.10	Лонгитудинално померање 310 mm и више помоћу команди на даљинском управљачу		
1.1.11	Даљински управљач са екраном на коме су приказана статусна обавештења и трнутни угао под којим је постављена радна плоча		
1.1.12	Могућност меморисања минимум 10 позиција на даљинском управљачу		
1.1.13	Померање дела за главу мануелно са двоструким зглобом		
1.1.14	Постављање стола у нулти положај једном командом		
1.1.15	Постављање стола у закључан фиксиран положај путем подних стопа или системом увлачења точкова са једном командом на даљинском управљачу		
1.1.16	Могућност позиције стола: NORMAL и REVERSE положај		
1.1.17	Носивост стола 450 kg и више у NORMAL позицији		
1.1.18	Носивост стола 250 kg и више у REVERSE позицији		
1.1.19	Цела горња плоча стола мора бити без укрштања шипки због могућности снимања пацијента на столу		
1.1.20	Специјална батерија са могућношћу пуњења и капацитетом рада најмање 1 недељу после пуњења		
1.1.21	Електронско праћење нивоа напуњености батерије са оптичким индикатором и звучним сигналом		
1.1.22	На стубу стола је неопходно да се налази управљачка плоча за све битне функције стола		
1.1.23	Тапацирунг стола треба да је лак за одржавање, са антидекубиталним својствима и да је дебљине минимум 80 mm		
1.1.24	Могућност повезивања у интегрисани информациони систем за операционе сале		
1.1.25	Могућност коришћења стола у ЕСМО процедурама		
1.1.26	Могућност надоградње уређаја који се монтира на бочну шину и помоћу кога је могуће самоходно управљање столом у свим правцима		
1.2	Обавезни додаци за операциони сто		
1.2.1	Држач главе		

1.2.2	Адаптер за држач главе, пар		
1.2.3	Држач ногу, раздвојив		
1.2.4	Даљински управљач са конекцијом за сто		
1.2.5	Екстензиони леђни сегмент		
1.2.6	Каиш за везивање тела		
1.2.7	Ослонац за руку са фиксатором, 2 комада		
1.2.8	Држач руке за бочни положај		
1.2.9	Носач бочног држача, 2 комада		
1.2.10	Бочни држач, 2 комада		
1.2.11	Радиални фиксатор		
1.2.12	Држач инфузије		
1.2.13	Лира са фиксатором за руку		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ			
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање		
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.		
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим		
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)		
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.		
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.		
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.		
Напомена: - Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. - Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.			

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА СА ВИДЕО СИСТЕМОМ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
2.1.	Главно светло и сателит на истом стубу		
2.1.1	Операциона лампа, плафонски модел са LED технологијом		
2.1.2	Главно светло јачине минимум 160.000 Lux		
2.1.3	Сателит јачине минимум 120.000 Lux		
2.1.4	Аутоматска контрола интензитета светла		
2.1.5	Дијаметар видног поља од 20 до 25 cm за главно светло и сателит		
2.1.6	Индекс растапања боје (CRI) : 95 Ra и више при 3900 Келвина		
2.1.7	Радни век LED диода 60.000 часова и више		
2.1.8	Могућност ротације лампе у свим позицијама		
2.1.9	Температура боје у распону од 3.900 до 5.100 Келвина		
2.1.10	Амбијентално светло у обе куполе		
2.1.11	Зрачење главног светла мање од 500W/m2		
2.1.12	Дубина светлосног снопа од 100 до 110 cm		
2.1.13	Видео препарација за HD камеру		
2.1.14	Могућност интеграције операционе лампе у информациони систем операционе сале		
2.2	Видео систем са камером		
2.2.1	Електро напајање 100-230 V, 50-60 Hz, 50 W		
2.2.2	Могућност white balance: аутоматско и мануелно		
2.2.3	Сензор 1/4" CMOS		
2.2.4	Издаз видео сигнала 1 x HDMI		
2.2.5	Ефективан број пиксела : 1.430.000		
2.2.6	Дигитални zoom 12 x (144 x укупно са оптичким zoom-om		
2.2.7	Интегрисан аутофокус		
2.2.8	Камера централно постављена у главном светлу		
2.2.9	Серијски линк RS232		
2.3	Медицински монитор 21 - 24"		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера
(издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера:
(Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
3.1	Транспортни модуларни монитор за пацијенте свих узраста (одрасли, деца, неонатални). Модули морају да се прикључују у кућиште по принципу plug and play, без додатних каблова, и да чине целину са монитором		
3.2	Монитор мора да поседује дисплеј у боји минимум 12 инча, са екраном осетљивим на додир (touch screen), резолуције минимум 800 x 600, са транспортном ручком за ношење		
3.3	Приказ на дисплеју 6 кривуља или више		
3.4	Подесиви аудио/визуелни аларми систем за све параметре		
3.5	Тренд меморија минимум 48 сати		
3.6	Мини-тренд за приказ на дисплеју најмање последњих 60 минута историје догађаја		
3.7	Могућност умрежавања и повезивање на централни мониторинг систем		
3.8	- Монитор мора да поседује алгоритме и модуле за следећа мерења: - etCO2 - EKG/HR - Респирација - NIBP – неинвазивни притисак - SpO2 – сатурација - Мерње температуре - IBP – инвазивни притисак		
3.9	Струјно и батеријско напајање. Рад батерије минимално 3 сата		
3.10	Стандардни прибор уз монитор		
3.10.1	EKG кабл 5 – жилни (1 комад)		
3.10.2	Манжетне за мерење притиска вишекратне и високоотпорне (сет 3 комада за одрасле пацијенте у величини од 17-25 цм, 23-33 цм и 33-40 цм или приближно ових димензија)		
3.10.3	Прст сензор за SpO2, вишекратни (1 коамд)		
3.10.4	Сонда за мерење температуре кожна, вишекратна (1 комад)		
3.10.5	Прибор за мерење IBP		
3.10.6	Сензор за капнографију		
3.11	Додатни прибор и опрема уз мониторе		
3.11.1	Вишезглобни шински систем носача монитора за зид/ампел уз сваки монитор		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ЕЛЕКТРИЧНИ АСПИРАТОР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
4.1.	Капацитет сукције минимум 40 литара у минуту		
4.2.	Вакум од 0-90 kPa са могућношћу регулације		
4.3.	Посуда за сукцију од 4 литра са поклопцем и држачем (2 комада)		
4.4.	Сигурносна посуда		
4.5.	Микробиолошки филтер (2 комада)		
4.6.	Ниво буке не сме да прелази 40 децибела (као доказ доставити сертификат издат од стране домаће акредитоване установе одговорне за исто)		
4.7.	Напајање 230V / 50-60 Hz		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:

- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
- Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ИНФУЗИОНА ПУМПА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
5.1	Основне функције		
5.1.1	Врста јединице: преносива, волуметријска инфузиона пумпа за континуирану испоруку лекова, ентаралне хране и крви		
5.1.2	Распон протока: 0,1 ml/h до 1.200 ml/h, подесив у размацима: 0,01-1 ml/h		
5.1.3	Тачност дозираног протока: +/- 5% (уз оригиналне инфузијске системе)		
5.2	Избор функција/посебне функције		
5.2.1	Могућност профилисања терапије: - Аутоматско израчунавање протока (ml/h) за следеће дозе (µg, mg, /kg/min) - Аутоматско израчунавање протока зависно о следећим параметрима: 1) концентрацији или количини лека µg, mg, IU, mmol, или mEq по ml 2) количини лека у ml (волумену лека) 3) тежини болесника - Попис лекова који садржи до 1200 лекова са могућношћу груписања лекова у 15 категорија (с параметрима о дози, болусу те границама брзине дозирања) - Функција Piggyback – секундарна инфузија - Начин рада са полаганим убрзавањем и / или успоравањем брзине испоруке терапије - Начин рада с унапред заданом испоруком терапије различитим брзинама - Начин рада с повременим унапред заданим испорукама лека - Начин рада са дозирањем терапије у одређеном временском периоду		
5.2.2	Прилагодиви Кеер vein open (KVO) да задржи проточност инфузионог система и отворену IV канилу. Могућност деактивације KVO		
5.2.3	Промена протока инфузије без прекида давања инфузије		
5.3	Сигурносни системи		
5.3.1	Визуални и акустични аларми девијације волумена, неочекиваног пораста притиска изнад граничног, прекид инфузије и крај инфузионе терапије, standby аларм, прекид протока инфузије у систему, проток инфузије слободним падом, алам при испражњењу батерије		
5.3.2	Подешавање граничног притиска у систему више нивоа, аутоматска редукција болус волумена у систему након оклузијског аларма		
5.3.3	Детектор ваздуха у линији – детекција волумена ваздуха у линији (већих од 0,05 ml)		
5.3.4	Два детектора притиска у линији („узводно“ и „низводно“ од пумпе)		
5.3.5	У случају „ваздушног“ аларма, након вађења инфузионог система, софтвер не дозвољава брисања задатих параметара		
5.4	Димензије и монтирање		
5.4.1	- мањих димензија - тежина до 2 килограма		
5.4.2	Могућност повезивања пумпи, једна на другу ван радне станице и фиксација на Drägerови шину, сваки хоризонтални и вертикални статив и болеснички кревет		

5.5	Додатне карактеристике		
5.5.1	Батерија NiMH са могућношћу промене без употребе алата и капацитетом 8h при 25 ml/h и временом пуњења до 100% за просечно 6 h		
5.5.2	Могућност повезивања пумпи у радну станицу, тако да све пумпе морају бити компатибилне, конфигурација према потреби корисника – слободно комбиновање минимум 5 инфузионих и/или перфузионих пумпи у јединствену целину		
5.5.3	Два нивоа безбедности закључавања података (закључавање параметара и потрошног материјала)		
5.5.4	Несметано функционисање при дефибрилацији		
5.5.5	Могућност позивања на последњих 1000 догађаја у реалном времену		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ЕКГ АПАРАТ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
6.1	Akvizicija EKG signala		
6.1.1	Simultana akvizicija (snimanje) svih 12 EKG kanala		
6.1.2	Full disclosure snimanje i prikaz signala u trajanju od najmanje 1 minuta		
6.1.3	Automatsko snimanje i prikaz najmanje 10 sekundi najkvalitetnijeg dela ukupno snimljenog signala		
6.1.4	Frekvencija uzorkovanja: min. 40.000 uzoraka/sekundi/kanalu za detekciju signala pejsmejke i min. 1.000 uzoraka/sekundi/kanalu za snimanje i analizu		
6.1.5	Analogno-digitalna konverzija: min. 20 bitna		
6.1.6	Frekventni opseg: min. 0,1 – 300 Hz		
6.2	Filteri		
6.2.1	Mrežni filter: 50/60 Hz		
6.2.2	Filter osnovne linije (baseline filter)		
6.2.3	Niskopropustni filter: min. 40, 150 i 300Hz		
6.3	Obavezna mogućnost rada sa bežičnom akvizicionom jedinicom kao i sa kablom		
6.4	Bežična kontrola preko EKG jedinice (modula): prikaz EKG snimaka, prover statusa baterije, prover veze elektroda		
6.5	Prikaz		
6.5.1	LCD ekran u boji, min.rezolucija 320x240 VGA sa pozadinskim osvetljenjem		
6.5.2	Prikaz svih 12 EKG kanala istovremeno		
6.5.3	Automatsko imenovanje kanala sa detekcijom i prikazom pogrešno postavljenih i nepovezanih elektroda		
6.5.4	Promena prikaza: broja kanala, filtera i brzine EKG talasnih oblika, sa mogućnošću izmene i u analizi, nezavisno od formata snimanja		
6.5.5	Izbor prikaza pejsmejke markera		
6.5.6	Prikaz sledećih vrednosti: puls, brzina prikaza, amplitude, stanje baterije		
6.5.7	Prikaz EKG signala u realnom vremenu ili najmanje 5 sekundi "real time" snimanih podataka		
6.6	Štampanje		
6.6.1	Formati štampanja: min.standardni I Cabrera, 3+1, 3+3, 6x2, 12x1		
6.6.2	Amplituda prikaza: min. 5, 10, 20 mm/mV		
6.6.3	Brzina papira: min. 5, 10, 25, 50 mm/s		
6.6.4	Mogućnost korišćenja min.250 stranica termalnog papira		
6.6.5	Širina termalnog papira: 210 mm		
6.7	Analiza i arhiviranje		
6.7.1	Ugrađen algoritam za istovremenu analizu svih 12 EKG kanala		
6.7.2	Vrste analiza: za odrasle i decu		
6.7.3	Analiza prema starosti i polu za akutni MI i STEMI sa prikazom poruke o mogućem STEMI nalazu		
6.7.4	Osetljivost o najmanje 250 Hz za snimanje i analizu signala kod pedijatrijskih pacijenata		
6.7.5	Unos podataka o pacijentu: ime, prezime, identifikacioni broj, datum rođenja...		
6.7.6	Unos podataka preko tastaure		

6.7.7	Memorija: min. 20 EKG snimaka, sa mogućnošću prebacivanja na eksternu memoriju		
6.7.8	Prenos podataka: talasni oblici I tekstualni izveštaji		
6.8	Napajanje i dimenzije		
6.8.1	Mrežno napajanje: 100 -240 V, 50/60 Hz		
6.8.2	Ugrađena punjiva baterija		
6.8.3	Vreme trajanja baterije: min. 3 sata		
6.8.4	Vreme punjenja baterije: max. 4 sata		
6.8.5	Težina aparata maksimum 3 kg (bez papira)		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ЦЕНТРИФУГА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
7.1	Centrifuga sa hlađenjem sa izmenjivim rotorom i sa digitalnom regulacijom temperature u opsegu od -9C do 40°C		
7.2	Mogućnost digitalne kontrole brzine rotacije od 100 do 4400 RPM (sila centrifugiranja okvirno 3000 g)		
7.3	Sistem za automatsko zaustavljanje sa kontrolisanim usporenjem		
7.4	Elektronski sistem detekcije disbalansa težine i prepoznavanja rotora		
7.5	Mogućnost zaključavanja odabranih parametara (memorija centrifuge)		
7.6	Osnovni krstasti rotor kapaciteta najmanje 4x100ml nosivosti		
7.7	Kivete sa sigurnosnim poklopcem za osnovni rotor pod tačkom 6 (de facto 4 kivete za krstasti rotor)		
7.8	Adapter za kivetu za upotrebu epruveta od 2-7ml, prilagođen krstastom rotoru i kiveti (tačke 6 i 7), kapaciteta najmanje 5 epruveta, ukupno 4 adaptera		
7.9	Adapter za kivetu za upotrebu epruveta od 9-15ml, prilagođen krstastom rotoru i kiveti (tačke 6 i 7), kapaciteta najmanje 4 epruvete, ukupno 4 adaptera		
7.10	Adapter za kivetu za upotrebu epruveta od 50ml Falcon tipa, prilagođen krstastom rotoru i kiveti (tačke 6 i 7), kapaciteta najmanje 1 epruveta, ukupno 4 adaptera		
7.11	Sigurnosni sistem za mehaničko otvaranje poklopca centrifuge u slučaju potrebe ili nestanka struje		
7.12	Produženo hladjenje prostora pre i nakon prestanka centrifugiranja		
7.13	Sistem za automatsko isključivanje nakon neaktivnosti čime se produžava radni vek kompresora		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ЈЕДНОКОМОРНИ ПЕЈСМЕЈКЕР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
8.1.1	Једнокоморни пејсмејкер		
8.1.2	Konvencionalni konektori za elektrode privremenog pejsmejkera		
8.1.3	Modaliteti pejsinga SSI/AAI/VVI, SOO/VOO/AOO i/ili SST/VVT/AAT		
8.1.4	Minimalna frekvencija pejsinga 30/min, maksimalna više od 150/min		
8.1.5	Manuelno podešava amplituda pejsinga i senzitivnost		
8.1.6	Baterije, konvencionalne izmenjive, dostupne na tržištu Republike Srbije		
8.1.7	Očekivano trajanje baterije minimalno 5 dana		
8.1.8	Svetlosna ili zvučna signalizacija kraja životnog veka baterije		
8.1.9	Zaštita - zaključavanje podešavanja		
8.2	Uz privremeni pejsmejker je potrebno isporučiti:		
8.2.1	Одговарајуће електроде за привремени трансвенски пејсинг, 5 комада		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу: а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата: а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.

Напомена:

- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
- Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ДВОКОМОРНИ ПЕЈСМЕЈКЕР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
9.1	Minimalne karakteristike		
9.1.1	Mod: DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO		
9.1.2	Pacing rate: Minimalna frekvenca pejsinga 30 maksimalna ne manja od 200 bpm $\pm$ 2%		
9.1.3	Brzi atrijalni pejsing: 80 – 800 bpm $\pm$ 4%		
9.1.4	Output amplitude: Atrium: 0,1 - 20 mA $\pm$ 10%		
9.1.5	Pulsna širina: Atrium: 0,1 - 20 mA $\pm$ 10% Ventrikula: 0,1 - 25 mA $\pm$ 10%		
9.1.6	AV delay: 20 - 300 ms $\pm$ 5%		
9.1.7	Atrijalna senzitivnost: 0,4 – 10 mV		
9.1.8	Ventrikularna senzitivnost: 0,8 – 20 mV		
9.1.9	Aref: 150 – 500 ms		
9.1.10	Polaritet velectroda: uni/bi		
9.1.11	Težina sa baterijom: maksimum 680 g		
9.1.12	Baterijsko napajanje: 2 baterije po 1,5 V		
9.1.13	Backup pejsing prilikom vađenja baterije: 30 s		
9.2	Displej sa prikazom statusa senzinga i pejsinga		
9.3	Odgovor na visoke atrijalne frekvence “mode switch”		
9.4	Algoritam za asinhroni pejsing u prisustvu šuma		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
10.1.1	Апарат за анестезију може да ради са свим категоријама пацијената (одрасли, деца и неонатуси) без промене делова (склопова, сензора)		
10.1.2	Апарат за анестезију мора бити мобилан на колицима са централном кочницом или са кочницама на сваком точку посебно		
10.1.3	Апарат за анестезију мора имати интегрисан аспиратор са боцама за секрет као и одвод вишка наркозних гасова		
10.1.4	Апарат за анестезију ради са 3 гаса: O ₂ , AIR и N ₂ O, и поседује електронски мешач гасова.		
10.1.5	Екран апарата за анестезију минимум 12" који може истовремено да прикаже 3 вентилацијске криве		
10.1.6	Интерна интегрисана батерија капацитета 90 минута		
10.1.7	Дисајни (кружни) систем		
10.1.8	Аутоматски селфтест систем		
10.1.9	Апарат може радити у режимима: конвенцијалне, lowflow и minimalflow анестезије		
10.1.10	Апарат има вишекратни канистер за CO ₂ апсорбер запремине минимум 0,7L		
10.1.11	Сигурносни систем против хипоксије који обезбеђује увек минимум 25% кисеоника у смеси са N ₂ O		
10.2	Модови вентилације апарата за анестезију:		
10.2.1	Мануелни мод са вентилом за контролу притиска		
10.2.2	Спонтани		
10.2.3	Volumecontrol		
10.2.4	Pressurecontrol		
10.2.5	Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (volumecontrol VC-SIMV)		
10.2.6	Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (PC-SIMV или BIPAP)		
10.2.7	Pressuresupport		
10.3	Подешавање вентилатора:		
10.3.1	Tidal volume 20-1400ml		
10.3.2	Фреквенца дисања 4-100 bpm		
10.3.3	P _{insp} 5-60cm H ₂ O или већег опсега		
10.3.4	Инспираторни проток минимум 120 LPM		
10.3.5	Flowtrigger 0,3-10 l/min		
10.4	Мониторинг апарата за анестезију:		
10.4.1	Expired Tidal Volume		
10.4.2	Expired Minute Volume		
10.4.3	P _{peak}		
10.4.4	P _{mean}		
10.4.5	P _{plat}		
10.4.6	PEEP		
10.4.7	Patient Compliance, Patient resistance		
10.4.8	Инспираторна и експираторна концентрација гасова: O ₂ , N ₂ O, CO ₂ и анестетици		
10.4.9	Графички и табеларни приказ трендова симулатно са кривама		
10.4.10	Дигитални приказ притиска медицинских гасова		

	(како из централног довода, тако и из боца) на екрану апарата за анестезију		
10.4.11	Уз апарат за анестезију се испоручују редуцири за боце за O2 и N2O		
10.5	Хемодинамски пацијент монитор уз апарат		
10.5.1	Монитор може да ради са свим категоријама пацијената (одрасли, деца и неонатуси)		
10.5.2	Монитор може да се користи као транспортни		
10.5.3	Екран дијагонале минимално 10", са могућношћу приказа 8 кривих истовремено		
10.5.4	Интерна интегрисана батерија капацитета минимум 3 сата		
10.5.5	Монитор има могућност мерења следећих параметара: - ЕКГ - SpO2 - температура - HR - pulse - NIBP - капнографија - 8 x IBP - C.O. - BiS - NMT - EEG		
10.5.6	Аларми са 3 приоритета		
10.5.7	Складиштење података минимум 24h		
10.5.8	Приказ складиштених података у табеларном и графичком формату		
10.5.9	Монитор врши анализу ST сегмента на свим одводима ЕКГ-а		
10.5.10	Уз сваки монитор обавезно се испоручује: - комплет за мерење ЕКГ (5-жилни) - SpO2 сензор - 3 манжетне за NIBP - температурни сензор - комплет за мерење 4 IBP истовремено - комплет за мерење C.O. - компатибилни носач за апарат за анестезију		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

ТРАНСПОРТНИ РЕСПИРАТОР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
11.1.	Upotrebljava se za intrahospitalni transport i interhospitalni transport (namenjen za upotrebu u sanitetskim vozilima)		
11.2.	Lak za manevrisanje i transport, težina ventilatora maksimalno do 6 kg		
11.3.	Kategorija pacijenta : deca i odrasli		
11.4.	Ventilacioni modovi:		
11.4.1.	VC-CMV		
11.4.2.	VC-AC		
11.4.3.	VC-SIMV		
11.4.4.	Pressure support		
11.4.5.	SPN-CPAP		
11.4.6.	Apnea ventilacija		
11.5.	Ventilator ima opciju neinvazivne ventilacije sa automatskom kompenzacijom curenja		
11.6.	Interna integrisana baterija kapaciteta 4h		
11.7.	Ekran za prikaz krivih i parametara ventilacije		
11.8.	Ostale karakteristike ventilatora:		
11.8.1.	Respiratorni (tidalni) volumen 100mL – 2L		
11.8.2.	Vreme inspiracije 0.2 – 8 sekundi		
11.8.3.	Frekvencija ventilacije 5 – 50 u minuti		
11.8.4.	PEEP podesiv 3-20 mbar		
11.8.5.	Postojanje podrške pritiskom spontanog udisaja pacijenta (pressure suport) 2-35 mbar		
11.8.6.	Koncentracija kiseonika 40% i 100%		
11.8.7.	Inspiratorni protok do 100L/min		
11.9.	Prikaz / monitoring parametara na ekranu ventilatora:		
11.9.1.	Inspiratorni peak pritisak (PIP)		
11.9.2.	(PEEP)		
11.9.3.	Srednji vazdušni pritisak		
11.9.4.	Tidalni volumen		
11.9.5.	Frekvenca disanja		
11.9.6.	Minutni volumen		
11.9.7.	Minutni volumen spontanog disanja		
11.10	Uz aparat potrebno je isporučiti nosač za transport ventilatora, bocu za O2 zapremine 3l, pacijent creva, masku za neinvazivnu ventilaciju, priključno crevo za centralni dovod kiseonika ili kisonik iz boce minimum dužine 3 metra.		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

БРОНХОСКОП СА ИЗВОРОМ СВЕТЛА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
12.1	Mobilni intubacioni endoskop sa ugrađenim LCD monitorom i sopstvenim izvorom svetla		
12.1.1	Širina vidnog polja 90°		
12.1.2	Dubina vidnog polja 3-50 mm		
12.1.3	Spoljašnji prečnik distalnog kraja 5.1 mm		
12.1.4	Spoljašnji prečnik insercijskog dela 5.2 mm		
12.1.5	Unutrašnji prečnik radnog kanala 2.6 mm		
12.1.6	Savijanje vrha aparata: gore/dole 180°/130°		
12.1.7	Radna dužina 600 mm		
12.1.8	Ukupna dužina 910 mm		
12.1.9	Integrisani 2.5" monitor		
12.1.10	Rotacija monitora levo/desno 90°		
12.1.11	Pomeranje monitora pod uglom od 0-120°		
12.1.12	Mogućnost beleženja slika i video zapisa na memorijsku karticu		
12.1.14	Memorijska kartica u setu sa endoskopom		
12.1.15	LED izvor svetla		
12.1.16	Punjiva Lithium-ion baterija		
12.1.17	Trajanje baterije aproksimativno 60 minuta		
12.1.18	Kompletno potopiv u dezinfekciono sredstvo		
13.1.19	Tester curenja (za ispitivanje ispravnost endoskopa)		
13.1.20	Punjiva Lithium-ion baterija		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ВИДЕО ЛАРИНГОСКОП

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
13.1	Video laringoskop se sastoji od дршке на којој се налази color monitor i дела на који се монтира špatula laringoskopa		
13.2	Video laringoskop функционише као rigidni Mekintoš laringoskop		
13.3	Omogućava direktnu laringoskopiju pomoću kamere koja se налази близу врха špatule		
13.4	Svetlo: LED diode		
13.5	Monitor: minimum 2,5"		
13.6	Na monitoru mora postojati indikator preostalog kapaciteta baterije		
13.7	Uređaj mora biti otporan na uslove eksploatacije, pranje, dezinfekciju i sterilizaciju u etilen oksidu ili plazma sterilizatoru		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 36 месеци након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
5.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
6.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА СУКЦИЈУ

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
14.1	Капацитет сукције минимум 40 литара у минути		
14.2	Вакум од 0-90 kPa са могућношћу регулације		
14.3	Посуда за сукцију од 2 литра са поклопцем и држачем		
14.4	Сигурносна посуда		
14.5	Микробиолошки филтер (2 комада)		
14.6	Ниво буке максимум 40 dB (као доказ доставити сертификат издат од стране домаће акредитоване установе одговорне за исто)		
14.7	Напајање: 230 V/50-60 Hz		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**КИСЕОНИЧКИ СЕТ**

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
15.1.	Потребно је да протокомер буду велике прецизности, брзине протока до 16L/min		
15.2.	Конвенционалан принцип рада са куглицом за читавање протока		
15.3.	Протокомери морају бити квалитетни и тестирани да издрже притиске до 80 бара, чиме се обезбеђује безбедност медицинског особља и пацијената		
15.4.	Кућиште протокомера израђено је од алуминијума, док је индикатор протока израђен од стакла		
15.5.	Протокомери се директно конектују у потрошачко место за кисеоник и имају интегрисани продужетак тако да се могу конектовати и уколико испод потрошачког места постоји медицинска шина		
15.6.	Максимална тежина протокомера је 500 gr		
15.7.	Протокомери морају бити компатибилни са овлаживачима гаса за дисање при инхалацији на релативну влажност од 50-60% и овлаживачима који постижу релативну влажност 100%, овлаживач је директно ушрафљен у O2 протокомер		
15.8.	Овлаживачи морају бити аутоклавабилни до 134 степена целзијуса капацитета 220 ml		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

УРЕТЕРОРЕНОСКОП

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
16.1.	Оптика – угао гледања: 12°		
16.2.	Радни канал за инструменте минимум 5 Fr		
16.3.	Радна дужина: 430 mm		
16.4.	Реноскоп мора бити аутоклавабилан		
16.5.	Уз реноскоп је обавезно испоручити и паковање резервних мембрана за радни канал		
16.6.	Реноскоп мора бити компатибилан са постојећом опремом на Клиници (извор светла, камера, литокласт)		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом. * За ову партију понуђач није дужан да испуни додатни услов за учешће у поступку одређен у Прилогу бр. 4 под редним бројем 7.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

A./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

ДЕФИБРИЛАТОР

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
17.1	Портабилни бифазични дефибрилатор за екстерну дефибрилацију, синхронизовану кардиоверзију и AED, са ручком за ношење и са покретним колицима		
17.2	Колица треба да садрже одговарајуће лежиште за дефибрилатор, са кога се он може једноставно одвојити		
17.3	Монитор у колору до 22 цм са могућношћу приказа минимум 2 криве и 5 нумеричких параметара		
17.4	Апарат мора бити опремљен са две велике папучице за екстерну дефибрилацију: за децу и за одрасле		
17.5	Папучице на себи морају имати уграђен прекидач за пуњење и пражњење енергије		
17.6	Апарат мора поседовати акумулаторску батерију са капацитетом за минимум 70 шокова са максималном енергијом дефибрилације, или за минимум 2,5 сата континуираног мониторинга		
17.7	Време пуњења празне батерије: максимално 3 сата и 30 минута		
17.8	Избор нивоа енергије дефибрилације: од 2 до 200 J или више, бифазично		
17.9	Визуелна и звучна индикација напуњености енергије са светлосним индикаторима		
17.10	Брз опоровак базне линије EKG-а након дефибрилације, максимално 10 секунде		
17.11	Аутоматско интерно пражњење енергије након истека одређеног временског периода		
17.12	Уграђен програм за проверу капацитета и исправности батерије и кондензатора		
17.13	Подешавање EKG амплитуде и подешавање граница аларма свих мерених параметара		
17.14	Аутоматска детекција аритмија, са звучним и визуелним алармима		
17.15	Могућност надоградње за мониторинг SpO2 и EtCO2 (интубирано и неинтубирано)		
17.16	Подешавање горњих и доњих граница аларма за HR, SpO2, PR, EtCO2, RR и апнеа време		
17.17	Аутоматска детекција сигнала пејсинга		
17.18	Аутоматска детекција R зупца током синхронизоване кардиоверзије		
17.19	Интегрисани 2-канални термички принтер		
17.20	Меморисање аритмија, тренд 1- 24h, нумеричких вредности, маркираних догађаја и штампање одговарајућих извештаја		
17.21	Аутоматско штампање извештаја о дефибрилацији, уз могућност меморисања и накнадног штампања		
17.22	Могућност надоградње папучицама за унутрашњу дефибрилизацију и прибором за AED		
17.23	Потребан прибор:		
17.23.1	ЕКГ кабл са 3 вода, 1 комад		
17.23.2	Термални папир, 10 комада		
17.23.3	Акумулаторска батерија, 1 комад		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве кvara (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање кvara од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
(Члан 71. Закона о јавним набавкама)

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ
Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

МОНИТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕСПИРАТОРНОГ СТАТУСА

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава понуђач	
		да / не	Коментар
18.1	Kompaktan prenosiv monitor za praćenje respiratornog statusa kod pacijenata svih uzrasta (odrasli, deca, neonatalni)		
18.1.1	Monitor mora da poseduje displej u boji, minimum 15 cm dijagonale		
18.1.2	Strujno i baterijsko napajanje. Rad na bateriju minimalno 4 časa.		
18.1.3	Monitor mora da poseduje mogućnost određivanja, praćenja i prikaza EtCO ₂ bazirano na sledećim principima i karakteristikama: -Uzimanje uzorka za analizu EtCO ₂ moguće kod intubiranih i neintubiranih pacijenata korišćenjem plastičnih linija za uzorkovanje, sa ili bez dovoda O ₂ , jednokratnih, sa integrisanim filterima kojima se vrši eliminacija vlage -Nizak protok neophodan za uzorkovanje: 50 ml/min -Minijatura ćelija za uzorkovanje: 15 µl -Analiza uzorka korišćenjem CO ₂ specifičnih talasnih dužina IC svetlosti -Algoritam na koji nema uticaja prisustvo ostalih gasova (O ₂ , NO ₂ , inhalacioni anestetici...) -EtCO ₂ , FiCO ₂ u rasponu 0-150mmHg i inkrementima od 1mmHg -CO ₂ prikaz: u mmHg ili kPa ili Vol% -CO ₂ preciznost: 0-38 mmHg ± 2 mmHg, odnosno 39-150 mmHg ± 5% + 0,08% za svaki mmHg iznad 38 mmHg -Prikaz dobijenih rezultata EtCO ₂ po tipu kapnografije – numerički i grefički -Kalibracioni interval : bez potrebe individualne kalibracije (ili nulovanja) za svakog pacijenta, Inicijalno nakon 1200h rada, zatim nakon 4000h rada ili jednom godišnje		
18.1.4	Monitor mora da poseduje mogućnost određivanja, praćenja i prikaza frekvencije disanja sa sledećim karakteristikama: -Prikaz frekvencije disanja (RR) : 0-150bpm -RR preciznost : 0-70 bpm : ± 1 bpm 71-120 bpm : ± 2 bpm 121-150 bpm : ± 3 bpm		
18.1.5	Monitor mora da poseduje mogućnost određivanja, praćenja i prikaza SpO ₂ sa sledećim karakteristikama: -SpO ₂ raspon : 1% - 100% -SpO ₂ preciznost : saturacija (% SpO ₂ ± 1 SD), za vrednosti 70%-100% ± 2 cifre, za vrednosti 60%-80% ± 3 cifre		
18.1.6	Monitor mora da poseduje mogućnost određivanja, praćenja i prikaza sledećih integrisanih parametara i indeksnih pokazatelja respiratornog statusa: -IPI (integrisani pulmonarni indeks): indeks prikaza adekvatnosti ventilacije integrisanjem svih dobijenih parametara (numerički i grafički prikaz), u rasponu 1-10 -Pokazatelj broja apnea u prethodnih 60 minuta -Pokazatelj broja desaturacija u prethodnih 60 minuta		
18.1.7	Obavezni alarmi : Visok i nizak EtCO ₂ , prestanak disanja, visok i nizak RR, visok i nizak SpO ₂ , visoka i niska srčana frekvencija, nizak IPI, alarm apnea i desaturacija, alarm dekonekcije EtCO ₂ linije, alarm dekonekcije SpO ₂ senyora, napredni sistem za		

	upravljanje SpO2 alarmima i redukciju lažnih alarma		
18.1.8	Integrirani USB port		
18.1.9	Memorija podataka o merenjima minimum 48 sati		
18.2	Dodatni pribor uz monitor:		
18.2.1	SpO2 kabl		
18.2.2	Senzor za SpO2, višekratni		

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	
1.	Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање
2.	Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена у 2017. години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или лота или оригиналом изјаве произвођача да је добро произведено или да ће бити произведено у 2017. години.
3.	<u>Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:</u> а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад. б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима: · Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање · Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме У случају немогућности отклањања кvara дуже од 30 дана, испоручилац опреме је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим
4.	<u>Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:</u> а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања у рад опреме б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива надлежне Службе КЦС-е (<i>одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар</i>)
5.	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику . Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме и преводом исте код судског преводиоца.
6.	Обавезе испоручиоца опреме: · да изврши монтажу уређаја на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се сачинити посебан Записник. · да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја. · да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.
7.	За прихватање наведених осталих обавезних услова понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све услове из позиција: 3, 4 и 6.
Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.	

Б. ПОНУДА	
(попуњава понуђач)	
НАЗИВ ОПРЕМЕ (УРЕЂАЈА, АПАРАТА)	
ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА	
ТИП, МОДЕЛ	
КАТАЛОШКИ БРОЈ	
СЕРИЈСКИ БРОЈ	
БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а	

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(попуњава понуђач)

Напомена:

У ОВОМ ДЕЛУ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕ ПОТПУН САДРЖАЈ ОРИГИНАЛНОГ ПАКОВАЊА СА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ УЗ ОСНОВНИ УРЕЂАЈ.

1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

1.1. Испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, извршиће се:

(Прецизно навести место квантитативног пријема; На пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД

2.1. Стручну монтажу / инсталацију апарата и пуштање у рад, обуку особља за руковање и обуку техничког особља за превентивно одржавање:

Навести назив фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и прецизан рок почев од дана испоруке.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА

3.1. Пре понуђеног рока за монтажу опреме, Наручилац је дужан да припреми следеће:

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: број и верста прикључака, климатски параметри и сл.

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД УРЕЂАЈА

4.1. Испоруку прибора / потрошног материјала који је неопходан за рад уређаја / врши:

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

5.1. Превентивни прегледи у гарантном року:

Навести након колико времена је неопходно извршити превентивни преглед и шта он обухвата (замена резервних делова, итд.)

6. СЕРВИСИРАЊЕ

6.1. Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном року врши: (уписати назив фирме)

6.2. Презиме и име овлашћених сервисера:

6.3. Лиценце сервисера (издаваоц лиценце, број, датум)

6.4. Локација овлашћених сервисера: (Навести тачну адресу сервиса)

6.5. Време одзива (у сатима) од момента пријаве квара (али не дужи од 24 сата од пријема позива наручиоца – одзив подразумева долазак на лице места где је уочен квар):

6.6. Најдужи рок (у сатима или данима) за отклањање квара од стране овлашћеног сервисера (али не дужи од 30 дана):

6.7. Изјава понуђача да ће у случају немогућности отклањања квара у року из тачке 6.6. уступити на коришћење други апарат.

6.8. Сервисирање уређаја у вангарантном року врши:

ДА	НЕ

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа)

7. ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Општи гарантни рок:

7.1. Гарантни рокови за поједине делове /склопове /агрегате

Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове

8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

8.1. Испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року врши:

--

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ

1. Упутство за употребу на _____ језику.
2. Оверен гарантни лист _____
3. _____
4. _____

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

--

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

--

12. НАПОМЕНЕ НАРУЧИОЦА

1. Тражени подаци које наручилац није могао унети у предвиђени простор, могу се, уз напомену пренети на полеђину стране.
--

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____
 Адреса и седиште: _____
 ПИБ број: _____
 Број понуде: _____
 Датум: _____

ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

Редни број партије	ДОБРА	Количина (комад)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
			Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена (без ПДВ-а)	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Операциони сто	1							
2	Операциона лампа са видео системом	1							
3	Пацијент монитор	5							
4	Електрични аспиратор	1							
5	Инфузиона пумпа	2							
6	ЕКГ апарат	1							
7	Центрифуга	1							
8	Једнокоморни пејсмејкер	3							
9	Двокоморни пејсмејкер	6							
10	Апарат за анестезију	3							
11	Транспортни респиратор	3							
12	Бронхоскоп са извором светла	1							

13	Видео ларингоскоп	5							
14	Електрични апарат за сукцију	5							
15	Кисеонички сет	45							
16	Уретерореноскоп	2							
17	Дефибрилатор	1							
18	Монитор за праћење респираторног статуса	4							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку добара:

Број јавне набавке: **311K/2017**

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

изјављујемо да ћемо доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла, којом се обезбеђује испуњење уговорених обавеза, а која је издата у форми:

1. Банкарске гаранције за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
2. Финансијске гаранције за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:

а) Банкарске гаранције, или

б) Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем.

(Заокружити једну од наведених финансијских гаранција, у складу са Законом о јавним набавкама)

3. Финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у форми:

- Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа

У _____, _____ 2017. године

М.П.

- потпис овлашћеног лица понуђача -

име и презиме

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**
У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___ / ___ / ;

(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци добара:

Број јавне набавке: **311K/2017**

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову бланко меницу може искористити до износа од _____ динара,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун бр.

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр. 3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
 - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
 - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

ЛОГО БАНКЕ

Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је _____ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)
(назив понуђача)
доставио дана _____ своју понуду за јавну набавку добара
(у даљем тексту ПОНУДА),
(назив јавне набавке добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

_____ из _____
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у _____ (у даљем тексту БАНКА),
(адреса банке)

или наши правни следбеници извршити плаћање износа од _____ РСД,
словима: _____

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун бр. **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан _____

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
(а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
(б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Ова гаранција важи 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења понуде.

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис банке _____

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Доставља менице као финансијске гаранције за **ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___/___/___;
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са уговором о јавној набавци добара закљученом у отвореном поступку јавне набавке добара **311K/2017 – Медицинска опрема**, бр. _____ од _____ 2017. године.
(код добављача заведен под бројем _____ од _____ 2017. године).

Овлашћујемо **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ** као **НАРУЧИОЦА** по напред наведеном уговору, да ову меницу може искористити до износа од _____ динара,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун бр.

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако добављач не испуни своју уговорну обавезу, наручилац ће трећег дана по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.
2. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дужи од рока за коначно извршење посла по уговору, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачуна тог ПДВ-а.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

На основу:

- члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА за доделу уговора у поступку јавне набавке

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Број јавне набавке: 311K/2017

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди **краћи рок испоруке**.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин - **жребањем (извлачењем из шешира)**. Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.