



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.06.2016.

БРОЈ: 838

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Потрошни материјал за електрохируршке генераторе "Valeylab"(Forcetrijat) и електрокаутере Covidien Број јавне набавке 255K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. Обраћамо Вам се поводом отвореног поступка ЈН 255K/16 конкретно партије бр. 9: *Једнократне универзалне дводелне, за одрасле, електроде са "Полухесиве хидрогел-ом", на бази ПВП (поливинилпиролидона) или одговарајући, укупна површина (цела електрода) минимум цца. 135 цм2, и дебљине гела минимум 0,5 мм, функционишу независно од смера постављања, дужина кабла минимум 4,5 м*

Из наведеног описа, приметили смо да се у опису партије 9 наводи заштићени назив: „Полухесиве хидрогел“ произвођача Валлулаб. Оно што је карактеристично за „Полухесиве хидрогел“ је да се у његовом хемијском саставу налази органско једињење ПВП (поливинил-пиролидон). Узевши у обзир чињеницу да на тржишту не постоји понуђач који може понудити „паралелу“ или „одговарајући производ“, тј. да само неутралне електроде (на бази ПВП-а) произвођача Валлулаб испуњавају тражене техничке карактеристике, прекршен је члан 72, став 3., као и чланови 9. и 10. Закона о јавним набавкама.

Како не видмо ни једно оправдање због чега се инсистира на електродама које у свом хемијском саставу хидрогела садрже органско једињење поливинилпиролидон, тј. да су на бази ПВП-а, ни са аспекта функционалности ни са аспекта безбедности, сматрамо да је неопходно у циљу обезбеђивања већег броја одговарајућих и прихватљивих понуда, **да се избаци из описа партије 9 карактеристика ПВП.**

ОДГОВОР:

1. Израз „или одговарајући“ у опису техничких карактеристика за партију број 9, на начин дефинисан конкурсном документацијом односи се на робни знак „Полухесив“ у оквиру карактеристике "Полухесиве хидрогел", а не на хемијску супстанцу „ПВП (поливинилпиролидон)“, као што је наведено у постављеном питању. Такође наручилац ће извршити измену и прецизирање техничких карактеристика за наведену партију, у циљу обезбеђивања што је могуће веће конкуренције у предметном поступку јавне набавке.

С поштовањем,

ЈАВНЕ НАБАВКЕ