



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1017

Датум: 20.07.2018

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Аерационе цевчице број 107АМ/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 19.07.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Увидом у конкурсну документацију уочили смо да није дат потпун опис тражених добара. Молим Вас да допуните опис предмета набавке (да наведете блиси опис добара, ближи назив, материјал, за који период и сл) на начин да буде довољно разумњив понуђачима и да на основу истог могу да припреме одговарајућу понуду. Такође смо уочили да у конкурсној документацији нису наведена никаква одступања у димензијама тражених аерационих цевчица. На овакав начин конципирана техничка спецификација са стриктно наведеним димензијама ограничава конкуренцију што је противно члану 10. и 12.. Закона јавних набавки. Димензије тражених производа се разликују од произвођача до произвођача, разлике су минималне и не ремете примену. С тога Вас молимо да нам потврдите колика су одступања у димензијама за тражене аерационе цевчице.

ОДГОВОР:

1. Наручилац истиче да Аерационе цевчице треба да буду од титанијума, на период од годину дана, а одступања у димензијама су прихватљива +/- 10%.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ