



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 28.08.2014.

БРОЈ: 1096

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МОБИЛНИ РЕНДГЕН АПАРАТ ЗА УРГЕНТНУ ОРТОПЕДИЈУ**

Број јавне набавке 310K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. На страни 29/39 конкурсне документације под тачком 5.1. захтева се појачавач минимум 23 цм са минимум 3 видна поља. С обзиром да се захтева појачавач слике од 23 цм и да клиничка пракса за тако мали појачавач слике не захтева више од два видна поља (већи и мањи) за све примене у ортопедији, да ли је прихватљиво за Наручиоца да поменути захтев измени у: „Светлосни појачавач минимум 23 цм са минимум 2 видна поља?“
2. На страни 29/39 конкурсне документације под тачком 6.1. захтева се „Један ТФТ монитор високе резолуције (минимум 1920x1200 пиксела) дијагонале минимум 24 инча са подељеним приказом слике или два ТФТ монитора високе резолуције (минимум 1280x1024 пиксела) дијагонале минимум 18 инча, интегрисани на самом Ц-луку, један за приказ „live“ слике, други за приказ референтне слике“. С обзиром да је једина предност оваквог решења у малим операционим салама где нема места да се поставе колица са мониторима, а с обзиром да то у овој ситуацији није случај, да ли је за Наручиоца прихватљиво да поменути захтев измени у „Један ТФТ монитор високе резолуције (минимум 1920x1200 пиксела) дијагонале минимум 24 инча са подељеним приказом слике или два ТФТ монитора високе резолуције (минимум 1280x1024 пиксела) дијагонале минимум 18 инча, интегрисани на самом Ц-луку или на посебним колицима за мониторе, један за приказ „live“ слике, други за приказ референтне слике?“

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ