



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 21.09.2015.

БРОЈ: 1532

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКГ АПАРАТИ И СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР - ЕКГ АПАРАТИ Број јавне набавке 325K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. Да ли можете да нам кажете коју величину екрана захтевате?
2. Да ли је потребно да се на екрану приказују статуси филтера/HR/информација о пацијенту?
3. Да ли је потребно да дисплеу буде "touch screen"?
4. Да ли је потребно да екран поседује аутоматско подешавање осветљења екрана?
5. Да ли можете да нам одговорите који запис захтевате, као и да се исти штампа на којој ширини папира, и на којој врсти папира?
6. Да ли можете да нам одговорите колико часова треба да буде активна батерија, као и да ли захтевате брзи мод пуњења батерија?
7. Да ли захтевате неке од напреднијих функција дијагнозе и анализе, као што су HRV (heart rate variability), P-R анализа, аутоматска детекција аритмије са аутоматским штампањем уколико дође до исте?
8. Такође вам скрећемо пажњу да нигде нисте написали коју осетљивост (sensitivity) апарата и брзину штампања захтевате, као и тежину апарата који вам одговара, као и да ли су вам потребни USB портови за повезивање екстерног принтера, usb sticka, уграђени WI-FI модул, итд?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Није потребно да се на екрану приказују статуси филтера/HR/информација о пацијенту.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
6. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
7. Није потребно да апарат поседује неке од напреднијих функција дијагнозе и анализе.
8. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН, такође напомиње да није потребно да апарати поседују USB портове за повезивање екстерног принтера, USB sticka и уграђени WI-FI модул.

С поштовањем,

ЈАВНЕ НАБАВКЕ