



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:
Датум: 23.08.2017.

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – **МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ** број 338А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.08.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Љубазно Вас молимо, да нам потврдите да ће те за партију 29-Сет за епидуралну анестезију, прихватити понуду еквивалента, одговарајући катетер са четири латералних отвора, који по техничкој спецификацији произвођача одговара катетеру са шест отвора због специфичне позиције рупа, као и конектор катетера са TwistLock адаптером који је еквивалент траженом конектор катетера са “клик механизмом”.

ОДГОВОР:

1. За партију бр.29 (*Set za epiduralnu anesteziju - epiduralna igla 18G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0,2µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor katetera sa klik mehanizmom*), потребно је да епидурални катетер има шест латералних отвора, како би се извршила боља дисперзија анестетика

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
