



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.08.2015.

БРОЈ: 1322

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБ КЛИНИКЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ
Број јавне набавке 264K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Партија бр.1-Операциони микроскоп са камером

1. **„Могућност тилтовања главе микроскопа:** Молимо Вас да нам одговорите да ли се под тилтовањем подразумева тилтовање у стандардном опсегу $\pm 90^\circ$?“
2. **„Видео адаптер ц-моунт:** Молимо Вас да размотрите да ли је оправдано тражити видео адаптер „c-mount“ када се не набавља камера. Видео адаптер зависи од типа камере и увек је препорука да се набавља заједно са камером“
3. **„Интегрисани филтери за заштиту ретине:** Молимо Вас да нам одговорите да ли се под овим подразумева наменски интегрисани механички филтер за заштиту ретине?“

ОДГОВОР:

1. Довољно је да микроскоп има функцију тилтовања главе.
2. Довољно је понудити видео адаптер „c-mount“.
3. Довољно је понудити микроскоп са филтерима за заштиту ретине.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ