



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.07.2015.

БРОЈ: 1189

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДВОДЕТЕКТОРСКА ГАМА КАМЕРА Број јавне набавке 257K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Да ли се прихвата да се нуди један јединствени УПС систем, који је намењен самом уређају заједно са аквизицином радном станицом и други УПС систем који је намењен другој, процесној радној станици?

2. У прилогу бр. 4, у тачки 6, под 3), стр. 18. захтева се да се достави потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме.

Питање: Да ли се прихвата да се ова потврда може издати и од овлашћеног представништва произвођача како је захтевано и у тачки 9. истог овог прилога?

3. У моделу уговора у члану 8.1, стр. 25, наводи се да је добављач дужан да најкасније у року од 15 /петнаест/ дана од дана позива Службе за техничке и друге послове наручиоца, инсталира и пусти у рад испоручена добра на месту које одреди наручилац.

Питање: Имајући у виду да предметна опрема захтева посебну припрему простора за инсталацију опреме да ли се прихвата да се овај захтев измени тако да се захтева да се испорука опреме изврши после завршетка припреме простора и да се одмах по испоруци изврши инсталација опреме?

4. У прилогу бр. 7.на стр. 29 у делу који се односи на остале услове захтева се да понуђач достави оверене и потписане потврде произвођача о могућности испоруке свих резервних делова за понуђену целокупну опрему за период од 10 (десет) година од дана испоруке и пуштања у рад.

Питање: Подразумевамо да се ради о једној потврди. Молимо за потврду тога. Друго, да ли се прихвата да се потврда може издати и од овлашћеног представништва произвођача како је захтевано и на другим местима у захтевима у конкурсној документацији?

5. У прилогу бр. 7.на стр. 30 у обрасцу „Б ПОНУДА“ захтева се да се упише фабрички број.

Питање: Како по процедури произвођача опреме није могуће имати овај број пре него што се уређај произведе да ли се прихвата да се овај услов изостави из конкурсне документације?

6. У прилогу бр. 7.на стр. 31 у обрасцу „Б ПОНУДА“ под 1. захтева се да се упише где ће се извршити испорука комплетне опреме са припадајућим деловима и прибором у оригиналном паковању, односно да се прецизно наведе место квантитативног пријема, као на пример: Централни магацин КЦС или Клиника за, и др.

Питање: Да ли може да се овај захтев изостави из конкурсне документације обзиром на то да је наручилац тај који одређује место квантитативног квалитативног пријема?

7. У прилогу бр. 7. у обрасцу „Б ПОНУДА“ на стр. 31 под 3. захтева се да се упише шта је све наручилац дужан да припреми пре понуђеног рока за монтажу опреме, односно навести техничке услове, број и врста прикључака, климатски параметри и сл.

Питање: Да ли може овај захтев да се изостави обзиром на то да технички и технолошки услови зависе од простора где ће се опрема монтирати, а да је то за сада за понуђача непознато.

8. У прилогу бр. 7. у обрасцу „Б ПОНУДА“ на стр. 32 под 9. захтева се да се упише шта од документацијен треба изабрани понуђач да достави прилоком испоруке и у другом реду се наводи „оверен гарантни лист“.

Питање: Да ли се овај захтев који се односи на гарантни лист може изоставити из конкурсне документације обзиром на то да се посебно после квалитативног пријема потписује записник о примопредаји опреме између наручиоца и изабраног понуђача (испоручиоца) и да тек тада почиње да тече гарантни рок?

9. У прилогу бр. 8. у обрасцу „ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: ДВОДЕТЕКТОРСКА ГАМА КАМЕРА“, стр. 33 у колони 5 захтева се унесу сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)

Питање: Имајући у виду да испоручилац опреме урачунава као јединствену цену цену уређаја са трошковима транспорта и осгурања робе, да ли се у ову рубрику може уписати: „укључено у укупну понуђену цену“?

10. Прилогу бр. 9 представља образац трошкова припреме понуде.

Питање: Да ли се прихвата да понуђач није обавезан да достави овај образац?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
5. У колону која се односи на фабрички број не треба уписивати ништа, уколико понуђач не поседује информацију о фабричком броју дводетекторске гама камере.
6. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
7. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
8. Наручилац остаје при захтеву дефинсаном конкурсном документацијом.
9. У обрасцу структуре цене, прихватљиво је да се у колони под називом „Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)“ напише „Укључено у понуђену јединичну цену“.
10. Понуђач није обавезан да достави образац трошкова припреме понуде, који је саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ