



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 01.09.2014.

БРОЈ: 1113

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОБИЛНИ РЕНДГЕН АПАРАТ ЗА УРГЕНТНУ ОРТОПЕДИЈУ

#### Број јавне набавке 310K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници  
Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на  
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

#### ПИТАЊА:

1. „На страни 28/40 конкурсне документације под тачком 1.11 се захтева приказ "live" флуороскопске слике на корисничком интерфејсу Ц-Лука. Узимајући у обзир измену конкурсне документације од 28.08.2014. у којој је измењена ставка 6.1 која сада захтева два монитора, један за приказ "live" слике а други за приказ референтне слике а могу се налазити на самом ц-луку или на додатним колицима, у складу са овом изменом треба изменити и ставку 1.11 јер јасно захтева приказ "live" слике на самом ц-луку и искључује могућност приказа на монитору који се налази на колицима?“

**Предлог измене: 1.11 приказ "live" флуороскопске слике на корисничком интерфејсу ц-лука или на додатним колицима.**

2. На 28/40 страни конкурсне документације тражена техничка карактеристика под тачком 2.3 захтева следеће: опсег вредности струје за пулсну флуороскопију минимум 0,2-6 mA. Будући да се све флуороскопске процедуре извршавају у ступном опсегу 0.5-5 mA, а за пацијенте већих габарита од 8 mA, тражена карактеристика није у складу са потребама корисника. Наиме, тражена минимална вредност струје за пулсну флуороскопију од 0,2 mA се не користи приликом извођења прегледа пацијената чак и када су у питању педијатријски прегледи, јер се са таквим кондицијама и траженим техничким решењем (појачивачем слике и ццд камером) не може добити дијагностички квалитетна слика.

**Предлог измене: 2.3 Опсег вредности струје за пулсну флуороскопију минимум 0,5 - 8 mA**

3. На 28/40 страни конкурсне документације тражена техничка карактеристика под тачком 2.5 захтева максималну вредност пулсе рате за пулсну флуороскопију минимум 8fps (импулса у секунди). Обзиром да је пулсна флуороскопија намењена педијатријским и процедурама које трају знатно дуже како би се редуковала доза зрачења коју апсорбује пацијент непотребно је захтевати 8 импулса по секунди јер се и континуална флуороскопија изводи у опсегу од неколико слика по секунди, па се том карактеристиком практично не смањује доза зрачења.

**Предлог измене: 2.5 Фреквенција импулса за пулсну флуороскопију у минималном опсегу 1 до 2 импулса по секунди, опсег вредности fps у континуалној флуороскопији променљив мин 1 до 25 fps**

#### ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац остаје при дефинисаним техничким карактеристикама, у тачки број 2.3 прилога број 7 конкурсне документације.
3. Наручилац остаје при дефинисаним техничким карактеристикама, у тачки број 2.5 прилога број 7 конкурсне документације.

С поштовањем,

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**