



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.09.2015.

БРОЈ: 1553

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕКГ АПАРАТИ И СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР - ЕКГ АПАРАТИ
Број јавне набавке 325K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. У јавној набавци ЈН 325K/2015, партија бр. 1- ЕКГ апарати. Тражи се да ЕКГ апарат има меморију од око 100 ЕКГ записа. Да ли је је довољно да ЕКГ апарат има меморију од 20 ЕКГ записа с обзиром да поседује опцију аутоматског копирања записа на USB флеш меморију И прегледа истих, преко софтвера, на компјутеру?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац изменом конкурсне документације од 21.09.2015 године, захтева меморију од минимум 100 ЕКГ записа из разлога што није потребно да апарат поседује УСБ портове што је наручилац констатовао одговором број 1532 од 21.09.2015 године.

С поштовањем,

ЈАВНЕ НАБАВКЕ