



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 16.10.2015.

БРОЈ: 1720

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКГ АПАРАТИ И ХОЛТЕРИ ЕКГ- а Број јавне набавке 333К/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. На страни 28 и 29, Партија 1, „Холтер ЕКГ-а“ наведене су минималне техничке карактеристике које понуђени уређај мора да задовољи и то под тачком 24: За стандардно 3 канално снимање користи максимално 3 одвода (кабла) т.ј. 3 електроде.

Питање: Захтевана техничка карактеристика јединствена је само за једног произвођача ЕКГ холтер система и то Del mar Spacelabs са рекордером Lifecard CF.

Наведени захтев супротан је члану 72, тачка 3. Закона о јавним набавкама је елиминише све остале произвођаче овог типа опреме да дају своје понуде.

Посебно наводимо да наведена карактеристика јасно и недвосмислено дефинише 3 канално снимање ЕКГ-а. Постављање максималног броја одвода којим ће се добити потребан број канала је непотребна одредница која јасно упућује на само једног произвођача и за циљ има елиминацију осталих. Такође, неспорна је и чињеница да снимање ЕКГ-а са већим бројем електрода има за последицу далеко квалитетнији снимак од рекордера који користи само 3 електроде!!!

Мишљења смо да одредница максимално 3 одвода без икаквог законског и стручног основа недвосмислено фаворизује само једног произвођача са одређеним моделом апарата.

Молимо вас да извршите корекцију тражене карактеристике и самим тим обезбедите подношење већег броја исправних понуда за потребну опрему.

ОДГОВОР:

1. Након пажљивог разматарања постављеног питања за измену спецификације које се односи на повећање броја каблова на рикордеру за Холтер ЕКГ апарат, наручилац остаје при конкурсном документацијом захтеваним техничким карактеристикама из следећих разлога:

- а. Мањи број каблова на рикордеру је при ношењу комфорнији за пацијента од рикордера са већим бројем каблова.
- б. Повећањем броја каблова ствара се већа могућност за кидање каблова него при ношењу рикордера са мањим бројем каблова.
- ц. Повећање броја каблова захтева повећану потрошњу електрода при стављању Холтер ЕКГ апарата што поскупљује дијагностичку методу нарочито са повећањем броја пацијената.
- д. Из наручиоцу доступних информација на тржишту постоје и други произвођачи Холтер ЕКГ-а са трожилним каблом за рикордер.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ