



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – **МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА** број **391А/2017**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 02.10.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Партије 20-24.

Техничком спецификацијом тражена су добра које има само један произвођач, спецификација је написана управо према техничким карактеристикама само једног произвођача .

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и захтевате *tubuse endotrahealne armirane, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg kontrastnom linijom celom dužinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska traženih dimenzija*, обзиром да на начин како је тренутно измењена конкурсна документација и даље тражите *tubuse endotrahealne armirane sa specijalno obrađenom unutrašnjom površinom tubusa po tipu "slide -tex"*, што представља патентирану технологију једног произвођача, а наручилац према Закону о ЈН не може да захтева патент или тип посебног порекла или производње и тиме ограничавати конкуренцију и једнакост понуђача. Техничком спецификацијом за партије 20-24 неоправдано је фаворизован искључиво један произвођач односно један понуђач који има ексклузивно право као носилац Решења АЛИМС да учествује на тендеру.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац је већ извршио измену конкурсне документације, тако што је после речи „*slide –tex*“, додао „или одговарајући“ .