



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.07.2015.

БРОЈ: 1190

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДВОДЕТЕКТОРСКА ГАМА КАМЕРА
Број јавне набавке 257K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. У прилогу А. „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА" се у под тачком 6., страна 29. наводи: „Колор ласерски штампач, препоручен од стране произвођача предметног уређаја"
Да ли је за наручиоца прихватљиво да измени, у Прилогу А., техничке карактеристике тачка „Колор ласерски штампач, препоручен од стране произвођача предметног уређаја" , у „Медицински колор штампач, ласерски или термални, за студије нуклеарне медицине, препоручен од стране произвођача предметног уређаја"?

ОДГОВОР:

1. Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама из тачке 6. прилога број 7. на страни 29 од 38.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ