



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 28.09.2015.

БРОЈ: 1576

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕКГ АПАРАТИ И СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР - ЕКГ АПАРАТИ
Број јавне набавке 325K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

- 1 Да ли ћете да прихватите уређаје који се минимално разликују од захтеваних и то:
За партију 1 Вас молимо да прихватите ЕКГ апарат који поседује следеће техничке
карактеристике
- Осетљивост: 2.5/5/10/20 (мм/мв)
 - Брзина штампања: 5/10/25/50 мм/с
 - Остале техничке карактеристике у потпуности задовољавају минималн тражене спецификације.

ОДГОВОРИ:

1. Из разлога што ће добра која су предмет јавне набавке – ЕКГ апарати, бити коришћени на
више клиника, односно на више одељења унутар Клиника, и због различитих потреба
крајњих корисника наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

С поштовањем,

ЈАВНЕ НАБАВКЕ