



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ САЛЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ СРЦА, КЛИНИКЕ ЗА КАРДИОЛОГИЈУ број 422А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 13.10.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 422А/2017 Медицински потрошни материјал за потребе сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
У спецификацији предметне јавне набавке за партију 30 – Стерилни пакет за ангиографске процедуре између осталог, захтевају се и наставци (tubing) од манифолда до катетера и до трансдјусера за притисак дужине 90цм - 2 ком.

Да ли су за наручиоца прихватљиви наставци од 100 цм?

ОДГОВОР:

1. За наручиоца су прихватљиви наставци дужине 100 цм.