



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 07.03.2014.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуге одржавања и поправки парних стерилизатора и парних аутоклава, различитих произвођача

Број јавне набавке 43Т/2013

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на питање потенцијалног понуђача у вези са припремањем понуде:

Питање:

1. На страни 17 конкурсне документације, партија 2.9. – генератор паре тачка 12 није медицинска опрема, као и под партијом 3.11., тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 нису делови за медицинску опрему него делови за реверзну осмозу и предtretман воде и они не спадају под медицинско средство (сем реверзне осмозе за потребе хемодијализе).

Потенцијални понуђач такође наводи да су под партијом 3.11. тачке 1, 2, 3, 4 куповина нових апарата. Молимо вас да преформулишете партију за делове који нису медицинско средство и направите нову партију.

Одговор:

Наручилац посебно истиче да предметна јавна набавка није направљена по партијама, већ представља једну целину.

1 Сагласно стандарду SRPS EN 285 за велике парне стерилизаторе (аутоклаве) који се користе у медицинским установама и индиректно директиви за медицинске уређаје MDD 93/42/ЕС, генератор паре је обавезни део система медицинског аутоклава, јер се у њему производи сувозасићена водена пара која је основни медиј за парну стерилизацију (аутоклавирање). Такав генератор паре може бити интегрисан у кућишту аутоклава, или може да буде спољна јединица.

Из претходно наведеног, недвосмислено је да генератор паре јесте дефинисан као нераздвојиви део медицинског аутоклава у конкретном случају, намењен је искључиво за снабдевање парног стерилизатора (аутоклава), и као такав нема другу намену нити се користи за снабдевање било ког другог уређаја. Сходно томе, наручилац услуга је генераторе паре, као саставни део медицинског аутоклава сврстао у исту групу услуга.

2 Системи за припрему воде снабдевају реверсно-осмотском (RO) и омекшаном водом делове стерилизатора (кондензатори, вакуум пумпе) и генераторе паре, који су интегрални део медицинских аутоклава (SRPS EN 285 - чл. 13.3.7 i анекс B). Ако корисник нема централни систем припреме воде, појединачни системи за третман воде постају нераздвојиви део аутоклава. У конкретном случају предметни системи за припрему воде користе се искључиво за снабдевање парних стерилизатора, јер корисник (Клинички центар Србије) НЕМА центриали развод пречишћене воде.

Сходно томе, наручиоц услуга је системе за припрему воде, као интегрални део медицинског аутоклава (2.9 Генератор паре (25 – 105 kg/h), ставка 12), сврстао у исту групу за пружање услуга поправке и одржавања.

3 Потенцијални понуђач дефинише тачку 3.11. ставке 1,2,3,4 као куповину нових апарата. Не ради се о куповини нових апарата, већ о замени делова / компоненти парних стерилизатора (аутоклава) који имају своје интегралне системе за припрему воде. Капацитети тих система за припрему воде су мали, прилагођени конкретном аутоклаву, његов су интегрални део и користе се искључиво за снабдевање истих пречишћеном водом.

Из претходно наведеног се може јасно закључити да су генератори паре и системи за третман воде нераздвојиве компоненте система медицинских аутоклава и као такви су сврстани у групу опреме - аутоклава за које је потребно пружити услуге поправке и одржавања.

Обзиром да се ради о медицинским апаратима, чији поједини под-системи нису као такви медицинска опрема, али да због интегрисаности у медицинску опрему чине њен нераздвојиви део (као што је то случај са практично свим компонентама аутоклава), наручилац је исте сврстао у услугу под шифром 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме.

***Клинички центар Србије
Елда Зијадић, дипл.правник***