



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.07.2015.

БРОЈ: 1191

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДВОДЕТЕКТОРСКА ГАМА КАМЕРА Број јавне набавке 257K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. У Прилогу бр. 7, у делу који се односи на остале услове на стр. 29, под тачком 2, захтева се да понуђач достави Решење о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од Агенције за лекове и медицинска средства.
Питање: Да ли се под „понуђеним медицинским средством“ сматра сам уређај, тј. дводетекторска гама камера, односно да ли је потребно доставити решење о стављању у промет само за дводетекторску гама камеру?
2. Спецификацијом број 6 у прилогу 7, „Техничке карактеристике по захтеву наручиоца“ захтева се „колор ласерски штампач препоручен од стране произвођача предметног уређаја“. Разумели смо да се овим захтевом даје самом произвођачу да он препоручи штампач, који може бити, а и не мора бити медицинско средство. Молимо за потврду оваквог тумачења.

ОДГОВОРИ:

1. Да, под „понуђеним медицинским средством“ сматра се дводетекторска гама камера, односно потребно је доставити Решење о стављању у промет само за „дводетекторску гама камеру“.
2. Произвођачу се даје могућност да препоручи штампач, понуђач мора да достави оверену и потписану изјаву произвођача камере или генералног заступника произвођача камере да је понуђени колор ласерски штампач компатибилан са камером како је и наведено на страни 29 од 38 у тачки 3. осталих услова.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ