



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 30.09.2015.

БРОЈ: 1600

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕКГ АПАРАТИ И СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР - ЕКГ АПАРАТИ
Број јавне набавке 325K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. Како је наручилац након одговора на захтер за додатним појашњењем извршио измену конкурсне документације, те је допунио техничке спецификације између осталог и у погледу обавезне осетљивости ЕКГ апарата од : 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5 (mm/mv).

Наиме, захтев за осетљиве вредности: 20/10, 10/5 (mm/mv), је веома неуобичајан и нејасан те Вас у циљу обезбеђења што већег броја понуђача који ће бити у могућности да припреме одговарајуће понуде, молимо да ове две вредности избришете из дела конкурсне документације који се односи на обавезну осетљивост.

ОДГОВОР:

1. Из разлога што ће добра која су предмет јавне набавке – ЕКГ апарати, бити коришћени на више клиника, односно на више одељења унутар Клиника, и због различитих потреба крајњих корисника наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ