



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 30.09.2015.

БРОЈ: 1601

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕКГ АПАРАТИ И СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР - ЕКГ АПАРАТИ**

Број јавне набавке 325K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. Да ли је могуће да ставку број 1 измените да гласи “ТФТ Колор дисплеј, са приказом свих 12 канала на ЕКГ дисплеју, величине минимум 5.7 инча, са дигиталним приказом мапе електрода који показује тачно место постављања електрода и да ли је свака електрода добро повезана” – Напомињемо да би овом изменом омогућили учешће већем броју понуђача.
2. Да ли је потребно да апарат поседује неку врсту тастатуре, и ако да какву?
3. Ставка број 2 гласи “запис 6x2 канала на термалном папиру троканалном штампачу, ширине папира минимум 110мм” – да ли је у питању грешка у куцању, јер претпостављамо да треба да стоји шестоканални штампач? Такође коју врсту папира захтевате да користи штампач?
4. Ставка број 11 гласи „Обавезна осетљивост ЕКГ апарата је: 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5 (mm/mv)“. Да ли захтевате да апарат поседује и „AGC“ (аутоматско подешавање осетљивости апарата)?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ