



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 02.10.2015.

БРОЈ: 1613

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКГ АПАРАТИ И СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР - ЕКГ АПАРАТИ

Број јавне набавке 325K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. Још једно Вас молимо да размотрите и да прихватите ЕКГ апарат који поседује следеће техничке карактеристике :
 - Осетљивост: 2.5/5/10/20 (mm/mv)
 - Брзина штампања: 5/10/25/50 mm/s
 - Остале техничке карактеристике у потпуности задовољавају минималне тражене спецификације

ОДГОВОР:

1. Наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама.
Осетљивост од 2.5/5/10/20, 20/10, 10/5, и аутоматско подешавање осетљивости нам је потребно из разлога јер ће се апарати користити на различитим одељењима. Свако одељење користи различиту осетљивост приликом рада; Одељења који имају доста узимања ЕКГ-а, користе највише аутоматско подешавање осетљивости, из разлога јер се због великог броја пацијената нема времена да би се одредила која је осетљивост најбоља за сваког пацијента (из тог разлога се препушта ЕКГ уређају да сам одреди која би осетљивост најбоље приказала одводе ЕКГ-а на папиру); Осетљивост од 20/10 и 10/5 (такозвана фракциона осетљивост), се користи код одељења којима је најбитнији најквалитетнији приказ ЕКГ сигнала на папиру, осетљивост од 20/10 и 10/5 где прва цифра представља осетљивост апарата на удовима (руке/ноге) а друга цифра представља осетљивост на грудима (одводи V1-V6), сложићете се представља једну од напреднијих функција у детекцији ЕКГ сигнала; Самим тим што се зна да обично одводи са удова имају слабији сигнал, од оних са груди, повећањем осетљивости сигнала на удовима (док исто време одржавамо нормалан сигнал на грудима) добијамо квалитетан запис без преклапања на папиру.
Брзина штампања од 5/6.25/10/12.5/25/50 мм/с; Различите брзине штампања су нам потребне зарад уштеде папира, и ради свеукупне политике штедње Клиничког Центра Србије.

С поштовањем,

ЈАВНЕ НАБАВКЕ