



На основу члана 109. и 88. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим:

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
-МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА-
(за партије бр. 8, 14 и 16)
Бр. јавне набавке 595K/2016**

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке бр. 595K/2016 - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА за:

Партију бр. 8 - Привремени пејсмејкер;

Партију бр. 14 - Мешалица за узорке биолошког материјала;

Партију бр. 16 - Гастроскоп GIF-Q 165 (Olympus) или одговарајући

по позиву за подношење понуда објављеном 28.12.2016. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије, из разлога што није пристигла ниједна понуда, односно није пристигла ниједна прихватљива понуда, због чега нису испуњени услови за доделу уговора.

У складу са чланом 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 23.12.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 18702 у отвореном поступку ЈН број 595K/2016, за набавку добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, ознака из општег речника набавке – 33100000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 124, средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији konto – 5125.

Јавна набавка је обликована у 20 (двадесет) партија:

Процењена вредност јавне набавке по партијама као у табели која следи:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без обрачунатог ПДВ-а)
1	Колоноскоп	4.360.000,00
2	Пацијент монитор	500.000,00
3	Респиратор транспортни	1.800.000,00
4	Операциона лампа за потребе Клинике за кардиохирургију	2.700.000,00
5	Дефибрилатор	950.000,00
6	Електрохируршка јединица	2.100.000,00
7	Дефибрилатор са опцијом привременог пејсинга	950.000,00
8	Привремени пејсмејкер	500.000,00
9	Операциони сто	3.000.000,00
10	Операциона лампа за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ	1.800.000,00
11	Систем за видео ЕЕГ телеметрију	7.400.000,00
12	Флуорасцентни микроскоп	1.900.000,00
13	Ткивни процесор	5.600.000,00

14	Мешалица за узорке биолошког материјала	200.000,00
15	Лабораторијска центрифуга	800.000,00
16	Гастроскоп GIF-Q 165 (Olympus) или одговарајући	1.920.000,00
17	Колоноскоп CF-Q 165L (Olympus) или одговарајући	1.700.000,00
18	Гастроскоп EG-2900K (Pentax) или одговарајући	1.570.000,00
19	Колоноскоп EC-530WL (Fujinon) или одговарајући	1.620.000,00
20	Допуна постојећих моторних система за отварање костију лобање	11.600.000,00

Укупна процењена вредност јавне набавке износи **52.970.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а. Поступак отварања понуда спроведен је дана 27.01.2017. године.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

-Одбија се понуда понуђача „MIT“ д.о.о. Нови Сад, као неприхватљива за партију број 7 - ДЕФИБРИЛАТОР СА ОПЦИЈОМ ПРИВРЕМЕНОГ ПЕЈСИНГА, из разлога што је понуђач понудио добро по цени које превазилази процењену вредност наручиоца за наведену партију, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.
Понуђена цена понуде која је одбијена износи 999.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

-Одбија се понуда понуђача „PROMEDIA“ д.о.о. Кикинда, , сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива, из разлога што је иста неодговарајућа за партију бр. 12 - ФЛУОРЕСЦЕНТНИ МИКРОСКОП, будући да је понуђач понудио флуоресцентни микроскоп чије карактеристике не одговарају карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом.

Наиме, конкурсном документацијом наручиоца су, у Прилогу бр. 7, на страни 109/144, између осталог, дефинисани и следећи технички захтеви, и то, у тачки 1.6. „окулари, 10х, сваки са диоптријским прстеном и ширином видног поља од 22 mm“ и у тачки 1.13. „LED флуоресценција са 530 nm са регулацијом интензитета светла“.

Понуђач је понудио флуоресцентни микроскоп карактеристика - окулари, 10х, сваки са диоптријским прстеном и ширином видног поља од 20 mm и LED флуоресценцијом 460-490 nm са регулацијом интензитета светла. Како понуђено добро по својим карактеристикама неспорно не задовољава техничке захтеве наручиоца дефинисане конкурсном документацијом, то је ова понуда за партију бр. 12 неодговарајућа.

Понуђена цена понуде која је одбијена износи 794.154,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

- Одбија се понуда понуђача „PROMEDIA“ д.о.о. Кикинда као неприхватљива за партију бр. 13 – ТКИВНИ ПРОЦЕСОР, из разлога што је понуђач понудио добро по цени које превазилази процењену вредност наручиоца за наведену партију, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена износи 7.737.600,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

- Одбија се понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Београд, сходно члану 3. став 1 тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партију бр. 14 - МЕШАЛИЦА ЗА УЗОРКЕ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА, из разлога што понуђач није доставио решење о упису у Регистар медицинских средстава донето од стране Агенције за лекове и медицинска средства, за добро које је понудио у овој партији, чиме није доказао испуњеност обавезног услова предвиђеног конкурсном документацијом у Прилогу бр. 4 (страна 21/144)

Понуђена цена понуде која је одбијена износи 157.736,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

- Одбија се понуда понуђача „PTM“ д.о.о. Шабац као неприхватљива за партију бр. 16: ГАСТРОСКОП GIF-Q165 (Olympus) или одговарајући, из разлога што је понуђач понудио добро по цени које превазилази процењену вредност наручиоца за наведену партију, те се иста не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена износи 4.165.300,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за оцену понуда у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда према унапред предвиђеним критеријумима за оцену понуда и условима утврђеним у конкурсној документацији и утврдио, да за партију бр. 8 – Привремени пејсмејкер није приспела ниједна понуда а да за партију бр. 14 – Мешалица за узорке биолошког материјала и партију бр. 16 - Гастроскоп GIF-Q 165 (Olympus) или одговарајући, није пристигла ниједна

прихватљива понуда, због чега су се стекли услови да се, сходно члану 109. став 1. ЗЈН, донесе одлука о обустави за партије бр. 8, 14 и 16, како је и наведено у диспозитиву.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000,00 динара, исто обавештење наручилац је у обавези да објави и на порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

**В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**

Доц. др Милика Ашанин

M. Ashanin



M. Ashanin

