



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИМУНОЛОШКИ ТЕСТОВИ**

Број јавне набавке: 100А/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ИМУНОЛОШКИ ТЕСТОВИ бр. 100А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 17.03.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. У партији 33. предметно добро набавке и јединица мере је панел који садржи алергене. Пошто панел може садржати различит број алергена, да ли се приликом одређивања економски најповољније понуде може узети у обзир и број алергена на панелу?
2. Конкурсном документацијом за партију бр. 30 Antitela na deaminovani gliadin ELISA IgA/IgG тражена је 1 кутија теста. С обзиром да у понуди имамо регистрован тест за сваку класу имуноглобулина одвојено (Deaminovani Gliadin IgA i Deaminovani Gliadin IgG) можете ли да извршите промену документације тако да можемо да понудимо горе наведене тестове?
3. Конкурсном документацијом за партију 39 и 40 за тражене тестове (Her2-IIF i DNA-IIF) захтеван је комплет за IIF. Молим Вас за појашњење шта је подразумевано под комплетом за IIF?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац је у конкурсној документацији утврдио као критеријум за избор најповољније понуде „најнижу понуђену цену“ а не „економски најповољнију понуду“. Потенцијални понуђачи за предметну партију треба да понуде добро по јединичној цени – цена/јединица мере (јединица мере је панел).
2. Наручилац је у спецификацији предметне партије предвидео количину од једне кутије због ограничених финансијских средстава. Могуће је предметно добро понудити и у оквиру две кутије али са јединственом јединичном ценом.
3. У партијама 39 и 40 под "IIF kompletom" се подразумевају: плочице са супстратом, покривна стакалца, секундарно антитело обележено FITC-ом, позитиван и негативан контролни серум.