



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Број јавне набавке: 113А/2014**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији бр. 113А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.04.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У складу са ЗЈН, члан 10, наручилац треба да обезбеди што већу конкуренцију. У том смислу питамо наручиоца да ли ће у ЈН: ДОБРА – Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији, 33141642, 33141125, јн бр. 113А/2014, партија 8, ставка 8/1, прихватити димезију мрежице 80x80mm јер тражена димензија од 100x100mm није стандард за све произвођаче?

ОДГОВОР:

1. Досадашња требовања за потребе пластике дефеката лобање и фиксацију кости (краниопластику), а што се тиче мрежица, била су фокусирана на мрежице већих димензија. Образложење: наведене мрежице користимо за више пацијената секући их и прилагођавајући сваком пацијенту, па је остатак тј. неискоришћени део знатно мањи код већих димензија.