



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 25.04.2018.
БРОЈ: 575

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за центар за анестезиологију и реаниматологију
Број јавне набавке 154K/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Везано за јавну набавку бр. ЈН 154K/2018 потрошни материјал за центар за анестезиологију и реаниматологију обраћамо вам се са следећим питањем.
Партија 2 Сет за респиратор
Замололи бисмо вас прецизније дефинишете да ли је потребно да се на сету за респиратор налазе посуде за скупљање влаге? Ако су скупљачи потребни да ли је потребно да се налазе на оба црева?

ОДГОВОР:

1. На сету за респиратор, који је предмет набавке у партији бр. 2 не треба да се налазе посуде за скупљање влаге. Дакле, наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ