



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ бр. 184А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.05.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У моделу уговора, на страни 19 конкурсне документације навели сте:

1.КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати.

- Важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара

Сходно захтеву који сте навели молимо вас да прецизно дефинишете који је међународни стандард произвођача неопходно доставити да би понуђачи испунили тражени захтев наведен у моделу уговора.

Да ли сте мислили на следеће стандарде ISO9001; ISO13485; IZJAVU O USKLADENOSTI; CE ZNAK?

ОДГОВОР:

1. Добра која су предмет будућег уговора о јавној набавци, морају да одговарају домаћим и/или међународним стандардима уколико су такви стандарди предвиђени, односно, стандардима и сертификатима који су потребни за упис понуђеног добра у Регистар медицинских средстава који се води код АЛИМС-а.