



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ бр. 184А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.05.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Партија 1 , прилог 7, у опису техничких карактеристика стоји да се тражи газа 80цмх100м са 12 слојева. Молим вас да разјасните на шта се односи број слојева и да ли се мисли на број преклопа ?
2. Све партије - Молим вас да понуђачима омогућите да захтеване техничке карактеристике из прилога 7 доказују узорцима, каталозима и одговарајућим сертификатима, јер се све захтеване техничке карактеристике не налазе на спољашњем, тј унутрашњем паковању самог артикла. Обележавање спољњег и унутрашњег паковања медицинског средства је прецизно дефинисано ПРАВИЛНИКОМ О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА СПОЉЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ ПАКОВАЊА МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА (СЛ ГЛ 64/2011),по коме се не захтева да све техничке карактеристике буду наведене на самом медицинском средству.

ОДГОВОР:

1. Наручилац истиче да је у партији број 1 у прилогу 7. конкурсне документације, дошло до техничке грешке приликом куцања, па је омашком уписана техничка карактеристика „12 слојева“.
2. Потребно је да на спољашњем паковању понуђеног добра буду означене техничке карактеристике као на пример: број нити/густина ткања, димензије, број слојева за компресе, стерилност. Остале техничке карактеристике могу да се доказују путем достављених каталога и узорака.