

ДАТУМ: 21.08.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА HPLC**

Број јавне набавке мале набавке: 273K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке бр. 273K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 23.07.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ.

1. У партији 4, ставка 4.2 стоји "Предколоне C18 aqua 2,7 μ m 4,6x10mm"
Да ли ће се прихватити понуда са предколоном дужине 5mm?
2. У партији 4, ставка 4.3 стоји "Држач колоне за одређивање кортизола и кортизона Ц18 aqua (4,6x50mm 2,7 μ m)".
Да ли ће се прихватити да понуда са држачем предколоне уместо држача колоне?
Наш произвођач за колону тражених карактеристика у тачки 4.1 не захтева држач, али захтева држач за предколону.

ОДГОВОР.

На оба питања је:

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације за јавну набавку бр.273K/2015, с обзиром на то да су исти постављени сходно потребама наручиоца везаним за предмет јавне набавке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
