



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 15.07.2016.

БРОЈ: 1082

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију, број јавне набавке 292A/2016**

**по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет
страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и
база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Љубазно моломо Комисију да нам одговори на питање да ли сте за партију број 17 мислили на трокраки
оперативни катетер 100% силикон који може остсти у органозму пацијента минимум 6 недеља, и да ли
ћете прихватити производ произвођача Teleflex Medical Rusch са кружним пресеком катетера и Difour
врхом, који гарантује континуитет лумена при иригацији?

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
Због временског ношења катетера, неопходно је да катетер буде 100% силиконски.

Комисија за јавну набавку