



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 31.08.2015.

БРОЈ: 1400

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМА ЗА ОПЕРАЦИОНЕ САЛЕ И АМБУЛАНТЕ
Број јавне набавке 316K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. „Да ли је прихватљиво за партију 5 – Дигестор, понудити исти са две електричне утичнице, укупне номиналне снаге 2 x 500W јер снага наведених уређаја који би се користили у дигестору не прелазе наведене вредности („centrifuga i vortex“)“
2. “Да ли је довољно понудити уређај који има отвор за одвод на радној површини испод славине или је потребно понудити и судоперу?”

ОДГОВОР:

1. Понуђене утичнице су четири пута мање снаге од тражене. Наручилац остаје при свом захтеву.
2. Неопходно је понудити судоперу са отвором за одвод у складу са захтевом наручиоца из прилога бр.7 конкурсне документације, за партију број 5 - Дигестор, тачка 6, на страни 53 од 63.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ