



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ бр. 74А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 01.03.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У називу и опису добра, за партију 24, није прецизирана намена тражених еластичних чарапа. Наиме, из назива и описа се не може закључити да ли се ради о еластичним чарапама које се користе у сврху превенције венског тромбоемболизма (VTE) или су у питању терапеутске чарапе за пацијенте са проширеним венама.
2. Такође, није прецизно назначен степен компресије у mmHg и да ли је потребно да ове чарапе поседују градуисану компресију?
3. Да ли за партије 19 и 20 фластер хипоалергијски треба понудити фластер на нетканом текстилу или неки други (свила, папир ...)?
4. У вашој спецификацији навели сте опис производа: 21. Elastični zavoj (minimum 90% pamuk) trajni, sa velikom istegljivošću (do 170%), srednje kompresije dimenzije 10cmx5m, 22. Elastični zavoj trajni (minimum 90% pamuk), sa velikom istegljivošću, srednje kompresije (do 170%) dimenzije 12cmx5m, молимо вас да нам појасните да ли производ треба да буде latex-free еластични завој или гумирани еластични завој, јер се ради о различитом саставу производа.

ОДГОВОР:

1. Наручилац Клинички центар Србије истиче да се добра из партије број 24 користе у сврху превенције венског тромбоемболизма (VTE).
2. Понуђена добра за партију бр. 24 не треба да буду градуисана, а степен компресије треба да буде у опсегу од 18 до 40 mmHg.
3. Потребно је за партије број 19 и 20, понудити хипоалергијске фластере на нетканој подлози.
4. Потребно је да понуђена добра у партији број 21 буду састава памук + гумена нит, а у партији бр. 22 памук + еластан (latex – free).