



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД,
Пастерова 2
СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА: ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе кука и колена)
Број јавне набавке: 88А/2014**

Предмет: Додатно објашњење у поступку јавне набавке

ПИТАЊА:

Питање бр.1.

Молим вас, да нам одговорите, да ли ћете прихватити понуду за Партију 8-Биартикуларне протезе кука, у којој потенцијални понуђач понуди троделну биартикуларну протезу, која се састоји од стема, главе и капе.Полазећи од тога, да је таква понуда прихватљива за наручиоца, предлагемо, да у конкурсној документацији измените све обрасце, који се односе на наведено добро, тако, да омогућите достављање исправно и недвосмислено попуњене понуде у предметној ЈН.

На страни 39 измењене КД сте навели (цитирано):

“Доставити сертификат издат од Агенције за лекове као доказ контроле квалитета, као и ИСО сертификат производа.”

Питање бр.2.

Молим вас да појасните, коју всту сертификата издатог од АЛИМС-а захтевате, с обзиром да за тражена медицинска средства, која су предмет ЈН, а која поседују ЦЕ знак АЛИМС не издаје атест. Такође, молим вас, да појасните на који ИСО сертификат за производ сте мислили?

Питање бр 3.

У партијама 2 и 4 захтевате ацетабуларни shell са реверзибилним закључавањем. Молимо вас да нам појасните који је разлог, односно коју функцију ацетабуларног shell-а желите да постигнете, како бисмо могли да прилагодимо нашу понуду вашим потребама и учинимо је прихватљивом.

Питање бр 4.

У партијама 2, 3 и 5 захтевају се инсерти различитих елевација (10° или 0°, 10° и 20°). Да ли ће наручилац прихватити понуду за наведене партије са линер-има без елевације (0°) и једном од опција елевације: 10° или 20°?

Питање бр. 5.

У партији број 3 захтева се 12 величина стема обложеног целом дужином хидроксиапатитом. Да ли је за наручиоца прихватљива понуда за наведену партију у којој би било понуђено 10 величина феморалног стема обложеног целом дужином хидроксиапатитом?

У складу са чланом 63. ст. 3 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/2012) , наручилац у поступку јавне набавке 88А/2014 – **ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе кука и колена)** даје следећа објашњења:

ОДГОВОРИ:

1. Биартикуларна протеза кука уграђује се код хитних операција прелома кука-углавном на Ургентном центру. Из наведеног разлога наручилацу су потребне дводелне протезе које се брже и лакше уграђују од протеза из 3 дела, јер се наведене протезе уграђују углавном старијим људима код којих време трајања операције има пресудну улогу на успех операције.

2. У вези са питањем које се односи на захтевани сертификат АЛИМС-а и ИСО сертификат производа, наручилац ће изменити конкурсну документацију и исте избрисати те продужити рок за подношење понуда.

3. Неопходност замене линера без нарушавања интегритета безцементне ацетабуларне компоненте као и њене остеоинтеграције испуњена је реверзибилним системом закључавања полиетиленског уметка.

4. и 5. Понуда мора бити сачињена у складу са захтевим наручиоца из конкурсне документације. Наручилац није овлашћен да у фази припреме понуда врши стручну оцену понуда са становишта њене прихватљивости, већ ће исту извршити тек након подношења понуда у фази стручне оцене понуда.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
комисија за јавну набавку