



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Број јавне набавке: 165A/2014**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара - Потрошни Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију бр. 165A/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 25.04.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Везано за ЈН 165A/2014, партија 130, молимо Вас да за појашњење обзиром да се радо о имуно-хроматографском тесту (брзом тесту), да ли је неопходно да тест поседује назначену сензитивност од 4ng/ml?

ОДГОВОР:

Партија 130 (глутамат дехидрогеназа) нема захтев да сензитивност теста буде <4 ng/ml.

За брзи хромогени тест за доказивање токсина *Clostridium difficile* (партија 129) потребно је да тестови буду појединачни (касетни тип теста) и да се њима детектује присуство токсина А и токсина Б (тако да се може разликовати да ли се ради о А+ или Б+ соју), да се јасно читава позитивна реакција, да ниво детекције токсина Б буде <4 ng/ml.