



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке: 182А/2014**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара - Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију бр. 182А/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.05.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. У оквиру Обрасца структуре цене захтева се упис "Свих трошкова који чине јединичну цену". Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се само упише коначна цифра, односно збир свих трошкова који чине јединичну цену, уместо уписивања појединачних трошкова?
2. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за партије 81, 82, 85, 89, 90 - уместо тражених 8F, достави понуда за дренажне катетере димензије 8,5F, а да притом све остале карактеристике понуђеног производа одговарају захтеву спецификације, посебно имајући у виду да ваш центар већ неколико година купује ова медицинска средства од нас, која су управо 8,5F?
3. Молимо Наручиоца да због разлике у цени појединих стентова, прецизније одреди техничку спецификацију за партију 76 и партију 77.
4. Да ли Наручилац прихвата да се за партију 20 - Хидрофилни дилататори - достави понуда за цео Sheath introducer set, који у себи садржи захтевани дилататор?
5. Да ли за партију број 43 (Вodeћи катетер, guiding catheter, десни коронарни, 6-8Fr), можемо да понудимо водећи катетер ,десни коронарни од 5-7Fr?
6. Да ли се партија број 99 (Периферне оклузивне спирале од PT са слојем који бубри...) односи на самоослобађајуће спирале за које је потребан систем за ослобађање спирала или на спирале које се потискују жићаним водичем?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао упутство за попуњавање прилога бр. 8 – образац структуре цена, на начин да понуђачи треба да попуњавају образац тако што у предвиђена поља уносе тражене податке, **тј. за наручиоца је прихватљиво да се упише коначна цифра, односно збир свих трошкова који чине јединичну цену уместо уписивања појединачних трошкова.**
2. Наручилац овим путем обавештава све потенцијалне понуђаче у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. 182А/2014 Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију да ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.