



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.05.2017.

БРОЈ:743

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију**

**Број јавне набавке 226А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

У прилогу бр.3 конкурсне документације, за партију 31 Endoskopska video kapsula, Наручилац није навео никакве прецизније податке, односно карактеристике тражене видеоендоскопске капсуле. Како на глобалном светском па тако и на нашем тржишту постоје видеоендоскопске капсуле за различите индикације љубазно Вас молимо да на пружите додатна појашњења, у ком смислу постављамо следеће питање:

1 За испитивање ког дела дигестивног система је намењена тражена видеоендоскопска капсула?

На истом месту горе наведене партије дата је следећа напомена: Додављач се обавезује да уз капсуле испоручи и одговарајући софтвер за њихову примену.

Треба имати у виду да је осим софтвера којим се обрађује запис видео ендоскопске капсуке, за успешну примену неопходан и уређај (хардвер) помоћу кога се видео запис преузима из видеоендоскопске капсуле и уноси у рачунар. Поменути уређај мора да буде компатибилан како са капсулом, тако и са траженим софтвером. Наше следеће питање гласи:

2. С обзиром да Наручилац покреће ЈН потрошног медицинског средства (у овом случају у П.31- видеоендоскопске капсуле), следи претпоставка која треба да буде задовољена и усклађена са ЗЈН јесте, да наручилац поседује одговарајући уређај за преношење видеозаписа са капсуле на рачунар? Дакле, осим већ наведеног „одговарајућег софтвер“, како наручилац намерава да обезбеди и неопходан харвер за то?

Даље, у прилогу бр. 3 конкурсне документације, у одељку „Напомене“, под редним бројем 5, стоји следећа напомена: „Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорка, на основу којих наручилац може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације. ДОСТАВЉЕНИ УЗОРЦИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ ЈЕР СЛУЖЕ ЗА ПРОБУ.“

Наше следеће питање би гласило:

3. Имајући у виду логистичке околности, као и вредност узорка у односу на могућу, предпостављену укупну вредност, партије 31 (Ендоскопска видео капсула), питамо да ли Наручилац има намеру да тражи и узорак за партију 31? Коначно у закључку наше молбе за појашњење документације још питамо:

4. Којим докуметнтом је Наручилац предвидео да ће заинтересовани понуђачи предметне видеоендоскопске капсуле гарантовати (осим траженог финансијског обезбеђења) испоруку компатибилног хардвера и софтвера?

ОДГОВОРИ:

1. Капсула која је предмет набавке, користиће се за преглед танког црева.
2. Наручилац ће изменити конкурсну документацију
3. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у погледу достављања узорка.
4. Наручилац сматра потпуно оправданим и довољним за обезбеђење уговорних обавеза достављање финансијске гаранције за добро извршење посла.

Комисија за јавну набавку

