



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача Drager

Број јавне набавке 241Т/2015

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Poštovani,

u skladu sa članom 63, Zakona o javnim nabavkama, obraćamo Vam se sa zahtevom za dodatno pojašnjenje i izmenu konkursne dokumentacije, a za predmetnu javnu nabavku.

1. U prilogu br. 3, u delu koji se odnosi na cene rezervnih delova između ostalog ste tražili i zamenu rezervnog dela aparata proizvođača Fisher & Paykel.

„48 8411097 Kabl sa adapterom za grejač F&P MR730 Fisher & Paykel ovlaživač kom,,

S obzirom da je naziv javne nabavke "Usluge održavanja i popravki za medicinsku opremu, proizvođača Drager", da li je došlo do slučajne greške prilikom sastavljanja konkursne dokumentacije ili je potrebno vršiti i servisiranje aparata Fisher & Paykel za koji Vam očigledno nije potreban sertifikat o obučenosti za servisiranje iako ste u javnoj nabavci za servisiranje uređaja proizvođača Fisher & Paykel bili kategorički kada ste odbili mogućnost servisiranja bez sertifikata o obučenosti.

S obzirom da ste, kao dodatni uslov, zahtevali dostavljanje izjave ponuđača o obaveznoj ugradnji originalnih rezervnih delova proizvođača opreme Drager i kako ovaj deo postoji u katalogu proizvođača Drager, ali je jasno da nije Drager proizvođač, molimo Vas da nam pojasnite kako je moguće da Vam damo izjavu o ugradnji originalnih rezervnih delova proizvođača Drager kada npr. Bez obzira što se nalazi u katalogu Drager, isti nije proizvođač pomenutog dela.

Koliko je nama poznato predmet servisiranja opreme proizvođača Fisher & Paykel je, predmet servisiranja u drugoj javnoj nabavci u kojoj već nabavljate pomenuti deo te ostaje nejasno ko Vama uopšte servisira opremu proizvođača Fisher & paykel i na osnovu čega?

Da li na osnovu ugovora o javnoj nabavci za servisiranje opreme Fisher & Paykel gde ste zahtevali sertifikat o obučenosti za servisiranje aparata ili na osnovu ugovora o javnoj nabavci za servisiranje opreme proizvođača Drager gde Vam ipak nije bitan sertifikat o obučenosti za servisiranje tog istog aparata?

2. U prilogu br. 4, u delu koji se odnosi na dokazivanje dodatnih uslova za predmetnu javnu nabavku, zahtevali ste sledeće:

7. finansijski kapacitet

Uslov: Referentna lista

Ponuđač je dužan da dostavi validan dokaz da je u prethodne tri godine do dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu i internet strani naručioca ostvario promet u predmetnoj javnoj nabavci sa zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji u ukupnom iznosu ne manjem od 9.000.000,00 dinara bez PDV-a:

Dokaz:

- potvrde ustanova o prometu u kojima su vršene usluge koje su predmet javne nabavke a koje sadrže brojeve računa i

- fotokopije računa

Potrebno je da se iskaže suma svih izvršenih usluga

Zahtevamo od Vas da u skladu sa Kodeksom poslovne etike (Sl. Glasnik RS br 1/2006), čl.

40, obrišete kao dokaz "fotokopije računa" o ispunjenju finansijskog kapaciteta, jer Vam je aposlutno dovoljan već traženi dokaz "potvrde ustanova o prometu u kojima su vršene usluge koje su predmet javne nabavke a koje sadrže brojeve računa"

- Kako je javna nabavka oblikovana nije oblikovana po partijama da li ćete izvršiti

izmenu konkursne dokumentacije i oblikovati javnu nabavku po partijama tako što ćete odvojiti svaki aparat za anesteziju i respirator u posebnu grupu a ostalo ostaviti u posebnu partiju

Molimo Vas da u skladu sa čl. 9., 10 i 12 izvršite izmenu konkursne dokumentacije i omogućite učestvovanje i drugih ponuđača osim ponuđača „Drager Tehnika doo“

Kako smo, kao potencijalni ponuđači u ovoj javnoj nabavci prisutni na tržištu već duže vreme te I da gore navedenu opemu održavamo i u drugim centrima u Republici Srbiji, molimo Vas da uvažite našu sugestiju i izmenite konkursnu dokumentaciju kako biste omogućili i drugim ponuđačima učestvovanje u pomenutoj javnoj nabavci, a ne samo jednom ponuđaču, već pomenutom.

S obzirom da ste tražili dostavljanje bankarske garancije prilikom zaključenja ugovora na iznos koji nije nimalo zanemarljiv, smatramo da je samo dostavljanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla dovoljna garancija da će usluga servisiranja biti izvršena na adekvatan način.

Dalje, kao potencijalni ponuđači u ovoj javnoj nabavci želimo da Vam ukažemo na neophodnost uslova da potencijalni ponuđač mora raspolagati sa

- ☐ Mernim biomedicinskim uređajima (namenski uređaji za ispitivanje medicinske opreme) za ispitivanje sledećih uređaja

- Aparata za anesteziju

- Respiratora

- Elektrobezbednosti svih uređaja

- Inkubatora

- Pacijent monitora

- U skladu sa gore navedenim ovim putem Vas obaveštavamo da su navedeni uređaji od vitalne važnosti za svaku pa i za Vašu ustanovu, te Vam je sigurno I važno da imate dokaz o ispravnosti uređaja koji su predmet servisiranja, jer pretpostavljamo da Vam je bitno da imate dokaz o ispravnosti uređaja sa I pismenim izveštajima o ispravnosti uređaja sa svim rezultatima merenja potpisane od strane lica koji su izvršili testiranje I kontrolisali isto I koji su odgovorni za ispravnost istog.

Dalje , u dodatnim uslovima ste naveli da je

- Za učestvovanje u predmetnom postupku ponuđač je dužan da dostavi ugovor zaključen sa proizvođačem ili ovlašćenje za učestvovanje u otvorenom postupku izdate od strane proizvođača.

Ovim putem zahtevamo da ovaj uslov obrišete. Imajući u vidu da na teritoriju Srbije postoji jedan jedini “ovlašćeni “ servis koji ima ugovor sa proizvođačem, a to je Drager Tehnika, ali ne I jedini koji Vam može pružiti usluge servisiranja opreme proizvođača Drager, na šta Vam je I Uprava za javne nabavke već nekoliko puta dostavila mišljenje što je prvi razlog za brisanje ovog uslova.

Drugi razlog je što je dodatne uslov ua učestvovanje u postupku da ponuđač raspolaže sa : “minimalno 3 (tri) zaposlena radnika sa važećim sertifikatima proizvođača (minimum 1 sertifikat za svaki model iz priloga 4/a).”

Čime je zahtev za ovlašćenjem za učestvovanje od strane proizvođača nepotreban I favorizuje samo jednog ponuđača a to je Drager Tehnika doo.

Treći razlog je što zahtevate bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od 10% bez PDV od vrednosti ugovora.

Četvrti razlog je što zahteva za ovlašćenjem za učestvovanje od strane proizvođača NIJE aspolutno nikakav grancija pruženih usluga I ukoliko taj isti ovlašćeni ne radi I postupa u skladu sa protokolom proizvođača od kog je dobio ovlašćenje, a to je provera ispravnosti svog rada mernim biomedicinskim uređajem koj će potvrditi I dokumentovati rad.

Napominjemo da je raspolaganje I svakodnevno korišćenje ovih mernih biomedicinskih uređaja, jedini realan dokaz o kapacitetu ponuđača te se nadamo da ćete i prepoznati našu sugestiju i uvažiti iste jer je Vašoj ustanovi to i primereno.

U nadi da ćete uvažiti gore navedenu sugestije I izmeniti konkursnu dokumentaciju, oblikovati po partijama kako je predloženo, te I zbog Vaše sigurnosti zahtevati od ponuđača posedovanje mernih biomedicinske uređaja za ispitivanje navedene opreme što obezbeđuje veći stepen garancije od bilo kakve finansijske garancije.

На постављена питања дајемо следећи одговор:

1. Za navedeni deo pod pozicijom 48 ističemo da se kao originalni rezervni deo nalazi u katalogu proizvođača opreme Dreger, i kao takav se smatra originalnim rezervnim delom, čijom ugradnjom je garantovan ispravan rad opreme. Isto važi i za sve delove iz kataloga proizvođača opreme Dreger, ma ko da je proizvođač

konkretnog rezervnog dela.

Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju u prilogu 4a, tako što će dodati sertifikat o izvršenoj obuci za servisiranje ovlašivača (aquapor) F&P, koji je sastavni deo respiratora proizvođača Dreger.

2. Naručilac ostaje pri svom zahtevu vezano za dokaz referentne liste koja se odnosi na dostavljanje fotokopije računa.

Takođe, naručilac ostaje pri svom zahtevu i nabavku neće oblikovati po partijama za održavanje određenih modela aparata za anesteziju i respiratora.

Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i tražiti od ponuđača da dostave spisak mernih uređaja za kontrolu ispravnosti parametara opreme koja je predmet javne nabavke.

Naručilac ističe da nije tražio ovlašćeni servis već ugovor zaključen sa proizvođačem ili ovlašćenje za učestvovanje u otvorenom postupku izdate od strane proizvođača, čime se garantuje da će ponuđač postupati u skladu sa preporukama proizvođača opreme i ugrađivati originalne rezervne delove čime se garantuje ispravan rad aparata.

Naručilac ovako definisanim uslovom omogućava svim zainteresovanim ponuđačima učešće u postupku javne nabavke , odnosno postavljanjem ovakvog uslova nije ograničena konkurencija među ponuđačima , s obzirom da je omogućeno da se svaki zainteresovani ponuđač može obratiti proizvođaču opreme čije je održavanje i popravke predmet ove javne nabavke, kako bi dobio ovlašćenje da može da servisira predmetnu opremu i time obezbedi učešće u predmetnom postupku javne nabavke.

27.07.2015. године

Комисија