



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме

Број јавне набавке 291Т/2015

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом дописа (e-maila) од 11.07.2015. године, који смо добили од потенцијалног понуђача, чија је садржина везана за јавну набавку број: 291Т/2015 Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме.

Чл 61 ст 1 Закона о јавним набавкама утврђено је да је наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу припремити прихватљиву понуду.

Увидом у Вашу конкурсну документацију то се не може рећи с обзиром да је иста непрецизна, техничке спецификације су дате без прецизних описа предмета, произвољно..

Тако у ПРИЛОГУ 3.

Стоји: Опис услуга „Материјал за рад и транспорт по потреби су обухваћени ценом“

Примедба: понуда не сме бити са опцијама

Како понуђач да обрачуна потребан материјал за рад када ни у једној ставци није дата тачна техничка спецификација

Стоји: 1.1. „замена свих точкова (антистатик –увозни“)

Треба да стоји на пример : „набавка и уградња антистатик 4 ком точкова“ фиксни Ø100, носивост 200кг за хидраулични сто: типмодел.....год. производње..... Произвођач (добављач).....

Стоји 1.2. „уградња нове хидраулике за подизање стола“

Треба да стоји: набавка и уградња хидрауличног подизача за тип столамодел.....година производњепроизвођач (добављач).....

Стоји 1.3 „пескарење, фарбање и хромирање делова стола“

Треба да стоји на пример : припрема и фарбање осовине стола димензија Ø20 x 600 полиуретанском белом бојом, шприцом, пун сјај у два премаза.

Треба да стоји на пример : „пескарење, хромирање делова механизма, полуга, вирбле, вијци укупне тежине до 5кг габарита не већег од 500мм, слојем хрома до 20 µm.

Стоји 3.3. „Замена механизма за дизање и уградњу новог електро мотора“

Треба да стоји пример и: набавка и уградња механизма за дизање стола тип стола, модел....., година производњепроизвођач (добављач)

- Набавка и уградња електро мотора за погон механизма – тип мотора, снагатип стола произвођач (добављач).
-

Стоји 3.5. „Замена пресованог шпера или летвица на лежећем делу кревета“

Треба да стоји на пример : набавка и уградња пресованог буковог шпера дебљине 8мм димензија 600 x 800 x 2 ком

Набавка и уградња букових летви димензија 50 x 8 x 600 x 25 ком и фарбање безбојним лаком у два премаза.

Из горе наведеног се види да прилог 3 ЈН „Предмер и предрачун услуга“ не садржи нити један квалитативни технички параметар: дужина, тежина, снага, број обртаја, произвођач, капацитет итд. на основу којих се могу дати цене услуга и материјала и да се може формирати озбиљна понуда.

У ПРИЛОГУ БР. 7 -Врсте,техничке карактеристике,квалитет,количина и др дат је пушалан опис услуга сервисирања и поправки

Из овог разлога ниједан понуђач није у могућности да формира реалну цену из „ОПИСА УСЛУГА“ који се тражи у прилогу 3.

Молимо Вас да нам дате појашњење свих ставки из прилога 3 – тачне техничке спецификације (врсте точкића, обим точкића ,мере кревета ,ноћних ормарића и др)

У супротном чините повреду чл 70 Закона о јавним набавкама који дефинише општа правила о техничким спецификацијама

Дајемо Вам следећи одговор:

Због великог броја кревета различитих произвођача, нисмо у могућности да прецизирамо детаљније технички опис. Опис је прављен по просечном обиму радова који би се јавио.

У случају настанка потребе за услугама које нису обухваћене у Прилогу бр. 3 Конкурсне документације, а покривене су финансијским средствима предвиђеним за предметну јавну набавку, исте ће бити реализоване уз обавезу извршиоца услуга да докаже да је понуђена цена у складу са тржишном.

У складу са наводом из претходног става Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

14.08.2015. године.

Комисија