



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.09.2015.

БРОЈ: 1435

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМА ЗА ОПЕРАЦИОНЕ САЛЕ И АМБУЛАНТЕ
Број јавне набавке 316K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Од ког материјала сте предвидели да буду шибер врата?
2. Колика димензија судопере треба да буде?
3. Какав распоред врата / полица теба да буде у ормарићу испод дигестора? Уколико имате приложите ручну скицу.
4. Да ли ормарић треба да буде кисело отпоран? Које хемикалије планирате да држите у ормарићу?
5. Да ли је у реду да понуђени вентилатор има карактеристике: 1100м3 и 2900 о/мин?
6. Да ли сте предвидели да Ув лампа буде постављена у дигестор или Ван дигестора?

ОДГОВОРИ:

1. Шибер врата треба да буду од јасно провидног материјала (нпр. плексиглас отпоран на дејство дезинфекционих средстава), да су склиска и не превише тешка ради лаког подизања. Могу да буду и од стакла, али ако су од стакла потребно је да постоји и контра тег за лако померање истих.
2. Корито судопере са чесмом треба да је смештено у десном углу (ка зиду) и треба да има следеће димензије: ширина 30-35 цм, дубина 40-45 цм а висина тј. дубина удубљења 20-25 цм. Потребно је уградити славину са завртњем за доток воде.
3. Доњи део треба да има двокрилна врата која се отварају од средине на лево и десно. Леви део треба да има по средини хоризонталну полицу, а десни не с обзиром да ће ту бити удубљење судопере. Прецизне димензије могу се сагледати на лицу места када се зна тачно удубљење судопере и дебљина радне плоче.
4. С обзиром да имамо ормар за опасне хемикалије унутар Бактериолошко-паразитолошке лабораторије, ормар смештен испод радне површине дигестора може бити израђен од иверице, с тим да висина доње ивице ормара мора бити издигнута 15-20 см од пода због хигијенског чишћења.
5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
6. УВ лампа треба да је у дигестору.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ